

Estudo Técnico Preliminar 51/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23101.003077/2024-84

2. Descrição da necessidade

A Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) no exercício de sua missão de ***“Formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal por meio da educação inovadora, inclusiva e de qualidade”***, oferta vários cursos de graduação e pós-graduação, em especial na área da saúde.

Ante a complexidade de ensino - aprendizagem dos cursos de medicina, enfermagem, nutrição e psicologia que envolvem aulas teóricas e práticas diversificadas, bem como a dificuldade de campo de estágio e espaço para o desenvolvimento de aulas práticas, professores e acadêmicos dos mencionados cursos em conjunto com a Direção do Campus de Palmas entendeu, por meio de discussões e reuniões de planejamentos, que a construção e viabilização de um ambulatório da própria universidade compreende uma solução viável para formação de qualidade dos nossos acadêmicos e encontra-se de acordo com o que preconiza o PDI UFT 2021-2025 em relação inovação pedagógica.

E ainda, atender a função social que a UFT tem perante a sociedade, o qual oferecer, além de ensino na área da saúde, propor a prestação de serviços de saúde de qualidade e humanizado por meio das práticas de ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, o ambulatório tem objetivo final a formação de um profissional com senso crítico e habilidades apropriadas para atendimento de pacientes de forma ética, humanista, científica e integral, e tem como proposta o atendimento individual e coletivo visando a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, recuperação e tratamento, segundo as diretrizes curriculares nacionais, projetos pedagógicos e normativas de classe.

Sua estrutura física contará com ambulatórios multiusuários, ambulatórios de pediatria e saúde neonatal, criança e adolescente, ambulatório de neurofisiologia da aprendizagem, ambulatórios de psiquiatria e psicologia, ambulatórios de ginecologia, salas de: triagem, testagem, vacina, antropométrica, tratamento de feridas, atendimentos coletivos, bem como, sala de estudo/discussão dos casos clínicos, ambiente de almoxarifado e administrativo.

Contudo, para a efetiva implantação do Ambulatório de Especialidades em Saúde realizou-se um levantamento das necessidades/carências para o funcionamento adequado dos serviços ambulatoriais das áreas médicas, nutricional, enfermagem e psicologia a servirem de espaço para o desenvolvimento da aprendizagem, bem como, aos serviços a serem prestados à sociedade. Desta forma, o presente processo trata-se de aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das aulas praticas e dos serviços a serem prestados à comunidade.

O presente estudo técnico trata da aquisição também de mobiliário para pessoas com deficiência, essenciais para acomodar alunos com mobilidade reduzida, visando contribuir na autonomia e independência dos alunos no ensino superior, de forma a garantir o cumprimento da Lei nº13.146 /2015 - Lei brasileira de inclusão - LBI, que, no seu art. 27, diz:

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.”

Nessa perspectiva, através dos programas de inclusão implementados pela instituição, se faz necessário à aquisição destes mobiliários objetivando o direito de todos à educação, bem como o alcance de metas de acessibilidade na Universidade preconizadas pela legislação em vigor.

Diante do exposto, a pretendida aquisição de equipamentos para ambulatório e mobiliário para pessoas com deficiência, atendem o disposto no **DECRETO Nº 8.540, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015, Art. 3º, no que se trata de essencialidade e interesse público, uma vez que são** equipamentos necessários para a implantação do ambulatório de especialidades, realização de aulas (ensino de graduação e pós-graduação) e no desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão da UFT.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Direção do Campus de Palmas	Moisés de Souza Arantes Neto

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto, na data da entrega, deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data da entrega.

Nas entregas deverão ser respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, sendo que a não observância das condições listadas, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à CONTRATADA devendo este providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação ao edital.

Os itens poderão ser adquiridos em lotes separados ou de acordo com a melhor forma encontrada pela administração.

Caso os itens venham a serem adquiridos através de carona tardia em Atas de Registro de Preços de outros órgãos, os mesmos deverão atender a todas especificações do edital, termo de referência e seus anexos da licitação original.

Os produtos deverão possuir, além da garantia legal, garantia contratual mínima de 12 meses, uma vez que é de praxe o oferecimento desta garantia para equipamentos médico-hospitalares e simuladores para prática educativa em saúde.

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado.

Em sujeição às normas técnicas, os materiais devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.

Os quantitativos estimados para contratação servem apenas como orientação para composição de preços, não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento total.

Os bens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

A CONTRATADA deverá efetuar a reposição dos itens/bens/materiais/equipamentos e/ou a troca destes, em caso de apresentarem defeitos, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que a empresa for comunicada, sem prejuízo da garantia de fabricação, para efeito de reposição.

O FORNECEDOR não poderá se recusar a entregar os itens/bens/materiais/equipamentos solicitados na Nota de Empenho.

No caso de mobiliário a empresa se responsabilizará por entregar, montar e instalar nas unidades para onde forem destinada.

Com base no Art. 225º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Art. 4º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, são diretrizes gerais de sustentabilidade observadas neste termo:

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Considerando o art. 11º da Lei 14.133/2021, visando promover o desenvolvimento nacional sustentável e perseguindo o que dispõe a Instrução Normativa nº 01/2010 do MPOG, os produtos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Dessa forma, a exigência de que os licitantes demonstrem que a matéria-prima utilizada respeita norma ambientais não deve ser encarada como restritiva, uma vez que efetiva enunciados normativos vigentes e eficazes no ordenamento jurídico. Ademais, a possibilidade de que seja apresentado certificado de procedência da madeira na apresentação da proposta é consideração importante, porquanto diz respeito à qualidade da matéria-prima utilizada para a confecção do mobiliário ofertado.

O pregão eletrônico é condicionado aos princípios que trata o artigo 2º, 1º do Decreto 10.024 de 2019, sendo observado o princípio de desenvolvimento sustentável na etapa do processo de contratação, com base nos planos de gestão logística sustentável da nossa unidade.

A descrição dos bens é por vezes difícil, com características técnicas que necessitariam de revisão por diversos especialistas das mais diversas indústrias, o que seria impossível para a Administração, então em alguns itens indicamos como referência marcas e respectivos modelos, somente para que a licitação possa ser mais bem compreendida pelos fornecedores licitantes, tudo com base no art. 41, I, alínea d da Lei 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

A metodologia utilizada para levantamento de mercado e escolha do tipo de solução a contratar tem como base a hierarquia da Instrução Normativa a IN nº 73, de 5 de agosto de 2020, e com a IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, e suas alterações. Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os parâmetros previstos nos incisos I (Painel de Preços) e II (contratações similares de outros entes públicos) combinado ao inciso III (pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados

ou de domínio amplo) e/ou ao inciso IV (pesquisas com fornecedores). Em adição, realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

Foram realizadas pesquisas de contratações similares de equipamentos de ambulatório feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos e necessidades apresentadas no presente estudo.

Para tanto, observa-se que vários órgãos efetuam compras de equipamentos de ambulatório, de forma abundante e difusa, sendo uma contratação bastante comum, nas três esferas da Federação.

Na esteira da análise mencionada, foram identificadas três soluções capazes de atender à demanda da Administração, que são:

- **Aquisição/contratação através de SRP:** De modo geral, na aquisição/contratação de maneira isolada, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração.
- **Adesão a Ata de Registro de Preços:** No âmbito da Lei nº 14.133.2021, além do próprio texto, no § 2º, do art. 86, temos o Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta do referido procedimento auxiliar e nele estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.
- **Dispensa de Licitação:** De acordo com a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 75, a dispensa de licitação pode ser utilizada para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores e para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras.

6. Descrição da solução como um todo

Após Levantamento de Mercado, a melhor solução para a aquisição dos produtos se dará por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 82 a Art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e regulamentado pelo Decreto 11.462/2023.

A modalidade pretendida confere vantagens para administração pública, podendo ser adquiridos com previsão de entregas parceladas, com o propósito de evitar perdas, ou quando o objeto por sua natureza for de uso indefinido. Porém faz-se necessário um planejamento por parte dos gestores, afim de evitar tempestividade de aquisição em caráter emergencial.

A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resultará em vantagens para Administração, descomplicando procedimentos para contratação de serviços, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por 12 meses, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre outras vantagens.

O Registro de Preços mostra-se essencial, pois, por limitações orçamentárias, a contratação pode não se dar de forma imediata, sendo necessário o aguardo da disponibilidade orçamentária para a efetivação da contratação de todos os itens. Daí a necessidade de que o processo seja realizado como sistema de registro de preços, mantendo-se o preço registrado para que a unidade possa efetuar sua contratação, de acordo com a demanda, aplicando-se justamente o fim a que se destina esse sistema, ou seja, atender eventuais contratações, as quais não são passíveis de mensurar pontualmente naquele momento, embora se saiba, de pronto, que a contratação será necessária em espaço de tempo, que abrange a vigência da ata, que será de 12 meses, podendo ampliar o número de contratados até o limite do registrado, tornando mais eficiente, eficaz e econômico o procedimento, racionalizando a força de trabalho, bem como os dispêndios em um curto espaço de tempo, sem ter que fazer outro pregão para o mesmo fim, no âmbito do órgão.

Serão realizados os encaminhamentos conforme amparo legal acima, que seguirá com critérios técnicos quanto a seleção da proposta mais vantajosa para a instituição, ou seja, no melhor preço, desde que atendidos os requisitos técnicos dos equipamentos.

A avaliação técnica é realizada por equipe dedicada a este fim, com apoio da área requisitante. Deverá atender ao descritivo técnico do item licitado e cumprir com os requisitos de qualidade e funcionalidade. A avaliação poderá ser realizada através da documentação técnica e também por meio de teste de amostras, quando necessário.

Lembrando, ainda, que além da qualificação técnica para seleção da proposta, o licitante deverá cumprir com demais exigências constantes em Edital, onde serão avaliados os pontos: habilitação jurídica, habilitação fiscal e trabalhista, qualificação econômica financeira e qualificação técnica.

A entrega deverá ser feita no seguinte endereço: **Fundação Universidade Federal do Tocantins, Quadra ARNO 14 (109 NORTE), AV NS 15, ALCNO 14, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS, CEP 77001-090 PALMAS – TO.**

Os equipamentos mencionados, cujas especificações mínimas estão descritas no item 7 do presente estudo, serão itens novos (primeiro uso), cuja garantia mínima será de 12 meses contra defeitos de fabricação contados a partir da data de entrega.

O fornecedor ficará responsável pela montagem e instalação dos itens, em local a ser determinado pelo órgão. Os custos inerentes devem estar incluídos na proposta do fornecedor, sendo vedado qualquer ônus posterior à Administração

Todos os custos de manutenções preventivas e/ou corretivas incluindo o fornecimento e substituição de peças com vícios ou desgastes, falhas ou com defeito de fabricação, bem como a mão-de-obra para a sua instalação, remoção do equipamento e frete para manutenção do equipamento fora FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, ficarão sob responsabilidade do CONTRATADO.

Não será admitida a Adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços.

Ressalta-se que, em razão da capacidade de gerenciamento do gerenciador, ele pode negar adesões posteriores, conforme art. 7º, I e XI, do Decreto nº 11.462, de 2023:

Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

I - realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP e, quando for o caso, estabelecer o número máximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento; [...]

XI - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não tenham manifestado interesse durante o período de divulgação da IRP;

Da Intenção de Registro de Preços – IRP: Não Será divulgada a intenção de registro de preços para a possibilidade de participação de órgãos como participante na licitação em atendimento ao §2º do Art. 9 do Decreto n. 11.462/2023:

“§ 2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante.”

No caso desta IFES, opta-se pela não divulgação da presente IRP em virtude da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, devido à urgência na aquisição dos itens especificados a serem licitados para início do semestre 2024/02 em virtude da estruturação do Ambulatório de Especialidades em Saúde e o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP, a qual poderia culminar na participação de outros órgãos da administração pública, demandando maior tempo na realização das atividades e alongamento do prazo para esta instituição, considerando a condição de órgão gerenciador.

.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Em conformidade com o Documento de Formalização da Demanda (DFD), os quantitativos previstos foram estimados com base no levantamento das necessidades/carências para o funcionamento adequado dos serviços ambulatoriais das áreas médicas, nutricional, enfermagem e psicologia a servirem de espaço para o desenvolvimento da aprendizagem, bem como, aos serviços a serem prestados à sociedade.

A definição da estrutura do Ambulatório, foi instituída uma comissão de trabalho, formalizada pela Portaria GAB/UFT nº 360, de 12 de abril de 2023, responsável pelas questões atreladas a estrutura organizacional e ao planejamento estratégico , conforme estão apresentadas no processo SEI 23101.009523/2022-01.

Foram definidas as características de cada sala do ambiente, que está sendo construído no bloco BALA I, incluindo a infraestrutura necessária, os mobiliários, equipamentos, insumos e EPIs, e todas essas informações constam do arquivo "Descrição - Ambulatório de especialidades" anexo a este, no processo SEI 23101.009680 /2022-16. Após essas definições por parte da comissão responsável, a Coordenação de Planejamento e Administração do Campus de Palmas (COPLAD/CUP) iniciou os trâmites para o processo de compras dos itens, de acordo com a solicitação da comissão.

Desta forma, o presente processo trata-se de aquisição de equipamentos que possam atender as aulas práticas e a prestação de serviços à comunidade, conforme a seguir:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANT.	UNIDADE
			Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Dobrável Material Estrutura: Aço Inoxidável Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Tipo Uso: Locomoção		

1	420062	Cadeira de Rodas	Tamanho: Adulto Tipo Encosto: Encosto Removível Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" Tipo Freio: Freio Bilateral Apoio Pés: Apoio Pés Regulável Capacidade Máxima: Até 160 KG	2	UN.
2	418804	Cadeira Rodas Obeso	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual Tipo Construtivo: Dobrável Material Estrutura: Aço Carbono Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Tipo Uso: Locomoção Tamanho: Adulto Apoio Braço: Apoio Braços Fixos Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço Tipo Freio: Freio Bilateral Apoio Pés: Apoio Pés Removível Capacidade Máxima: Até 250 KG	1	UN.
3	465055	Dinamômetro	Dinamômetro Tipo: Manual Capacidade Máxima: 90 KGF Aplicação: Medição Esforço Da Mão Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições	1	UN.
4	600428	Estadiômetro	Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico Material*: Gabinete Plástico Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas Faixa Medição: Cerca De 2,3 M Componente I: C/ Visor Adicional: Portátil	8	UN.
5	485523	Estadiômetro, Faixa de aferição: de 20 a 210 cm.	Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Trena Material*: Aço Maleável C/ Pintura Eletrostática Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm	2	UN.

			Faixa Medição: Cerca De 2,0 M Componente Ii: Retrátil Adicional: Portátil		
6	442469	Infantômetro	Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Régua Material*: Madeira Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm Faixa Medição: Cerca De 2,0 M Componente Iii: Bilateral	8	UN.
7	399829	Mesa Ginecológica	Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado Dimensões: 1,80 X 0,50 X 0,85m	6	UN
8	262348	Escada Hospitalar	Escada Hospitalar Uso: Maca Material: Aço Inoxidável Número Degraus: 2 Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante Tipo Degraus: Fixo Cor: Branca	37	UN
9	442253	Maca	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável Acabamento Da Superfície: Esmaltado Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo Comprimento: Até 2,00 M Largura: Cerca De 0,90 M Altura: Cerca De 1,00 M Capacidade De Carca: Até 250 KG Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin	37	UN
10	407736	Suporte para Braço	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável Acabamento Da Estrutura: Esmaltado Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido	4	UN

			Estofado: Espuma De Alta Densidade Revestimento: Plástico Resistente		
11	410763	Carro de Emergência	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Pintado Em Tinta Epóxi Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória Rodízios: Com Rodízios Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	1	UN
12	399820	Mesa de Mayo	Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox Altura: Altura Regulável Borboleta Aço Inox Componentes: Bandeja Aço Inox 58 X 48cm Outros Componentes: Base Aço Inox Tipo Garfo Com 2 Rodízios	6	UN.
13	387910	Cadeira Giratória para procedimentos GO e Oftalmo	Banqueta Material Estrutura: Aço Cromado Tipo Assento: Giratório Material Base Assento: Compensado Acabamento Estrutura: Cromado Revestimento Assento: Acolchoado Cor Assento: Preta Altura: 80 A 90 CM Características Adicionais: Com Encosto Cromado	8	UN.
14	482044	Foco Clínico LED	Foco Tipo: Clínico, Portátil Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux Altura: Altura Ajustável Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível Rodízios: C/ Rodízios	15	UN.
15	466475	Diapasão	Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasão Uso Médico	3	UN.

			Material: Aço Inoxidável Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz Componentes 1: C/ Cabo Longo		
16	266159	Carrinho para Cilindro de Oxigênio 5Lt	Carrinho Industrial Material: Aço Carbônico; Tipo Transporte: Cilindro Para Gás de Alumínio (com Anel e Velcro) , Quantidade de Rodas: 02, Tipo de Roda: Fixa; Capacidade carga de 2kg , Altura: 90 cm, Base para o descaço do cilindro: 22 cm; Alças ajustáveis em velcro	1	UN
17	448056	Carrinho para Cilindro de Oxigênio 20Lt	Carrinho Industrial Material: Fabricado com tubos de aço resistente, Tipo Transporte: Cilindro Para Gás , Quantidade Roda: 02 , Tipo Roda: Fixas , Capacidade Carga: 11 kg, Acabamento em pintura epóxi, Base para o descaço do cilindro de 24 cm; Características Adicionais: Alças ajustáveis em velcro	1	UN
18	480017	Cadeira de espera para pessoas com obesidade	Cadeira de espera para pessoas com obesidade sem braços; Material Assento: Chapa em aço 2,66 mm; Material Encosto: Chapa em aço 2,66 mm; Tipo Base: Fixo; Características Adicionais: Sem Braço, 4 Pés; Cor: a definir;	6	UN
19	438771	Poltrona de Amamentação com pufe (puff) para descanso de pernas e pés.	Poltrona Reclinável para amamentação; Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Puff para descanso de pernas e pé; Características Adicionais: Assento e Encosto com Percintas Elásticas de Nylon; Acabamento: Estofado de Espuma Revestido em Courino; Estrutura: Madeira Pinus e Eucalípto Aplicação: Aleitamento Materno; Modelo: Encosto e Braço Regulável;	8	UN
20	609094	Estetoscópio Digital	Estetoscópio Tipo: Digital Aplicação: Adulto Material Auscultador: Aço Inoxidável	2	UN.

			Material Articulação "Y": Aço Inoxidável Material Conduto: Látex Material Olivas: Borracha Material Haste: Aço Inoxidável		
21	607268	Pufe (Puff)	Flocos De Espuma , Revestimento Externo: Courino , Formato: Gota , Cor: Preto, Altura: 86 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 60 C	30	UN.
22	617814	MESA PARA CADEIRANTE	Mesa acessível e adaptável para usuários de cadeiras de rodas com regulagem de altura do tampo: MDP de 18 mm, revestido em laminado de baixa pressão (bp). Com cantos arredondados. Bordas em pp de 2 mm de espessura, colada pelo sistema holt melting (aquecente) estrutura em tubo de aço quadrado, 20 x 20 mm e 25 x 25 mm, retangular 20 x 40 mm. Possui gradil lateral para porta livros. Tratamento anti ferrugem e corrosão. Pintura epóxi a pó. Ponteiros externas em polipropileno injetado. Regulagem de altura: mínimo 600 mm e máximo 900 mm. Comprimento: 900 mm. Profundidade: 600 mm. Distância de no mínimo 800 mm entre os apoios laterais. Todos os encontros entre tubos metálicos soldados deverão ser preenchidos, uniformemente, sem rebarbas cortantes, por todo o perímetro da união. Em conformidade com a NBR 13966/2008 e NR17. Garantia mínima: de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação.	30	UN.
			Carteira universitária em polipropileno Especial para obesos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de parafusos para plástico. Profundidade do assento mínima de 0,47 m e máxima de 0,51 m, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria; Largura do assento mínima de 0,75 m, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto. É admissível que o assento para pessoa obesa tenha a largura resultante de dois assentos comuns, desde que seja superior a esta medida de 0,75 m Altura do assento mínima de 0,41 m e máxima de		

23	604793	CADEIRA UNIVERSITÁRIA OBESO.	0,45 m, medida na sua parte mais alta e frontal; O encosto deve ser fabricado em polipropileno e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 431mm (+/- 3mm), de largura por 251mm (+/- 3mm) de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados O encosto deve possuir furos para ventilação. A estrutura deve ser fabricada em aço SAE 1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, passar por pré-tratamento antiferruginoso com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, todas as pontas dos tubos devem ter acabamento com bucha plástica. Garanti a mínima de 2 anos. Capacidade para suportar no mínimo 250 kg.	30	UN.
24	607898	POLTRONA ESPERA /INTERLOCUTOR	Poltrona estofada fixa com espaldar médio, com braços e pés em madeira maciça. Estrutura interna em compensado de madeira ou madeira maciça. Espuma do assento com densidade mínima D28 e espuma do encosto com densidade mínima de D23. Revestimento em material sintético a base de cloreto de polivinila com acabamento em algodão (vinil, courino, courvin ou similares). Base com 4 pés em madeira maciça Tauari. Prever aplicação de feltro nos pés. Suportar carga mínima de 100kg. Termo de Garantia mínimo de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação, emitido pelo fabricante.	10	UN.
25	461908	POLTRONA ESPERA /INTERLOCUTOR OBESO	Poltrona estofada fixa com espaldar médio para obeso, com braços e pés em madeira maciça. Estrutura interna em compensado de madeira ou madeira maciça. Espuma do assento com densidade mínima D28 e espuma do encosto com densidade mínima de D23. Revestimento em material sintético a base de cloreto de polivinila com acabamento em algodão (vinil, courino, courvin ou similares). Base com 4 pés em madeira maciça Tauari. Prever aplicação de feltro nos pés. Suportar carga mínima de 250kg. Termo de Garantia mínimo de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação, emitido pelo fabricante.	2	UN.
26	611791	MESA DE ESTUDO INDIVIDUAL	Estação p/ Uso Individual. Tampo: Confeccionado em placa de MDP. Largura: 1000mm / Altura: 750mm / Profundidade: 700mm	10	UND

27	434686	Suporte Para Soro	Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	10	UND
VALOR TOTAL ESTIMADO					

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 247.213,00

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, seguindo as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU), foi a obtenção de preços públicos em contratações de outros órgãos, cotação em sítios eletrônicos especializados, e consulta a fornecedores. Esta pesquisa é preliminar, com vistas a se obter informação prévia da despesa e poderá ser refinada, na elaboração do Termo de Referência, sendo, portanto, aprimorada para efeito de estimativa dos valores de referência para a licitação.

A concretização da pesquisa de preços resultou valor total estimado da aquisição em de **R\$ 247,213,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E TREZE REAIS)**

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 4º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU).

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. Em atenção ao normativo citado, a presente demanda será parcelada em itens de acordo com o objeto, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade, incentivando a participação do maior número de empresas possíveis com vista a buscar sempre o melhor custo para a Administração Pública.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está alinhada com os objetivos estratégicos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI - 2021/2025), em especial no "EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA [...] DIRETRIZ 5.7 - Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física; ODS: 3 - Saúde e Bem-Estar

e 4 - Educação de Qualidade [...] 5.7.7 - Viabilizar, em conformidade com as competências institucionais definidas a manutenção da Unidade Básica de Saúde (UBS), que irá funcionar no Câmpus de Palmas e será campo de estágio para os alunos da área da saúde [...] 5.7. 9 - Cooperar, conforme as competências institucionais definidas, com as ações que viabilizem as manutenções de equipamentos de laboratórios de maneira a contribuir com a qualidade das atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão [...] DIRETRIZ 5.2 - Salas de aula, Meta 5.2.2 - Viabilizar adequações das salas de aula de forma a atender aos padrões exigidos de qualidade e ocupação [...] "EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO" [...] Diretriz 3.11 - DIRETRIZ 4.5 - Processos de gestão institucional, Meta 4.5.21 - Garantir as aquisições planejadas de equipamentos, mobiliários e utensílios)

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A **Direção do Campus de Palmas**, atesta que a presente aquisição de equipamentos, permitirá atender às necessidades/carência de infraestrutura encontradas no Ambulatório de Especialidades em Saúde, proporcionando as condições favoráveis para cumprimento da "missão de **"Formar profissionais da saúde com vivência prática e humanizada em saúde no atendimento integral, contemplando as características epidemiológicas regionais em ambulatórios de especialidades"**.

Os benefícios almejados com a presente contratação tem o intuito propiciar ambientes e cenários para práticas didáticas aos estudantes da área da saúde, com infraestrutura física adequada tendo por objetivo final a formação de um profissional com senso crítico e habilidades apropriadas para atendimento de pacientes de forma ética, humanista, científica e integral, e tem como proposta o atendimento individual e coletivo visando a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, recuperação e tratamento, segundo as diretrizes curriculares nacionais, projetos pedagógicos e normativas de classe.

A aquisição também de mobiliário para *pessoas* com deficiência, é essencial para acomodar alunos com *mobilidade reduzida*, visando contribuir na autonomia e independência dos alunos no ensino superior, de forma a garantir o cumprimento da Lei nº13.146 /2015 - Lei brasileira de inclusão - LBI.

Nessa perspectiva, através dos programas de inclusão implementados pela instituição, se faz necessário à aquisição destes mobiliários objetivando o direito de todos à educação, bem como o alcance de metas de acessibilidade na Universidade preconizadas pela legislação em vigor.

13. Providências a serem Adotadas

A entrega dos materiais deve ser feita nos dias e horários informados ao fornecedor quando enviado a nota de empenho por correio eletrônico, não podendo dispor de modo diverso sem prévia comunicação ao setor requisitante.

Os horários e dias específicos são estabelecidos levando em conta a rotina de funcionamento da Direção do Campus de Palmas, em especial ao do funcionamento da Coordenação de Planejamento e Administração.

Após a emissão da Nota de Empenho e entrega dos equipamentos, a Direção do Campus designará um servidor para realizar a conferência do equipamento recebido, atestar as Notas Fiscais e enviar para o pagamento, se necessário, os itens serão disponibilizados para o setor de patrimônio realizar os procedimentos de tombamento e entrada nos bens patrimoniais do Campus de Palmas.

Após estes procedimentos os equipamentos serão destinados para a instalação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Públi

- a. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- b. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis e /ou sejam recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- d. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil- polibromados (PBDEs).

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no exposto no estudo técnico, especialmente no que tange à solução de mercado escolhida, a Equipe de Planejamento designada pela Portaria GAB/UFT nº 472, de 12 de abril de 2024, considera que a contratação é viável e razoável, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses da Administração.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DEBORA ALVES DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/06/2024 às 11:26:28.

THIAGO DE CESARO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/06/2024 às 11:36:28.

WESLEY DOS SANTOS BRITO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 20/06/2024 às 11:26:51.

Despacho: Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar e os seus anexos.

MOISES DE SOUZA ARANTES NETO

Autoridade competente

Lista de Anexos


Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Ambulatorio____Especialidades__2_.pdf (2.72 MB)

Anexo I - Ambulatorio___Especialidades__2_.pdf

**ANEXO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES**

Faturamento	Local para avaliar os documentos e encaminhamento para recebimento de verbas	Funcionários administrativos	Idem acima	Idem acima	Priorizar salas de ambulatório, se for o caso, encontrar outro local onde funcionará esse serviço
Telessaúde	Reuniões, cursos e consultoria on-line	Leandro Garcia (Prof. da Medicina)	A sala já está pronta	A sala já está pronta	Manter da forma que está.(quant. de uso)
Salas de discussões (4) (Uso coletivo)	Salas para discussões dos atendimentos com os alunos	Todos	Mesas, cadeiras e armários Lixo Bebedouro	Recolhimento de lixo Copos descartáveis	
Gestão de Processos e Segurança do Paciente Sala Gerencial (Vigilância em Saúde)	Garantir a efetividade do PPC do curso, gerenciar os riscos dos processos de trabalho, estabelecer e normatizar protocolos, instituir o Núcleo de Segurança do Paciente e reduzir eventos adversos aos usuários.	Profª Drª Giselle Pinheiro Lima Aires Gomes	03 Mesas 06 cadeiras 03 computadores 01 mesa grande para reunião 01 data show 01 impressora 01 lousa de vidro branco Sistema de prontuário eletrônico (E-SUS) Pulseiras de identificação do paciente		verificar a possibilidade de usar o espaço administrativo

SALA 01	Especialidades: Acolhimento com classificação de risco em unidade ambulatorial
Característica da sala	 CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 6,00m² (Obs.: Lembrar de dimensionar o espaço considerando os alunos que também estarão fazendo atendimento) Área média: 11,35m² Pé direito mínimo: Ver código de obras local Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver se atende os padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. (NBR n.º 5413 (ABNT, 1992). Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC n.º50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR n.º5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou maca fixa E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper E076 - Suporte de soro de chão M001 - Armário vitrine com porta M006 - (3) Cadeira M013 - Mesa para microcomputador M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - (01) Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio. Potência (Watts ou VA) - Consumo: 12W 02 glicosímetros. Potência (Watts ou VA): insignificante. 02 termômetros digital. Potência (Watts ou VA): insignificante. Equipamentos Não Usam ponto de EE: E032 - (02) Esfigmomanômetro de pedestal. 02 estetoscópios	Obs.: As balanças ficará na sala ANTROPOMÉTRICAS

Insumos: fitas e lancetas para glicemia algodão almotolias		EPIs: luvas máscaras. 01 lixeira de lixo contaminado.	Material de consumo: (escritório) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo	
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala		
Propósito da especialidade: Garantir a efetividade do PPC do curso com o atendimento de Acolhimento com classificação de risco, atendendo pacientes na entrada do fluxo de atendimento clínico, garantindo o encaminhamento para o atendimento especializado. Verificação de sinais vitais e administração de medicamentos		Quant. de alunos por hora de atendimento		
Componente curricular		Professor(a)	Profª Ma. Guiomar Batello	
Componente curricular		Professor(a)	Prof Dr. Fernando Quaresma	
Componente curricular		Professor(a)	Prof Ma. Talita Cardoso	
Componente curricular		Professor(a)	Profª Ma. Nayana de Sousa Silva Santos	
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala		
Propósito da especialidade: Complementar as disciplinas Práticas profissionais, interdisciplinaridade e integração com a comunidade presente nos períodos 1,2,3 e 4.		105 horas a disciplina (preciso ver com as Professoras)	preciso verificar	

Componente curricular		Professor(a)	
-----------------------	--	--------------	--

SALA 02	Especialidades: Serviço de Imunização - Nome da sala: Sala de Vacinação e Testagem e Coleta de Sangue
Característica da sala	Sala de vacina Adaptar a sala de testagem Obs.: Esta sala deverá ter seu tamanho ampliado para atender também a sala de testagem, verificar possibilidade de divisória higienizável para o espaço de realização da testagem. Além disso, próximo ao espaço deverá ter uma sala privativa para comunicação do resultado do teste rápido e aconselhamento. CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 6,00m² (Obs.: Lembrar de dimensionar o espaço considerando os alunos que também estarão fazendo

	Área média: 13,90m² atendimento) Pé direito mínimo: 2,80m – Ver código de obras local Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver se atende os padrões de acessibilidade) Bancada: Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. (NBR n.º 5413 (ABNT, 1992). Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. Tomada exclusiva (altura instalada a 1,30 m (NBR nº 5.410) do piso) para cada equipamento elétrico. Estrutura física (SBIM) http://sbim.org.br * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).	
Mobiliário Vacina E010 - Biombo E030 - Escadas com dois degraus	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência aproximada	Obs.: Referência bibliográfica: 1- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, – 4. ed.


E052 - Mesa com gavetas para exames ou 01 maca fixa para a administração dos imunobiológicos; M001 - Armário vitrine com porta M003 - Arquivo ou Fichário tipo gaveta M006 - 03 Cadeira laváveis M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços Espaço Testagem e Coleta 01 - Cadeira de coleta 01 - Bancada (especificar essa bancada) Espaço para comunicação resultado do teste 01 - Computador com acesso à internet para registro da consulta no Prontuário Eletrônico e Sistema de Informação da Rede de Saúde/ Notificações. 01 - Mesa 01 - Cadeira (para médico ou enfermeiro) 01 - Cadeira (paciente)	(Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. 01 E070 - Refrigerador para vacinas - Câmera refrigerada específica para conservação de imunobiológicos (não é recomendada geladeira de uso doméstico - especificações: operar, na faixa de - 25°C a - 15°C, ter sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, Clorofluorcarboneto); possuir, preferencialmente, registrador gráfico contínuo de temperatura, de forma a facilitar a rastreabilidade das informações relativas à grandeza e suas variações em intervalos de tempo determinados; dispor de controlador de alta e baixa temperatura com indicador visual e alarme audiovisual, com bateria; recomendável porta de vidro com sistema antiembaçante, de forma que o operador tenha fácil visualização dos produtos armazenados e a abertura da porta aconteça de maneira objetiva; porta com vedação de borracha e fechamento magnético; recomendável alarme sonoro e/ou visual para indicação de porta aberta; recomendável sistema de rodízios com freio diagonal; desejável entrada para conexão com computador (exemplo: RS-232) para transferência dos registros e armazenamento; especificar tensão de alimentação do equipamento, compatível com a tensão local). Potência Aproximada (Watts ou VA) - Consumo 220-240VAC: 2,15A/h. 01- refrigerador para acondicionar as bobinas de gelo reciclável, preferencialmente com o compartimento do freezer separado. Potência Aproximada (Watts ou VA) - Consumo 220-240VAC: 2,15A/h (ATENÇÃO- A GELADEIRA REQUER MODELO COM PORTA DE VIDRO, CONTROLE DE TEMPERATURA COM ALARME E BATERIA) 03 termômetros digitais máxima e mínima com cabo extensor (Instrumentos de medição de temperatura para os equipamentos de refrigeração e as caixas térmicas). Potência Aproximada (Watts ou VA): insignificante.	– Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 2- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Brasília : Ministério da Saúde, 2014. OBS- Recomendação- disponibilizar a sala de Vacina ao lado da sala de testagem Rápida para IST. Facilitaria a condução dos alunos visto que os professores responsáveis estão alocados na mesma disciplina e otimizaria o refrigerador para acondicionamento das bobinas de gelo (ficaria apenas 1 que poderia ser usado tanto na sala de vacinas como para a sala de testagem rápida).
---	--	---

	Espaço para a Testagem e Coleta 01 - Câmara refrigerada exclusiva para conservação dos testes rápidos (pode ser geladeira de uso comum ou do tipo duplex). Potência Aproximada (Watts ou VA): Alimentação de Energia Elétrica 220 Vca – 3.000 Watts. 01 - Centrífuga. Potência Aproximada (Watts ou VA): Potência: 80W; Equipamentos Não Usam ponto de EE: 01 - esfigmomanômetro para diferentes tamanhos e idade 01 - estetoscópio		
Insumos: (Vacina) algodão Insumos: (Testagem) a) swab (para teste do cotonete) b) Hidróxido de potássio (KOH) a 10 % (teste das aminas) c) espelho P, M, G d) fitas reagentes para teste de ph vaginal e) álcool a 70% f) lençol descartável g) Algodão hidrófilo.	EPIs: Vacina luvas máscaras. 01 Lixeiras de resíduos 01 lixeira de lixo contaminado. Recipientes (perfurados ou não) para a organização dos imunobiológicos dentro do equipamento de refrigeração; EPIs: Testagem a) Gorro descartável b) avental descartável de manga longa, gramatura 50g c) óculos de proteção (5	Material de consumo: (escritório/utensílios) M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal 01 depósitos com tampa e pedal para o lixo comum; 01 Dispensador para sabão líquido; 01 Dispensador para papel-toalha; 02 Bandejas de aço inoxidável; 03 caixas térmicas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros para as atividades diárias da sala de vacinação M009 - Cesto de lixo Material de consumo: Necessário para viabilização dos testes rápidos: Papel-toalha. Sabão líquido. Materiais de escritório: lápis, caneta, borracha, grampeador, perfurador, extrator de grampos, carimbos, almofadas e outros. Impressos (receituário, impresso para solicitação de exames) e manuais	

		unidades) d) máscara cirúrgica descartável	técnicos e operacionais. E017 - Caixa térmica - de poliuretano 37 litros (2 unidades)- para atividades extramuros b) Bobinas de gelo reciclável/reutilizável (20 unidades)- para atividades extra-muros c) Depósitos com tampa e pedal para o lixo comum (1 unidades) d) Caixa coletora de material perfurocortante com suporte. (1 suporte/ caixa-material de consumo) e) Dispensador para sabão líquido.(1 unidades) f) Dispensador para papel-toalha.(1 unidades) g) Bandeja de aço inoxidável.(2 unidades) Recipiente para o algodão. k)Fita adesiva (com largura de 5 cm).
Curso	Enfermagem		CH total prevista para utilização da sala

Propósito da especialidade: (Vacinação) Administração de Vacinas do Programa Nacional de Imunização na Comunidade, Orientações. Será necessário um técnico de enfermagem para atendimento diário. Propósito da especialidade: (Testagem) Sala de Testes Rápidos e atender Programa de Prevenção e Tratamento das ISTs Realização de Aconselhamento e testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis. Serviços com a função de diagnosticar e prevenir Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Oferece consulta de enfermagem com aconselhamento, testagem rápida para o HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C, profilaxia pós-exposição sexual (PEP), diagnóstico, tratamento de outras IST e encaminhamentos a serviço de referência quando necessário. Fornece preservativos e gel lubrificante para prevenção de IST.		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Profª. Drª Mirian Cristina dos Santos Almeida
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dr. Ulisses Vilela Hipólito
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Mirian Cristina dos Santos Almeida
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	8 horas

Propósito da especialidade Coleta de material clínico e de pesquisa Aplicação de vacinas e testes alérgicos		Quant. de alunos por hora de atendimento	4 alunos
Componente curricular	Práticas em Imunologia	Professor(a)	Raquel Prudente de Carvalho
Componente curricular	Doenças Infecciosas e Parasitárias I e II	Professor(a)	Flávio de Pádua Milagres
Componente curricular	Pediatria (Saúde da Criança II)	Professor(a)	Raquel Prudente de Carvalho

SALA 03	Especialidades: SALA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
Característica da sala	Adaptar à localização das balanças, a descrição das balanças estão descrita na coluna que trata de equipamentos  Obs.: Adaptar à localização das balanças, a descrição das balanças estão descrita na coluna que trata de equipamentos. Atendimento de crianças e adultos. Suporte para pediatria, saúde do adulto, principalmente endocrinologia, nutrição e nutrologia. Obs.: Sala com acessibilidade (pessoas com obesidade, pessoas com deficiência) CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Comentado [6]: O DESENHO NÃO CORRESPONDE, NÃO É LOCAL DE MACA

Comentado [7]: Precisa de pelo menos uma maca para: aferir estatura de criança que ainda não fica de pé, por meio do uso de infantômetro; e para uso de bioimpedância tetrapolar.

Comentado [8]: acho que está esclarecido. Sugiro só uma maca para enconomizarmos espaço.

Comentado [9]: O DESENHO NÃO CORRESPONDE, NÃO É LOCAL DE MACA

Comentado [10]: Precisa de pelo menos uma maca para: aferir estatura de criança que ainda não fica de pé, por meio do uso de infantômetro; e para uso de bioimpedância tetrapolar.

Comentado [11]: acho que está esclarecido. Sugiro só uma maca para enconomizarmos espaço.

Comentado [12]: A sala não pode ter rodapé, se a parede estiver toda reta podemos colocar o antropômetro de parede

Comentado [13]: precisamos ver sobre roda pé ou não dentro das exigências da vigilância sanitária. Você sabe me dizer? Sei que todas salas devem ser com parede lavável.

Comentado [14]: Não é indicado o tradicional ressalto de rodapé segundo a RDC abaixo, portanto é possível de fazer o que solicitei.

RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

C.2 Rodapés

A execução da junção entre o rodapé e o piso dev ... [1]

	Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).	
Mobiliário: 02 macas	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média.	Obs.:

		08 balanças eletrônicas com antropômetro acoplado e capacidade até 300kg). Potência aproximada (Watts ou VA): Alimentação de entrada 90-250VAC, 50/60Hz, e saída 9VDC/1,5A	
		02 aparelhos de bioimpedância multifrequencial. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante.	
		02 balanças infantis do tipo digital eletrônica. Potência aproximada (Watts ou VA): Alimentação Fonte automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A.	
		Equipamentos Não Usam ponto de EE:	
		02 régua antropométrica infantil	
		02 dinamômetros	
		02 adipômetros	
		02 estadiômetros infantis	
		02 estadiômetros adulto	
		06 trenas antropométricas	
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Insumos:	EPIs:	Material de consumo: (escritório/utensílios)	

Comentado [15]: Especificação técnica: BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM E VERIFICAÇÃO DA ALTURA DE PESSOAS ATRAVÉS DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA À BALANÇA. PARÂMETROS EXIGIDOS: CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COMANDOS DE LIGA, DESLIGA E ZERA PESAGEM, PRESENÇA DE ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA ... [2]

Comentado [16]: Especificação técnica: Composição e Hidratação Corporal que fornece: ... [3]

Comentado [17]: Especificação técnica: BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE ... [4]

Comentado [18]: É o mesmo que estadiômetro infantil. Podemos retirar

Comentado [19]: Retira direto professora. A pediatria vai usar estadiômetros simples nas salas de qualquer forma. Aquele móvel de madeira eles têm sobrando

Comentado [20]: Especificação técnica: Dinamômetro
• Dinamômetro de mão hidráulico
• Indicador estático para facilitar a leitura ... [5]

Comentado [21]: Especificação técnica: Adipômetro
• Terminais móveis que se adaptam à Dobra Cutâ ... [6]

Comentado [22]: Especificação técnica: Aparelho para medir altura de crianças com até 146cm. Certificado do IMI - INMETRO ... [7]


Comentado [23]: Especificação técnica: "Garantia: 01 ano Fabricado em alumínio anodizado, com escala em PTG protegida por membrana de F ... [8]

Comentado [24]: Especificação técnica:
• Fita métrica de fibra de vidro inelástica, flexível e auto-retrátil ... [9]

Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Avaliação antropométrica de pacientes em todas as especialidades.		Quant. de alunos por hora de atendimento	4 alunos - vários, mas a sala é dinâmica. O paciente faz as medidas e volta a sua consulta em outra sala.
Componente curricular	Todas as especialidades utilizam as informações	Vários professores	Varios professores
Componente curricular	Pediatria: acompanhamento de peso em crianças, doenças nutricionais e metabólicas, principalmente desnutrição protéico-calórica	Professor(a)	Raquel Prudente de Moraes
Componente curricular	Doenças endocrinológicas, metabólicas, como Síndrome metabólica	Professor(a)	Luciana Zeve
Componente curricular	Doenças endocrinológicas, metabólicas, como síndrome metabólica	Professor(a)	Kátia Samara
Componente curricular	Sarcopenia, acompanhamento de pacientes idosos, acompanhamento de ganho muscular por exercícios físicos	Professor(a)	Luiz Sinésio Neto
Insumos: MESMO DA NUTRIÇÃO		EPIs: MESMO DA NUTRIÇÃO	Material de consumo: (escritório) MESMO DA NUTRIÇÃO
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Avaliação antropométrica da população atendida pela equipe de nutrição e atividades coletivas		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Componente curricular	Educação Alimentar e Nutricional	Professor(a)	Renata Andrade de Medeiros Moreira
Componente curricular	ACE II	Professor(a)	Kellen Cristine Silva, Kênya Lima de Araújo
Componente curricular	ACE III	Professor(a)	Sonia Lopes Pinto, Araújo Dias Pereira
Componente curricular	Avaliação Nutricional	Professor(a)	Kellen Cristine Silva
Insumos:	EPIs:	Material de consumo: (escritório)	
		10 fitas inelásticas	

Comentado [25]: Esse é o mesmo que está como trena antropométrica nos equipamentos

SALA 04	Especialidades: CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO
Característica da sala	 Figura 02: Planta baixa da CME existente Obs. Proposta de planta baixa. Dialogar com Leonardo e Gisele para fechar o dimensionamento da sala. Finalizar com consulta à Segurança do Trabalho (Larissa, Angelo e Iasmim) As luminárias serão do tipo “sobrepôr”, fluorescentes, brancas e distribuídas de acordo com projeto de iluminação.

	Controle de ar Controle de qualidade da água 03 pias com bancada 01 vaso sanitário 01 vestiário 02 salas, sendo 01 para o recebimento de material sujo e contaminado e outra para a esterilização e processamento de material limpo, com divisórias conforme figura abaixo. Instrumentais de pequenos procedimentos (pinças, afastadores etc)	
Mobiliário: 02 macas 04 armários com grandes de inox	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): 02 autoclave 360 litros. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 35KW. Tensão: 220 V Trifásico. 01 lavadora termodesinfectora. Possui 3 entradas de água: – Entrada de água fria – Entrada de água quente (proporciona economia de energia elétrica) – Entrada de água desmineralizada. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência de consumo: 18KW. Alimentação: 220Vac ou 380Vac ~ 60Hz Trifásico 02 seladoras. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 200W. Tensão: 110/220V - Chave seletora. Frequência: 60Hz Equipamentos Não Usam ponto de EE:	Obs.:

Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Ana Margareth
Componente curricular		Professor(a)	
Insumos: Desinfetantes Testes químicos e biológicos Tecido de algodão	EPIs:	Material de consumo: (escritório/utensílios) bacias em inox Embalagens (tecido de algodão e grau cirúrgico)	
Curso		CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Insumos:	EPIs:	Material de consumo: (escritório/utensílios)	

--	--	--

SALA 05	Especialidades: Serviço de Atenção à Pessoa com Estomia e Incontinência		
Característica da sala:	Sala com banheiro, sanitário, pia		
Mobiliário: - (01) Armário: Altura (cm) 160, Largura (cm) 80, Comprimento (cm) 42. Material MDP, 3 prateleiras internas com regulagem de altura. - (04) Cadeiras tipo executiva, com base fixa (sem rodas), assento e encosto em espuma injetada revestido em couro sintético (corino), para facilitar higiene e limpeza, e promover o conforto com menor risco de pressão sobre áreas de proeminências ósseas; com apoio para braços (opcional), que suporte até 150Kg. - (01) Escada hospitalar de 2 dois degraus, esmaltada com pintura eletrostática de alta durabilidade, piso antiderrapante, estrutura tubular em aço. Dimensões: 42 x 42 x 38 (L x C x A). Capacidade: Suporta até 170 Kg.	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. - (01) Aparelho de eletroestimulação portátil com TENS, FENS e NMES com corrente simétrica/balanceada, escala luminosa em LED, com cabos para aplicação banana, eletrodos 3cmX5cm e fonte de alimentação bivolt, e maleta de transporte. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência de Entrada: 50/60 Hz (100-240V) - 15 VA. - (01) Equipamento de Biofeedback eletromiográfico com 08 canais, com versões USB e Wireless, portátil, com bateria recarregável, dimensões receiver 110mm x 68mm x 28mm, dimensões sensor EMG 35mm x 13mm x 9mm e 8 canais com 2,	Obs.: Ao lado da sala de Feridas	

- (01) Maca fixa. Medidas; 1,90 x 65 cm (C x L). Capacidade de até 190kg. Armação em tubos de aço carbono de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em espuma D33, revestida por courvim. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Pés com ponteiros de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi. - (01) Mesa – proposto que tenham medidas aproximadas: Altura 75 cm, Largura 1,05 cm, e Profundidade 60 cm.. - (01) Mesa auxiliar em aço inox com rodízios 40x60. - (01) Suporte em Metal para Coletor de Papelão 1.5L - (01) Suporte para Papel Lençol 70cm	4, 6 ou 8 sensores. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência de entrada máxima: 10VA. Alimentação: 117 / 220V (Bi-Volt autocomutado) - (01) Dispenser automático para álcool em gel. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante. - (01) Dispenser automático para sabonete líquido. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante. - (01) Foco de Luz – altura variável entre 100 a 150 cm, com pintura resistente, base do pedestal com 04 rodízios visando maior sustentação e segurança, lâmpada de Led (luz fria e branca). Potência aproximada (Watts ou VA): Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz - (01) Termômetro digital, infravermelho. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante. Equipamentos Não Usam ponto de EE: - (10) Educador perineal – composto por três partes: corpo da sonda, antena e anel de base. Dimensões da sonda de 97,5 x 22 mm. Peso: 23g. Comprimento da antena: 106,55 mm. Produto esterilizado. Kit com 5 unidades. - (01) Esfigmomanômetro adulto. Verificado e aprovado pelo INMETRO. - (01) Estetoscópio adulto, de alta sensibilidade acústica, comprimento 68cm, auscultador duplo, vedação das olivas suaves, olivas extras, diafragma ajustável, em peça única, diâmetro 4,3 cm, diâmetro do sino 3,2cm, material epóxi/fibra de vidro. - (01) Exercitador muscular de flexibilidade e propriocepção	
--	--	--

		vaginal - com Sensor de manométrico de pressão, Mangueira de 2M com conexão Luer Lock, Estojo Previni Unit e 01 Sonda manométrica Previni para exercício de flexibilidade e propriocepção vaginal. - (01) Modelo anatômico da pelve masculina, que permite visualizar a condição interior de um cateter de balão, fluxo de urina e a posição relativa da pélvis e da bexiga através de um hipogástrio transparente. - (01) Modelo anatômico do sistema reprodutor feminino de silicone especial, para palpação do canal vaginal.	
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Contribuir para o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão direcionadas aos estudantes de enfermagem, ao mesmo tempo em que é oferecido cuidado especializado e sistematizado de enfermagem às pessoas da comunidade com estomias, e/ou incontinências.		Quant. de alunos por hora de atendimento:	
Componente curricular		Professor(a):	Profª. Drª. Ângela Lima Pereira
Componente curricular		Professor(a):	Profa. Ma. Julliany Lopes Dias
Insumos: - (02) Kit cones vaginais (20g, 32g, 45g, 57g, 70g), com fios de silicone. - (02) Almotolia âmbar, em polietileno, bico reto, longo e estreito, capacidade para 200mL, composta por três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Bisnaga inteira, com	EPis: - (01) Lixeira 100 l, com pedal. - (01) Lixeira 12 l, com pedal	Material de consumo: (escritório)	


paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão, bico confeccionado em polietileno flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca. - (04) Almotolia transparente, em polietileno, bico reto, longo e estreito, capacidade para 200 ml, composta por três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão, bico confeccionado em polietileno flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca. - (01) Bolsa térmica gel - medidas aproximadas: 15 x 20 cm - material: poliamida/polietileno na camada interna e polietileno na camada externa, gel: polímero vinílico, TEA, conservante, aplicação de frio ou calor terapêutico; com características de moldar ao corpo, não congelar, flexível, pode ser usada quente-frio, não-tóxica, pode ser aquecido em microondas, água quente e/ou ser mantida em freezer ou congelador; Capacidade 600ml + D45. - (10) Lençol de Cama Branco composição: 60% algodão 40% poliéster 180 Fios. Medidas 88 X 188 X 30 Cm. - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel com suporte nº 5 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel com suporte nº 4 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel com suporte nº 3 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel nº 5 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel nº 3 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo anel nº 4 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo donouts n.º 5 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo donouts nº 3 - (02) Pessário vaginal de silicone tipo donouts nº 4		
---	--	--

Curso	MEDICINA		CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Acompanhamento da saúde do homem e da mulher Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus aspectos; Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos cientificamente corretos; Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção;			Quant. de alunos por hora de atendimento	04 alunos
Componente curricular:	Cirurgia Geral/ Urologia/ Ginecologia		Professor(a):	VER COM COORDENADOR DO CURSO
Insumos: MESMO DA ENFERMAGEM		EPIs: MESMO DA ENFERMAGEM	Material de consumo: (escritório) MESMO DA ENFERMAGEM	
Curso	NUTRIÇÃO		CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:			Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular			Professor(a)	
Insumos:		EPIs:	Material de consumo: (escritório)	

--	--	--

SALA 06	Especialidades: Serviço de Atenção à Pessoa com Feridas Multidisciplinar (enfermagem, cirurgia vascular - medicina)
---------	--

Característica da sala:



CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 9,00m² (Obs.: Lembrar de dimensionar o espaço considerando os alunos que também estarão fazendo

Área média: 10,80 m² atendimento)

Pé direito mínimo: Ver código de obras local

Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados.

Teto: Contínuo, sendo proibido o uso de forros falsos removíveis, de fácil higienização e resistentes ao processo de limpeza, descontaminação e desinfecção.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver se atende os padrões de acessibilidade)

Bancada: Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes.

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. (NBR n.º 5413 (ABNT, 1992).

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local

Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área crítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. Sala com Banheiro contendo sanitário, e pia (no modelo de Programação arquitetônica de unidades funcionais de Saúde do Ministério da Saúde (SOMASUS) não consta como necessária essa instalação. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: M001 - (01) Armário vitrine com porta: Altura (cm) 160, Largura (cm) 80, Comprimento (cm) 42. Material MDP, 3 prateleiras internas com regulagem de altura. (justificar a necessidade de 2 armários - implicar no tamanho da sala) - (04) Cadeiras tipo executiva, com base fixa (sem rodas), assento e encosto em espuma injetada revestido em couro sintético (corino), para facilitar higiene e limpeza, e promover o conforto com menor risco de pressão sobre áreas de proeminências ósseas; com apoio para braços (opcional), que suporte até 150Kg. (justificar a necessidade de 2 armários - implicar no tamanho da sala)	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. - (01) Dispenser automático para álcool em gel. Potência (Watts ou VA): insignificante. - (01) Dispenser automático para sabonete líquido. Potência (Watts ou VA): insignificante. - (01) Doppler Arterial Portátil (DV 610B, capa de Couro Sintético, transdutor 10 Mhz, dimensões 4,5 x 8,5 x 18cm, bateria). Potência (Watts ou VA): insignificante. - (01) Equipamento de Laser Terapêutico sem fio (wireless) desenvolvido para biomodulação em respostas inflamatórias, ação analgésica, aceleração de processos de cicatrização e combate aos radicais livres de oxigênio. Com dois diodos laser emitem luz no comprimento de onda Vermelho (660 nm) e	Obs.: Sala deve ficar ao lado da sala de Ostomia Multidisciplinar (enfermagem, cirurgia vascular - medicina)

E030 - (01) Escada com dois degraus - esmaltada com pintura eletrostática de alta durabilidade, piso antiderrapante, estrutura tubular em aço. Dimensões: 42 x 42 x 38 (L x C x A). Capacidade: Suporta até 170 Kg. E052 - (01) Mesa ou Maca para exame. Medidas; 1,90 x 65 cm (C x L). Capacidade de até 190kg. Armação em tubos de aço carbono de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em espuma D33, revestida por courvim. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Pés com ponteiros de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi. E053 - (01) Mesa auxiliar para instrumental (01) Mesa – proposto que tenham medidas aproximadas: Altura 75 cm, Largura 1,05 cm, e Profundidade 60 cm.. - (01) Mesa auxiliar em aço inox com rodízios 40x60. E012 - Braçadeira de injeção E019 - Carro de curativos E075 - Suporte de hamper E076 - Suporte de soro de chão M005 - Banqueta giratória/mocho M006 - Cadeira M024 - Cadeira universitária Equipamento complementar: E072.	Infravermelho (808 nm) na potência de 100 mW. Com 1 suporte da peça de mão, 03 pulseiras para ILIB, 03 espaçadores, 01 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno (protetor ocular). Com registro na Anvisa. Potência aproximada (Watts ou VA): Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ ; - (01) Foco de Luz – altura variável entre 100 a 150 cm, com pintura resistente, base do pedestal com 04 rodízios visando maior sustentação e segurança, lâmpada de Led (luz fria e branca). Potência aproximada (Watts ou VA): Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. - (01) Oxímetro de pulso portátil. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante. - (01) Termômetro digital, infravermelho. Potência aproximada (Watts ou VA): insignificante. E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: - 01 Adipômetro clínico. Sensibilidade 1mm. Amplitude de leitura 80mm. Pressão +-10g/mm2. Base em ABS. Molas em aço zincado. Sistema simplificado de leitura. Dimensões: 244mm x 215mm. - (01) Balança Antropométrica Mecânica, Capacidade 150 kg, divisões de 100 g. Com Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm. Pesagem mínima: 2 kg; Plataforma: 380 x 290 mm; Altura da balança: de 1,35 m e altura da coluna de 1,20 mt; Estrutura em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta poliuretano branco; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escala em perfil	
---	---	--

	alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionalidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés em borracha sintética reguláveis; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN; - (10) Cabo de bisturi nº 3, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (05) Cuba redondas, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (05) Cuba rim, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação - (01) Diapasão 128 hz, em alumínio - (01) Esfigmomanômetro. Comprimento do manguito de 10 x 17. Verificado e aprovado pelo INMETRO. - (01) Esfigmomanômetro. Comprimento do manguito de 12 x 23. Verificado e aprovado pelo INMETRO - (01) Esfigmomanômetro. Comprimento do manguito de 16 x 32. Verificado e aprovado pelo INMETRO - (01) Esfigmomanômetro. Comprimento do manguito de 20 x 42. Verificado e aprovado pelo INMETRO - (01) Esfigmomanômetro. Comprimento do manguito de 9 x 18. Verificado e aprovado pelo INMETRO. - (01) Estetoscópio adulto, de alta sensibilidade acústica, comprimento 68cm, auscultador duplo, vedação das olivas suaves, olivas extras, diafragma ajustável, em peça única, diâmetro 4,3 cm, diâmetro do sino 3,2cm, material epóxi/fibra de vidro. - (01) Estetoscópio pediátrico, de alta sensibilidade acústica, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com anel e	
--	--	--

	diafragma com tratamento “anti-frio”, olivas macias e confortáveis, molas internas ajustáveis. Medidas: diâmetro do diafragma 3.3 cm.	
Insumos: - (02) Almotolia âmbar, em polietileno, bico reto, longo e estreito, capacidade para 200mL, composta por três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão, bico confeccionado em polietileno flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca. - (04) Almotolia transparente, em polietileno, bico reto, longo e estreito, capacidade para 200 ml, composta por três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão, bico confeccionado em polietileno flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito, rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca. - (10) Lençol de Cama Branco composição: 60% algodão 40% poliéster 180 Fios. Medidas 88 X 188 X 30 Cm. - (02) Kit Estesiômetro Monofilamentos Semmes-Weinstein (conjunto de 12 monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele).	EPis: - (01) Lixeira 100 l, com pedal. - (01) Lixeira 12 l, com pedal - (10) Pinça anatômica serrilhada, tamanho 14cm, produzida em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (10) Pinça dente de rato, tamanho 14cm, produzida em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (10) Pinça Kelly reta serrilhada, tamanho 14 cm, produzida em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (10) Pinça Kocher, tamanho 14 cm, produzida em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. - (01) Suporte em Metal para Coletor de Papelão 1.5L	Material de consumo: (escritório) - (01) Fita métrica corporal, 2m de comprimento com 6mm de largura. - (01) Plantígrafo (Dimensão: 376 x 189,8 x 10 mm.- Peso: 220 gramas.- Composição: alumínio, acrílico, látex e courino) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal

		- (01) Suporte para Papel Lençol 70cm - (01) Tesoura Mayo reta, 14 cm, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Contribuir para o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão direcionadas aos estudantes de enfermagem, ao mesmo tempo em que é oferecido cuidado especializado e sistematizado de enfermagem às pessoas da comunidade com feridas.		Quant. de alunos por hora de atendimento:	
Componente curricular		Professor(a):	Profa. Dra. Ângela Lima Pereira
Componente curricular		Professor(a):	Profa. Ma. Julliany Lopes Dias
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	

Insumos:	EPIs:	Material de consumo: (escritório)
----------	-------	-----------------------------------

SALA 07	Especialidades:
---------	-----------------

Ginecologia e Saúde da Mulher	
Característica da sala	Obs.: Tem que ter banheiro em cada sala, com pia dentro e fora CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: A depender do equipamento utilizado. Área média: 14,40m² Pé direito mínimo: Ver código de obras local. Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. * CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa ginecológica. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica.

Comentado [26]: Genecologia e obstetrícia


Comentado [27]: Tem que ter banheiro em cada sala com pia dentro e pia fora

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC n°50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR n°5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E053 - Mesa auxiliar para instrumental E076 - Suporte de soro de chão E109 - Mesa ginecológica M005 - Banqueta giratória/mocho M006 - Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços 01 Relógio de parede com ponteiros	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência aproximada (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio. Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Sonar Cardio Fetal Digital Portátil e Gel condutor para Ultrassom. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 24 W. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro 02 Estetoscópio 02 Termômetros	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

Insumos: a) álcool 70% b) algodão c) Lâminas com parte fosca; d) tubetes; e) solução fixadora f) ácido acético entre 2 a 5%, para pesquisa de lesões acetobrancas (teste IVAA) g) Lugol a base de iodo, para teste de Schiller i) gazes		EPIs: a) Aventais descartáveis b) luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo a) Fichas de requisição de exame; b) Cartão da gestante físico c) lápis nº 02; d) receituários; e) prontuários para registro; f) Etiquetas para identificação correta do tubete g) lençóis descartáveis h) papel lençol descartável i) pilhas j) Fita métrica l) receituário m) espêculos nos tamanhos P, M e G; n) espátulas de Ayres; o) Escovinhas endocervicais p) almotolias q) cubas r) pinças Scherron descartável s) sabão t) papel toalha para lavagem das mão
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Planejamento reprodutivo – As ações em planejamento reprodutivo esperam acompanhar mulheres, homens e/ou casais em idade reprodutiva. Prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero e mama. Essas ações buscam realizar o exame de rastreamento e detecção precoce das lesões precursoras dos cânceres de colo do útero e mama. Realizar esse exame em mulheres que se enquadrem na indicação do exame. Realizar exame clínico das mamas. Pré-natal de risco habitual: Tem o objetivo de monitorar a gestante, desde a confirmação da gravidez até o período do parto, avaliar a saúde da mulher e do feto, identificando fatores de risco e acompanhando as alterações fisiológicas esperadas da gravidez. O pré-natal de risco habitual é destinado à gestante que não apresenta nenhum tipo de comorbidade ou doença que possa se agravar no período da gestação. Serão realizadas: ações de educação em saúde, anamnese, exame físico obstétrico, verificação de sinais vitais, ausculta de BCF, medida de altura uterina, medidas antropométricas, acompanhamento vacinal, solicitação de exames, leitura de exames e, quando necessário, prescrição de vitaminas e medicamentos conforme protocolos e encaminhamentos. Acompanhamento Puerperal: Tem como objetivos acompanhar as involuções fisiológicas decorrentes do término da gestação e do evento do parto ou da cirurgia (em caso de cesariana), avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido e sua interação, acompanhar a amamentação e identificar situações de risco.			
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Daniele Rosa
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Cristine

Componente curricular		Professor(a)	Profª. Msc Mayane
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Proceder à consulta médica Realizar procedimentos médicos sob anestesia local (punções, biópsia, etc.) Atendimento de mulheres de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de condições ginecológicas e obstétricas		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Marcia
Componente curricular		Professor(a)	Fábio Ruiz
Componente curricular		Professor(a)	Valdir


SALA 08	Especialidades: Ginecologia e Saúde da Mulher I
Característica da sala	 Obs.: Tem que ter banheiro em cada sala, com pia dentro e fora CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: A depender do equipamento utilizado. Área média: 14,40m² Pé direito mínimo: Ver código de obras local. Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. *

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa ginecológica. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC n°50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR n°5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E053 - Mesa auxiliar para instrumental E076 - Suporte de soro de chão E109 - Mesa ginecológica M005 - Banqueta giratória/mocho M006 - Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência aproximada (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência equivalente 50watts. 01 - Sonar Cardio Fetal Digital Portátil e Gel condutor para Ultrassom. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 24 W.	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

	Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro 02 Estetoscópio 02 Termômetros 01 Relógio de parede com ponteiros	
Insumos: a) álcool 70% b) algodão c) Lâminas com parte fosca; d) tubetes; e) solução fixadora f) ácido acético entre 2 a 5%, para pesquisa de lesões acetobrancas (teste IVAA) g) Lugol a base de iodo, para teste de Schiller i) gazes	EPIs: a) Aventais descartáveis b) luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo a) Fichas de requisição de exame; b) Cartão da gestante físico c) lápis nº 02; d) receituários; e) prontuários para registro; f) Etiquetas para identificação correta do tubete g) lençóis descartáveis h) papel lençol descartável i) pilhas j) Fita métrica l) receituário m) espêculos nos tamanhos P, M e G; n) espátulas de Ayres; o) Escovinhas endocervicais p) almotolias q) cubas r) pinças Scherron descartável s) sabão t) papel toalha para lavagem das mão

Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Planejamento reprodutivo – As ações em planejamento reprodutivo esperam acompanhar mulheres, homens e/ou casais em idade reprodutiva. Prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero e mama. Essas ações buscam realizar o exame de rastreamento e detecção precoce das lesões precursoras dos cânceres de colo do útero e mama. Realizar esse exame em mulheres que se enquadrem na indicação do exame. Realizar exame clínico das mamas. Pré-natal de risco habitual: Tem o objetivo de monitorar a gestante, desde a confirmação da gravidez até o período do parto, avaliar a saúde da mulher e do feto, identificando fatores de risco e acompanhando as alterações fisiológicas esperadas da gravidez. O pré-natal de risco habitual é destinado à gestante que não apresenta nenhum tipo de comorbidade ou doença que possa se agravar no período da gestação. Serão realizadas: ações de educação em saúde, anamnese, exame físico obstétrico, verificação de sinais vitais, ausculta de BCF, medida de altura uterina, medidas antropométricas, acompanhamento vacinal, solicitação de exames, leitura de exames e, quando necessário, prescrição de vitaminas e medicamentos conforme protocolos e encaminhamentos. Acompanhamento Puerperal: Tem como objetivos acompanhar as involuções fisiológicas decorrentes do término da gestação e do evento do parto ou da cirurgia (em caso de cesariana), avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido e sua interação, acompanhar a amamentação e identificar situações de risco.		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Daniele Rosa
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Msc Mayane
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Proceder à consulta médica Realizar procedimentos médicos sob anestesia local (punções, biópsia, etc.) Atendimento de mulheres de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de condições ginecológicas e obstétricas		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Marcia
Componente curricular		Professor(a)	Fábio Ruiz
Componente curricular		Professor(a)	Valdir


SALA 09	Especialidades: Ginecologia e Saúde da Mulher I
Característica da sala	 Obs.: Tem que ter banheiro em cada sala, com pia dentro e fora CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: A depender do equipamento utilizado. Área média: 14,40m²

Pé direito mínimo: Ver código de obras local. Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. * CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa ginecológica. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E053 - Mesa auxiliar para instrumental E076 - Suporte de soro de chão E109 - Mesa ginecológica M005 - Banqueta giratória/mocho M006 - Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático)	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

	E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Sonar Cardio Fetal Digital Portátil e Gel condutor para Ultrassom. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 24 W. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro 02 Estetoscópio 02 Termômetros 01 Relógio de parede com ponteiros	
Insumos: a) álcool 70% b) algodão c) Lâminas com parte fosca; d) tubetes; e) solução fixadora f) ácido acético entre 2 a 5%, para pesquisa de lesões acetobranças (teste IVAA) g) Lugol a base de iodo, para teste de Schiller i) gazes	EPIs: a) Aventais descartáveis b) luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo a) Fichas de requisição de exame; b) Cartão da gestante físico c) lápis nº 02; d) receituários; e) prontuários para registro; f) Etiquetas para identificação correta do tubete g) lençóis descartáveis h) papel lençol descartável i) pilhas j) Fita métrica l) receituário m) espéculos nos tamanhos P, M e G; n) espátulas de Ayres; o) Escovinhas endocervicais p) almotolias q) cubas

		r) pinças Scherron descartável s) sabão t) papel toalha para lavagem das mão	
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Planejamento reprodutivo – As ações em planejamento reprodutivo esperam acompanhar mulheres, homens e/ou casais em idade reprodutiva. Prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero e mama. Essas ações buscam realizar o exame de rastreamento e detecção precoce das lesões precursoras dos cânceres de colo do útero e mama. Realizar esse exame em mulheres que se enquadrem na indicação do exame. Realizar exame clínico das mamas. Pré-natal de risco habitual: Tem o objetivo de monitorar a gestante, desde a confirmação da gravidez até o período do parto, avaliar a saúde da mulher e do feto, identificando fatores de risco e acompanhando as alterações fisiológicas esperadas da gravidez. O pré-natal de risco habitual é destinado à gestante que não apresenta nenhum tipo de comorbidade ou doença que possa se agravar no período da gestação. Serão realizadas: ações de educação em saúde, anamnese, exame físico obstétrico, verificação de sinais vitais, ausculta de BCF, medida de altura uterina, medidas antropométricas, acompanhamento vacinal, solicitação de exames, leitura de exames e, quando necessário, prescrição de vitaminas e medicamentos conforme protocolos e encaminhamentos. Acompanhamento Puerperal: Tem como objetivos acompanhar as involuções fisiológicas decorrentes do término da gestação e do evento do parto ou da cirurgia (em caso de cesariana), avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido e sua interação, acompanhar a amamentação e identificar situações de risco.		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Componente curricular		Professor(a)	Profª. Dra Daniele Rosa
Componente curricular		Professor(a)	Profª. Dra Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Profª. Msc Mayane
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Proceder à consulta médica Realizar procedimentos médicos sob anestesia local (punções, biópsia, etc.) Atendimento de mulheres de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de condições ginecológicas e obstétricas		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Marcia
Componente curricular		Professor(a)	Fábio Ruiz
Componente curricular		Professor(a)	Valdir

SALA 10	Especialidades: Ginecologia e Saúde da Mulher I
Característica w	 The floor plan diagram for Sala 10 is set on a grid. It features a central examination area with a blue patient table (E109) and a medical professional icon. To the left of the table are icons for a stool (E076) and a chair (E068). Above the table is a circular medical device (M009). To the right of the table is a cabinet (E053, E044) and a circular medical device (M009). Further right is a desk area with a medical professional icon, a chair (M019), and a desk (E057). Above the desk is a circular medical device (M006). To the right of the desk is a cabinet (E054) and a medical professional icon (M013). Above the desk is a circular medical device (M012). To the right of the desk is a cabinet (E04) and a medical professional icon (M015). Above the desk is a circular medical device (M010). To the right of the desk is a cabinet (E030) and a medical professional icon (M004). Above the desk is a circular medical device (E008).

			Obs.: Tem que ter banheiro em cada sala, com pia dentro e fora CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: A depender do equipamento utilizado. Área média: 14,40m² Pé direito mínimo: Ver código de obras local. Piso e Parede: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. * CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa ginecológica. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. * Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E053 - Mesa auxiliar para instrumental		Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE):	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

E076 - Suporte de soro de chão E109 - Mesa ginecológica M005 - Banqueta giratória/mocho M006 - Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Sonar Cardio Fetal Digital Portátil e Gel condutor para Ultrassom. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência: 24 W. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro 02 Estetoscópio 02 Termômetros 01 Relógio de parede com ponteiros	
Insumos: a) álcool 70% b) algodão c) Lâminas com parte fosca; d) tubetes; e) solução fixadora f) ácido acético entre 2 a 5%, para pesquisa de lesões acetobranças (teste IVAA) g) Lugol a base de iodo, para teste de Schiller i) gazes	EPIs: a) Aventais descartáveis b) luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo a) Fichas de requisição de exame; b) Cartão da gestante físico c) lápis nº 02; d) receituários; e) prontuários para registro; f) Etiquetas para identificação correta do tubete g) lençóis descartáveis h) papel lençol descartável i) pilhas j) Fita métrica l) receituário m) espelhos nos tamanhos P, M e G; n) espátulas de Ayres;

		o) Escovinhas endocervicais p) almotolias q) cubas r) pinças Scherron descartável s) sabão t) papel toalha para lavagem das mão	
Curso	Enfermagem	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Planejamento reprodutivo – As ações em planejamento reprodutivo esperam acompanhar mulheres, homens e/ou casais em idade reprodutiva. Prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero e mama. Essas ações buscam realizar o exame de rastreamento e detecção precoce das lesões precursoras dos cânceres de colo do útero e mama. Realizar esse exame em mulheres que se enquadrem na indicação do exame. Realizar exame clínico das mamas. Pré-natal de risco habitual: Tem o objetivo de monitorar a gestante, desde a confirmação da gravidez até o período do parto, avaliar a saúde da mulher e do feto, identificando fatores de risco e acompanhando as alterações fisiológicas esperadas da gravidez. O pré-natal de risco habitual é destinado à gestante que não apresenta nenhum tipo de comorbidade ou doença que possa se agravar no período da gestação. Serão realizadas: ações de educação em saúde, anamnese, exame físico obstétrico, verificação de sinais vitais, ausculta de BCF, medida de altura uterina, medidas antropométricas, acompanhamento vacinal, solicitação de exames, leitura de exames e, quando necessário, prescrição de vitaminas e medicamentos conforme protocolos e encaminhamentos. Acompanhamento Puerperal: Tem como objetivos acompanhar as involuções fisiológicas decorrentes do término da gestação e do evento do parto ou da cirurgia (em caso de cesariana),		Quant. de alunos por hora de atendimento	


avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido e sua interação, acompanhar a amamentação e identificar situações de risco.			
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Daniele Rosa
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Dra Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Profa. Msc Mayane
Curso	Medicina	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Proceder à consulta médica Realizar procedimentos médicos sob anestesia local (punções, biópsia, etc.) Atendimento de mulheres de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de condições ginecológicas e obstétricas		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	Marcia
Componente curricular		Professor(a)	Fábio Ruiz
Componente curricular		Professor(a)	Valdir

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA FORAM SOLICITADAS 6 SALAS

SALA MULTIDISCIPLINAR - PISO SUPERIOR

SALA 10	Especialidades: Psiquiatria e Psicologia
---------	---

Característica da sala



Obs.: Disposição da mesa diferente, médico senta para o lado da porta, paciente para dentro. Sem objetos que possam ser arremessados.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.


Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 02 Estetoscópio 01 Relógio digital	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico
Insumos:	EPIs:	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica

	luvas descartáveis (P, M, G).	- M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal - M009 - Cesto de lixo - Fichas de requisição de exame; - receituários; - prontuários para registro; - lenço descartáveis - papel lençol descartável - pillas - receituário - sabão - papel toalha para lavagem das mão	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais		36 horas semanais	
Componente curricular	Disciplina Psiquiatria (Saúde Mental) e Internato em Psiquiatria. Residência Médica em Psiquiatria.	Professor(a)	Leonardo Baldaçara
Componente curricular	Disciplina Psiquiatria (Saúde Mental) e Internato em Psiquiatria. Residência Médica em Psiquiatria.	Professor(a)	Verônica da Silveira Leite
Componente curricular	Disciplina Psiquiatria (Saúde Mental) e Internato em Psiquiatria. Residência Médica em Psiquiatria.	Professor(a)	Flávio Dias da Silva
Curso	PSICOLOGIA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Estágio Supervisionado em Psicoterapia e Plantão Psicológico		Quant. de alunos por hora de atendimento (40 horas semanais) - organização da	1 (um) aluno por sala/hora

		agenda segundo a quantidade de salas disponíveis	
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Carlos Mendes Rosa
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Eloy San Carlo M. Sampaio
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Glaucia Mitsuko A. da Rocha
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Cristina Vianna Moreira dos Santos

SALA 11	Especialidades: Psiquiatria e Psicologia
---------	--

Característica da sala



Obs.: Disposição da mesa diferente, médico senta para o lado da porta, paciente para dentro. Sem objetos que possam ser arremessados.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 01 Relógio digital	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

Insumos:		EPIs:	Material de consumo: (escritório e utensílios) ● E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica ● M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal ● M009 - Cesto de lixo ● Fichas de requisição de exame; ● receituários; ● prontuários para registro; ● lenço descartáveis ● papel lençol descartável ● pilhas ● receituário ● sabão ● papel toalha para lavagem das mão	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala		
Propósito da especialidade:				
Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais				
Componente curricular		Professor(a)	Leonardo Baldaçara	
Componente curricular		Professor(a)	Verônica da Silveira Leite	
Componente curricular		Professor(a)	Flávio Dias da Silva	
Curso	PSICOLOGIA	CH total prevista para utilização da sala		


Propósito da especialidade: Estágio Supervisionado em Psicoterapia e Plantão Psicológico		Quant. de alunos por hora de atendimento (40 horas semanais) - organização da agenda segundo a quantidade de salas disponíveis	1 (um) aluno por sala/hora
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Carlos Mendes Rosa
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Eloy San Carlo M. Sampaio
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Gláucia Mitsuko A. da Rocha
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Cristina Vianna Moreira dos Santos

SALA 12	Especialidades: Psiquiatria e Psicologia
Característica da sala	Obs.: Disposição da mesa diferente, médico senta para o lado da porta, paciente para dentro. Sem objetos que possam ser arremessados. CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE:	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 01 Relógio digital	
Insumos:		EPIs: luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo - Fichas de requisição de exame; - receituários; - prontuários para registro; - lenço descartáveis - papel lençol descartável - pilhas - receituário - sabão - papel toalha para lavagem das mão
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Leonardo Baldaçara
Componente curricular		Professor(a)	Verônica da Silveira Leite
Componente curricular		Professor(a)	Flávio Dias da Silva

Curso	PSICOLOGIA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Estágio Supervisionado em Psicoterapia e Plantão Psicológico		Quant. de alunos por hora de atendimento (40 horas semanais) - organização da agenda segundo a quantidade de salas disponíveis	1 (um) aluno por sala/hora
Componente curricular	Estágio Específico I e Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Carlos Mendes Rosa
Componente curricular	Estágio Específico I e Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Eloy San Carlo M. Sampaio
Componente curricular	Estágio Específico I e Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Gláucia Mitsuko A. da Rocha
Componente curricular	Estágio Específico I e Estágio Específico II (um ano de duração)	Professor(a)	Cristina Vianna Moreira dos Santos


SALA 13	Especialidades: Psiquiatria e Psicologia
Característica da sala	 Obs.: Disposição da mesa diferente, médico senta para o lado da porta, paciente para dentro. Sem objetos que possam ser arremessados. CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE:	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 01 Relógio digital	
Insumos:		EPIs: luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal M009 - Cesto de lixo - Fichas de requisição de exame; - receituários; - prontuários para registro; - lenço descartáveis - papel lençol descartável - pilhas - receituário - sabão - papel toalha para lavagem das mão
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Leonardo Baldaçara
Componente curricular		Professor(a)	Verônica da Silveira Leite
Componente curricular		Professor(a)	Flávio Dias da Silva

Curso	PSICOLOGIA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Estágio Supervisionado em Psicoterapia e Plantão Psicológico		Quant. de alunos por hora de atendimento	1 (um) aluno por sala/hora
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (duração de 1 ano)	Professor(a)	Carlos Mendes Rosa
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (duração de 1 ano)	Professor(a)	Eloy San Carlo M. Sampaio
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (duração de 1 ano)	Professor(a)	Glaucia Mitsuko A. da Rocha
Componente curricular	Estágio Específico I, Estágio Específico II (duração de 1 ano)	Professor(a)	Cristina Vianna Moreira dos Santos

SOLICITADO 6 SALAS

SALA 14	Especialidades: Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente
Característica da sala	 Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculda	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	


Propósito da especialidade:			
Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral
Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
- A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança. - Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas. - Aspectos avaliados na consulta de puericultura: - Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde;			

• Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual; • Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva

SALA 15	Especialidades:
----------------	------------------------

Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.


Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade Equipamentos Não Usam ponto de EE:	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Auscul	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos			

ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral
Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: • A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança. • Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas. • Aspectos avaliados na consulta de puericultura: • Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; • Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual; • Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva

SALA 16	Especialidades: Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente
Característica da sala	 O diagrama de layout da Sala 16 apresenta uma distribuição de equipamentos e mobiliário sobre uma grade. No lado esquerdo, há uma cama (M001) com um paciente deitado, acompanhada por uma cadeira (E030) e uma cadeira de rodas (E068). Ao lado da cama, estão os equipamentos E053 e E044. No topo, há um monitor (M004) e um equipamento (E075). No lado direito, há uma cadeira (M006) e uma cadeira (M019). Abaixo da cadeira M006, há uma estante (M012) e uma estante (E057). Abaixo da estante E057, há uma estante (M013) e uma estante (E054). No canto inferior direito, há um equipamento (M009).

Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário:	Equipamentos:	Obs.:
E010 - Biombo	Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE):	Software:

E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculta	Prontuário para registro eletrônico
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão


		• Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral
Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: • A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem		Quant. de alunos por hora de atendimento	

cognitiva da criança. • Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas. • Aspectos avaliados na consulta de puericultura: • Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; • Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual; • Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane

Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva
------------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

SALA 17	Especialidades: Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente
----------------	--

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local

Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 01 - Termômetro - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 Estadiômetro móvel	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausulta	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral

Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: • A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança. • Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas. • Aspectos avaliados na consulta de puericultura: • Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; • Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual;		Quant. de alunos por hora de atendimento	

• Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva


SALA 18	Especialidades: Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente
Característica da sala	Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:			

Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral
Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: • A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança. • Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas. • Aspectos avaliados na consulta de puericultura: • Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; • Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo		Quant. de alunos por hora de atendimento	

Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual; • Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva


SALA 19	Especialidades: Pediatria, Saúde da Mulher II e Saúde do Neonato, Criança e Adolescente
Característica da sala	 Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático)	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

	E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. 01 - Geladeira ou Frigobar - justificar na necessidade Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausulta		
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.	

Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de todas as faixas etárias para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos ou doenças mentais			
Componente curricular		Professor(a)	Andrea da Silva Amaral
Componente curricular		Professor(a)	Fernando Machado
Componente curricular		Professor(a)	Delcides Fagundes Neto
Componente curricular		Professor(a)	Raquel Prudente C. Baldaçara
Curso	ENFERMAGEM	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: - A puericultura é o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento e crescimento infantil, com o objetivo de analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a linguagem, a afetividade e a aprendizagem cognitiva da criança. - Com a puericultura, o enfermeiro tem condições de detectar precocemente distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento, sendo um importante serviço de prevenção de agravos e promoção de saúde. Através da observação atenta ao histórico de desenvolvimento da criança, é possível diagnosticar falhas ou atrasos do desenvolvimento em áreas específicas, e intervir assim que essas alterações forem detectadas.		Quant. de alunos por hora de atendimento	

• Aspectos avaliados na consulta de puericultura: • Avaliação do estado nutricional da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; • Avaliação do histórico alimentar; • Avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde; - Estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; • Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor; • Avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; • Avaliação do padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; - Exame da capacidade visual; • Avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; • Avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; - Avaliação do desenvolvimento da sexualidade; • Avaliação quantitativa e qualitativa do sono; • Avaliação da função auditiva; • Avaliação da saúde bucal. Um outro papel fundamental da puericultura é sua característica educacional, fornecendo suporte à amamentação, orientação vacinal, introdução de novos alimentos na dieta e no monitoramento dos fatores de risco ao longo do desenvolvimento da criança. Durante a consulta de puericultura é possível avaliar o nível de conhecimento da família quanto aos cuidados com a criança e fornecer orientações claras e concisas para o cuidado.			
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Cristine
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Msc. Mayane
Componente curricular		Professor(a)	Prof. Dra. Juliana Bastoni da Silva

SALA 20	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
Característica da sala	 Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média.	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico


E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) 01 - Termômetro - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata 01 - Lanterna 01 - Otoscópio 01 - Oftalmoscópio	
Insumos: ● Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; ● Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; ● Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPis: ● luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) ● E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica ● M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal ● M009 - Cesto de lixo ● Fichas de requisição de exame; ● receituários; ● prontuários para registro; ● lenço descartáveis ● papel lençol descartável ● pilhas ● receituário ● sabão ● papel toalha para lavagem das mão ● Abaixadores de língua ● papel, ● caneta,

			• marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento		40 horas semanais (7o ao 8o período)	
Componente curricular	Saúde do adulto / Cirurgia Geral e especialidades / Clínica Médica e especial	Professor(a)	Pedro Cueller
Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

Componente curricular		Professor(a)	
Materiais para ações de educação em saúde: álbum fotográfico de porções de alimentos (04); mama cobaia (02); kit de medidas caseiras (04); kit réplica de alimentos (03); kit fantoches (03); colete de amamentação (02); estojo de valores nutricionais (02); família colchete (02); modelo de gordura corporal 0,5 Kg (02); casal de bonecos didáticos para amamentação (02); argola didática tamanho do estômago do bebê (02); Kit estojo e valores de nutrientes (02); Avental digestivo (02); Modelo arcada dentária (02); Réplica de colete de gordura (02).			

SALA 21	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
---------	--

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local


Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata 01 - Lanterna	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		01 - Ostoscópio 01 - Oftalmoscópio	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller

Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

SALA 22	Especialidades:
	Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local

Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potência equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausulta 01 - Lanterna 01 - Ostocópio	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		01 - Oftalmoscópio	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller

Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

SALA 24	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
Característica da sala	Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático)	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

M019 - Cadeira giratória com braços	E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculda 01 - Lanterna 01 - Ostocópio 01 - Oftalmoscópio	
Insumos: ● Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; ● Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; ● Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: ● luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) ● E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica ● M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal ● M009 - Cesto de lixo ● Fichas de requisição de exame; ● receituários; ● prontuários para registro; ● lenço descartáveis ● papel lençol descartável ● pilhas ● receituário ● sabão ● papel toalha para lavagem das mão ● Abaixadores de língua ● papel, ● caneta, ● marcador, ● borracha, ● régua.

Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller
Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

Componente curricular		Professor(a)	
-----------------------	--	--------------	--

SALA 25	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
Característica da sala	Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.


Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts.	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos <i>Não Usam</i> ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculda 01 - Lanterna 01 - Ostoscópio 01 - Oftalmoscópio	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.

Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller
Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

SALA 26	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
---------	---

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.


Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local

Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata 01 - Lanterna 01 - Otoscópio	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		01 - Oftalmoscópio	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller


Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

SALA 27	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
Característica da sala	 Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m² Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes)	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

	01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata 01 - Lanterna 01 - Ostoscópio 01 - Oftalmoscópio		
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.	
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para			

prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller
Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágore Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágore Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

SALA 28	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
Característica da sala	 Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m. Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local. Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade) CONDICIONANTES AMBIENTAIS Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto. Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames. Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático)	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico


M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculda 01 - Lanterna 01 - Ostocópio 01 - Oftalmoscópio	
Insumos: ● Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; ● Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; ● Aparelho de laserterapia de baixa frequência.	EPIs: ● luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) ● E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica ● M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal ● M009 - Cesto de lixo ● Fichas de requisição de exame; ● receituários; ● prontuários para registro; ● lenço descartáveis ● papel lençol descartável ● pilhas ● receituário ● sabão ● papel toalha para lavagem das mão ● Abaixadores de língua ● papel, ● caneta, ● marcador, ● borracha, ● régua.

Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller
Componente curricular		Professor(a)	Paulo Geovanny
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman I
Componente curricular		Professor(a)	Itágores Hoffman II
Curso	NUTRIÇÃO	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade:		Quant. de alunos por hora de atendimento	
Componente curricular		Professor(a)	
Componente curricular		Professor(a)	

Componente curricular		Professor(a)	
-----------------------	--	--------------	--

SALA 29	Especialidades: Ambulatórios Clínicas (Medicina e Nutrição)
---------	---

Característica da sala



Obs.: Acrescentar poltrona para amamentação e enfeites para criança

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Área mínima: 7,50m², dimensão mínima de 2,20m.

Área média: 11,35 m²

Pé direito mínimo: 2,80. Ver código de obras local.

Piso: Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Parede: Com isolamento acústico. Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção

Teto: Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.

Porta: Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10m. (Ver padrões de acessibilidade)

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Temperatura ideal e Umidade ideal: Ver condições de conforto.

Nível de iluminação: 150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux – junto à mesa para exames.

Condições de ventilação: Pode ser utilizada ventilação e exaustão direta ou indireta. Ver código de obras local

Condições de iluminação: Necessita de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Ver código de obras local Quanto ao risco de transmissão e infecção: Área semicrítica. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Instalações elétrica e eletrônica e Instalações de climatização: Sem necessidade específica Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) Instalações hidráulicas e sanitárias: Água fria – lavatório para as mãos. Instalações de prevenção e combate a incêndio: Ver código de obras local. Instalações elétricas de emergência: Sem recomendação específica. * RDC nº50/02 (ANVISA, 2004). ** NBR nº5413 (ABNT, 1992).		
Mobiliário: E010 - Biombo E030 - Escada com dois degraus E052 - Mesa para exames ou Maca E053 - Mesa auxiliar para instrumental E075 - Suporte de hamper M001 - Armário vitrine com porta M006 - (03) Cadeira M015 - Mesa tipo escritório com gavetas M019 - Cadeira giratória com braços	Equipamentos: Equipamentos Demandam Energia Elétrica(EE): E054 - Microcomputador DeskTop Padrão. Potência (Watts ou VA): verificar com Setor de Informática potência média. E057 - Negatoscópio Potência aproximada (Watts ou VA): Consumo: 12W. Alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático) E068 - Refletor parabólico de luz fria. Potência aproximada (Watts ou VA): Potencia equivalente 50watts. Equipamentos Não Usam ponto de EE: 02 Esfigmomanômetro (para tamanhos diferentes) - Estetoscópio (Tamanhos diferentes) 01 - Termômetro 01 Estadiômetro móvel 01 Estadiômetro fixo 01 - Aparelho de aferição PA/Ausculata 01 - Lanterna 01 - Ostocópio	Obs.: Software: Prontuário para registro eletrônico

		01 - Oftalmoscópio	
Insumos: • Sonda nasogástrica descartável número 4 e 6; • Seringas descartáveis de 5, 10 e 20 ml; • Aparelho de laserterapia de baixa frequência.		EPIs: • luvas descartáveis (P, M, G).	Material de consumo: (escritório e utensílios) • E044 - Instrumentais cirúrgicos – caixa básica • M004 - Balde cilíndrico porta detritos com pedal • M009 - Cesto de lixo • Fichas de requisição de exame; • receituários; • prontuários para registro; • lenço descartáveis • papel lençol descartável • pilhas • receituário • sabão • papel toalha para lavagem das mão • Abaixadores de língua • papel, • caneta, • marcador, • borracha, • régua.
Curso	MEDICINA	CH total prevista para utilização da sala	
Propósito da especialidade: Atendimento de adolescentes, adultos e idosos em diversas especialidades médicas para prevenção, diagnóstico e tratamento			
Componente curricular		Professor(a)	Pedro Cueller

Não é indicado o tradicional ressalto de rodapé segundo a RDC abaixo, portanto é possível de fazer o que solicitei.

RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

C.2 Rodapés

A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado. Rodapés com arredondamento acentuado, além de serem de difícil execução ou mesmo impróprios para diversos tipos de materiais utilizados para acabamento de pisos, pois não permitem o arredondamento, em nada facilitam o processo de limpeza do local, quer seja ele feito por enceradeiras ou mesmo por rodos ou vassouras envolvidos por panos.

Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o acúmulo de pó e é de difícil limpeza.

Especificação técnica: BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM E VERIFICAÇÃO DA ALTURA DE PESSOAS ATRAVÉS DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA À BALANÇA. PARÂMETROS EXIGIDOS: CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, COMANDOS DE LIGA, DESLIGA E ZERA PESAGEM, PRESENÇA DE ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200 CM com DIVISÕES DE 0,5CM. DISPLAY DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO 300 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO: DEVE SER FABRICADO EM AÇO COM PINTURA ANTIOXIDANTE EPÓXI, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE NA PLATAFORMA DE PESAGEM E RESISTENTE AO USO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. PLATAFORMA COM NO MÍNIMO 29 CM DE LARGURA E 27 CM DE COMPRIMENTO. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL). EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE E DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM

PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (ESTADO DO TOCANTINS).

Página 38: [3] Comentado [16] Renata Andrade de Medeiros Moreira 30/09/2022 12:18:00

Especificação técnica:

Composição e Hidratação Corporal que fornece:

- Massa Gorda (Gordura em % e Kg)
- Massa Livre de Gordura (Massa Magra em % e Kg)
- Massa Celular Corporal (Body Cell Mass – BCM)
- Massa Extracelular (Extracellular Mass – ECM)
- Relação ECM/BCM
- IMC – Índice de Massa Corporal
- Água Corporal Total (Litros e %)
- Água Corporal Total (Litros e %)
- Água na Massa Magra (em %)
- Água Intracelular (Intracellular Fluid – ICF)
- Água Extracelular (Extracellular Fluid – ECF)
- Taxa Metabólica Basal (TMB)
- Resistência (R): Precisão de $\pm 0,1\%$, Amplitude de 200 a 1500 Ohms, Resolução de 0,1 Ohm
- Reactância (Xc): Precisão de $\pm 0,2\%$, Amplitude de 0 a 300 Ohms, Resolução de 0,1 Ohm
- Ângulo de Fase (Phase Angle): Precisão de $\pm 0,2\%$, Amplitude de 0 a 20 Graus, Resolução de 0,1 Grau
- Completo e rápido: realiza o teste em menos de 2 minutos
- Prático: imprime relatório em Português pela impressora térmica embutida ou resultado através da tela
- Possibilita upgrades periódicos
- Preciso: correlação de $R = 0.98$ com a Pesagem Hidrostática e precisão de $\pm 1\%$ na leitura de Resistência
- Portátil: funciona com bateria interna recarregável, dispensa o uso da tomada, pesa menos de 1 Kg
- Aprovado pelo Ministério da Saúde/ANVISA, FDA
- Emite corrente elétrica sub-limiar (800 μ A, 50 kHz – frequência única)
- Acompanha: cabo sensor, bobina para impressora térmica, 100 eletrodos descartáveis pré-gel, recarregador Bi-Volt da bateria e bolsa exclusiva para transporte e conservação
- Garantia de 1 ano, assistência técnica integral e suporte científico especializado

Página 38: [4] Comentado [17] Kenya Lima de Araujo 30/09/2022 01:35:00

Especificação técnica: BALANÇA

PEDIÁTRICA DIGITAL: FABRICADA

EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE

CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE,

CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY)

DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO

MÍNIMO, 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA

(ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CAPACIDADE DE

PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO

(PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA, O PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICO. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL). EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS

Página 38: [5] Comentado [20] Renata Andrade de Medeiros Moreira 30/09/2022 12:01:00

Especificação técnica: Dinamômetro

- Dinamômetro de mão hidráulico
- Indicador estático para facilitar a leitura
- Escala de 0 a 90 Kg (0 a 200 libras), resolução de 2 Kg (5 libras)
- Ajuste do tamanho da mão/falanges para 5 posições diferentes
- Alça para proteção
- Acompanha maleta exclusiva para conservação e transporte

Página 38: [6] Comentado [21] Renata Andrade de Medeiros Moreira 30/09/2022 12:02:00

Especificação técnica:

Adipômetro

- Terminais móveis que se adaptam à Dobra Cutânea, aumentando a precisão da medida
- Leitura rápida e direta da Dobra Cutânea, sem a necessidade de interpolação
- Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm
- Mola com pressão constante de 10 g/mm² em qualquer abertura do Adipômetro
- Manual de instrução em Português com ilustrações, tabelas de conversão para gordura e lista de referências bibliográficas
- Acompanha Fita Métrica, Caneta Dermográfica e maleta exclusiva para conservação e transporte

Página 38: [7] Comentado [22] Renata Andrade de Medeiros Moreira 30/09/2022 12:09:00

Especificação técnica:

Aparelho para medir altura de crianças com até 146cm.

Certificado do IMI - INMETRO

Aparelho para medir altura de crianças

03 Réguas

01 medidor fixo

01 medidor móvel

Página 38: [8] Comentado [23] Renata Andrade de Medeiros Moreira 30/09/2022 12:30:00

Especificação técnica:

"Garantia: 01 ano Fabricado em alumínio anodizado, com escala em PTG protegida por membrana de PVC que impede o desgaste da escala. sistema de correção de fixação por Ajuste Dimensional. Laudo de aferição dimensional por rastreabilidade da escala do equipamento, garantindo sua precisão. Acompanha laudo de aferição Ficha

Técnica Amplitude de Medição: 80 cm a 220 cm (2,20 metros) Resolução: Milímetros
Matéria Prima: estrutura principal em alumínio anodizado e escala em PTG com proteção em PVC Itens Inclusos

- 01 Estadiômetro
- 01 Conjunto de parafuso e bucha para fixação
- 01 Manual do usuário
- 01 Laudo de aferição Foto ilustrativa

Página 38: [9] Comentado [24]	Renata Andrade de Medeiros Moreira	30/09/2022 12:07:00
--------------------------------------	---	----------------------------

Especificação técnica:

- Fita métrica de fibra de vidro inelástica, flexível e auto-retrátil
- Botão para travar e destravar, facilitando a leitura
- Escala de 0 a 150 cm, largura de 0,8 cm, resolução de 0,1 cm