

PARECER DE ANÁLISE AMOSTRA E REGISTRO DA ANVISA

Setor que realizou a análise: **SEMS**

Processo Licitatório: **Pregão Eletrônico nº 9/2024-00019**

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos e hospitalares, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas.

Em referência a análise da proposta, das empresas abaixo citada referente ao Pregão Eletrônico 9/2024-0019, segue o resultado conforme tabela abaixo, levando-se em conta os documentos apresentados pela empresa.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA VENCEDORA	MARCA/MODELO	AMOSTRA
5	519623	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS - Tipos de Correntes:- TENS: Convencional, Acupuntura e Breve Intensa; - TENS VIF - com Variação Automática de Intensidade e Frequência; - TENS B - BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz; - FES S - Sincronizado; - FES R - Recíproco; - FES S VIF - Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência; - FES R VIF - Recíproco com variação automática de intensidade e frequência; - Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Recíproco.	UND	8	LICITAFISIO EQUIP. ODONT. LTDA	IBRAMED/NEURODYN II	APROVADO
4	494418	APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO - Especificação: Frequências de 1 MHz ou 3 MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia, com ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm², possibilitando a seleção da frequência de 1 MHz ou 3 MHz com a ERA de 7 cm². A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts para a ERA de 7cm², portanto, a potência máxima é de 3 W/cm². O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100Hz, 48 Hz ou 16Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%), possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de programas pré-programados de tratamento (gravados na memória do aparelho)	UND	10	LICITAFISIO EQUIP. ODONT. LTDA	IBRAMED/SONOPULSE	APROVADO
2	536248	AUTOCLAVE CAPACIDADE 12 LITROS - Especificação: Tampa e câmara em aço inox, 2 bandejas em alumínio anodizado, Bivolt	UND	5	BS EQUIPAMENTO LTDA	BS EQUIPAMENT O/DIGITALE	APROVADO
3	547782	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação: capacidade do reservatório de 40lt, Potência do Motor de 2HP, Possui filtro na entrada para inibir o ruído; Tensão: Bivolt, Possui filtro de ar com regulador de pressão e dreno automático, Possui um válvula de segurança contra excesso de pressão	UND	5	VIA NACIONAL DIST. LTDA	MOTOMIL/CM O 8/50	APROVADO
1	15022	GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO - Especificação: CONTENDO: Cadeira odontologica, unidade auxiliar, cuspeira c/ 02 sugadores, equipo móvel odontologico, refletor e mocho.	UND	5	DENTEMED EQUIP. ODONT. LTDA	DENTEMED/ PRIME ONE FLEX CART	APROVADO

Paragominas, 10 de Dezembro de 2024.


MARIA JOSÉ PINTO REZENDE
Coordenadora da Saúde Bucal


Dra. Michelle Vidonho
Fisioterapeuta
CREFITO 128516-F

MICHELLE VIDONHO DA S. SCARAMUSSA
Fisioterapeuta Núcleo de Reabilitação