

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE ANALISADOR (ES) AUTOMÁTICO (S) DE BIOQUÍMICA.
Especificação : Analisador automatizado de acesso randômico, capaz de realizar reações de colorimetria, cinética, turbidimetria e ISE opcional. § O equipamento precisa ter o mínimo de contaminação (cubetas de reação autolaváveis). § Velocidade igual ou superior a 200 testes fotométricos/hora, possuir 70 ou mais posições de amostra. 56 posições ou mais de reagentes. § Aparelho deve possuir código de barras interno para leitura de reagentes e amostras. § Equipamento deve possuir fotômetro com no mínimo 12 filtros para comprimentos de onda entre os intervalos de 340 a 800nm. § Deve possuir agulhas individuais para reagentes e amostras. Agulhas deverão possuir detecção de nível de líquido e proteção contra colisão. § Deve realizar pré-diluição e pós-diluição automática da amostra até 150 vezes na própria cubeta. § Deve possuir homogeneização com dois mixers independentes da agulha. § Equipamento deve apresentar diluição de calibradores. § Os reagentes devem ser prontos para uso, em frasco, garrafas ou spots (dedicados) e com código de barras contendo no mínimo n

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)
Grupo: G1

2 - Auxiliar de serviços técnicos

Descrição Detalhada: SUPORTE DE INFORMÁTICA
Especificação : com software integrado de gestão laboratorial (LIS) REFERÊNCIA DO SOFTWARE: world Software de prontuário eletrônico de laboratório, Windows 10
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)
Grupo: G1

3 - Suplemento para meio de cultura

Descrição Detalhada: Suplemento para meio de cultura Tipo: Albumina De Soro Bovino (Bsa), Aspecto Físico: Pó Liofilizado, Concentração: > 96%
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)
Grupo: G1

4 - Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Ast/Tgo, Método: Cinético Uv, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (65)

Grupo: G1

5 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 5 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo De Alt/Tgp, Método: Cinético Colorimétrico De Ponto Final, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (65)

Grupo: G1

6 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: AMILASE -ACONDICIONADA EM KIT COM 3 FRASCO DE 20 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (27)

Grupo: G1

7 - Reagente para diagnóstico clínico 2

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 2 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo De Bilirrubina Total, Método: Colorimétrico, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Teste

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

Grupo: G1

8 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 2 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo Bilirrubina Direta E Total, Método: Colorimétrico De Ponto Final, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Teste

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

Grupo: G1

9 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: COLESTEROL TOTAL ? ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCOS DE 40 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)

Grupo: G1

10 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: CPK - ACONDICIONADO EM KIT COM 1 FRASCO DE 40 ML E 1 FRASCO DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (36)

Grupo: G1

11 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: FOSFORO - ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCO DE 20 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

Grupo: G1

12 - Reagente para diagnóstico clínico 3

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo Para Gasometria, Apresentação: Teste, Composição Básica: Ph, Pco2, Po2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Outros Componentes: Hct, Thb, Saturação De O2, Componentes Adicionais: Creatinina, Bilirrubina, Lactato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)

Grupo: G1

13 - EXAME GAMA GT

Descrição Detalhada: GAMA GT - ACONDICIONADO EM KIT COM 1 FRASCO DE 40 ML E 1 FRASCO DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (26)

Grupo: G1

14 - EXAME DE GLICEMIA

Descrição Detalhada: GLICOSE - ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCOS DE 40 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)

Grupo: G1

15 - EXAME COLESTEROL HDL

Descrição Detalhada: COLESTEROL HDL ACONDICIONADO EM KIT COM 2 FRASCOS DE 30 ML E 2 FRASCOS DE 10 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (54)

Grupo: G1

16 - Exame hemoglobina glicada a1c

Descrição Detalhada: HEMOGLOBINA GLICOSILADA -ACONDICIONADO EM KIT COM 2 FRASCOS DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (54)

Grupo: G1

17 - EXAME TRIGLICERIDEOS

Descrição Detalhada: TRIGLICERÍDEOS - ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCOS DE 40 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)

Grupo: G1

18 - EXAME PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

Descrição Detalhada: PROTEINAS TOTAIS - ACONDICIONADO EM KIT COM 10 FRASCO DE 20 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

Grupo: G1

19 - Exame Ácido Úrico

Descrição Detalhada: ÁCIDO ÚRICO - ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCO DE 40 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (36)

Grupo: G1

20 - EXAME DE FERRITINA

Descrição Detalhada: FERRO SERICO -ACONDICIONADO EM KIT COM 2 FRASCO DE 40 ML E 2 FRASCOS 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (30)

Grupo: G1

21 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: LIPASE -ACONDICIONADO EM KIT COM 2 FRASCOS DE 15 ML E 2 FRASCOS DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

Grupo: G1

22 - EXAME COLESTEROL LDL

Descrição Detalhada: COLESTEROL LDL- ACONDICIONADO EM KIT COM 1 FRASCO DE 30 ML E 1 FRASCO DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (54)

Grupo: G1

23 - exame para medir dosagem de Magnésio no sangue

Descrição Detalhada: MAGNÉSIO- ACONDICIONADO EM KIT COM 5 FRASCO DE 20 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (240)

Grupo: G1

24 - Exame uréia

Descrição Detalhada: UREIA -ACONDICIONADO EM KIT COM 4 FRASCOS DE 40 ML E 4 FRASCOS DE 10 ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)

Grupo: G1

25 - O exame de proteína c reativa (pcr)

Descrição Detalhada: PROTEINA C REATIVA(PCR) TURBIDIMETRIA-ACONDICIONADO EM KIT COM 1 FRASCO DE 40ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (54)

Grupo: G1

26 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO ANALISADOR (ES) DE HEMATOLOGIA-

Especificação : § Analisador hematológico com 18 ou mais parâmetros, com alimentação automatizada de amostras, que utilize tecnologias de Sistema combinado de citoquímica, impedância e citometria de fluxo como princípios de medida, entre outras possíveis. § Velocidade igual ou superior a 60 testes/hora § Com os parâmetros mínimos: WBC, NEU#, NEU%, LIN#, LIN%, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW- SD, LIC#, LIC%. § O aparelho deve realizar ciclos de limpeza automática incluindo a agulha. § Os reagentes devem ser livre de cianeto. § O sistema de carregamento de amostras deve possibilitar carregamento contínuo ou seja sem interrupção da rotina. Sistema de carregamento de amostras deve comportar no mínimo 30 amostras simultaneamente. § Equipamento deve armazenar no mínimo 30.000 resultados incluindo histogramas. § Além disso, o aparelho deve realizar homogeneização automática e perfuração automática dos tubos. § Deve apresentar a função de dosagem de amostras de emergência. § Equipamento deve possuir opção para realização de Hemograma em San

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

Grupo: G2

27 - Auxiliar de serviços técnicos

Descrição Detalhada: SUPORTE DE INFORMÁTICA

Especificação : com software integrado de gestão laboratorial (LIS) REFERÊNCIA DO SOFTWARE: world Software de prontuário eletrônico de laboratório, Windows 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G2

28 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia**Descrição Detalhada:** DILUENTE M-68DS 20L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (80)**Grupo:** G2**29 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia****Descrição Detalhada:** LYSE M-52 DIFF- KIT DE 500 ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (80)**Grupo:** G2**30 - Reagente****Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Aditivo Desativador, Tipo De Análise: Para Análises Polares, Componentes 5: Ácido Metilenodifosfônico (Mdp), Método: Cromatografia E Espectrometria De Massas, Apresentação 5: Solução Aquosa, Adicional: Com Certificado De Análise**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (80)**Grupo:** G2**31 - Probe****Descrição Detalhada:** Probe Aplicação: P/ Ultrassom Oftalmológico, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Tamanho: Frequência Cerca De 10 Mhz, Material: Ponta Distal Vedada, Apresentação: Reutilizável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 54**Quantidade Mínima Cotada:** 54**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 108**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (54)**Grupo:** G2**32 - EXAME ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)****Descrição Detalhada:** ANTIESTREPTOLISINA O**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2

33 - EXAME BHCG QUANTITATIVO**Descrição Detalhada:** BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA - KIT COM 100 TESTES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2**34 - Reagente para diagnóstico clínico 6****Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 6 Tipo 1: Conjunto Completo, Tipo De Análise 1: Qualitativo De Anti Citomegalovírus Igg E Igm, Método 1: Imunocromatografia, Apresentação 1: Teste**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (48)**Grupo:** G2**35 - Reagente para diagnóstico clínico 6****Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 6 Tipo 1: Conjunto Completo, Tipo De Análise 1: Qualitativo De Anti Citomegalovírus Igg E Igm, Método 1: Imunocromatografia, Apresentação 1: Teste**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (48)**Grupo:** G2**36 - Exame fator reumatoide****Descrição Detalhada:** FATOR REUMATÓIDE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 39**Quantidade Mínima Cotada:** 39**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (39)**Grupo:** G2**37 - Exame Sífilis - VDRL por Unidade de Sangue Total****Descrição Detalhada:** VDRL (LATEX)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2

38 - Soro**Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-A, Composição: Monoclonal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Mililitro**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2**39 - Soro****Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-B, Composição: Monoclonal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Mililitro**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2**40 - Soro****Descrição Detalhada:** Soro Tipo: Anti-D, Composição: Monoclonal**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Mililitro**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2**41 - Pipeta****Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Volumétrica, Capacidade: 40 ML, Material: Vidro, Esgotamento: Esgotamento Total**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 192**Quantidade Mínima Cotada:** 192**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 384**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (192)**Grupo:** G2**42 - Reagente para diagnóstico clínico.****Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Rubéola Vírus Igg, Método: Eletroquimioluminescência, Apresentação: Teste**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (48)**Grupo:** G2

43 - Reagente para diagnóstico clínico.

Descrição Detalhada: Reagente para diagnóstico clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Rubéola Vírus Igm, Método: Quimioluminescência, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G2

44 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: TOXOPLASMOSE - ANTICORPO IGG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G2

45 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia

Descrição Detalhada: TOXOPLASMOSE - ANTICORPO IGM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G2

46 - Lugol

Descrição Detalhada: Lugol Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 15,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G2

47 - Lâmina Laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina laboratório Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 50 X 30 MM, Tipo*: Lapidada, Tipo Borda: Borda Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (72)

Grupo: G2

48 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina laboratório Material: Vidro, Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo Borda: Borda Fosca, Adicional: Silanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (72)

Grupo: G2

49 - Laminula

Descrição Detalhada: Laminula Material: Vidro Siliconizado, Formato: Redonda, Dimensões: Cerca De 15 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (144)

Grupo: G2

50 - Tira reagente

Descrição Detalhada: Tira reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)

Grupo: G2

51 - Frasco coletor sem tampa - uso médico

Descrição Detalhada: Frasco coletor sem tampa - uso médico Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 5000 ML, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14400

Quantidade Mínima Cotada: 14400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (14400)

Grupo: G2

52 - Tubo Laboratório

Descrição Detalhada: Tubo laboratório Tipo: Ensaio, Material: Plástico, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Dimensões: Cerca De 20 X 150 MM, Acessórios: Tampa Rosqueável Com Vedação, Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9600

Quantidade Mínima Cotada: 9600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (9600)

Grupo: G2

53 - O exame de proteína c reativa (pcr)**Descrição Detalhada:** PCR (LATEX)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 600**Quantidade Mínima Cotada:** 600**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (600)**Grupo:** G2**54 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia****Descrição Detalhada:** AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN - FRASCO COM 500ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 72**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (36)**Grupo:** G2**55 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia****Descrição Detalhada:** DESCORANTE PARA B.A.A.R -ZIEHLNEELSEN - FRASCO COM 500ML**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 96**Quantidade Mínima Cotada:** 96**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 192**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (96)**Grupo:** G2**56 - Corante****Descrição Detalhada:** Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Físico*: Líquido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Teste**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (48)**Grupo:** G2**57 - Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia****Descrição Detalhada:** ASO (LATEX)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Miguel do Guamá/PA (120)**Grupo:** G2**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	24	UNIDADE
2	Auxiliar de serviços técnicos	12	UNIDADE
3	Suplemento para meio de cultura	24	Unidade
4	Reagente para diagnóstico clínico.	65	Unidade
5	Reagente para diagnóstico clínico	65	Unidade
6	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	27	UNIDADE
7	Reagente para diagnóstico clínico 2	40	Teste
8	Reagente para diagnóstico clínico	40	Teste
9	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	70	UNIDADE
10	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	36	UNIDADE
11	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	24	UNIDADE
12	Reagente para diagnóstico clínico 3	70	Unidade
13	EXAME GAMA GT	26	UNIDADE
14	EXAME DE GLICEMIA	70	UNIDADE
15	EXAME COLESTEROL HDL	54	UNIDADE
16	Exame hemoglobina glicada a1c	54	UNIDADE
17	EXAME TRIGLICERIDEOS	60	UNIDADE
18	EXAME PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	24	UNIDADE
19	Exame Ácido Úrico	36	UNIDADE
20	EXAME DE FERRITINA	30	UNIDADE
25	O exame de proteína c reativa (pcr)	54	UNIDADE
24	Exame uréia	70	UNIDADE
23	exame para medir dosagem de Magnésio no sangue	240	UNIDADE
22	EXAME COLESTEROL LDL	54	UNIDADE
21	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	24	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	24	UNIDADE
27	Auxiliar de serviços técnicos	12	UNIDADE
28	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	80	UNIDADE
29	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	80	UNIDADE
30	Reagente	80	Unidade
31	Probe	54	Unidade
32	EXAME ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	36	UNIDADE
33	EXAME BHCG QUANTITATIVO	36	UNIDADE
34	Reagente para diagnóstico clínico 6	48	Unidade
35	Reagente para diagnóstico clínico 6	48	Unidade
36	Exame fator reumatoide	39	UNIDADE
37	Exame Sífilis - VDRL por Unidade de Sangue Total	36	UNIDADE
38	Soro	36	Millilitro
39	Soro	36	Millilitro
40	Soro	36	Millilitro
41	Pipeta	192	Unidade
42	Reagente para diagnóstico clínico.	48	Unidade
43	Reagente para diagnóstico clínico.	48	Unidade
44	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	48	UNIDADE
45	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	48	UNIDADE
46	Lugol	12	Frasco 15,00 ML
47	Lâmina Laboratório	72	Unidade
48	Lâmina laboratório	72	Unidade
49	Lamínula	144	Unidade
50	Tira reagente	96	Unidade
51	Frasco coletor sem tampa - uso médico	14400	Unidade
52	Tubo Laboratório	9600	Unidade
53	O exame de proteína c reativa (pcr)	600	UNIDADE
54	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	36	UNIDADE
55	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	96	UNIDADE
56	Corante	48	Teste
57	Manutenção equipamentos hospitalares de Terapia	120	UNIDADE