ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

ESTUDO TÉCNICO

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) tem o dever legal e constitucional de garantir o acesso universal e contínuo a materiais médico-hospitalares essenciais para a população.

No entanto, a aquisição de materiais médico-hospitalares por meio do modelo tradicional de licitação (Pregão para Registro de Preços) tem apresentado sucessivos e graves insucessos. No último exercício 2025, observou-se que cerca de 57% dos itens licitados resultaram em licitações desertas (sem propostas) ou fracassadas (propostas desclassificadas ou fornecedores que não assinaram a ata).

Este cenário expõe a FMS a um risco crítico e iminente de desabastecimento, forçando o uso recorrente de Contratações Diretas (notadamente a Dispensa de Licitação por Emergência, prevista no Art. 75, VIII da Lei 14.133/2021), que são menos eficientes, mais onerosas e prejudicam o planejamento.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) tem o dever legal e constitucional de garantir o acesso universal e contínuo a materiais médico-hospitalares essenciais para a população, especialmente no art.196 da Carta Magna.

O modelo tradicional de aquisição (Pregão para Registro de Preços) tem apresentado sucessivos e graves insucessos de licitações desertas ou fracassadas, bem como situação de não entrega dos itens após a finalização dos certames, prejudicando de forma direta a assistência em saúde prestada pela FMS, o que expõe a instituição à riscos e implicações sociais, individuais, administrativas e legais.

Este cenário expõe a FMS a um "risco crítico e iminente de desabastecimento", forçando o uso recorrente de Contratações Diretas emergenciais, que são menos eficientes e mais onerosas. A necessidade, portanto, é contratar uma solução de suprimento (Credenciamento) que garanta a regularidade na aquisição dos materiais médico-hospitalares, que são parte fundamental dos tratamentos em saúde.

Os materiais médico-hospitalares são cruciais para a saúde, pois permitem diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar sintomas, contribuindo diretamente para o aumento da expectativa e qualidade de vida da população.

A necessidade, portanto, não é apenas adquirir os materiais médico-hospitalares, mas contratar uma solução de suprimento que garanta regularidade, eficiência e economicidade, mitigando o alto índice de falhas do modelo tradicional.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina ainda não elaborou o Plano de Contratações Anual. Não obstante, a despesa objeto deste Estudo Técnico Preliminar encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026 do Município de Teresina-PI — LOA 2026, estando a contratação em conformidade com o PPA 2026-2029, com a LDO 2026 e com a LOA 2026, consoante a Declaração de Compatibilidade Orçamentária acostada aos autos (SEI nº 15503753) e a indicação de recursos e fontes promovida pelo Núcleo de Orçamento — NUOREM (SEI nº 15266234 e nº 15266390), bem como a autorização da Ficha de Licitação nº 56/2026 (SEI nº 15483369).

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO FORNECIMENTO E NÍVEIS DE SERVIÇO MÍNIMOS.

3.1.1 Além da conformidade dos produtos com as especificações descritas no ANEXO A do Termo de Referência, o fornecimento objeto deste credenciamento deverá atender, obrigatoriamente, às seguintes condições e níveis de serviço:

3.1.1.1 Qualidade e Conformidade Regulatória: Todos os materiais médico-hospitalares fornecidos deverão possuir, obrigatoriamente, registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e atender as normas de Boas Práticas de Fabricação, Armazenamento e Distribuição.

3.1.1.2 Prazo de Validade Mínimo: No ato da entrega, os produtos deverão ser entregues com um prazo de validade mínimo restante, conforme as seguintes regras:

a) De pelo menos 90% (noventa por cento) de sua validade total, para produtos com vida-de-prateleira de até seis meses;

b) De pelo menos 80% (oitenta por cento) de sua validade total, para produtos com vida-de-prateleira entre seis meses e um ano;

c) De pelo menos 70% (setenta por cento) de sua validade total, para produtos com vida-de-prateleira de dois anos ou mais.

3.1.1.3 O transporte e a armazenagem deverão ser realizados em condições adequadas de temperatura, umidade, higiene, segurança e conservação, em conformidade com as especificações do fabricante e com a regulamentação sanitária aplicável à natureza e à classe regulatória de cada item, observadas, conforme o caso, as seguintes disposições: (i) para medicamentos, a RDC ANVISA nº 430, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos; (ii) para dispositivos médicos e demais produtos para saúde, a regulamentação sanitária específica aplicável à categoria, inclusive as disposições pertinentes à sua regularização e às boas práticas de armazenamento, distribuição e transporte; e (iii) para saneantes, a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, o Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, e as normas específicas da ANVISA aplicáveis à categoria, inclusive aquelas relativas às condições de armazenamento e, quando cabível, ao transporte de produtos perigosos. A RDC ANVISA nº 430, de 8 de outubro de 2020, será aplicável exclusivamente aos itens que se enquadrem como medicamentos, não se estendendo aos dispositivos médicos, demais produtos para saúde ou saneantes. Os produtos deverão ser protegidos contra poeira, umidade, exposição solar, temperaturas inadequadas e demais condições ambientais capazes de comprometer sua qualidade, segurança, eficácia ou integridade, observadas as condições de conservação estabelecidas pelo fabricante e pela regulamentação sanitária aplicável, sendo tais obrigações de inteira responsabilidade do credenciado.

3.1.1.4 As embalagens (primária, secundária e de transporte) devem garantir a integridade e a estabilidade do produto e obedecer às regras de padronização da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde constantes da Portaria nº 334 de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde.

3.1.1.5 Os materiais médico-hospitalares deverão ser comercializados em embalagens invioláveis e de fácil identificação, contendo de forma visível e irremovível a seguinte informação: “PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO” (vide art. 7º da Portaria nº. 2.814/1998 do Ministério da Saúde). Em caso de latas ou frascos, esses dizeres devem estar no corpo da embalagem e não na tampa.

3.1.1.6 As embalagens dos insumos registrados devem apresentar identificação específica baseada em sistema de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados, contendo minimamente as seguintes informações: número de registro na ANVISA; número de série único; número do lote ou da partida e data de validade.

3.1.1.7 O rótulo e a bula devem conter informações em língua portuguesa, tais como: número de lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número do registro na Anvisa ou notificação simplificada, conforme o caso.

3.2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

3.2.1 A entrega do objeto será realizada no local designado pela FMS, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. A CONTRATADA deverá manter estoques compatíveis com as quantidades que venham a ser solicitadas, a fim de evitar atrasos. Prazos superiores somente serão admitidos mediante autorização expressa da Fundação Municipal de Saúde, devidamente justificada.

3.2.2 Os produtos deverão ser entregues nos seguintes locais/endereços (ANEXO B), conforme especificado em cada Ordem de Fornecimento, sem qualquer custo adicional para o Contratante, no horário comercial de 7:30h às 13:30h.

3.2.3 A FMS reserva-se o direito de incluir, excluir ou alterar os locais de entrega durante a vigência do credenciamento, mediante publicação de versão atualizada do respectivo anexo, assegurando transparência e acesso à informação.

3.2.4. O objeto será recebido:

a) Provisoriamente, de forma sumária, mediante recibo, NO ATO DA ENTREGA, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou do instrumento de cobrança equivalente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas, a conformidade dos documentos de registro na ANVISA e dos laudos de controle de qualidade, prorrogável, excepcionalmente e de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

3.2.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.2.6. Na entrega dos produtos deverão ser cumpridos pela contratada e verificados pela administração:

a) A conformidade das especificações técnicas com o que foi solicitado, tais como apresentação, dimensões, material de constituição, composição, condição de esterilidade e condições de conservação, bem como com os demais itens do detalhamento do objeto, constantes do item 3.1 e do quadro resumo (ANEXO A) do Termo de Referência;

b) O produto deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação do conteúdo, identificados, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA;

3.2.7. Cada entrega deverá ser acompanhada da respectiva Nota Fiscal, contendo, obrigatoriamente, o número do processo de credenciamento, o número da Ordem de Fornecimento e, no corpo do documento ou em anexo, a discriminação do lote e da data de validade de cada item fornecido.

3.2.8 Os produtos deverão ser organizados e empilhados por lote no momento da entrega;

3.2.9 O frete, os encargos e os seguros (modalidade CIF) correrão por conta exclusiva do fornecedor credenciado.

3.2.10. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com os termos e condições desta contratação. A contratada deve substituir às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 5 (cinco) dia(s) úteis, contados da notificação feita pelo fiscal, dos insumos que apresentarem qualquer irregularidade;

a) Caso o contratado não realize a troca descrita no item anterior, dentro do prazo devido, deverá assumir as responsabilidades pelo seu não recolhimento;

b) Caso a substituição não seja realizada no prazo, a FMS poderá acionar outro fornecedor credenciado para atendimento da demanda, sem prejuízo das sanções cabíveis ao fornecedor inadimplente.

3.2.11. A contratada deve comunicar à contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dia(s) úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.2.12 A Contratante reserva-se o direito de não receber nenhum produto com prazo de validade inferior ao especificado no item 3.1.1.2, RESSALVADOS os casos de interesse da Administração, desde que exista solicitação prévia da Contratada e justificativa expressa do órgão interessado, caso em que será formalizado o compromisso de troca de todo quantitativo não utilizado, através da “Carta de Comprometimento de Troca”;

3.2.13 No ato da entrega dos insumos garantidos pela Carta de Comprometimento de Troca, a nota fiscal apresentada deve informar que o produto é referente a uma reposição por troca, especificando a nota fiscal e a Ordem de Fornecimento de origem.

3.2.14 Caso o insumo referente à troca possuir prazo de validade inferior aos especificados no item 3.1.1.2, é necessário o envio de nova Carta de Comprometimento de Troca;

3.3. DA VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO

3.3.1. Fundamentação e Justificativa: Com fundamento no art. 122, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e na natureza deste credenciamento, fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto. O procedimento visa formar a maior rede possível de fornecedores diretamente aptos a atender a FMS, sendo o edital permanentemente aberto a novos interessados. Permitir a subcontratação desvirtuaria o instituto, criaria o risco de mera intermediação.

3.3.2. Obrigação de Execução Direta: O fornecimento deverá ser executado integralmente pela empresa que se credenciou e foi selecionada na cotação de preços, a qual será a única responsável por todas as obrigações contratuais.

3.4. DA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA (AMOSTRAS)

3.4.1. A verificação da qualidade e da conformidade técnica dos materiais médico-hospitalares objeto deste credenciamento será atestada, primariamente, pela apresentação dos seguintes documentos na Fase 1 (Habilitação): a) Registro válido do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme Item 3.1.1.1;

3.4.2. Não será exigida a apresentação de amostras como condição para participação na Fase 2 (Cotação para Fornecimento), a fim de não prejudicar a agilidade do processo e o requisito de disponibilidade imediata que fundamentam o modelo de mercados fluidos.

3.4.3. A FMS se reserva o direito de realizar a verificação da conformidade por meio de amostras (coleta e análise) nas seguintes ocasiões:

3.4.3.1 Na Habilitação (Fase 1): Exclusivamente para itens que não sejam insumos padronizados (ex: correlatos, kits ou materiais de uso hospitalar de especificação complexa), a FMS poderá solicitar amostra como condição de habilitação técnica para aquele item específico.

3.4.3.2 Na Execução (Pós-Entrega): A qualquer tempo, o fiscal do contrato poderá coletar amostras (amostragem de lote) dos produtos já entregues para realizar análise técnica ou laboratorial, em caso de fundada dúvida sobre a qualidade ou conformidade.

3.4.4. A eventual reprovação da amostra coletada conforme o item 3.4.3.2 ensejará a imediata aplicação da Política de Troca e Devolução (Item 3.2.10), sem prejuízo das sanções cabíveis.

3.5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

3.5.1. Não poderão participar deste credenciamento consórcios de empresas. A vedação justifica-se diante da natureza comum do objeto, que pode ser ofertado por um número amplo de potenciais participantes, não implicando limitação à competitividade.

3.6. DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

3.6.1 Vedação a Cooperativas: Não será permitida a participação de Cooperativas neste credenciamento.

3.6.2 Justificativa: A justificativa para a vedação fundamenta-se na incompatibilidade entre a natureza jurídica das cooperativas (regidas pela Lei nº 5.764/1971) e a natureza do objeto licitado (distribuição de materiais médico-hospitalares), pelas seguintes razões:

3.6.2.1 Incompatibilidade com o Ato de Comércio: O objeto é o fornecimento de materiais médico-hospitalares, uma atividade de natureza eminentemente empresarial e mercantil (compra para revenda habitual). As cooperativas, por definição legal, são sociedades de pessoas, de natureza civil e não-empresarial, cujo objetivo principal é a prestação de serviços aos seus associados (mutualismo), e não a prática de atos de comércio para o mercado em geral.

3.6.2.2 Incompatibilidade com a Regulação Sanitária: O fornecimento de materiais médico-hospitalares é rigorosamente regulado pela ANVISA, que concede Autorizações de Funcionamento (AFE/AE) a "empresas" (distribuidores e fabricantes). Este modelo regulatório pressupõe uma responsabilidade técnica, sanitária e civil centralizada e individualizada (por CNPJ). A estrutura de uma cooperativa, onde a responsabilidade pode ser difusa entre os cooperados, não se alinha ao modelo de rastreabilidade e responsabilidade direta exigido pela FMS e pelos órgãos de controle para este objeto crítico.

3.7 DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

3.7.1 Para a presente contratação, não será exigida a prestação de garantia de execução contratual, com fundamento na discricionariedade conferida à Administração pelo art. 96, caput, da Lei nº 14.133/2021. A decisão pela não exigência da garantia se justifica pelos seguintes motivos:

1. Natureza do Credenciamento e Mitigação de Riscos: A própria sistemática do credenciamento, que cria uma rede diversificada de fornecedores aptos e disponíveis, já funciona como um poderoso mitigador de risco. Em caso de falha na entrega por parte de um fornecedor selecionado, a Administração pode, de forma ágil, acionar outro credenciado para atender à demanda, minimizando o risco de desabastecimento.
2. Modelo de Execução e Pagamento: As aquisições ocorrerão de forma parcelada e pontual, por meio de Ordens de Fornecimento para entrega imediata. O pagamento será realizado somente após o recebimento e o atesto da conformidade dos produtos. Este modelo ("pagamento contra entrega") reduz drasticamente o risco financeiro para a Administração, pois não há adiantamento de valores.
3. Fomento à Competitividade e Economicidade: A dispensa da garantia visa a reduzir os custos indiretos para os fornecedores, o que tende a se refletir em propostas com preços mais competitivos. Além disso, a medida facilita e estimula a participação de empresas de pequeno e médio porte, que poderiam ter dificuldades em arcar com os custos de uma apólice de seguro ou fiança, ampliando assim a competitividade do certame.

3.7.1.4 Dessa forma, considerando os baixos riscos inerentes ao modelo de contratação adotado, a não exigência da garantia atende aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Justificativa da Estimativa

A estimativa das quantidades, no âmbito de um Sistema de Credenciamento, difere de uma aquisição por lote fechado. O objetivo deste levantamento não é definir um quantitativo fixo a ser adquirido, mas sim estimar a demanda provável da Fundação Municipal de Saúde durante o período de vigência do credenciamento.

As aquisições ocorrerão de forma fracionada e sob demanda, conforme a necessidade real dos setores requisitantes (ex: farmácias, unidades de saúde, hospitais) ao longo do período, em conformidade com as regras do mercado fluido e do edital de credenciamento.

Memória de Cálculo da Demanda Estimada

Para definir a demanda provável de cada materiais médico-hospitalares objeto do credenciamento, o setores requisitantes (GEAFH-DAE, GEAFA-DAB, CAF-HUT) baseou-se no histórico de consumo da instituição.

Fonte dos Dados

Os dados de consumo foram extraídos do sistemas informatizados HORUS, Gestor saúde e SISMAT, compreendendo o período dos últimos 4 anos (2022, 2023, 2024 e 2025).

Os extratos detalhados que comprovam o consumo histórico estão anexados a este processo: 14572784, 14572785, 14572786, 14572787, 14572788, 14572789, 14572836, 14572837, 14572838, 14572839, 14574707.

Metodologia de Cálculo

A metodologia para projeção da demanda levou em consideração a tendência de consumo observada na série histórica.

1. Utilização do quantitativo solicitado (demandado) para cada item como base para formação da média de consumo anual;

2. Acréscimo de margem de segurança de 25% (vinte e cinco por cento), considerando que nos anos de 2022 e 2025 vários itens estiveram com saldo de estoque zero, o que pode ser comprovado por meio do índice de ruptura de estoque maior que 60% (sessenta por cento) calculado em dezembro de 2024, e que não foi possível atender às demandas recebidas pelas diversas unidades, deixando o sistema informatizado sem dados sobre consumo.

Quantitativos Estimados

Com base na metodologia descrita, a demanda estimada para o período de 12 meses é a detalhada na tabela abaixo.

Reitera-se que estes são valores estimados para fins de planejamento, podendo o consumo real variar conforme a demanda efetiva da rede de saúde.

ITEM	Cod E-Governe	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESTIMATIVA 12 MESES
1	27327	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. Embalagem constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Pacote	3.420
2	21355	Absorvente higiênico hospitalar, tamanho mínimo de 28x10cm, com barreira impermeável, aderente, boa absorção, hipoalergênico, atóxico. Pacote c/20 unid.	Unidade	90.000
3	NOVO	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. Desinfetante hospitalar de alto nível, não corrosivo, biodegradável, indicado para: Desinfecção de alto nível: material ventilatório, broncoscópios, colonoscópios, artroscópios e outros. Desinfecção de nível intermediário: superfícies fixas, material inalatório, tubos corrugados e outros. PH puro: 3,0 a 4,0 Elimina bactérias, micobactérias, vírus e fungos. Em galões com 5 litros. Pronto para uso. Deverá ter registro no Ministério de Saúde.	GALÃO 5 LITROS	225
4	NOVO	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. Desinfetante hospitalar de alto nível, não corrosivo, biodegradável, indicado para: Desinfecção de alto nível: material ventilatório, broncoscópios, colonoscópios, artroscópios e outros. Desinfecção de nível intermediário: superfícies fixas, material inalatório, tubos corrugados e outros. PH puro: 3,0 a 4,0. Elimina bactérias, micobactérias, vírus e fungos. Em galões com 5 litros. ACOMPANHADO POR NO MÍNIMO 30 FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO (POR GALÃO). Pronto para uso. Deverá ter registro no Ministério de Saúde.	GALÃO COM 5 LITROS	450
5	NOVO	Ácido Peracético 3,4 a 3,5% acondicionado em recipiente de plástico de alta resistência, com capacidade para 5 litros, e prazo mínimo de 01 (um) ano de validade.	GALÃO	180
6	NOVO	Água destilada para autoclave, incubadora, galão com 5 litros	Galão	2.250
7	277319	Água Oxigenada 10 Vol. (Peróxido De Hidrogênio), c/ 1 litro	Litro	2.772
8	47735	Agulha de esclerose descartável para endoscopia digestiva alta (gastro), com calibre 23 G, comprimento da agulha 4 mm, trava click na exposição da agulha, conexão luer-lock, comprimento útil 230 cm, embalada em embalagem estérildentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competentes	Unidade	50
9	27328	Agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 13 x 4,5mm, sem costura ou solda, trefilado, apresentando bisel trifacetado em uma das extremidades e siliconizado com silicone grau médico externamente em todo corpo da agulha. Canhão confeccionado em polipropileno que permita acoplar a agulha a seringas de volumes variados com conexão luer-lock e luer-slip, apresentando cor castanho/marron conforme código de cores da ABNT NBR ISO 7864. A união da cânula ao canhão deve ser feita através de adesivo inerte e atóxico. Protetor confeccionado em polipropileno incolor para proteger a cânula e o bisel antes do uso. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº de lote, Reg. no MS.	Unidade	504.441
10	33578	Agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 25 x 7mm, sem costura ou solda, trefilado, apresentando bisel trifacetado em uma das extremidades e siliconizado com silicone grau médico externamente em todo corpo da agulha. Canhão confeccionado em polipropileno que permita acoplar a agulha a seringas de volumes variados com conexão luer-lock e luer-slip, apresentando cor preta conforme código de cores da ABNT NBR ISO 7864. A união da cânula ao canhão deve ser feita através de adesivo inerte e atóxico. Protetor confeccionado em polipropileno incolor para proteger a cânula e o bisel antes do uso. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº. de lote, Reg. no MS.	Unidade	805.066
11	27330	Agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 25 x 8mm, sem costura ou solda, trefilado, apresentando bisel	Unidade	317.634

		trifacetado em uma das extremidades e siliconizado com silicone grau médico externamente em todo corpo da agulha. Canhão confeccionado em polipropileno que permita acoplar a agulha a seringas de volumes variados com conexão luer-lock e luer-slip, apresentando cor verde conforme código de cores da ABNT NBR ISO 7864. A união da cânula ao canhão deve ser feita através de adesivo inerte e atóxico. Protetor confeccionado em polipropileno incolor para proteger a cânula e o bisel antes do uso. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº. de lote, Reg. no MS.		
12	27331	Agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 30x8mm, sem costura ou solda, trefilado, apresentando bisel trifacetado em uma das extremidades e siliconizado com silicone grau médico externamente em todo corpo da agulha. Canhão confeccionado em polipropileno que permita acoplar a agulha a seringas de volumes variados com conexão luer-lock e luer-slip, apresentando cor verde conforme código de cores da ABNT NBR ISO 7864. A união da cânula ao canhão deve ser feita através de adesivo inerte e atóxico. Protetor confeccionado em polipropileno incolor para proteger a cânula e o bisel antes do uso. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº. de lote, Reg. no MS	Unidade	1.221.050
13	27332	Agulha hipodérmica com cânula composta de tubo de aço inox tipo 340 conforme NBR ISO 9626, com dimensão 40x12mm, sem costura ou solda, trefilado, apresentando bisel trifacetado em uma das extremidades e siliconizado com silicone grau médico externamente em todo corpo da agulha. Canhão confeccionado em Polipropileno que permita acoplar a agulha a seringas de volumes variados com conexão luer-lock e luer-slip, apresentando cor rosa conforme código de cores da ABNT NBR ISO 7864. A união da cânula ao canhão deve ser feita através de adesivo inerte e atóxico. Protetor confeccionado em polipropileno incolor para proteger a cânula e o bisel antes do uso. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº. de lote, Reg. no MS.	Unidade	17.312.546
14	39621	Agulha neuro estimulação A100 21G, para bloqueio de plexo com Neuro-estimulador, eletricamente isolada, 100mm, G21x4 com bisel a 30°, canhão translúcido e com ranhuras, tudo para injeção e aspiração com 40cm e primming de 0,3ml com cabo de eletrodo isoladopara adaptação, esterelizado por óxido de etileno e registro na ANVISA.	Unidade	2.000
15	32025	Agulha neuro estimulação A50 22G, para bloqueio de plexo com Neuro-estimulador, eletricamente isolada, 50mm, G22x2 com bisel a 30°, canhão translúcido e com ranhuras, tudo para injeção e aspiração com 40cm e primming de 0,3ml com cabo de eletrodo isoladopara adaptação, esterelizado por óxido de etileno e registro na ANVISA.	Unidade	5.000
16	15359	Agulha para fistula arterio-venosa 16G, com back eye. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	1.500
17	10789	Agulha para Raqui-anestesia 22G x 3 ½" (0,53mm x 88mm), empunhadura anatômica com depressões digitais, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número de lote e Registro no MS.	Unidade	554
18	21032	Agulha para Raqui-anestesia 25G x 3 ½", empunhadura anatômica com depressões digitais, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número de lote e Registro no MS.	Unidade	9.246
19	10790	Agulha para Raqui-anestesia 26G x 3 ½", empunhadura anatômica com depressões digitais, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número de lote e Registro no MS.	Unidade	11.250
20	10791	Agulha para Raqui-anestesia 27G x 3 ½", empunhadura anatômica com depressões digitais, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número de lote e Registro no MS.	Unidade	5.250
21	23363	Alça de polipectomia oval, autoclavável para colonoscopia, comprimento de trabalho 230 cm, diâmetro da alça 50 mm, diâmetro do cateter 2,5 mm, compatível com canal de trabalho 2,8mm, acompanhado de manopla, para uso em Videocolonoscópio Olympus CF Q145 L e CF H170, embalada em embalagem dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competente	Unidade	10
22	31554	Álcool em gel 70% glicerinado a 3%, refil embalagem c/ 800ml a 1.000ml aproximadamente com agentes umectantes e emolientes (hidratante) para higienização das mãos. Secagem imediata após a fricção das mãos (uso). Com ph 6,5 a 7,5. Incolor, Odor alcoólico, número do lote e data de fabricação na embalagem, prazo de validade não inferior a 24 meses	Unidade	14.445

23	21915	Álcool etilico liquido 70% INPM, hidratado, frasco com 1 litro, com 99.8% de eficácia na destruição de vírus e bactérias. Em caixas de papelão resistentes contendo 12 litros	Frasco	106.530
24	NOVO	Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5¨gl, fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07 g/ mol, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro,absoluto, número de referência química cas 64-17-5.	Litro	375
25	NOVO	Alcool swab sachê, Caixa com 100 unidades de TNT umedecido em álcool isopropílico a 70% tamanho 3,3 cm x 2,7 cm dobrado ou 6,5 cm x 2,7 cm aberto, embalado individualmente e Estéril.	Unidade	7.500
26	4260	Algodão Hidrófilo em Rolo. Pacote 250 gramas. Ausência de alvejante óptico, amido e sujidade, estando em conformidade com a norma da ABNT 14.635. Material 100% algodão, que permita absorção imediata de fluidos e sangue; tenha papel em volta da manta de algodão a fim de facilitar o manuseio e separação das mantas.Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	ROLO	37.950
27	20945	Almotolia de plástico âmbar, bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.	Unidade	1.500
28	20947	Almotolia de plástico nitidamente transparente, bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.	Unidade	2.490
29	41961	Amniótomo (Rompedor de bolsa amniótica). Tamanho aproximado de 25cm. Fabricado em material plástico, estéril e descartável. Com extremidade distal com acabamento arredondado proporcionando um método seguro e eficaz para romper a membrana amniótica pela primeira vez reduzindo os riscos para a mãe ou feto.	Unidade	3.000
30	44976	Anéis moldáveis planos de hidrocolóide, sem álcool, para preenchimento de irregularidas e prevenção de lesões periestomais. Caixa com 10 unidades. Espessura de 4,2 a 4,5 mm	Caixa	480
31	49543	Aspirador para rede canalizada vacuômetro, frasco de coletor em vidro capacidade de até 500ml de liquido/secreção (graduado) boia de proteção antitransbordamento em polipropileno tampa e confeccionada em polipropileno e nylon conexões padronizadas conforme normas abnt. Escala de vacuômetro: 0 e 76 cm hg (externa) e 0 a 30 pol.hg (interna).	Unidade	200
32	48155	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	360.000
33	48156	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA	Unidade	150.000
34	48157	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOSUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE,	Unidade	300.000

		ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA		
35	48158	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 30 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO 80% DE ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 30CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 64,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA	Unidade	22.500
36	20667	Atadura Gessada de 10 cm de largura por 3.0m de comprimento,com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.	ROLO	60.915
37	20668	Atadura Gessada de 15 cm de largura por 3.0m de comprimento,com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.	ROLO	5.250
38	20669	Atadura Gessada de 20 cm de largura por 4.0m de comprimento,com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.	Unidade	17.850
39	20670	Atadura Ortopédica de Algodão 20cm de largura por 1.0m de comprimento, constituída de fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, transformado em rolos de manta uniforme, sem emendas, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade Pacote com no máximo 12 unidades e com dados de identificação, procedência, data de validade, nº. de lote e Registro no MS.	ROLO	54.000
40	NOVO	Avental cirúrgico estéril impermeável descartável. Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms. Hidrorepelente. Gramatura: Cerca De 60 G/M2. Manga: Longa C/ Punho Em Malha. Fechamento asséptico, embalado individualmente.	Unidade	22.500
41	44329	Avental descartável em tecido não-tecido do tipo TNT (gramatura mínima de 30g/m2): Avental descartável, com altura mínima de 1,20m. Modelo cirúrgico, sem emendas, furos, rasgos ou defeitos, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, mangas raglan longas com ajuste nos punhos (malha canelada ou elástico). Abertura na parte posterior e fechamento total em traspasse, através de tiras com comprimento suficiente para fechamento, localizados na região cervical e abdominal. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (BFE≥90%), permitir a execução de atividades com conforto. Embalado com no máximo 100 unidades, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	666.155
42	44331	Avental descartável impermeável em tecido não-tecido do tipo SMS (gramatura mínima de 50g/m2): Avental descartável com altura mínima de 1,20m, totalmente impermeável a líquidos. Modelo cirúrgico, sem emendas, furos, rasgos ou defeitos, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, mangas raglan longas com ajuste nos punhos (malha canelada ou elástico). Abertura na parte posterior e fechamento total em traspasse, através de tiras com comprimento suficiente para fechamento, localizados na região cervical e abdominal. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (BFE≥99%), permitir a execução de atividades com conforto. Embalado com no máximo 100 unidades, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	198.110
43	NOVO	Bandagem Adesiva Elástica - de algodão e rayon (7,5 cm X 4,5m), para fixação de cânulas orotraqueais: adulto e criança.	Rolo	3.750
44	NOVO	Bandagem adesiva elástica de algodão e rayon com adesivo de borracha permeável. O adesivo mantém a bandagem firme durante todo o tratamento. Evita a maceração, marcas na pele e permite que a derme respire, sem prejudicar a passagem de ar e a umidade. Possui uma linha guia amarela no centro que permite a sobreposição adequada da bandagem durante a aplicação. Dimensões: 10,0 cm x 4,5 m	Unidade	450
45	NOVO	BANDAGEM ELÁSTICA MULTICAMADAS- sistema de bandagem compressiva, COM MEDIDA DE TORNOZELO DE 18 a 25 cm. Pacote com sistema multicamadas, com no mínimo 2 camadas. Embalagem individual, ESTÉRIL, compatível com o processo de esterilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica. Com dados de identificação, procedência, número de lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa.	ROLO	3.000
46	11206	Barra de Erich	Unidade	10

47	44972	Barreira protetora de hidrocolóide em forma de placa para proteção e tratamento da pele periestomal. Tamanho 20 x 20cm.	Caixa	120
48	45505	Basket para extração de cálculos e corpos estranhos, autoclavável, cesto em aço inox com 4 fios, diâmetro da cesta 30 mm, diâmetro externo 2.5 mm, comprimento 180 cm, compatível com canal de trabalho 2,8mm, acompanhado de manopla, embalada em embalagem dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competente	Unidade	10
49	38717	Bocal de endoscopia, uso adulto, anatômico, material em plástico resistente, atóxico, látex-free, medida de abertura para passagem de endoscópio 26 mm de largura x 18 mm de altura, com faixa elástica regulável para cabeça confeccionada emmaterial lavável, embalado em embalagem individual	Unidade	20
50	21356	Bolsa de borracha sintética p/ água quente, capacidade 1000ml.	Unidade	45
51	21357	Bolsa de borracha sintética para gelo, tamanho médio.	Unidade	45
52	10806	Bolsa para colostomia, 30mm, pacote c/10 unidades.	pacote	3.600
53	48796	Bolsa para colostomia/ileostomia adulto de uma peça com base adesiva CONVEXA. Bolsa drenável, recortável, opaca ou transparente, composta por duas barreiras de filmes multilaminares: copolímero EVA + polietileno, com filtro de carvão ativado acoplado impermeável, composto por faixa de poliestireno impregnada de carvão ativado com filme EVA/ PP/EVA + Filme transparente PE + membrana de Politetraflouretano, à prova de fugas, permeável a gases e com membrana respirável Hi-tech, fechamento com clamp integrado de velcro de plástico, revestimento protetor com Silicone e bordos sobrepostos. Base adesiva CONVEXA em formato de flor composta por: hidrocolóide de alta maleabilidade sem deformação, polisobutileno, carboxímetilcelulose, pectina. Base adesiva recortável de 15mm até 45 mm.	Unidade	1.200
54	44948	Bolsa para colostomia/Ileostomia adulto sistema de duas peças (bolsa e base compatível) com base adesiva PLANA. Bolsa drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado, janela de visualização, sistema de fechamento por encaixe e bolso de segurança. Base adesiva recortável plana de resina sintética composta por: hidrocoloides: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, com oito pontos de fixação, com adesivo microporoso, com flange de 70 mm. Base adesiva recortável de 13mm até 57mm.	placa + Bolsa	2.400
55	48798	Bolsa para colostomia/ileostomia adulto sistema de duas peças(bolsa e base compatível) com base adesiva CONVEXA. Bolsa drenável, opaca ou transparente, com flange de 60 mm, com carvão ativado e fechamento em velcro. Base adesiva composta por: carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, amido de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila e hidrocarboneto alicíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, com cinco zonas flex, acople a bolsa por sistema audível por um click, suporte de cinto na própria placa. Base adesiva recortável de 15mm até 43 mm.	placa + Bolsa	1.200
56	44977	Bolsa para colostomia/Ileostomia adulto sistema de duas peças(bolsa e base compatível) com base adesiva PLANA. Bolsa transparente, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click. Base adesiva composta por: dupla camada adesiva de alta resistência, composta de carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, amido de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila e hidrocarboneto alicíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível, ,suporte de cinto, com flange de 70 mm. Base adesiva recortável de 10mm até 65 mm.	placa + Bolsa	2.400
57	48799	Bolsa para colostomia/ileostomia adulto sistema de duas peças(bolsa e base compatível) com base adesiva CONVEXA. Bolsa drenável, plástico antiodor, opaca ou transparente, fechamento integrado por conectores plasticos, com filtro de carvão ativado - impermeável. Base adesiva de resina sintetica com convexidade macia e infusão de ceramidas, bolsa com acople para cinto, com adesivo de gás permeavel, flange flotante de 70mm. Base adesiva recortável de 13mm até 51 mm.	placa + Bolsa	4.800
58	48795	Bolsa para colostomia/Ileostomia adulto uma peça com base adesiva CONVEXA. Bolsa recortável, drenavel, opaca, com janela de observação, filtro de carvão ativado impermeável, resina sintética convexa (convexidade macia) com infusão de ceramidas, com adesivo microporoso gás impermeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Base adesiva recortável de 13mm até 55mm.	Unidade	7.200
59	48804	Bolsa para colostomia/ileostomia Iinfantil de uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa drenavel, plastico antiodor, opaca ou transparente, comprimento 18 cm, com filtro de carvão ativado impermeável, sem adesivo gás permeável, fechamento integrado por conectores plásticos. Base adesiva de resina sintética plana. Base adesiva recortável de 00 até 51mm.	Unidade	1.800
60	48819	Bolsa para colostomia/ileostomia infantil sistema de duas peças PLANA (Bolsa e base adesiva compatível). Base com flange de encaixe composta por carboximetilcelulose sódica, gelatina vegetal e filme de polietileno de baixa densidade. Bolsa composta por plástico macio, maleável, sem ruído e à prova de odor, com revestimento macio e poroso, hipoalergênico. Transparentes ou com desenhos. Flange 45. Base recortável até 45 mm.	Unidade	1.200

61	44955	Bolsa para colostomia/ileostomia infantil sistema de duas peças PLANA (Bolsa e base adesiva compatível). Base com flange de encaixe composta por carboximetilcelulose sódica, gelatina vegetal e filme de polietileno de baixa densidade. Bolsa composta por plástico macio, maleável, sem ruído e à prova de odor. Revestimento macio e poroso, hipoalergênico. Transparentes ou com desenhos. Flange 32. Base recortável até 32 mm.	Placa + Bolsa	1.200
62	48820	Bolsa para colostomia/ileostomia Neonatal de uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa recortável, com plástico macio, maleável, sem ruído e à prova de odor, comprimento 16 cm, revestimento externo macio, hipoalergênico, opaca ou transparente, fechamento por conectores plásticos. Base adesiva recortável de 00 até 38 mm.	Unidade	1.200
63	13881	Bolsa para mistura de solução parenteral(ex. Nutrição parenteral) capacidade 1000mL, tubo com injetor lateral com borracha autocicatrizante, com protetor, um tubo com conexão para equipo de infusão; escala volumétrica impressa na face frontal, estéril e apirogênica. Registro M.S.	Unidade	1.500
64	10805	Bolsa para mistura de solução parenteral(ex. Nutrição parenteral) capacidade 2000mL, tubo com injetor lateral com borracha autocicatrizante, com protetor, um tubo com conexão para equipo de infusão; escala volumétrica impressa na face frontal, estéril e apirogênica. Registro M.S.	Unidade	3.000
65	33478	Bolsa para mistura de solução parenteral(ex. Nutrição parenteral) capacidade 250 a 300mL, tubo com injetor lateral com borracha autocicatrizante, com protetor, um tubo com conexão para equipo de infusão; escala volumétrica impressa na face frontal, estéril e apirogênica. Registro M.S.	Unidade	3.750
66	19437	Bolsa para mistura de solução parenteral(ex. Nutrição parenteral) capacidade 3000mL, tubo com injetor lateral com borracha autocicatrizante, com protetor, um tubo com conexão para equipo de infusão; escala volumétrica impressa na face frontal, estéril e apirogênica. Registro M.S.	Unidade	3.000
67	33230	Bolsa para urostomia adulto sistema de duas peças (bolsa e base adesiva compatível) com base adesiva plana. Bolsa de plástico antiodor, válvula de drenagem, válvula anti-refluxo, com encaixe para cinto de sustentação . Base adesiva plana de resina sintética, com hidrocoloides, recortável, com adesivo microporoso, flange de 57 a 70mm. Base adesiva recortável de 13mm até 51mm.	placa + Bolsa	1.200
68	48824	Bolsa para urostomia adulto sistema de duas peças (bolsa e base compatível) com base adesiva CONVEXA. Bolsa drenável, recortável, transparente, com válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, sistema antirrefluxo com multicâmaras. Base adesiva de resina sintética convexa (convexidade macia) com infusão de ceramidas,flange flotante de 70mm, com ponto de fechamento central, com adesivo de gás permeável. Base adesiva recortável de 13mm até 51mm.	placa + Bolsa	1.200
69	44960	Bolsa para urostomia adulto sistema de duas peças (bolsa e base compatível) com base adesiva plana. Bolsa drenável, válvula de drenagem e válvula antirefluxo. Base adesiva plana recortável com acople de aproximadamente 60 mm, composta por hidrocolóides, flexível e suporte para cinto. Base adesiva recortável inicial 10-15mm até 50-55mm.	placa + Bolsa	1.800
70	44962	Bolsa para urostomia adulto sistema de duas peças(bolsa e base compatível) com base adesiva CONVEXA. Bolsa transparente, drenável, revestida de tecido macio, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de ajuste, válvula de drenagem e multicâmeras, anel de travamento. Base adesiva convexa(convexidade light) com acople de 60 mm, com dupla camada adesiva, composta de carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, amido de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB), borracha de butila e hidrocarboneto alicíclico hidrogenado, adesivo em formato oval, borda flexível que se dobra em todas as direções, cinco zonas flex, suporte de cinto. Base adesiva recortável de 15 até 43mm.	placa + Bolsa	1.200
71	44957	Bolsa para urostomia adulto uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa recortável, com Filme de cloreto de polivinilideno (PVDC), à prova de odores, e acetato de viniletileno (EVA). Base adesiva composta de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. As placas possuem um anel de suporte, composto de acetato de viniletileno. Torneira de Drenagem: Acetato viniletileno. Base recortável de 19mm até 45mm.	Unidade	3.600
72	44963	Bolsa para urostomia infantil de uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa recortável, transparente, sistema antirrefluxo, válvula de drenagem, composta por uma película fina, a prova de odor, formada por Dicloreto de Polivinila (PVDC), Etil Vinil Acetato (EVA) e Polietileno Celulósico. Face posterior da bolsa revestida por tela macia de Polipropileno com pigmento bege. Base adesiva composta de uma estrutura flexível de Resina de Hidrocarbonetos (não tóxica), com uma camada adesiva composta de Pectina, Gelatina Certificada (Suína) e Carboximetilcelulose Sódica (CMC) na parte externa de contato com a pele, totalmente hipoalergênico, disposto em formato espiral, com borda flexível com 6 zonas flex que se dobram em todas as direções, assegurando adesão constante. Base recortável de 10mm até 35 mm.	Unidade	840
73	44946	Bolsas para colostomia/ileostomia adulto de uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa drenável, opaca ou transparente ou opaca com janela, composta por placa de hidrocolóides recortável, circundada por adesivo microporoso. Bolsa com filtro de carvão ativado acoplado e fechameno integrado ou clip (um por bolsa). Base adesiva recortável de 13-19mm até 60- 64mm.	Unidade	54.000

74	44945	Bolsas para colostomia/ileostomia adulto de uma peça com base adesiva PLANA. Bolsa drenável, opaca ou transparente ou opaca com janela, composta por placa de hidrocolóides recortável, sem adesivo microporoso. Bolsa com filtro de carvão ativado acoplado e fechameno integrado ou clip (um por bolsa). Base adesiva recortável de 10-20mm até 70- 76mm.	Unidade	6.000
75	34515	BOTA DE UNNA 11 cm (L) x 9 m(C). Atadura impregnada com pasta à base de zinco, com trama e acabamento regular. Todo material deve conter impregnação segura de pasta, atóxico, isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, proporcionar aplicação e utilização segura e fácil manuseio. NÃO ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 1 (baixo risco).	Unidade	1.050
76	48139	Broca do drill para perfuração com diâmetro da ponta 1,5 mm e haste de 80mm, esteril por oxido de etileno com validade da esterilização por cinco anos, acomodação individualmente em blister, contendo etiquetas com todas as informações técnicas por produtos e da esterilização. Modelo: DM8.15P Marca: MACOM Procedência: Nacional Validade Esterilização: 05 (cinco) Anos Registro ANVISA: 10243070038	Unidade	100
77	21265	Cal Sodada 4,5kg ; produto químico utilizado em aparelhos de anestesia com alta capacidade de absorção de CO2. Desprendimento mínimo de pó. Nítida viragem da coloração através de indicador químico. Grau de unidade entre 14 e 16% de água. O material deve ser apresentado em grânulos porosos, duros e arredondados. Embalagem constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Galão	120
78	20953	Cânula de Guedel nº 5, 110 a 120 mm, confeccionada em material atóxico,flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação roxo. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	120
79	20952	Cânula de Guedel nº. 4, 100 a 105 mm, confeccionada em material atóxico,flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação vermelha. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	120
80	20948	Cânula de Guedel, nº 0, 45 a 60 mm, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação preta. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	120
81	20949	Cânula de Guedel, nº 1, 55 a 70 mm, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação branca. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	105
82	20950	Cânula de Guedel, nº 2, 65 a 80 mm , confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação verde. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	120
83	20951	Cânula de Guedel, nº 3, 80 a 90 mm, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança, resistente à desinfecção, isenta de rebarbas e/ou defeitos. Cor de identificação amarela. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	120
84	33966	Cânula de Traqueostomia Ajustável (flange regulável) Nº 7,0 - Cânula para traqueotomia com obturador de ponta arredondada, calibre 7,0 ch, com cadarço/fita de fixação, estéril e descartável, com balão, em PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do numero, em local visível, acabamento atraumático com dispositivo adaptável a qualquer tipo de seringa, com tampa de vedação, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem individualizada contendo dados de, identificação, procedência, tipo de esterilização, validade e registro no M/S.	Unidade	30
85	33967	Cânula de Traqueostomia Ajustável (flange regulável) Nº 8,0 - Cânula para traqueotomia com obturador de ponta arredondada, calibre 8,0 ch, com cadarço/fita de fixação, estéril e descartável, com balão, em PVC atóxico, flexível, transparente, siliconizada, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do numero, em local visível, acabamento atraumático com dispositivo adaptável a qualquer tipo de seringa, com tampa de vedação, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem individualizada contendo dados de, identificação, procedência, tipo de esterilização, validade e registro no M/S.	Unidade	30
86	NOVO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM CUFF, SEM FENESTRA E COM ENDOCÂNULA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA ADULTOS COM CANULA INTERIOR REUTILIZÁVEL (2 POR EMBALAGEM) DESTINADO A HIGIENE PULMONAR, CANULA INTERIOR E OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE	Unidade	45

		ARREDONDADA, ALÇAS PARA FIXACAOCOM IMPRESSAO DO NUMERO, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, ISENTO DE LATEX, *CALIBRE N. 7,0, DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTERIOR DE 8,0 MM , DIAMETRO INTERNO DA CANULA INTERIOR 7,0 MM DIAMETRO EXTERNO DE 11,4 MM X 77 MM DE COMPRIMENTO, * EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA		
87	NOVO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM CUFF, SEM FENESTRA E COM ENDOCÂNULA CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA ADULTOS COM CANULA INTERIOR REUTILIZÁVEL(2 POR EMBALAGEM) DESTINADO A HIGIENE PULMONAR, CÂNULA INTERIOR E OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ALÇAS PARA FIXACAO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO, DE FACIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, ISENTO DE LATEX, *CALIBRE N. 6,0, DIAMETRO INTERNO DA CÂNULA EXTERIOR DE 7,5 MM , DIAMETRO INTERNO DA CÂNULA INTERIOR 6,5 MME DIAMETRO EXTERNO DE 10,8 MM X 74 MM DE COMPRIMENTO, * EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA - 20	Unidade	150
88	NOVO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SHILEY DESCARTÁVEL, COM CUFF, SEM FENESTRA E COM ENDOCÂNULA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA ADULTOS COM CANULA INTERIOR REUTILIZÁVEL (2 POR EMBALAGEM) DESTINADO A HIGIENE PULMONAR, CANULA INTERIOR E OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ALÇAS PARA FIXACAOCOM IMPRESSAO DO NUMERO, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, ISENTO DE LATEX, *CALIBRE N. 7,0, DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTERIOR DE 8,0 MM , DIAMETRO INTERNO DA CANULA INTERIOR 7,0 MM DIAMETRO EXTERNO DE 11,4 MM X 77 MM DE COMPRIMENTO, * EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	Unidade	45
89	NOVO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SHILEY DESCARTÁVEL, COM CUFF, SEM FENESTRA E COM ENDOCÂNULA CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE PARA ADULTOS COM CÂNULA INTERIOR REUTILIZÁVEL(2 POR EMBALAGEM DESTINADO A HIGIENE PULMONAR, CÂNULA INTERIOR E OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ALÇAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO NUMERO, DE FÁCIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, ISENTO DE LATEX, *CALIBRE N. 5,0, DIAMETRO INTERNO DA CANULA EXTERIOR DE 7,0 MM , DIAMETRO INTERNO DA CANULA INTERIOR 6,0 MM DIAMETRO EXTERNO DE 10,1 MM X 68 MM DE COMPRIMENTO, * EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	Unidade	45
90	NOVO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTÉRIL SHILEY DESCARTÁVEL, COM CUFF, SEM FENESTRA E COM ENDOCÂNULA CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA ADULTOS COM CANULA INTERIOR REUTILIZÁVEL(2 POR EMBALAGEM) DESTINADO A HIGIENE PULMONAR, CÂNULA INTERIOR E OBTURADOR MALEAVEL DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, ALÇAS PARA FIXACAO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO, DE FACIL MANUSEIO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, ISENTO DE LATEX, *CALIBRE N. 6,0, DIAMETRO INTERNO DA CÂNULA EXTERIOR DE 7,5 MM , DIAMETRO INTERNO DA CÂNULA INTERIOR 6,5 MME DIAMETRO EXTERNO DE 10,8 MM X 74 MM DE COMPRIMENTO, * EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	Unidade	150
91	20964	Cânula de traqueostomia metálica inox curta, nº 05, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	45
92	20965	Cânula de traqueostomia metálica inox curta, nº 06, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	45
93	NOVO	Cânula de traqueostomia metálica inox INTERMEDIÁRIA, nº 04, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	60

94	NOVO	Cânula de traqueostomia metálica inox INTERMEDIÁRIA, nº 05, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	90
95	28271	Cânula de traqueostomia metálica inox longa, nº 03, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	45
96	28272	Cânula de traqueostomia metálica inox longa, nº 04, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	75
97	20968	Cânula de traqueostomia metálica inox longa, nº 05, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	180
98	20969	Cânula de traqueostomia metálica inox longa, nº 06, em metal totalmente inoxidável, composta de 3 partes: cânula interna de inox com conexão giratória fenestrada para trava, cânula externa inoxidável com trava e aba com aberturas laterais para fixação da cânula e obturador em inox. Não deve provocar oxidação. Numeração impressa na cânula. Embalagem individual contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, Reg. no MS.	Unidade	180
99	20956	Cânula para traqueostomia nº 2,0 mm, sem balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	105
100	28302	Cânula para traqueostomia nº 2,5 mm, sem balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	45
101	20957	Cânula para traqueostomia nº 3,0mm, sem balonete, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
102	28273	Cânula para traqueostomia nº 3,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	120
103	21120	Cânula para traqueostomia nº 4,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	135
104	36487	Cânula para traqueostomia nº 4,0mm, sem balonete, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	135
105	20958	Cânula para traqueostomia nº 4,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	135
106	21121	Cânula para traqueostomia nº 5,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
107	21122	Cânula para traqueostomia nº 5,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado	Unidade	135

		individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.		
108	21123	Cânula para traqueostomia nº 6,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	165
109	21124	Cânula para traqueostomia nº 6,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
110	21125	Cânula para traqueostomia nº 7,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	540
111	21126	Cânula para traqueostomia nº 7,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	540
112	21127	Cânula para traqueostomia nº 8,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
113	21128	Cânula para traqueostomia nº 8,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
114	21129	Cânula para traqueostomia nº 9,0 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	495
115	21131	Cânula para traqueostomia nº 9,5 mm, com balão, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
116	42141	Capa para videolaparoscopia envelopada, descartável, esterilizado por Radiação GAMA,medindo 12,5cm de largura x 2,5m de comprimento em forma tubular, confeccionado em polietileno transparente atóxico. Embalado em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção.	Unidade	1.000
117	20970	Cateter central de inserção periférica (PICC) 3Fr monolúmen ponta aberta de silicone. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	120
118	20971	Cateter central de inserção periférica (PICC) 4Fr monolúmen ponta aberta de silicone. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	75
119	20973	Cateter central de inserção periférica (PICC) 5Fr duplolúmen ponta aberta de silicone. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	135
120	20972	Cateter central de inserção periférica (PICC) 5Fr monolúmen ponta aberta de silicone. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	75
121	NOVO	Cateter Central De Inserção Periférica (PICC) Tam. 1FR	Unidade	750
122	NOVO	Cateter Central De Inserção Periférica (PICC) Tam. 2FR	Unidade	750
123	20977	Cateter de Fogarty para embolectomia arterial, tamanho 5F, comprimento 80cm, capacidade do balão 0.20ml. Todo o conjunto deverá ser protegido por plástico rígido. Embalado individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deve estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, n° de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
124	10843	Cateter Duplo “J” Ureteral; com guia CH 6,0; 22-32cm. Radiopaco, graduado, bainha de introdução, mandril com revestimento de teflón e pinça de fixação. Todo o conjunto deverá ser protegido por plástico rígido. Embalado individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deve estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, n° de lote e Reg. no MS.	Unidade	450

125	10845	Cateter duplo lúmen para hemodiálise, tipo reto, confeccionado em poliuretano, dimensões 11,5F x 15cm ou 12F x 15cm. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.Composição mínima do kit: 01 cateter; 01 fio guia; 01 agulha para introdução do fio guia; 02 tampas protetoras; 01 seringa e 01 dilatador de vaso. Todo o conjunto deverá estar protegido por plástico rígido. Na embalagem deve estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, n° de lote e Reg. no MS.	Unidade	1.800
126	NOVO	Cateter duplo lúmen para hemodiálise, tipo reto, confeccionado em poliuretano, dimensões 11,5F x 20cm ou 12F x 20cm. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.Composição mínima do kit: 01 cateter; 01 fio guia; 01 agulha para introdução do fio guia; 02 tampas protetoras; 01 seringa e 01 dilatador de vaso. Todo o conjunto deverá estar protegido por plástico rígido. Na embalagem deve estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, n° de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
127	27288	Cateter intravenoso periférico tipo escalpe, tamanho 19G, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	13.000
128	27289	Cateter intravenoso periférico tipo escalpe, tamanho 21G, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	344.754
129	27290	Cateter intravenoso periférico tipo escalpe, tamanho 23G, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	515.422
130	27291	Cateter intravenoso periférico tipo escalpe, tamanho 25G, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	107.006
131	28485	Cateter intravenoso periférico tipo escalpe, tamanho 27G, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	9.054
132	NOVO	CATETER INTRODUTORIO BOUGIER VENTILADO RETO 15FR 700MM	Unidade	150
133	33479	Catéter masculino externo para pacientes com incontinência urinária, com diâmetro de 30 mm sistema de uma peça, composto de látex, auto adesivo, flexível, reservatório anti-dobras. Embalagem individual: Contendo dados de identificação, procedência, data e prazo de validade, e registro em órgão competente.	Unidade	3.750

134	33480	Catéter masculino externo para pacientes com incontinência urinária, com diâmetro de 35 mm sistema de uma peça, composto de látex, auto adesivo, flexível, reservatório anti-dobras. Embalagem individual: Contendo dados de identificação, procedência, data e prazo de validade, e registro em órgão competente.	Unidade	3.750
135	21054	Cateter nasal descartável, tipo óculos para oxigênio, tamanho adulto. Confeccionado em polivinil atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois “dentes de garfo”), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e Reg. no MS.	Unidade	38.250
136	21055	Cateter nasal descartável, tipo óculos para oxigênio; tamanho infantil. Confeccionado em polivinil atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois “dentes de garfo”), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, numero do lote e Reg. no MS.	Unidade	4.650
137	43933	Cateter para drenagem Dawson Mueller, usado para drenagem de pequenos abcessos, drenagem biliar externa e demais drenagens. Uso adulto e pediátrico. 12 Fr de diâmetro; 25 cm de comprimento; 5 furos laterais; Superfície hidrofílica; Válvula Mac-Loc; Aceita fio guia 38 polegadas Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica. Registro no MS/ANVISA.	Unidade	600
138	NOVO	Cateter para drenagem Dawson Mueller, usado para drenagem de pequenos abcessos, drenagem biliar externa e demais drenagens. Uso adulto e pediátrico. 14 Fr de diâmetro; 25 cm de comprimento; 5 furos laterais; Superfície hidrofílica; Válvula Mac-Loc; Aceita fio guia 38 polegadas. Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica. Registro no MS/ANVISA.	Unidade	600
139	10839	Cateter para embolectomia arterial, constituído de tubo flexível de material biologicamente compatível, radiopaco, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, de calibre n.º 2FR x 60 cm de comprimento, marcação de fácil visualização com fixador para seringa, possui em sua extremidade distal, balão simétrico, resistente a ruptura, de látex de forma a não danificar as paredes do vaso sem possibilidade de danificar a íntima, com estilete guia pré-inserido removível. O cateter deve ser codificado por cor de acordo com o diâmetro. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	105
140	20975	Cateter para embolectomia arterial, constituído de tubo flexível de material biologicamente compatível, radiopaco, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, de calibre n.º 3FR x 80 cm de comprimento, marcação de fácil visualização com fixador para seringa, possui em sua extremidade distal, balão simétrico, resistente a ruptura, de látex de forma a não danificar as paredes do vaso sem possibilidade de danificar a íntima, com estilete guia pré-inserido removível. O cateter deve ser codificado por cor de acordo com o diâmetro. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	120
141	20976	Cateter para embolectomia arterial, constituído de tubo flexível de material biologicamente compatível, radiopaco, descartável, atóxico, apirogênico, estéril, de calibre n.º 4FR x 80 cm de comprimento, marcação de fácil visualização, com fixador para seringa, possui em sua extremidade distal, balão simétrico, resistente a ruptura, de látex de forma a não danificar as paredes do vaso sem possibilidade de danificar a íntima, com estilete guia pré-inserido removível. O cateter deve ser codificado por cor de acordo com o diâmetro. Embalagem individual que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização,validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Unidade	120
142	21045	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G14, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para	Unidade	17.318

		melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08). Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.		
143	21046	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G16, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08). Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.	Unidade	30.376
144	21047	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G18, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08). Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.	Unidade	46.156
145	21048	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G20, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08). Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.	Unidade	225.000
146	21049	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G22, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08) Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.	Unidade	334.640
147	21050	Cateter para punção venosa periférica “tipo jelco” composto de: Agulha para punção com ponta tri facetada, em aço grau cirúrgico, calibre G24, cateter externo em poliuretano com tiras flexíveis, radiopaco, canhão ergonômico, transparente para melhor visualização do fluxo sanguíneo. Com dispositivo de segurança, conforme NR 32 (portaria 485 de 11/11/05 e portaria 939 de 19/11/08). Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e Reg. no MS.	Unidade	144.834
148	26701	CATETER PICC 1.9 FR X 35CM. CIPP/PICC (Cateter Central de Inserção Perférica/Peripherally Insert Central Catheter) dispositivo vascular de inserção periférica com localização central, de média e longa permanência, constituído em silicone, graduada a cada 01 cm, lúmen único radiopaco; introdutor com agulha de punção com sistema visualizador de reflexo, com régua graduada estéril e guilhotina para cortar o cateter. Tamanho 1,9; comprimento APROXIMADAMENTE 35cm; guape 26 Ga, com introdutor.	Unidade	450
149	NOVO	Cateter triplo lumen para hemodiálise 11,5F x 15 cm ou 12FR x 15 cm, tipo reto, confeccionado em poliuretano e silicone. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Composição mínima do kit: 1 Cateter em Triplo Lúmen 11,5 Fr ou 12Fr; 1 Agulha introdutora exclusiva para a introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm; 1 Fio Guia com avançador; 2 Dilatadores; 2 Seringas (sendo uma de Raulerson); 3 Conectores livre de agulha; 1 bisturi; Clamps. Indicações: Acesso temporário para diálise ou transfusão; Infusão venosa continua ou descontinua: Transfusão de sangue e hemoderivados, Coleta sanguínea.	Unidade	75
150	NOVO	Cateter triplo lumen para hemodiálise 11,5F x 20 cm ou 12FR x 20 cm, tipo reto, confeccionado em poliuretano e silicone. Embalado individualmente, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Composição mínima do kit: 1 Cateter em Triplo Lúmen 11,5Fr x 12Fr; 1 Agulha introdutora exclusiva para a introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm; 1 Fio Guia com avançador; 2 Dilatadores; 2 Seringas (sendo uma de Raulerson); 3 Conectores livre de agulha; 1 bisturi; Clamps. Indicações: Acesso temporário para diálise ou transfusão; Infusão venosa continua ou descontinua: Transfusão de sangue e hemoderivados, Coleta sanguínea.	Unidade	75
151	41958	Cateter Umbilical, 3,5FR (French), mono lúmen, destinado a canulização umbilical, confeccionado em poliuretano, biocompatível, comprimento aproximado de 30 a 40cm, graduado a cada 1 cm, radiopaco em toda sua extensão, flexível, conexão padrão universal. Apresentação: embalagem individual, em papel cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote e registro na ANVISA.	Unidade	1.500
152	10954	Cateter Venoso Central duplo lúmen para infusão 7F x 20 cm, em poliuretano biocompatível, com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo 4710 ml/h no lumem distal e 1930 ml/h no lumem proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, contendo: dilatador de vasos, guia metálica 0,035" x 60 cm com	Unidade	7.500

		ponta em “J” com avançador anatômico, bisturi, seringa de 5 ml, agulha introdutora 18G x 70mm, 1 tampa protetora com membrana auto-cicatrizante, conector em “Y” com válvula hemostática e clamp de fixação móvel para o cateter.		
153	10956	Cateter Venoso Central duplo lúmen para infusão 7F x 30 cm, em poliuretano biocompatível, com lumens internos 14G/18G e capacidade de fluxo de 3950 mL/h no lúmen distal e 1370 ml/h no lúmen proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, contendo: dilatador de vasos, guia metálica 0,035" x 60 cm com ponta em “J” com avançador anatômico, bisturi, seringa de 5 ml, agulha introdutora 18G x 70mm, 1 tampa protetora com membrana auto-cicatrizante e clamp de fixação móvel para o cateter.	Unidade	1.800
154	10947	Cateter Venoso Central duplo lúmen pediátrico p/ infusão 4F x 15 ou 16 cm, em poliuretano biocompatível, com lumens internos 18G/22G ou 20G/21G e capacidade de fluxo de 680 ml/h no lumem distal e 260 ml/h no lumem proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, contendo: dilatador de vasos, guia metálica 0,018" x 40 cm aproximadamente com ponta em “J” com avançador anatômico, seringa de 5 ml, bisturi, agulha introdutora 20Gx 38mm ou 21G x 40mm aproximadamente, 1 ou 2 tampas protetora com membrana auto-cicatrizante, conector em “Y” com válvula hemostática e clamp de fixação móvel p/ o cateter.	Unidade	1.125
155	10949	Cateter Venoso Central duplo lúmen pediátrico p/ infusão 5F ou 5,5F x 15 ou 16 cm, em poliuretano biocompatível, com lumens internos 18G/18G e capacidade de fluxo de 1750 ml/h no lumem distal e 960 ml/h no lumem proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, contendo: dilatador de vasos, guia metálica 0,025" x 60 cm aproximadamente com ponta em “J” com avançador anatômico, seringa de 5 ml, bisturi, agulha introdutora 20G x 40mm, 1 tampa protetora com membrana auto-cicatrizante, conector em “Y” com válvula hemostática e clamp de fixação móvel p/ o cateter.	Unidade	450
156	NOVO	Cateter Venoso Central Mono Lúmen 3FR x 100mm	Unidade	825
157	20998	Cateter Venoso Central triplo-lumen para infusão 7F x 20 cm, em poliuretano biocompatível, com lumens internos 16G/18G/18G e capacidade de fluxo de 3270 ml/h no lumem distal, 1260 mL/h no lumem medial e 1350 ml/h no lumem proximal, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível e pinça corta-fluxo nas extensões, contendo: dilatador de vasos, guia metálica 0,035" x 60 cm com ponta em “J” com avançador anatômico, seringa de 5 ml, bisturi, agulha introdutora 18G x 70mm, 2 tampas protetoras com membrana auto-cicatrizante, conector em “Y” com válvula hemostática e clamp de fixação móvel para o cateter.	Unidade	120
158	21004	Cateter Venoso Central, calibre cateter 16 GA, agulha 14 GA, estéril, de poliuretano, com guia, comprimento aproximado 20cm, capa protetora do cateter, fixador anatômica da agulha, radiopaco, siliconizado descartável. Embalagem individual com abertura asséptica, constando dados de identificação, procedência, tipo e data de ester. nº. lote, validade e Registro no MS.	Unidade	675
159	21006	Cateter Venoso Central, calibre cateter 22 GA, agulha 19 GA, confeccionado em poliuretano, radiopaco, bainha plástica, agulha com bisel bi-angulado e tri facetado, conector luer, comprimento de aproximadamente 20 cm, embalado individualmente e reembalado em caixa com 50 unidades, estéril, descartável, contendo externamente dado de procedência, marca, tipo e data de esterilização, validade, lote e Registro no MS	Unidade	225
160	20926	Cera para hemostasia óssea, envelope com 2,5 g. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	900
161	38724	Cesta de captura endoscópica em formato oval de fácil abertura para remoção de corpos estranhos (PolyCatch), uso único, giratória para conveniência do usuário e posicionamento preciso do dispositivo, com manopla anatômica, com cesta de material Latex-free que elimina o risco em potencial de reações alérgicas ao látex, largura de abertura do saco de captura 32 mm, profundidade do saco de captura 20 mm, diâmetro do cateter 2,6 mm, comprimento de trabalho 180 cm, compatível com canal de trabalho 2.8 mm de Videogastroscópios Olympus GIF H170 e Q150, embalada em embalagem estéril dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competentes.	Unidade	10
162	45507	Cesta de captura endoscópica em formato oval, para coleta de pólipos e retirada de corpo estranho, uso único, giratória, com manopla de três anéis, cestas com malha de fios de nylon trançados e design não traumático, objetivando a redução do trauma no tecido circundante; tamanho da cesta 32 mm, comprimento de trabalho 180 cm, compatível com canal de trabalho 2.8 mm de Videogastroscópios Olympus GIF H170 e Q150, embalada em embalagem estéril dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competentes	Unidade	10
163	43962	Cinta para Contenção abdominal – recomendada para pacientes que necessitam de restrições para tratamento médico, risco de queda, agitados ou em fuga. Produzida com 100% algodão, flexível, leve e pode ser lavada. Composição: Algodão. Dimensões: comprimento 70cm x altura 20cm + faixas. Conteúdo da embalagem: 1 cinta de contenção abdominal para pessoas acamadas.	Unidade	30

164	43963	Cinta para Contenção para pulsos e tornozelos – deve ser utilizada exclusivamente para restrições de membros superiores e inferiores. Fabricada em borracha de policloropreno com duplo fecho de segurança.Composição: borracha de policloropreno, poliéster, lavável. Dimensões: 8cm x 30cm x 1 ponta de 150cm. Conteúdo de cada embalagem par de cinta para contenção de pessoas acamadas aplicadas em pulsos e tornozelos. Tamanho único.	Unidade	100
165	44965	Cinto elástico ajustável para fixação de bolsas de estomia intestinal/urinária, macio, lavável, antialérgico, com presilha reguladora de comprimento e encaixe universal por dois pontos um de cada lado da placa ou da bolsa. Tamanho adulto. Comprimento: 100-125cm	Unidade	480
166	40558	Circuito anestesia baraka (balão de látex – 1 litro -com traqueia de silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 01 cotovelo e 01 máscara em silicone);	Unidade	20
167	48873	Circuito anestesia baraka (balão de látex – 1/2 litros -com traqueia de silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 01 cotovelo e 01 máscara em silicone)	Unidade	20
168	40559	Circuito anestesia baraka (balão de látex – 2 litros -com traqueia de silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 01 cotovelo e 01 máscara em silicone);	Unidade	20
169	40560	Circuito anestesia baraka (balão de látex – 3 litros -com traqueia de silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 01 cotovelo e 01 máscara em silicone)	Unidade	20
170	48872	Circuito anestesia baraka (balão de látex – 4 litros -com traqueia de silicone de 300mm, 2 conectores retos com entrada de gás, 01 cotovelo e 01 máscara em silicone)	Unidade	20
171	40561	Circuito anestesia baraka unidirecional (balão de látex – 2 litros – 1 conector reto com entrada de gás e máscara).	Unidade	20
172	41957	Clamp umbilical (grampo/clip para pinçamento do cordão umbilical de recém-nascido após o parto). Com formato e sistema denteado tipo pinça em V, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Produto Médico Hospitalar de uso único, estéril, anti-alergênico e apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote e registro na ANVISA.	Unidade	10.500
173	22156	Clorexidina 0,5 % ; solução alcoólica tópica Frasco 1L	Frasco	3.600
174	33808	Clorexidina 2 % ; solução com tensoativos ; antisséptico tópico e antissepsia da pele no pré-operatório ; Frasco 1 L.	Frasco	2.325
175	33137	Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Tamanho aproximado: 20cm x 30cm.	Unidade	2.475
176	NOVO	Coletor de Secreções Bronquinho. Tampa rosqueável, alça para transporte e fixação, etiqueta de identificação, acompanha tubo em pvc para conexão à sonda, estéril.	Unidade	2.625
177	NOVO	Coletor de urina infantil feminino	Unidade	12.000
178	21132	Coletor de urina, sistema fechado, com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, capacidade 2000ml, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sítio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo para drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dado externos de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	34.500
179	21133	Coletor para lixo contaminado de material perfuro-cortante com capacidade para 7 litros (capacidade útil 5,3 litros), confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e com revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.	Unidade	16.650
180	NOVO	Coletor para lixo contaminado de material perfuro-cortante, com capacidade para 1,5 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração,com saco plástico e com revestimento interno pra descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.	Unidade	7.500
181	21134	Coletor para lixo contaminado de material perfuro-cortante, com capacidade para 13 litros (capacidade útil 10 litros), confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e com revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.	Unidade	28.500

182	21056	Coletor para Secreção e Urina, sistema aberto com no mínimo 1000ml,tipo frasco em plástico com extensor, com clamp, escala de leitura de volume de 100 em 100ml, embalado individualmente, contendo dados externos de identificação, procedência, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	22.500
183	20671	Compressa Campo Operatório 45 cm x 50 cm (Dimensão aberta),não estéril, pacote com 50 unidades, 4 camadas,alça de segurança (cadarço duplo, mínimo 18cm) peso mínimo por cada campo 27 g, estando em conformidade com a norma da ABNT 14.767. Material 100% algodão, possuindo trama e urdume regulares com ausência de fiapos, alvejante óptico, amido e sujidade, com alça fixada na borda, acabamento com auréola e bainha em overlock. Permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto.Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	1.725.000
184	48153	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS,COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.	Unidade	405.000
185	48154	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS,COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.	Unidade	240.000
186	20662	Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm, com densidade 13 Fios/cm², não estéril, dimensão mínima aberta: 15 cm x 30 cm, possuindo 8 camadas, 5 dobras, peso mínimo por cada unidade de compressa de 1,0 g ; estando em conformidade com a norma da ABNT 13.843. Pacote com 500 unidades, material 100% algodão, possuindo trama e urdume regulares com ausência de fiapos, alvejante óptico, amido e sujidade. Que permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS	PACOTE	120.000
187	48152	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO.EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA	Unidade	525.000
188	48151	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA	Unidade	600.000
189	48251	Condutor expansor de pele com ranhuras em V que evitam o deslizamento lateral do enxerto. Caixas com 10 unidades estéreis, 1mm de espessura, para expansor Humeca e Zimmer, perfuração 1:1, Tamanho: 28 x 7,88 cm	Unidade	144

		Estéreis Cat.6 V10-3.0		
190	21057	Conector (isolador de pressão para hemodiálise) - confeccionado em plástico rígido e transparente, medindo 17 mm, com duas extremidades, sendo uma em luer loock e a outra com rosca. Estéril. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação e procedência, tipo da esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Unidade	9.000
191	3809	Conector Conectores Manyfill próprios para Bomba Injetora de Contraste modelo Opti Vantage ™ DH (marca Mallinkrodt e Registro na ANVISA nº 80136710132) .	Unidade	120
192	49867	Conectores Secufill próprios para Bomba Injetora de Contraste modelo Opti Vantage ™ DH (marca Mallinkrodt e Registro na ANVISA nº 80136710132) existente nesse serviço e de patrimônio da FMS. CARACTERÍSTICAS: · Com dupla válvula anti-refluxo; · Luer-lock; · 24cm de extensão; · Diâmetro interno 2,3 mm; · Diâmetro externo: 4,1 mm. · Estéril e apirógeno; · Embalagem individual, contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica; · Registro no MS/ANVISA.	Unidade	840
193	NOVO	Conjunto de Cobertura Estéril para Transdutores de Ultrassom, projetado para oferecer proteção, reduzir o risco de infecção e aumentar a segurança na manutenção do campo estéril durante os procedimentos diversos com ultrassom, implantação de cateteres centrais, cateteres de diálises, cateteres arteriais, cateteres de PICC e cateteres periféricos orientados por US. Composto por: 01 sachê de gel estéril p/ ultrassonografia 20g: que permite a transmissão com qualidade da imagem do ultrassom, completamente aquoso, solúvel em água, não mancha e não danifica transdutores. Bacteriostático, não sensibilizante e não irritante. 01 cobertura de poliuretano: que cobre o transdutor e toda a sua extensão, garantindo um procedimento seguro 02 elásticos de fixação e 02 fitas adesivas de papel que são úteis para prender a cobertura evitando a contaminação do procedimento. **A embalagem deste produto deve conter as seguintes informações:** Produto de uso único; Não reutilizar; Não reesterilizar; Esterilizado por óxido de etileno; Data de validade; Data de fabricação; Lote; Código e Descrição do artigo; N° Registro; Responsável Técnico e Fabricante.	Unidade	864
194	46494	Creme adesivo e condutivo desenvolvido para fixação de eletrodos no couro cabeludo, em exames de Polissonografia (PSG) e captação de sinais elétricos que constituem a atividade elétrica cerebral. Com boa fixação, emulsão cremosa hidrofílica, sedosa, excelente estabilidade e desempenho, baixa perda de umidade, não tóxica, e não irritante. Embalagem de 1 Kg contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS/ANVISA	Unidade	50
195	27083	Curativo AGE (ácidos graxos essenciais), contendo triglicerídeos de cadeia média – TCM, vitaminas A e E, lecitina de soja, com propriedades emolientes. Promova a hidratação preventiva, proteção da pele e auxílio no processo de cicatrização das feridas. Indicado para: prevenção e tratamento de úlcera de pressão; feridas agudas e crônicas; Produto registrado na ANVISA como correlato. Frasco com aprox. 100ml.	Unidade	18.000
196	33135	Curativo antibacteriano, estéril, não adesivo, composto de espuma de poliuretano, contendo prata iônica como componente ativo, com alta capacidade de absorção e retenção do exsudato, recortável, tamanho de aproximadamente 15 x 15 cm.	Unidade	3.900
197	13124	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas contaminadas, colonizadas ou infectadas. Tamanho aproximado: 7cm x 9cm.	Unidade	3.300
198	9218	Curativo COM CARVÃO ATIVADO + PRATA. TAMANHO: 10 cm x 20 cm, RECORTÁVEL. Para tratamento de feridas infectadas e com odor. Material absorvente, atóxico, maleável, isento de irritantes dérmicos, indolor, devendo propiciar absorção do exsudato e controle efetivo do odor, mantendo o leito da ferida com umidade fisiológica, propiciando retirada sem trauma tecidual. Biocompatível, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS classe 3 (alto risco).	Unidade	3.000
199	41726	Curativo creme de barreira. Protetor cutâneo em creme, composto de água, glicerina, que protege e revitaliza a pele formando uma barreira protetora contra substâncias nocivas decorrentes de resíduos urinários, fecais e exsudato de feridas. Associados a TCM + PHMB 0,2%. Bisnaga com aproximadamente 100g.	Bisnaga	735
200	33131	Curativo de Alginato de Cálcio e/ou sódio, fibras firmemente entrelaçadas, com elevada capacidade de absorção, composto pelos ácidos gulurônicos, estrutura não se desintegra e não deixa resíduo ao leito. Embalagem individual, estéril, placa com dimensão aprox. de 10 x 10 cm.	Unidade	5.400
201	33132	Curativo de Alginato de Cálcio e/ou sódio, fibras firmemente entrelaçadas, com elevada capacidade de absorção, composto pelos ácidos gulurônicos, estrutura não se desintegra e não deixa resíduo ao leito. Embalagem individual, estéril, placa com dimensão aprox. de 15 x 15 cm.	Unidade	3.300

202	34523	Curativo de Alginato de Cálcio, Carboximetilcelulose e Complexo de Prata Iônico , fibras firmemente entrelaçadas, com elevada capacidade de absorção,estrutura não se desintegra e não deixa resíduo ao leito. Embalagem individual, estéril, placa com dimensão aproximada de 10 x 10 cm.	Unidade	4.560
203	NOVO	Curativo de espuma antimicrobiano, estéril, não adesivo, composto por 0,5 de polihexametileno de Biguanida (PHMB), com alta capacidade de absorção e retenção do exsudato, recortável, tamanho de aproximadamente 15 x 15 cm.	Unidade	3.510
204	33115	Curativo de Gel com PHMB incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microorganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Composto com EDTA, um agente quelante que potencializa a ação do PHMB; 25 a 30g.	Unidade	4.200
205	26347	Curativo de hidrocolóide “FINO”, estéril, impermeável, camada interna composta de no mínimo gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina. borda adesiva, hipoalergênica e microporosa. embalagem individual, tamanho aproximado de 10 x 10 cm.	Unidade	2.700
206	26347	Curativo de hidrocolóide “FINO”, estéril, impermeável, camada interna composta de no mínimo gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina. borda adesiva, hipoalergênica e microporosa. embalagem individual, tamanho aproximado de 15 x 15 cm.	Unidade	3.300
207	33124	Curativo de hidrogel, gel transparente, não estéril, constituído por água purificada, carboximetilcelulose, alginato de cálcio e sódio. Bisnaga com 80 a 90g.	Unidade	2.760
208	33126	Curativo de membrana regeneradora de celulose bacteriana porosa. Tamanho retangular 10x7,5cm, poros médios de 1 a 2 mm, composta por material biocompatível, estéril, atóxica, isenta de adesivos e que adere somente ao leito cruento da lesão.	Unidade	480
209	33127	Curativo de membrana regeneradora de celulose bacteriana porosa. Tamanho retangular 20x15cm, poros grandes de 2 a 3 mm, composta por material biocompatível, estéril, atóxica, isenta de adesivos e que adere somente ao leito cruento da lesão.	Unidade	1.005
210	26345	Curativo hipoalergênico, atraumático composto de tule de poliéster impregnado com prata metálica (Ag), que libera íons de prata de forma contínua e controlada; com feito antimicrobiano: Combate bactérias e previne infecções na ferida. Tamanho aproximado: 10cm x 20cm.	Unidade	2.400
211	13125	Curativo não aderente impregnado de petrolatum, estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato de celulose impregnada com uma emulsão de petrolatum. Tamanho aproximado.: 7,5cm x 2m.	Unidade	1.050
212	NOVO	Curativo para aplicação em cateter venoso central, confeccionado em poliuretano, transparente, estéril, fenestrado, hipoalergênico, impermeável à água e bactérias, com permeabilidade ao vapor e trocas gasosas da pele, com dimensões aproximadas 11x14 cm.	Unidade	11.805
213	NOVO	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia e Matriz Cicatrizante TLC-Ag (tecnologia Lípido Coloide, composta por matriz lipofílica, carboximeticelulose e sais de prata). Tamanho 15x15	Unidade	6.750
214	NOVO	Curativo primário, estéril, absorvente, não aderente, não oclusivo, composto por Fibras Poliabsorventes, formadas por núcleo acrílico envolto por polímeros de poliacrilato de amônia, e Matriz Cicatrizante TLC-NOSF (tecnologia Lípido Coloide composta por matriz lipofílica, carboximetilcelulose e octassulfato de sacarose) Tamanho 10x10	Unidade	2.100
215	37727	Curativo Quadrado. Cobertura estéril de espuma adesiva com recorte anatômico quadrado; medindo aproximadamente 17,5 cm x 17,5 cm, composta de cinco camadas: uma camada superior impermeável de poliuretano, uma camada de hidrocolóide com borda adesiva em silicone ao redor, com camada central com hidrofibra ou espuma com silicone (adesiva ou não), para o contato com a ferida. Embalagem original íntegra, que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura.	Unidade	1.605
216	41728	Curativo transparente de poliuretano, com adesivo acrílico, estéril, hipoalergênico, semi-permeável, ou seja, permite a passagem de gases e vapores, permitindo a respirabilidade da pele e, ao mesmo tempo, é impermeável à bactérias e à água. Deve permitir a visualização do cateter e/ou ferida sem precisar removê-lo. Dimensões aproximadas de 6 x 7 cm.	Unidade	4.500
217	27314	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS: conforme RDC 55 de 14 de novembro de 2012, compatível com todos os materiais odontológicos e médico-hospitalar, não irritante dérmico e ocular na forma pura, não deixa resíduos, não cáustico, não espumante, não corrosivo, PH neutro, sem fosfato, biodegradável, redutor de odor com a seguinte composição mínima: enzimas protease (EC 3.4), amilase (EC 3.2), lipase (EC 3.1), carboidrase e tensoativo não iônico. Embalado em recipientes de 1 litro. Com diluição para limpeza manual. Deverá ter registro no Ministério de Saúde e certificado de Boas Práticas de Fabricação. FORMA DE COTAÇÃO: o preço deverá ser cotado POR LITRO DE PRODUTO CONCENTRADO, conforme embalagem de 1 (um) litro, NÃO se admitindo cotação por litro de solução diluída (pronta para uso).	LITRO	3.900
218	21008	Dialisador de capilares fibra 100% sintética, similar à polissulfona, com superfície aproximada de 1,4 m2. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	7.500

219	NOVO	Digluconato de clorexidina 0,2%, frasco com 1000 mL, solução AQUOSA e SEM TENSOATIVO.	Litro	1.125
220	21058	Dispositivo de transferência para fluidos estéreis sem contato com o ambiente externo, possuindo duas pontas perfurantes com protetor. Encaixe em tampas de borracha de 6,3mm ou frascos/ bolsa para infusão. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	30.750
221	NOVO	Dispositivo para incontinência urinária 6.0	Unidade	4.980
222	21009	Dispositivo para incontinência urinária nº. 5, fabricado em látex natural modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adaptável a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Embalagem constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	22.575
223	13441	Dosador graduado para medicação de uso oral, com capacidade de 03 ml. Cilindro na cor azul, que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Apresentar anel de retenção que impede o desprendimento livre do êmbolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funciona como êmbolo, assegurando o deslizamento suave e seguro em todo o percurso, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml com alto grau de precisão, traços e números de inscrição, claros e legíveis. Bico em diâmetro maior que impeça o acoplamento inadvertido de agulhas. Deverão conter dados de identificação e procedência do produto, Nº. do lote e datas de fabricação e validade.	Unidade	1.050
224	13442	Dosador graduado para medicação de uso oral, com capacidade de 05 ml. Cilindro na cor azul, que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Apresentar anel de retenção que impede o desprendimento livre do êmbolo. Haste confeccionada em polímero atóxico, apirogênico, inerte, funciona como êmbolo, assegurando o deslizamento suave e seguro em todo o percurso, não interagindo com o medicamento. Escala de graduação em ml com alto grau de precisão, traços e números de inscrição, claros e legíveis. Bico em diâmetro maior que impeça o acoplamento inadvertido de agulhas. Deverão conter dados de identificação e procedência do produto, Nº. do lote e datas de fabricação e validade.	Unidade	1.050
225	20932	Dreno de KHER (sonda em T) nº 12, estéril. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.	Unidade	15
226	20933	Dreno de KHER (sonda em T) nº 14, estéril. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.	Unidade	15
227	20934	Dreno de KHER (sonda em T) nº 16, estéril. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.	Unidade	30
228	20935	Dreno de KHER (sonda em T) nº 18, estéril. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.	Unidade	30
229	21136	Dreno de Penrose nº 1 (20mm), sem gaze estéril, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300mm de comprimento e 12mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril., validade e tamanho.	Unidade	300
230	21137	Dreno de Penrose nº 2, sem gaze, estéril, de pronto uso, para drenagem de cavidades, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300 mm de comprimento e 12 mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.	Unidade	750
231	21138	Dreno de Penrose nº 3, sem gaze, estéril, descartável, de pronto uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo 300 mm, diâmetro médio 19 mm, lubrificado por pó bioabsorvível, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.	Unidade	900
232	21139	Dreno de Penrose nº 4, sem gaze, estéril, descartável, de pronto uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo de 300 mm, diâmetro médio de 25 mm, lubrificado por pó bioabsorvível, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, pronto p/uso. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.	Unidade	750
233	11020	Dreno de sucção 3,2 mm; reservatório(tipo sanfona) aproximadamente 500mL. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	990
234	11021	Dreno de sucção 4,8 mm; reservatório(tipo sanfona) aproximadamente 500mL. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	765
235	21012	Dreno de sucção 6,4 mm; reservatório(tipo sanfona) aproximadamente 500mL. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do	Unidade	450

		lote, data de fabricação e Registro no MS.		
236	42098	Eletrodo de Estimulação Temporária para Marcapasso Externo. Eletrodo bipolar endocárdico para estimulação temporária, cateter em poliuretano radiopaco e eletrodos em aço inoxidável, tamanho SF/1,7mm, comprimento útil de no mínimo 100cm e marcação de comprimento; espaçamento de no mínimo 10mm entre os eletrodos; pinos de conexão de 2mm com marcação do pino distal e encaixe universal em diferentes geradores de pulso. Compatível com marca-passo externo temporário.	Unidade	120
237	5929	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO 1M x 5CM	Unidade	20
238	11023	Eletrodo descartável para monitorização de ECG, com pino de aço inox, contra-pino de prata, adesivo hipoalergênico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, data de fabricação, validade, nº de lote e Reg. no MS.	Unidade	735.000
239	NOVO	Eletrodo infantil	Unidade	24.000
240	32741	ELETRODO PARA CANETA DE BISTURÍ - Eletrodo para Caneta de Bisturi Elétrico, tipo FACA RETA em Aço Inox, 2,38MMX75MM PONTA RETA LONGA. Marca: Similar & Compatível.	Unidade	100
241	46461	ELETRODO, TIPO CONCHA DE OURO, COM FIO DE 1,5 M, APLICAÇÃO P/ EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) E COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO NEURON-SPECTRUM 3, DA MARCA NEUROSOFT, NÚMERO DE SÉRIE 1485LX , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: * Banhado a Ouro; * Reutilizável; * Ótima condutividade; * Fio leve e flexível; * Alta durabilidade e resistência tênsil; * Pino injetado; * Compatível com equipamentos de EEG e PSG do mercado que possuem entrada pino TouchProof. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ELETRODOS DE CONTATO: Eletrodo de disco/cúpula de ouro com tamanho 10mm (adulto), diâmetro: 10mm, material: Latão 0,3mm, com deposito de cobre, níquel e 0,2- 0,3 microns de ouro, isolante: PVC (injetado). CABO (FIO): Comprimento: 1,5 mts, Material: cabo tênsil, bitola: 28 AWG - American WireGauge (escala americana normalizada), isolante: PVC flexível. CONECTOR: Fêmea TouchProof, diâmetro: 1.5 mm, isolante: PVC (injetado) colorido. EMBALAGEM Embalagem Kit contendo 25 eletrodos cada caixa, com indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, prazo de garantia ou validade mínimo de 3 meses; e registro no MS/ANVISA	Unidade	50
242	33481	Embalagem Descartável, tamanho 05cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	45
243	11028	Embalagem Descartável, tamanho 10cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.350
244	11029	Embalagem Descartável, tamanho 12cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.800

245	11030	Embalagem Descartável, tamanho 15cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.800
246	11031	Embalagem Descartável, tamanho 20cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.350
247	11032	Embalagem Descartável, tamanho 25cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.320
248	11033	Embalagem Descartável, tamanho 30cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.500
249	11026	Embalagem Descartável, tamanho 45cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.	Rolo	1.980
250	11027	Embalagem Descartável, tamanho 60cm x 100 m. Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente,	Rolo	1.005

		gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos, atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.		
251	NOVO	Embalagem para Unitarização blister cortado, medida 60mm x 60 mm, frente cristal transparente com 01 (uma) tarja de classificação de risco, na cor Vermelha. Rolo com 10 milheiros. Compatível com a máquina unitarizadora OPUS30X.	Rolo	12
252	NOVO	Embalagem para Unitarização blister cortado, medida 60mm x 60 mm, frente cristal transparente sem tarja de classificação de risco. Rolo com 15 milheiros. Compatível com a máquina unitarizadora OPUS30X.	Rolo	36
253	NOVO	Embalagem para Unitarização blister cortado, medida 60mm x 60 mm, frente fotossensível com 01 (uma) tarja de classificação de risco, na cor Preta. Rolo com 10 milheiros. Compatível com a máquina unitarizadora OPUS30X.	Rolo	12
254	NOVO	Embalagem para Unitarização blister cortado, medida 70mm x 130 mm, frente cristal transparente com 01 (uma) tarja de classificação de risco, na cor Vermelha. Rolo com 5 milheiros. Compatível com a máquina unitarizadora OPUS30X.	Rolo	12
255	NOVO	Embalagem para Unitarização blister cortado, medida 70mm x 130 mm, frente cristal transparente sem tarja de classificação de risco. Rolo com 7,5 milheiros. Compatível com a máquina unitarizadora OPUS30X.	Rolo	12
256	8519	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR ENXERTO ARTERIAL TUBULAR BIFURCADO INORGANICO C/ COLAGENO 14X7mm. Obs: Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica.	Unidade	5
257	8519	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR ENXERTO ARTERIAL TUBULAR BIFURCADO INORGANICO C/ COLAGENO 16X8mm. Obs: Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica.	Unidade	5
258	8519	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR ENXERTO ARTERIAL TUBULAR BIFURCADO INORGANICO C/ COLAGENO 18X9mm. Obs: Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização eque permita abertura com técnica asséptica.	Unidade	5
259	NOVO	Equipo Conexão 2 Vias Curto, Est. Desc. Apirogênico (TAMANHO NEONATAL)	Unidade	13.290
260	33482	Equipo Conexão duas vias, curto, atóxico, estéril e apirogênico, descartável, com clamp de segurança. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, tipo e data de esterilização, data de validade e Reg. no MS.	Unidade	288.525
261	21051	Equipo de extensão para administração de soluções parenterais em bombas de seringas. Tubo em PVC transparente de, no mínimo 150cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), com conector distal luer fêmea com tampa protetora, conexão luer slip (paciente), estéril, apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico; suporta pressões de até 1 bar. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, tipo e data de esterilização, data de validade e Reg. no MS.	Unidade	6.000
262	36362	Equipo para administração de soluções parentais em bomba de infusão volumétríca, fotossensível, atóxico, e apirogênico, câmara flexível com filtro de 15 micra e injetor lateral de látex free tamanho mínimo de 240 cm, ponta perfurante, pinça tipo roleta, autocicatrízante, com tampa protetora,embalagem individual, em papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, com dados de identificação do fabricante, procedência e validade.	Unidade	1.065
263	36363	Equipo para administração de soluções parenterais em bomba de infusão volumétrica, transparente, atóxico, estéril e apirogênico, câmara flexível com filtro de 15 micra e injetor lateral de látex free, tamantio mínimo de 240 cm. ponta perfurante, pinça tipo rolete, autocicatrizante, com tampa protetora, embalagem individual, em papel grau cinjrgico com filme de polietileno com poliéster, com dados de identificação do fabricante, procedência e validade.	Unidade	2.562
264	21141	Equipo para alimentação enteral; equipo macro gotas com pinça rolete e câmara flexível para nutrição, azul para diferenciar do equipo de soro. Tubo em PVC, flexível no mínimo 150cm de comprimento(conforme RDC nº 4, de 04/02/11) Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, tipo e data de esterilização, data de validade e Reg. no MS.	Unidade	37.500
265	21060	Equipo para controle de pressão venosa central (PVC). Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, tipo e data de esterilização, data de validade e Reg. no MS.	Unidade	150
266	33881	Equipo para infusão parenteral, FOTOSSENSÍVEL, VL ON 90, para ser utilizado nas bombas de infusão modelo Ágila, marca Fresenius, de propriedade da Fundação Hospitalar de Teresina, com as seguintes especificações mínimas:	Unidade	3.750

		• Equipo de bomba para infusão parenteral de soluções fotossensíveis, incompatível com PVC e livre de DEHP; • Dotado de entrada de ar e filtro bacteriológico de 0,2 microns; • Comprimento mínimo de 270 cm, prime mínimo de 15ml e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas de 15 mícrons; • Injetor lateral em Y, com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofílica; • Fabricado com material atóxico; • Embalagem individual, estéril, com lacre capaz de manter a esterilidade e integridade; • Para utilização com drogas parenterais incompatíveis com PVC e fotossensível em terapia adulto, pediátrica e neonatal; • Embalagem com dados de identificação do fabricante, procedência e validade; • Compatível com a bomba de infusão Ágila, marca Fresenius.		
267	33880	Equipo para infusão parenteral, transparente, VL ST 02, para ser utilizado nas bombas de infusão modelo Ágila, marca Fresenius, de propriedade da Fundação Hospitalar de Teresina, com as seguintes especificações mínimas: • Equipo de bomba para infusão parenteral livre de DEHP; • Dotado de entrada de ar e filtro bacteriológico de 0,2 microns; • Comprimento mínimo de 270 cm, prime mínimo de 15ml e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas de 15 mícrons; • Injetor lateral em Y, com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofílica; • Fabricada com material atóxico; • Embalagem individual, estéril, com lacre capaz de manter a esterilidade e integridade; • Para utilização com drogas parenterais em terapia adulto, pediátrico e neonatal; • Embalagem com dados de identificação do fabricante, procedência e validade; • Compatível com a bomba de infusão Ágila, marca Fresenius.	Unidade	4.500
268	21061	Equipo para micro-gotas, com câmara de gotejamento flexível, transparente, ponta perfurante (penetrador) para adaptação em frascos/ampolas/bolsas, protetor da ponta perfurante (penetrador) tri facetado, com injetor lateral autocicatrizante, pinça rolete de alta precisão, com corta-fluxo. Tubo flexível transparente de, no mínimo, 150cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), conector luer macho (encaixe por pressão) protetor do conector. Estéril, descartável, embalado individualmente com dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote, Reg. no MS.	Unidade	20.544
269	28486	Equipo para micro-gotas, com câmara de gotejamento graduada capacidade 150 ml (tipo bureta), ponta perfurante para frascos/ampolas/bolsas com tampa, pinça rolete de alta precisão com corta-fluxo, injetor lateral autocicatrizante, tubo flexível transparente, no mínimo, 150cm de comprimento(conforme RDC nº 4, de 04/02/11), conector luer com tampa. Estéril, descartável, embalado individualmente com dados de identificação e procedência, tipo, data e tempo de validade da esterilização, número de lote e registro no MS.	Unidade	1.403
270	21062	Equipo para soro macro-gotas para infusão por gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante tri facetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, câmara de gotejamento transparente e flexível. Tubo flexível transparente de, no mínimo, 150cm de comprimento(conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete c/bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo cateter, conector luer macho (encaixe por pressão). Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS.	Unidade	604.560
271	20918	Equipo para transferência de soluções parenterais, com ponta perfurante com pega de manipulação, tubo de PVC com 40cm, injetor lateral tipo T, com membrana autocicatrizante, embalado individualmente, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº de lote e Reg. no MS. Obs.: Compatível com a bolsa para mistura de solução parenteral.	Unidade	4.950
272	21014	Equipo para transfusão de sangue, sem agulha, com filtro de 200 micras, câmera de gotejamento flexível ou rígida, transparente, ponta perfurante (penetrador) de acordo com as normas internacionais. Protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça corta-fluxo. Tubo de infusão transparente de no mínimo 150cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete, conector luer macho (encaixe por pressão) protetor de conector, estéril, descartável e embalado individual com Reg. no MS.	Unidade	15.038
273	21015	Equipo sangue arterial, para hemodiálise, com cata bolha, seguimento de bomba de 8mm, com entrada para bomba de heparina. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	7.500
274	21017	Equipo sangue venoso, para hemodiálise, com cata bolha, seguimento de bomba de 8mm, com entrada para bomba de heparina. Embalagem constando os dados de identificação, tipo esterilização, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.	Unidade	7.500
275	11057	Escova cirúrgica - para lavagem pré-operatória das mãos. Composta de esponja embebida em solução antisséptica degermante, contendo digliconato de clorexidina 2%, com cerdas macias e limpador de unhas. Embalagem individual com dados de	Unidade	67.500

		identificação, procedência a atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.		
276	42590	Escova de limpeza para abertura de canal, reusável, autoclavável, para todos os diâmetros de canal do instrumento. Utilizada para escovar o cilindro de aspiração, a porta do canal do instrumento, a extremidade distal, o elevador de pinça e o recesso do elevador de pinça, com cerdas em nylon, e aproximadamente 5 cm de área de escovação	Unidade	36
277	46601	Escova de mão autoclavável, com cerdas em nylon	Unidade	110
278	46604	Escova em aço reutilizável com cerdas em nylon, 5.0 x 1.8 mm, 65 cm.	Unidade	50
279	46605	Escova em aço reutilizável medindo 60 cm x 6 mm x 50 mm.	Unidade	10
280	20941	Escova para assepsia -conjunto escova/esponja embebida em solução antisséptica degermante, contendo PVPI a 10% (1% de iodo livre) para assepsia de mãos e braços com cerdas macias, com cantos arredondados, uso único, embalagem individual contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade registro no ministério da saúde.	Unidade	44.700
281	11059	Escova para assepsia -conjunto escova/esponja sem solução degermante (escova seca), para assepsia de mãos e braços, sem solução, com cerdas macias e esponja seca, com cantos arredondados, uso único, embalagem individual contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade registro no ministério da saúde.	Unidade	42.960
282	46606	Escova para CME flexível, cabo azul, 3.0 x 25 mm, 60 cm 1.7 mm.	Unidade	10
283	46607	Escova para CME rígida autoclavável, cabo azul, 2.0 x 25 mm, 30 cm, 1.2 mm	Unidade	10
284	46603	Escova para CME rígida autoclavável, com cabo branco 8.0 x 50 mm, 60 cm, 3.1 mm	Unidade	50
285	46602	Escova reutilizável para limpeza de jarros/frascos/papagaios 100 x 70 x 360 mm	Unidade	23
286	46496	Esfigmomanômetro - Ajuste: analógico, aneróide - tipo : de braço - faixa de operação: até 300 mmhg - material braçadeira: braçadeira em nylon - tipo fecho: fecho em metal - tamanho: ADULTO	Unidade	50
287	NOVO	Espaçador para medicamento em aerossol - Tamanho adulto e infantil/pediátrico	Unidade	5.475
288	30403	Esparadrapo medindo 10 cm de largura por 4,5 metros de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picote, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de esterilização, validade, número de lote, Registro no MS.	ROLO	73.500
289	21268	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18cm de comprimento, embalagem individual. e reembalada em pacote c/100 unidades.	Pacote	210
290	NOVO	Esponja hemostática de gelatina liofilizada absorvível 125x80x10mm	Unidade	1.350
291	NOVO	Espuma feltrada para tratamento de pés diabéticos e de úlceras vasculares e diabéticas. Feltro Adesivo composto de 100% de poliéster em Rolo. Tamanho 5mm X 10cm X 3M.	Unidade	405
292	33684	Éter alcoolizado - éter etílico(v/v) 35% , álcool etílico 96%(v/v) qsp 100% ; Frasco 1 L	Frasco	115
293	23604	Faixa elástica de Smarch/atadura de borracha, confeccionada em borracha, isento de aditivos, com boa elasticidade; tamanho 15cm X 200cm.Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
294	23605	Faixa elástica de Smarch/atadura de borracha, confeccionada em borracha, isento de aditivos, com boa elasticidade; tamanho 20cm X 200cm.Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	420
295	23603	Faixa elástica de Smarch/atadura de borracha, confeccionada em borracha, isento de aditivos, com boa elasticidade;tamanho 12cm X 200cm.Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	450
296	21360	Faixa elástica de Smarch/atadura de borracha, confeccionada em borracha, isento de aditivos, com boa elasticidade;tamanho 8cm X 200cm.Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
297	NOVO	Filme fenestrado para cateter estéril 7cm x 9cm	Unidade	7.050
298	27087	Filme transparente de poliuretano não estéril, em rolo, coberto por um adesivo hipoalergênico, que proporcione uma cobertura protetora de pele, evitando danos por contato mecânico ou por fluidos. Impermeável a microorganismos e a água. Permeável a gases e vapores de água. Tamanho mínimo: rolo de 15cm x 10m.	Unidade	4.005
299	44072	FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUÉIA para ventilação mecânica, descartável e de uso individual; invólucro transparente, permite visualização de obstruções; • conectores padrão iso 53561-1 diâmetros de: 15 e 22mm; • recomendação de uso: 24/48 horas; • baixa resistência ao fluxo de ar: 104pa 30l/min; • espaço morto até 35ml; • membrana hidrofóbica 250g; • mecanismo de filtração eletrostático; • meio de umidificação hisgroscópico: disco em celulose; • fluxo de ar: bidirecional; • eficiência de filtragem bacteriana: 99,999%; • eficiência de filtragem viral: 99,999%; • retenção de partículas a partir de: 0,3µm; • vt: 150 – 1500ml;	Unidade	22.350

300	45731	FILTRO HMEF NEONATAL, confeccionado com espuma de polímero micro poroso e estrutura transparente. Especificações: Volume corrente recomendado: 10 ml a 30 ml Espaço morto: 2 a 5 ml Peso do paciente: 3 a 8 Kg Eficiência de Filtragem Bacteriana: 99.999% Eficiência de Filtragem Viral: 99.999%	Unidade	900
301	44073	FILTRO HMEF PEDIÁTRICO COM TUBO TRAQUÉIA Membrana de filtro eletrostática e hidrofóbica unidirecional, confeccionado em material plástico translúcido. Especificações: Volume corrente: 50 ml a 150 ml Espaço morto: 8 a 10 ml Peso do paciente: 5 a 20 Kg Eficiência de Filtragem Bacteriana: 99.999% Eficiência de Filtragem Viral: 99.999%	Unidade	2.730
302	21598	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 0, agulha estriada de 3,5cm, ½ círculo cilíndrica para ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	4.620
303	21599	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 1, agulha estriada de 3,5 ou 4,0cm, ½ círculo cilíndrica para ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	2.460
304	11087	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 2-0, agulha estriada de 3,5cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	9.585
305	11136	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 3-0, agulha estriada de 3,5cm, ½ círculo cilíndrica para ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.950
306	11138	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 4-0, agulha estriada de 2,0cm a 2,5 cm, ½ círculo cilíndrica. Aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.440
307	11153	Fio de sutura absorvível catgut simples, fio 70 a 75 cm, diâmetro 2-0, agulha estriada de 3,0cm, ⅜ círculo cilíndrica. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.350
308	31551	Fio de sutura absorvível catgut simples, fio 70 a 75 cm, diâmetro 4-0, agulha estriada 2,5 a 3,0cm, ½ círculo cilíndrica. Para aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.260
309	33888	Fio de sutura absorvível de ácido poliglicólico com cobertura de estearato de cálcio, fio 30 cm, diâmetro 8-0, 2 agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Para oftalmologia. Embalagem: envelope individual de papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	225
310	31427	Fio de sutura absorvível de ácido poliglicólico com cobertura de estearato de cálcio, fio 45 cm, diâmetro 6-0, 2 agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Para oftalmologia. Embalagem: envelope individual de papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	720
311	31426	Fio de sutura absorvível de ácido poliglicólico com cobertura de estearato de cálcio, fio 45 cm, diâmetro 7-0, 2 agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Para oftalmologia. Embalagem: envelope individual de papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de	Envelope	435

		esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.		
312	9295	Fio de sutura absorvível de catgut cromado, fio 70 a 75 cm, diâmetro 1, agulha ponta romba de 9,0cm, ½ círculo corpo cilíndrico. Tecidos friáveis. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
313	33893	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antiséptica, fio 70cm, diâmetro 5-0, agulha 2,0 a 2,6 cm, ½ círculo cilíndrica. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.080
314	23617	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70 cm, diâmetro 0, agulha 2,5 a 2,6 cm; ½ círculo cilíndrica estriada. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro No MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.440
315	11156	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 0, agulha estriada 4cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 FIOS	Envelope	12.420
316	33890	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 1, agulha estriada 4cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 FIOS	Envelope	14.940
317	23619	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 2-0, agulha estriada 3cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	4.140
318	36184	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 2-0, agulha estriada 4cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 FIOS	Envelope	22.680
319	43149	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 3-0, agulha 3,0 a 3,1 cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, Data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
320	33892	Fio de sutura absorvível de poliglactina com cobertura antisséptica, fio 70cm, diâmetro 4-0, agulha estriada 2,2cm a 2,6cm, ½ círculo cilíndrica. Aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	720
321	33891	Fio de sutura absorvível de poliglactina violeta com cobertura antiséptica, fio 70cm, diâmetro 3-0, agulha estriada 2,2cm, 1/2 círculo cilíndrica. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou Papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	720
322	23618	Fio de sutura absorvível de poliglactina violeta trançada nº 0, com 70 cm de fio, com agulha 3/8 círculo cilíndrica de 3,0 a 4.0cm. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	5.760
323	32042	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 incolor monofilamentar, fio 45 cm, diâmetro 5-0, agulha 1,65 a 1,9cm, 3/8 triangular com corpo quadrado, plástica.	Envelope	360

		Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.		
324	23565	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 violeta monofilamentar, fio 70 a 75cm, diâmetro 0, agulha 3,0cm a 3,6cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento Geral/ Aparelho Digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.080
325	33896	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 violeta monofilamentar, fio 70 a 75cm, diâmetro 2-0, agulha 3,0 a 3,1cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho Digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
326	32039	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 violeta monofilamentar, fio 70 a 75cm, diâmetro 3-0, agulha 3,0 a 3,1cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho Digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de Esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.800
327	23568	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 violeta monofilamentar, fio 70 a 75cm, diâmetro 4-0, agulha 1,90 ou 1,95cm, 3/8 corpo triangular ponta triangular reversa, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de Validadee Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.800
328	23569	Fio de sutura absorvível de poliglecaprone 25 violeta monofilamentar, fio 70 a 75cm, diâmetro 4-0, agulha 2,0 a 2,5cm, ½ círculo cilíndrica. Aparelho Digestivo. Embalagem: envelope individual em papel Aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.740
329	23606	Fio de sutura de seda 4-0, fio 45cm, agulha 1,2 ou 1,3cm, 3/8 triangular cortante. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
330	23607	Fio de sutura de seda 6-0, fio 45cm, 2 duas agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	480
331	33899	Fio de sutura de seda 7-0, fio 45cm, 2 duas agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	480
332	38477	Fio de sutura inabsorvível de aço inoxidável, 4 fios com 45 a 50cm, diâmetro 2, 4 agulhas estriadas de 4,5cm, 3/8 triangular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	225
333	11227	Fio de sutura inabsorvível de aço inoxidável, 4 fios com 45 a 50cm, diâmetro 4, 4 agulhas estriadas de 4,8cm, ½ círculo triangular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na	Envelope	150

		embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.		
334	11224	Fio de sutura inabsorvível de aço inoxidável, 4 fios com 45 cm, diâmetro 0, 4 agulhas estriadas de 2,5 a 2,6cm, ½ círculo cilíndrica.Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	120
335	11225	Fio de sutura inabsorvível de aço inoxidável, 4 fios com 45 cm, diâmetro 1, 4 agulhas estriadas de 4,0cm, ½ circulo triangular cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	240
336	11228	Fio de sutura inabsorvível de poliéster/algodão nº. 0 azul trançado, sem agulha, comprimento do fio 15x45cm. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	2.880
337	11229	Fio de sutura inabsorvível de poliéster/algodão nº. 2-0 azul trançado, sem agulha, comprimento do fio 15x45 cm. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	3.240
338	23620	Fio de sutura inabsorvível de poliéster/algodão, diâmetro 0, azul trançado, fio 70/75cm, com agulha ⅜ círculo cilíndrica de 3,0cm, para aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.440
339	23624	Fio de sutura inabsorvível de poliéster/algodão, diâmetro 2-0, fio 45 cm, agulha de 2,5cm a 3,0cm, 3/8 triangular cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, Data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.800
340	18676	Fio de sutura inabsorvível de poliéster/algodão, nº. 3-0 azul trançado, sem agulha, comprimento do fio 15x45 cm. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.440
341	23609	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monfilamentar azul, fio 75cm, diâmetro 2-0, 2 agulhas de 2,5/2,6cm, ½ ponta cônica corpo quadrado. Cardiovascular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	870
342	21631	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, 75cm, diâmetro 2-0, agulha estriada de 3,0 a 3,1cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho digestivo/gastrointestinal. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.080
343	31425	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 50cm, diâmetro 2, agulha estriada de 7,5 cm, 3/8 triangular cortante. Fechamento geral, obstetricia, ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,	Envelope	960

		prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.		
344	23616	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 60cm, diâmetro 7-0, 2 agulhas de 1,0/1,3 cm, 3/8 círculo cilíndrica. Cardiovascular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
345	11236	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 75cm, diâmetro 0, agulha estriada de 3,5 cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	2.880
346	21630	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 75cm, diâmetro 2-0, agulha de 3,5 cm, ½ círculo cilíndrica. Fechamento geral, obstetrícia e ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.800
347	21635	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 75cm, diâmetro 3-0, agulha estriada de 3,0 cm a 3,1cm, 3/8 círculo cilíndrica. Aparelho digestivo. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	4.680
348	32043	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 75cm, diâmetro 4-0, 2 agulhas estriadas de 1,5 ou 1,7cm, ½ círculo cilíndrica. Cardiovascular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro No MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	1.440
349	23610	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul, fio 90cm, diâmetro 3-0, 2 agulhas estriadas de 3,0/3,1 cm, ½ ponta cônica corpo quadrado. Cardiovascular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	360
350	23615	Fio de sutura inabsorvível de polipropileno monofilamentar azul,fio 75cm, diâmetro 6-0, 2 agulhas estriadas de 1,3 cm, 3/8 círculo cilíndrica. Cardiovascular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	930
351	23585	Fio de sutura sintética inabsorvível de poliéster branco trançado, siliconizado, fio 45cm, diâmetro 5-0, 2 agulhas de 0,85cm, ¼ micro espátula. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	180
352	32045	Fio de sutura sintética inabsorvível de poliéster branco trançado, siliconizado, fio 45cm, diâmetro 6-0, 2 agulhas de 0,80cm, ¼ micro espátula. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	180
353	11279	Fio de sutura sintética inabsorvível de poliéster verde trançado com cobertura de polibutilato ou silicone, 4 fios com 75cm, diâmetro 5, 4 agulhas estriada de 4,7 ou 4,8cm, ½ círculo triangular. Ortopedia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e reg. no M S. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	960
354	11280	Fio de sutura sintética inabsorvível de poliéster verde trançado com cobertura de polibutilato ou silicone, fio 70-75cm, diâmetro 2, agulha estriada 4,0 cm, ½ triangular cortante. Ortopedia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel	Envelope	1.080

		grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e reg. no M S. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.		
355	39358	Fio mononylon nº. 0, fio 150cm, agulha 4,0 cm; ½ círculo cilíndrica/estriada. Laçado. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	720
356	21638	Fio mononylon nº. 0, fio 45cm, agulha 3,0 cm ; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	15.780
357	23576	Fio mononylon nº. 10-0, fio 30 cm, 2 agulhas 0,65cm ; 3/8 espatular. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro No MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	480
358	21639	Fio mononylon nº. 2-0, fio 45 cm, agulha 3,0 cm; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	32.760
359	21641	Fio mononylon nº. 3-0, fio 45 cm, agulha 3,0 cm ; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	52.800
360	21642	Fio mononylon nº. 4-0, fio 45 cm, agulha 2,0/2,4 cm ; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	28.800
361	21643	Fio mononylon nº. 5-0, fio 45 cm, agulha 1,9/2,4cm ; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	11.520
362	21644	Fio mononylon nº. 6-0, fio 45 cm, agulha 1,5/1,6cm; 3/8 círculo triangular/cortante. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	720
363	33900	Fio mononylon nº. 9-0, fio 30 cm, 2 agulhas 0,65cm ; 3/8 espatular. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro No MS. Deve atender a norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	480
364	33118	Fita adesiva composta de fibras de poliéster, poliacrilato à base de água e película protetora do adesivo: papel siliconado que apresenta estrutura porosa, o que assegura a permeabilidade ao ar e vapor de água. Deve ser flexível e adaptar-se bem ao contorno do corpo e permitir movimentação da área após aplicado. Tamanho 15cmx10cm.	Unidade	2.250
365	20663	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgenas. Dimensões 10m x 2,5 cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote, Registro no MS.	ROLO	20.250
366	20664	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgenas. Dimensões 10m x 4,5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote, Registro no MS.	Unidade	20.700
367	20664	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgenas. Dimensões 10m x 5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote, Registro no MS.	ROLO	19.740
368	44970	Fita adesiva elástica que auxilia no suporte e fixação da placa à pele periestoma, para bolsas de estomia intestinal/urinária. Composta por hidrocolóide revestido	Caixa	1.200

		externamente por filme de poliuretano, feita de material macio, resistente à água e antialérgico.20 por caixa. Formato meia lua.		
369	11288	Fita adesiva hospitalar 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com letices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva de borracha natural e resina e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, cor branca, Embalada em rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS. Dimensões:	Unidade	20.145
370	11289	Fita adesiva para autoclave 19 mm x 30m, indicadora de esterilização a vapor. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar listras negras e bem identificáveis. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.	Unidade	9.795
371	11081	Fita cardíaca em algodão branco trançado, largura 3mm a 3,5mm , comprimento 80cm – estéril. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, Data de fabricação, prazo de validade e Registro no MS. Deve atender a Norma da ABNT NBR 13904/2003.	Envelope	540
372	43961	Frasco para armazenamento e transporte de líquor que atendam as normas de biossegurança, com as seguintes especificidades: Tubo Criogênio graduado 1,8com tampa de rosca externa esteril. Pacote com 100 unds	Unidade	36
373	48139	Fresa de corte craniotomo, estéril por óxido de etileno, com validade de esterilização por cinco anos, acomodação individualmente em blister, contendo etiquetas com todas as informações técnicas por produtos e da esterilização. Modelo: MA-14FCA Marca: MACOM Procedência: NACIONAL Validade esterilização: 05 (cinco) anos Registro ANVISA: 1024307003	Unidade	100
374	15848	Fresa para trepanação com parada automática de 12mm, tipo hudson, estéril por óxido de etileno, com validade de esterilização por cinco anos, acomodação individualmente em blister, contendo etiquetas com todas as informações técnicas por produtos e da esterilização. Modelo: MA-1014BH Marca: MACOM Procedência: Nacional Validade esterilização: 05 (CINCO) ANOS Registro ANVISA: 10243070038	Unidade	50
375	38364	Fresa para trepanação com parada automática de 14mm, tipo Hudson, estéril por óxido de etileno, com validade de esterilização por cinco anos, acomodação individualmente em blister, contendo etiquetas com todas as informações técnicas por produtos e da esterilização. Modelo: MA-1014CH Marca: MACOM Procedência: Nacional Validade esterilização: 05 (cinco) anos Registro ANVISA: 10243070038	Unidade	50
376	15847	Fresa para trepanação com parada automática de 8mm, tipo Hudson, estéril por óxido de etileno, com validade de esterilização por cinco anos, acomodação individualmente em blister, contendo etiquetas com todas as informações técnicas por produtos e da esterilização. Modelo: MA-1014AH Marca: MACOM Procedência: Nacional Validade esterilização: 05 (cinco) anos Registro ANVISA: 10243070038	Unidade	50
377	33119	Gaze de Rayon, embebida em ácidos graxos essenciais com vitamina A e E, tamanho aproximado 7,5 x 15 cm.	Unidade	3.360
378	41727	Gel antisséptico, antimicrobiano com PHMB + Betaína + Glicerina, hidrocelulose (HEC). Apresentação aproximada de 250 ml.	Unidade	240
379	21020	Gel condutor 100g para exames(ex. Eletrocardiograma, ultra-sonografia); incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.	Frasco	6.150
380	12112	Gel condutor 5kg para exames(ex. Eletrocardiograma, ultra-sonografia); incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.	Galão	465
381	14691	Hemostático absorvível, com as seguintes especificações mínimas: à base de esponja de gelatina suína, medindo aproximadamente 20cm X 7cm X 0,5cm. Esterilizada, insolúvel em água, maleável, aspecto esbranquiçado e poroso. Absorção no prazo de 4 a 6 semanas. Embalagem com abertura asséptica, dados de identificação, fabricação, esterilização, número do lote, validade, código de barras e registro na ANVISA. Armazenamento em temperatura ambiente.	Unidade	750
382	20943	Hipoclorito de sódio em solução a 1% para uso hospitalar, acondicionado em frasco com 1000ml de solução. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.	Unidade	12.375
383	38369	Indicador Biológico com leitura de 24 horas, com meio de cultura específico, com as seguintes especificações mínimas: - Leitura em 24 (vinte e quatro) horas; - Proporcione rápida detecção do crescimento bacteriano; -Acondicionado em ampola de vidro facilmente quebrável e tiras esporulados (bacillus stearothemophilus) contidos em pequenas cápsulas plásticas transparentes, com rótulo contando data e lote de fabricação, espaço para identificação da carga a ser esterilizada,	Unidade	8.250

		listra contando indicador químico que após o processo de esterilização altera sua cor. OBS.: Com cessão, em regime de comodato, de 15 (quinze) incubadoras para os hospitais de pequeno e médio porte da rede da FMS, compatível com a marca do indicador biológico; bem como certificados da incubadora de calibração e temperatura. Garantia de manutenção preventiva e corretiva, além de treinamento para equipe técnica com profissional capacitado.		
384	38368	Indicador biológico, com leitura de 3h, com meio de cultura específico Typitic Soy modificado pela fluorescência, com as seguintes especificações mínimas: - Leitura de 03 horas. - proporcione rápida detecção do crescimento bacteriano; - acondicionado em ampola de vidro facilmente quebrável e tiras esporulados (bacillus stearothemophilus) contidos em pequenas cápsulas plásticas transparentes, com rótulo contendo data e lote de fabricação, espaço para identificação da carga a ser esterilizada, listra contendo indicador químico que após o processo de esterilização altera sua cor em caso de crescimento bacteriano. OBS.: Com cessão, em regime de comodato, de 01 (uma) incubadora para o HUT compatível com a marca do indicador biológico; bem como certificados da incubadora de calibração, temperatura e da frequencia da leitura de fluorescencia. Garantia de manutenção preventiva e corretiva, além de treinamento para equipe técnica com profissional capacitado.	Unidade	3.000
385	488885	Indicador de limpeza desenvolvido para verificar a efetividade do fluxo de água, tempo, temperatura e concentração de detergente no processo da fase de termodesinfecção. A empresa ganhadora deverá ceder sem custo o suporte para a realização do teste. Pacote cm 50 unds	Unidade	10
386	17380	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO CLASSE V PARA AUTOCLAVE A VAPOR, jcom as seguintes especificações mínimas: | • Com ciclos de temperatura entre 120' C a 134° C, de leitura imediata com interpretação dos parâmetros analisados através da miidança de limite de cor em uma janela de visualização; • Deve monitorar todos os parâmetros críticos da esterilização; • Performance equivalente ou excedente á curva de morte microbiana do Geobacilius estearothermophilus (microrganismos mais resistente ao processo de esterilização a vapor); • Composto de papel com película na face frontal e aluminizado no verso, com reagente químico em forma de pastilha e tira de papel especial onde ocorre a migração do agente químico através da Janela de visualização, isento de substâncias tóxicas; 1 • Acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto e contenha dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e tempo de validade, qiie devem estar descritos tanto na embalagem primária quanto na secundária	Unidade	67.500
387	13992	Invólucro multificional para acondicionar produtos para esterilização em vapor saturado, óxido de etileno e/ou plasma de peróxido de hidrogenio. Confeccionado em SMS, não tecido 100% polipropileno, composto de três camadas: duas lâminas externas de spunbonded (confere resistência mecânica) e uma interna meltblow (confere propriedades barreira). Impermeável a água e a partículas microscópicas; resistente a tração e ao rasgo, suportando uso pesado; alta maleabilidade; dimensão: 0,50x0,50m. Kc 200 (variação de +/- 5cm; gramatura: 60g/m2 (variação de +/- 5g). Apresentar laudos do registro na ANVISA.	Unidade	126.000
388	13994	Invólucro multificional para acondicionar produtos para esterilização em vapor saturado, óxido de etileno e/ou plasma de peróxido de hidrogênio. Confeccionado em SMS, não tecido 100% polipropileno, composto de três camadas: duas lâminas externas de spunbonded (confere resistência mecânica) e uma interna meltblow (confere propriedades barreira). Impermeável a água e a particulas microscópicas; resistente a tração e ao rasgo, suportando uso pesado; alta maleabilidade; dimensão: 1,0x1,0m. Kc 200(variação de +/- 5cm; gramatura: 74g/m2 (variação de +/- 5g). Apresentar laudos do registro na ANVISA.	Unidade	239.205
389	27058	Invólucros multifuncionais para acondicionar produtos para esterilização em vapor saturado, óxido de etileno e/ou plasma de peróxido de hidrogênio. Confeccionado em SMS, não tecido 100% polipropileno, composto de três camadas: duas lâminas externas spunbonded e uma interna meltblown. Impermeável a água e a partículas microscópicas; resistente a tração e ao rasgo, suportando uso pesado; alta maleabilidade; dimensão: 0,75 x 0,75m. Kc 200 (variação de +/- 5cm); gramatura: 60g/m² (variação de +/- 5g). Registro na ANVISA.	Unidade	151.500
390	33692	Iodopovidona 10% (1% de iodo ativo) ; solução aquosa ; antisséptico para uso tópico (PVPI tópico); Frasco 1 L.	Frasco	8.100
391	33693	Iodopovidona 10% (1% de iodo ativo) ; solução com tensoativos, degermante (PVPI degermante); antissepsia da pele, mãos e antebraços ; Frasco 1 L	Frasco	3.168
392	42171	Kit - Teste rápido (ensaio imunocromatógrafico) para detecção rápida qualitativa de antígenos da síndrome respiratória aguda grave por coronavirús (SARS-CoV2), em amostras de swabs da nasofaringe de humanos. Deverá ser homologado/registrado pela ANVISA.	Unidade	96.330
393	42813	KIT BOTTON Botton / dispositivo de substituição de gastrostomia de silicone biocompatível de baixo perfil, com válvula antirreflexo interno, com fixação interna por cogumelo, acondicionado em kit estéril, com extensão para alimentação, e extensão	Unidade	120

		para descompressão gástrica. TAMANHOS: French - 24 Extensão - 8,0 Comprimento - 4,5		
394	42812	KIT BOTTON Botton / dispositivo de substituição de gastrostomia, de silicone biocompatível de baixo perfil, com válvula antirreflexo interno, com fixação interna por cogumelo, acondicionado em kit estéril, com extensão para alimentação, e extensão para descompressão gástrica. TAMANHOS: French -24 Extensão- 8,0 Comprimento -3,4	Unidade	120
395	42814	KIT BOTTON PEDIÁTRICO Botton / dispositivo de substituição de gastrostomia, de silicone biocompatível de baixo perfil, com válvula antirreflexo interno, com fixação interna por cogumelo, acondicionado em kit estéril, com extensão para alimentação, e extensão para descompresão gástrica. TAMANHOS: french - 12; extensão 5,30; comprimento - 20	Unidade	24
396	42815	KIT BOTTON PEDIÁTRICO Botton / dispositivo de substituição de gastrostomia, de silicone biocompatível de baixo perfil, com válvula antirreflexo interno, com fixação interna por cogumelo, acondicionado em kit estéril, com extensão para alimentação, extensão para descompressão gástrica. TAMANHOS: French -18 Extensão- 6,00 Comprimento -20	Unidade	24
397	39557	KIT DE FIOS CIRÚRGICOS PARA CESÁREA Kit composto por: a) 01(UM) FIO MONONYLON 4-0, AG. 2,4 CM, 3/8 CIRC., TRI: Fio cirúrgico, inabsorvível, estéril, monofilamentar, composto de poliamida, na cor preta, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 75 cm de comprimento, com uma agulha de 3/8 de circulo, triangular, medindo 2,4 cm, com bom corte, corte reverso, que não quebre ou entorte com facilidade, b) 02 (DOIS) FIOS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS TRANÇADO 0, AGULHA 4,0 cm, 1/2 CIR., CIL: Fio cirúrgico sintético com multifilamento trançado, absorvível, estéril, diâmetro 0, medindo aproximadamente 90 cm de comprimento, com uma agulha de 1/2 circulo, cilíndrica, medindo 4,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, c) 03 (TRÊS) FIOS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS TRANÇADO 2-0, aprox. AG. 3,6 cm, 1/2 CIRC, CIL: Fio cirúrgico sintético com multifilamento trançado, absorvível, estéril, diâmetro 2-0, medindo aproximadamente 90 cm de comprimento, com uma agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo aproximadamente 3,6 cm, sendo 02 fios com agulha robusta e 01 com agulha delicada, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade. Embalagem do produto apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo sua integridade e esterilização até o momento do uso. As embalagens do envelope do kit devem trazer os dados de identificação do produto, tipo de sutura, número cirúrgico e/ou métrico, comprimento do fio, tipo e quantidade de agulha, número de fios, nome do fabricante, número de lote, data de fabricação, tipo de esterilização, validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT – NBR 13904.	Unidade	3.000
398	42820	KIT DE GASTROSTOMIA Kit de passagem de sonda percutânea, primeira passagem, confeccionado de silicone biocompatível, baixo perfil, com retenção inteira por fixação tipo Button (cogumelo), com conector para alimentação substituível. Extensões descartáveis para alimentação e descompressão gástrica com válvula antirreflexo. TAMANHOS: French - 24F Extensão - 8 Comprimento- 60 MARCA: AVANOS MEDICAL, INC.	Unidade	120
399	42819	KIT DE GASTROSTOMIA Kit de passagem de sonda percutânea, primeira passagem, confeccionado de silicone biocompatível, baixo perfil, com retenção inteira por fixação tipo Button (cogumelo), com conector para alimentação substituível. Extensões descartáveis para alimentação e descompressão gástrica com válvula antirreflexoTAMANHOS: French - 20 Extensão -6,7 Comprimento – 60 MARCA: AVANOS MEDICAL, INC.	Unidade	120
400	42817	KIT DE GASTROSTOMIA PEDIATRICO Kit de gastrostomia endoscópica percutânea com tubo de alimentação de 12 fr composto por: 1 sonda; 1 fio guia; 1 cateter de punção; e 1 alça endoscópica, 01 bisturi, 01 campo de visão, 01 fio guia TAMANHOS: French -14 Comprimento -20 MARCA: AVANOS MEDICAL, INC.	Unidade	24
401	42818	KIT DE GASTROSTOMIA PEDIÁTRICO Kit de gastrostomia endoscópica percutânea com tubo de alimentação de 12 fr composto por: 1 sonda; 1 fio guia; 1 cateter de punção; e 1 alça endoscópica, 01 bisturi, 01 campo de visão, 01 fio guia TAMANHOS: French -16 Comprimento -20 MARCA: TOTAL MÉDICA (BLENTA)	Unidade	24
402	38722	Kit de ligadura elástica completo para varizes esofagianas com cateter guia com no mínimo 6 disparos, contendo no mínimo 02 tambores em policarbonato e 06 elásticos, manopla plástica com bandas pré-montadas em látex, cateter guia de carregamento e adaptador de irrigação em poliuretano para ligar varizes de esôfago endoscopicamente, cordão para o acionamento, sistema de introdução metálico. Medidas: aproximadamente diâmetro de 2,2mm e comprimento de 160 cm estéril, embalagem individual, contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e tipo de esterilização e que permita abertura com técnica asséptica. Registro no MS/ANVISA.	Unidade	60

403	15972	Kit Papanicolau constando de Especulo descartável tamanho: Grande, luva EVA, espátula de Ayres, Escova e Porta Lâmina de Vidro e Lâmina Estéril grau Cirúrgico.	KIT	7.200
404	15971	Kit Papanicolau constando de Especulo descartável tamanho: Médio, luva EVA, espátula de Ayres, Escova e Porta Lâmina de Vidro e Lâmina Estéril grau Cirúrgico.	Unidade	54.000
405	15970	Kit Papanicolau constando de Especulo descartável tamanho: Pequeno, luva EVA, espátula de Ayres, Escova e Porta Lâmina de Vidro e Lâmina Estéril grau Cirúrgico.	KIT	22.095
406	33489	Kit para inaloterapia (nebulização), ADULTO, composto de máscara, copo e mangueira com conexões para uso em nebulizadores portáteis (CONECTOR VERDE rosca 9/16"-18UNF), constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e reg. no MS.	Kit	915
407	33490	Kit para inaloterapia (nebulização), INFANTIL, composto de máscara, copo e mangueira com conexões para uso em nebulizadores portáteis (CONECTOR VERDE rosca 9/16"-18UNF), constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e reg. no MS.	Kit	555
408	33491	Kit para micronebulização – ADULTO, composto de máscara, copo e mangueira com conexões para uso em rede de ar comprimido (CONECTOR AMARELO rosca 3/14"-16UNF),, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e reg. no MS.	Kit	300
409	30845	Kit para monitorização de pressão para uso em pacientes adultos, com transdutor descartável compatível, contendo: equipo de macrogotas com, no mínimo, 60cm de comprimento, com conector luer lock macho e filtro de partículas; dispositivo de flush de 3cc/h, com atuador ergonômico em forma de gatilho; torneira do zero incorporada ao transdutor descartável; 1 torneira de 3 vias e 2 linhas de pressão em PVC de baixa complacência com conectores luer lock macho-fêmea com 18” e 12” respectivamente. Compatível com monitores DIXTAL(LogiCal). Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	240
410	42740	Kit para nefrostomia percutânea: fio guia dilatadores, agulha de punção, seringa luer lock 10mL, cateter 14Ch com balão de 5mL. Estéril descartável, atóxico, apirogênico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico	Unidade	120
411	46533	KIT TESTE PARA SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO Kit que possui uma fita reagente utilizada para análise da concentração de hipoclorito de sódio em soluções concentradas ou diluídas para dosagem do hipoclorito de sódio a 1% (10.000 ppm). Teste de concentração	Unidade	10
412	33492	Kit. Para micronebulização – INFANTIL, composto de máscara, copo e mangueira com conexões para uso em rede de ar comprimido (CONECTOR AMARELO rosca 3/14"-16UNF), constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e reg. no MS.	Kit	300
413	40927	Lacre numerado para carro de parada	Unidade	40.500
414	12121	Lâmina em aço inoxidável para faca de enxerto de pele 4”, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização, reg. no M.S.	Unidade	150
415	12122	Lâmina em aço inoxidável para faca de enxerto de pele 6”, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização, reg. no M.S.	Unidade	150
416	21365	Lâmina estéril para bisturi nº 11, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS.	Unidade	43.440
417	21366	Lâmina estéril para bisturi nº 15, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS.	Unidade	54.030
418	21367	Lâmina estéril para bisturi nº 24, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS.	Unidade	133.635
419	43676	Lâminas para dermátomo elétrico – HUMECA - D42 , caixa com 10 unidades	Unidade	10
420	43677	Lâminas para dermátomo elétrico – HUMECA - D80 , caixa com 10 unidades	Unidade	10
421	14687	Lâminas para microscopia não lapidadas, com uma das extremidades fosca, medida: 26 X 76mm	Unidade	300
422	38596	Lanceta para coleta de sangue, confeccionada em aço inox, com bisel de 4 mm. Com cessão em regime de comodato de 4.000 (quatro mil) aparelhos lancetadores. Embalagem com 50, 100 ou 200 unidades.	Unidade	503.430
423	25849	Lanceta retrátil, em aço inoxidável, tamanho de aproximadamente 1,8mm e diâmetro 28G, com lâmina perfurocortante, autoretrátil não permitindo ser remontada ou reutilizada e que dispense o uso do lancetador. Em conformidade com a NR 32 do Ministério do Trabalho e ANVISA. Embalagem com no máximo 200 unidades.	Unidade	1.200.000
424	NOVO	Lenço removedor de adesivos para facilitar a retirada do equipamento coletor das estomias. Embalados em sachês individuais.	Caixa	12.000
425	NOVO	Lenço umedecido que forma uma película protetora ao redor da pele periestomia. Embalado em sachês individuais.	Caixa	12.000

426	20674	Luva cirúrgica estéril, tamanho 6,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	59.250
427	NOVO	Luva cirúrgica estéril, tamanho 6,5, sem pó, com baixo índice de proteínas do látex natural e de resíduos químicos, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	3.000
428	NOVO	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7, sem pó, com baixo índice de proteínas do látex natural e de resíduos químicos, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	4.500
429	20675	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 27cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	Par	175.755
430	20676	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 27cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	207.000
431	NOVO	Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5, sem pó, com baixo índice de proteínas do látex natural e de resíduos químicos, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	4.500
432	NOVO	Luva cirúrgica estéril, tamanho 8, sem pó, com baixo índice de proteínas do látex natural e de resíduos químicos, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	4.500
433	20677	Luva cirúrgica estéril, tamanho 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 27cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	112.500
434	20678	Luva cirúrgica estéril, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 28cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo	PAR	33.000

		um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.		
435	NOVO	Luva cirúrgica estéril, tamanho 8,5, sem pó, com baixo índice de proteínas do látex natural e de resíduos químicos, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, comprimento maior ou igual a 26cm(conforme portaria 332/2012 inmetro), punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva. Embalagem externa em papel grau cirúrgico contendo um par, c/abertura asséptica, c/os dados de identif., procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. lote e Registro no MS.	PAR	3.000
436	17361	Luva de vinil descartável para procedimento,tamanho GRANDE, vinil atóxico, antialérgica, não lubrificada (sem talco ou nenhum outro pó), com perfeita adaptação anatômica, alta sensibilidade táctil, textura uniforme, caixa com 100 unidades, , constando externamente a procedência, data de fabricação, validade no produto.	CAIXA	4.500
437	17362	Luva de vinil descartável para procedimento,tamanho MÉDIO, vinil atóxico, antialérgica, não lubrificada (sem talco ou nenhum outro pó), com perfeita adaptação anatômica, alta sensibilidade táctil, textura uniforme, caixa com 100 unidades, , constando externamente a procedência, data de fabricação, validade no produto.	CAIXA	7.500
438	17363	Luva de vinil descartável para procedimento,tamanho PEQUENO, vinil atóxico, antialérgica, não lubrificada (sem talco ou nenhum outro pó), com perfeita adaptação anatômica, alta sensibilidade táctil, textura uniforme, caixa com 100 unidades, , constando externamente a procedência, data de fabricação, validade no produto.	CAIXA	6.000
439	20684	Luva descartável individual (para procedimentos), tamanho EXTRA-PEQUENA, confeccionada em látex natural, com bainha do mesmo material da luva, textura uniforme sem falhas e/ou furos, excelente sensibilidade tátil, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, resistente à tração, com ajuste adequado, boa elasticidade, confortável, anatômica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Caixa	55.500
440	26250	Luva descartável individual (para procedimentos), tamanho GRANDE, confeccionada em látex natural, com bainha do mesmo material da luva, textura uniforme sem falhas e/ou furos, excelente sensibilidade tátil, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, resistente à tração, com ajuste adequado, boa elasticidade, confortável, anatômica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Caixa	47.250
441	20682	Luva descartável individual (para procedimentos), tamanho MÉDIA, confeccionada em látex natural, com bainha do mesmo material da luva, textura uniforme sem falhas e/ou furos, excelente sensibilidade tátil, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, resistente à tração, com ajuste adequado, boa elasticidade, confortável, anatômica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Caixa	148.500
442	20683	Luva descartável individual (para procedimentos), tamanho PEQUENA, confeccionada em látex natural, com bainha do mesmo material da luva, textura uniforme sem falhas e/ou furos, excelente sensibilidade tátil, ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, resistente à tração, com ajuste adequado, boa elasticidade, confortável, anatômica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Caixa	97.500
443	NOVO	MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 4 cm de largura, rolo com 15 m de comprimento. trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.	ROLO	870
444	12160	Malha tubular ortopedica; medindo de 10cm x 25m; tecido 100% algodão cru ou misto; com elasticidade no sentido transversal e compressão uniforme; ; embalado em material que garanta a integridade do produto. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg.	Unidade	750
445	31347	Máscara Cirúrgica descartável, com elásticos em cada lateral, tripla, atóxica, hipoalergênica, retangular, confeccionada em fibras de polipropileno (não tecido), com prega, com clipnasal, composto por camada interna filtrante e que assegure a absorção eficiente,embalada em pacotes ou caixas com no máximo 100 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, validade e número de lote.	Unidade	4.800.000
446	20917	Máscara cirúrgica semi-facial, COM TIRAS resistentes para amarrar, descartável, com 3 camadas de proteção, com filtro bacteriológico com eficiência que atenda as legislações vigentes, confeccionada em “não tecido de uso odonto-médico-hospitalar”, com pregas horizontais, clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, hipoalergênico, atóxica, inodora, maleável, resistente. Embalagem com dados de identificação e procedência, como data de fabricação, validade, número do lote e registro na ANVISA, O produto deve ser	Unidade	667.500

		registrado na ANVISA ou comprovar o atendimento das normas vigentes para EPIs como a RDC ANVISA 448/2020; e suas atualizações.		
447	NOVO	Máscara com reservatório	Unidade	11.250
448	21160	Máscara de proteção facial, tipo respirador, para tuberculose, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal hipoalergênico e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com certificado de aprovação como PFF/2 e/ou da NIOSHI como N95. Registro no Ministério da Saúde	Unidade	84.000
449	14685	Navalha descartáveis para Micrótomo cx. 50 unds	Unidade	20
450	12167	Óculos de proteção constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou outro material similar; hastes tipo espátula com proteção lateral com fendas para ventilação indireta, confeccionadas com o mesmo material da armação; adaptação confortável anatomicamente ao rosto, com protetor superior e inferior; lentes revestidas de duraflon ou similar que previna contra riscos e embaçamentos; deve permitir limpeza e desinfecção por métodos usuais. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro órgão competente.	Unidade	2.925
451	27293	Papel termo sensível para Vídeo-Impressão de ultra-sonografia, tipo UPP - 110 S. Dimensões: 110 mm x 20 m. Embalagem em rolo c/20m.	Rolo	1.350
452	50327	Papel termo sensível, para realização de exames ECG (Eletrocardiograma), bobina 80mm x 20m	Unidade	200
453	33484	Papel termossensível p/ eletrocardiograma, medindo 48mm x 20m.	Rolo	750
454	33233	Pasta protetora – Com álcool: usado para proteção da pele contra maceração e irritação por drenagem do ostoma e incontinências. Ajuda a nivelar a bolsa na pele diminuindo possíveis vazamentos. Ideal para ostomas protusos ou retraídos. Tubo com aproximadamente 60g.	Tubo	1.200
455	33238	Pasta protetora – Sem álcool: usado para proteção da pele contra maceração e irritação por drenagem do ostoma e incontinências. Ajuda a nivelar a bolsa na pele diminuindo possíveis vazamentos. Ideal para ostomas protusos ou retraídos. Tubo com aproximadamente 60g.	Tubo	1.200
456	33700	Peróxido de Hidrogênio 3%; 10 volumes; (água oxigenada) solução antisséptica ; Frasco 1 L .	Frasco	3.150
457	45508	Pinça para retirada de Corpo Estranho autoclavável a 134 ºC, com mandíbula jacaré longa, rotatória, com tamanho de abertura da mandíbula 15.0 mm, comprimento útil mínimo 165 cm, compatível com canal de trabalho 2.8 mm de Videogastroscópios Olympus GIF QH170 e Q150, embalada em embalagem dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competentes	Unidade	10
458	40328	PLACA CONDUTORA DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PARA EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE, DIMENSÕES ESPESSURA CERCA DE 1,0MM ADICIONAL PARA EXPANSÃO DE 1:3, COM RANHURAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO caixa contendo 10 unds. Embalagem individual, contendo: dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro no MS/ANVISA	Unidade	30
459	33232	Pó para ostomia, barreira de resina sintética protetora de pele em pó, microgranulado composta por hidrocolóides. Absorve a umidade da pele lesionada e auxilia na regeneração tecidual. Frasco com aproximadamente 25g.	Frasco	480
460	NOVO	Prático 400 – Desinfetante A Base De Biguanida Polimérica E Quaternário De Amônia De 5ª Geração Pata Desinfecção De Pisos, Paredes, Equipamentos E Superfícies.	Galão	150
461	9348	Preservativo masculino, não lubrificado, destinado à uso em exames de ultra-sonografia, membrana em látex liso, possível de ser distendido, com espessura de 0,07 mm (+/- 0,01mm), embalados individualmente em embalagem primária. Com aprovação pelo INMETRO e registro no M.S.	Unidade	23.760
462	33485	Propé - sapatilha para uso hospitalar – Confeccionado em não tecido com elástico em toda a sua volta, gramatura mínima 30g/m2, permite cobertura completa do calçado até o tornozelo, tam. único grande. Cor branca. Embalagem com dados de identificação e procedência, como data de fabricação, validade, numero do lote e registro na ANVISA, O produto deve ser registrado na ANVISA ou comprovar o atendimento das normas vigentes para EPIs como a RDC ANVISA 448/2020; e suas atualizações.	Unidade	750.000
463	41960	PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA, USO NEONATAL, Tamanho M; Tecido duplo de algodão, hipoalergenico; Com efetividade de bloqueio de luz UVA e UVB, Material elástico ou velcro na Extremidade para fixação; não estéril; Tipo óculos, anatômico, encaixe na narina; Embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação/validade e Registro no Ministério da Saúde.	Unidade	1.500
464	41959	PROTETOR OCULAR P/ FOTOTERAPIA, USO NEONATAL, Tamanho P; Tecido duplo de algodão, hipoalergenico; Com efetividade de bloqueio de luz UVA e UVB, Material elástico ou velcro na Extremidade para fixação; não estéril; Tipo óculos, anatômico, encaixe na narina; Embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente;	Unidade	1.800

		constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação/validade e Registro no Ministério da Saúde.		
465	NOVO	Ribbom T.T.R Película Plástica preto com aditivo para escorregamento, revestidas de 2% de cera alta sensibilidade e 98% de super-resina com elevada percentagem de resinas e base de poliéster, resistência aos agentes abrasivos, como álcool e outros com alta performance em polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon, com 600 mts de comprimento e 5,5 cm de largura enrolado em 02 tubos com paredes de 3,5mm fabricados de materiais recicláveis com diâmetros de 25,5mm largura de 5,5cm, duas pontas travadas, o ribon deve ser produto original do fabricante, sob pena de causar danos no equipamento, perdendo assim a garantia existente. Pedido mínimo 4 rolos. Apresentação única rolo. Pedido mínimo 4 rolos. Compatível com a maquina unitarizadora OPUS30X da marca OPUSPAC.	Unidade	36
466	33122	Sabonete líquido avançado e antisséptico com Polihexametileno Biguanida, produto hospitalar altamente eficaz de amplo espectro, com baixa toxicidade para o ser humano e o meio ambiente, essencial para a higienização diária da pele. Apresentação de 1 litro.	Litro	225
467	28741	Selante de fibrina humana (fibrinogênio + trombina +cloreto de cálcio), caixa com 2 (duas) ampolas de 1ml + aplicador para selante de 1ml.	KIT	60
468	21346	Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 4,5mm, para insulina, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada nítida e permanente, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade de 5 anos, com data de fabricação, validade e nº do lote impressos na embalagem e Reg. MS.	Unidade	160.877
469	21347	Seringa descartável de 01 ml sem agulha para insulina, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada nítida e permanente, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade de 5 anos, com data de fabricação, validade e nº do lote impressos na embalagem e Reg. MS.	Unidade	615.112
470	21348	Seringa descartável de 03 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº lote e Reg. no MS.	Unidade	849.789
471	21349	Seringa descartável de 05 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS.	Unidade	1.295.380
472	21350	Seringa descartável de 10 ml, sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS.	Unidade	1.943.320
473	21351	Seringa descartável de 20 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer lock (rosqueada), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS.	Unidade	200.000
474	12182	Seringa descartável de 20 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer slip (lisa), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS.	Unidade	2.184.729
475	25363	Seringa descartável de 200 ml compatível com bomba 8.500,00 injetora de contraste da Marca MALLINKRODT	Unidade	180
476	12183	Seringa descartável de 60 ml sem agulha, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo cônico cateter, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Uso: Urologia. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº de lote e Reg. MS.	Unidade	3.401
477	21352	Seringa descartável de 60 ml sem agulha, estéril, graduação nítida e permanente, ponta conectora tipo luer slip, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de	Unidade	6.546

		esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº de lote e Reg. MS.		
478	36441	Seringa descartável graduada em unidades (escala com graduação de 2 em 2 unidades), agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento por 0,25 mm de diâmetro, sem espaço morto com capacidade para até 100 unidades de insulina por aplicação. Embaladas individualmente ou em pacotes com 10 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, lote e registro no MS e Certificado do INMETRO.	Unidade	675.000
479	36442	Seringa descartável graduada em unidades (escala com graduação de 2 em 2 unidades), agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro, sem espaço morto com capacidade para até 100 unidades de insulina por aplicação. Embaladas individualmente ou em pacotes com 10 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, lote, registro no MS e Certificado do INMETRO.	Unidade	1.125.000
480	NOVO	Seringa Est.. Desc. 60ml, rosqueada (Luerlock)	Unidade	13.050
481	21052	Seringa perfusora de 50 ml, para uso em bombas de seringa. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, número de lote e Reg. no MS .	Unidade	3.000
482	42870	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 10FR PARA TRAQUEOSTOMIA COM MDI: Sistema com sonda atraumática de ponta arredondada, graduada em centímetros e com marcação colorida; conector duplo; válvula para controle de vácuo com trava de segurança e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo; conexão MDI e via de instilação com válvula anti-refluxo.	Unidade	1.140
483	42870	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 12FR PARA TRAQUEOSTOMIA COM MDI: Sistema com sonda atraumática de ponta arredondada, graduada em centímetros e com marcação colorida; conector duplo; válvula para controle de vácuo com trava de segurança e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo ; conexão MDI e via de instilação com válvula anti-refluxo.	Unidade	1.500
484	42870	SISTEMA DE ASPIRAÇAO FECHADO 14FR PARA TRAQUEOSTOMIA COM MDI: Sistema com sonda atraumática de ponta arredondada, graduada em centímetros e com marcação colorida; conector duplo; válvula para controle de vácuo com trava de segurança e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo ; conexão MDI e via de instilação com válvula anti-refluxo.	Unidade	1.650
485	42868	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO 8FR PARA TRAQUEOSTOMIA COM MDI: Sistema com sonda atraumática de ponta arredondada, graduada em centímetros e com marcação colorida; conector duplo; válvula para controle de vácuo com trava de segurança e tampa protetora no conector ao sistema de vácuo; conexão MDI e via de instilação com válvula anti-refluxo.	Unidade	1.140
486	41388	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 12RF, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	5.400
487	31799	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 14F, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	5.550
488	41388	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO ADULTO 16RF, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	3.840
489	41388	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 10FR, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	2.100

490	41388	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 6FR, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	1.080
491	41388	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL MODELO PEDIÁTRICO 8FR, composto por uma sonda de aspiração em PVC, centimetrada com marcações de graduação em toda extensão do cateter. Translúcidos, com ponta arredondada, lisa, atraumática e orifícios laterais. Manta em EVA (Acetato de vinilo de polietileno) fina e resistente. Conector duplo giratório para conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro. Dupla via de instilação com válvula antirrefluxo, disposto com arranhaduras e marcação ON/OFF, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal.	Unidade	1.350
492	NOVO	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 10; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 250ml, graduação em relevo a cada 10mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	405
493	NOVO	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 12; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 250ml, graduação em relevo a cada 10mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	405
494	NOVO	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 14; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 250ml, graduação em relevo a cada 10mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	405
495	33972	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 16; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	120
496	23589	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 18; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	90
497	23590	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 20; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	150
498	23591	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 22; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	150

499	23592	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 24; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	150
500	23593	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 26; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	150
501	23594	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 28; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	300
502	23595	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 30; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	300
503	23596	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 32; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	525
504	23597	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 34; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	525
505	23598	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 36; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	375
506	23599	Sistema de drenagem mediastinal com dreno torácico tubular nº 38; em PVC cristal siliconizado, embalagens separadas do dreno e do frasco de drenagem, capacidade de 2000ml, graduação em relevo a cada 100mL(no mínimo); com filamento radiopaco por toda extensão medindo 40cm, com fenestras simétricas; extremidade proximal (paciente) atraumática e extremidade distal bizelada com conector intermediário; clamp para interrupção de fluxo e ordenha.O frasco de drenagem deve possuir base apoio para segurança. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	KIT	150
507	32019	Solução de Glutaraldeído na concentração de 2,0 % com pH neutro (6+/-1). Produto pronto para uso sem a necessidade de ativação. Registrado na ANVISA como Desinfetante de Alto Nível com a validade da solução em uso por até 30 dias, sendo a concentração da solução desinfetante monitorada diariamente através de fitas teste, que deverão acompanhar o produto em número suficiente para a realização dos testes (01 frasco com 30 unidades de fita teste p/ cada galão de Glutaraldeído). Tempo de imersão de no máximo 10 minutos para a sua ação microbactericida e esporicida. O produto deverá ter uma validade mínima de 18 meses. Apresentar Boas Práticas de Fabricação para Saneantes e Autorização de Funcionamento da Empresa junto a ANVISA, conforme Lei 6360/76. Apresentar os laudos de atividade germicida conforme RDC	Galão	461

		35/10. Por tratar-se de um produto Não Biodegradável, este deverá vir acompanhado de seu inativador (bissulfito de sódio) para poder ser descartado na rede de esgoto, fornecido pelo próprio fabricante da solução de glutaraldeído. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento sobre o uso do produto para os profissionais de saúde. Apresentação: GALÃO DE 5 LITROS.		
508	33973	Sonda de foley 2 vias, calibre 06, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
509	12204	Sonda de foley 2 vias, calibre 08, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
510	12206	Sonda de foley 2 vias, calibre 12, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	4.950
511	12207	Sonda de foley 2 vias, calibre 14, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	9.150
512	12208	Sonda de foley 2 vias, calibre 16, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	10.350
513	12209	Sonda de foley 2 vias, calibre 18, balão de 30cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	6.600
514	12210	Sonda de foley 2 vias, calibre 20, balão de 30cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	1.350
515	12205	Sonda de foley 2vias, calibre 10, balão compatível, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
516	30840	Sonda de foley 3 vias, calibre 18, 30-55cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	600
517	12201	Sonda de foley 3 vias, calibre 20, 30-55cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	Unidade	1.350

		Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.		
518	12202	Sonda de foley 3 vias, calibre 22, 30-55cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	Unidade	900
519	12203	Sonda de foley 3 vias, calibre 24, 30-55cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Marca, nº do calibre e capacidade do balão estampados no produto em local de fácil visualização e de caráter permanente. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. de lote e Registro no MS.	Unidade	300
520	NOVO	Sonda endobronquial de duplo lúmen, estéril, sem gancho de carina, tamanho 35F, para intubação bronquial seletiva esquerdo, em PVC termosensível descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores semi-montados, balões pilotos e válvulas de retenção. Contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	45
521	NOVO	Sonda endobronquial de duplo lúmen, estéril, sem gancho de carina, tamanho 37F, para intubação bronquial seletiva esquerdo, em PVC termosensível descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores semi-montados, balões pilotos e válvulas de retenção. Contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	75
522	NOVO	Sonda endobronquial de duplo lúmen, estéril, sem gancho de carina, tamanho 39F, para intubação bronquial seletiva esquerdo, em PVC termosensível descartável, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, balão traqueal incolor de baixa pressão e alto volume com balão de controle incolor; balão bronquial azul de baixa pressão e alto volume com balão de controle azul, encaixes para seringas Luer e Luer-Lock com válvula de segurança, conectores semi-montados, balões pilotos e válvulas de retenção. Contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	45
523	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 1.0	Unidade	150
524	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 1.5	Unidade	150
525	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 2.0	Unidade	150
526	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 2.5	Unidade	150
527	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 3.0	Unidade	150
528	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 4.0	Unidade	150
529	NOVO	Sonda Máscara Laríngea em Silicone Estéril 5.0	Unidade	900
530	21063	Sonda nasogástrica curta nº. 04, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	600
531	21064	Sonda nasogástrica curta nº. 06, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	2.340
532	21065	Sonda nasogástrica curta nº. 08, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	5.250
533	21067	Sonda nasogástrica curta nº. 10, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	1.200
534	21068	Sonda nasogástrica curta nº. 12, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	1.275
535	21069	Sonda nasogástrica curta nº. 14, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	4.800
536	21070	Sonda nasogástrica curta nº. 16, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de	Unidade	4.950

		polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.		
537	12218	Sonda nasogástrica curta nº. 18, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	3.525
538	21072	Sonda nasogástrica curta nº. 20, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	375
539	21216	Sonda nasogástrica longa nº. 04, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	1.500
540	21217	Sonda nasogástrica longa nº. 06, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	7.950
541	21218	Sonda nasogástrica longa nº. 08, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	23.250
542	21219	Sonda nasogástrica longa nº. 10, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	23.175
543	21220	Sonda nasogástrica longa nº. 12, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	69.300
544	21221	Sonda nasogástrica longa nº. 14, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	99.000
545	21222	Sonda nasogástrica longa nº. 16, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	11.625
546	21223	Sonda nasogástrica longa nº. 18, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	2.700
547	21224	Sonda nasogástrica longa nº. 20, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	1.050
548	21225	Sonda nasogástrica longa nº. 22, estéril, descartável, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	450
549	35132	Sonda para alimentação enteral em poliuretano nº 06, tamanho aproximado 60 cm, nasogástrica / duodenal / jejunal, com guia metálica, conector “Luer Loock” macho e adaptador p/ seringa Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica constando dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Unidade	150
550	12231	Sonda para alimentação enteral em poliuretano nº 08, tamanho aproximado 60 cm, nasogástrica / duodenal / jejunal, com guia metálica, conector “Luer Loock” macho e adaptador p/ seringa Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica constando dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Unidade	750
551	12232	Sonda para alimentação enteral em poliuretano nº 10, tamanho aproximado 105 cm, nasogástrica / duodenal / jejunal, com guia metálica, conector “Luer Loock” macho e adaptador p/ seringa Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica constando dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.	Unidade	1.275
552	12233	Sonda para alimentação enteral em poliuretano nº 12, tamanho aproximado 120 cm, nasogástrica / duodenal / jejunal, com guia metálica, conector “Luer Loock” macho e adaptador p/ seringa Estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica	Unidade	14.775

		constando dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.		
553	NOVO	SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO; 100% Silicone; calibre 24FR; três entradas/vias, sendo uma das entradas para dieta, uma para medicação e outra para água; Diâmetro externo: 8MM Comprimento: 240MM Capacidade do balão: 20ML Linha radiopaca, marcação de comprimento e externo distal aberto .	Unidade	180
554	NOVO	SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO; 100% SILICONE; CALIBRE 20FR; TRÊS ENTRADAS/VIAS, SENDO UMA DAS ENTRADAS PARA DIETA, UMA PARA MEDICAÇÃO E OUTRA PARA ÁGUA; DIÂMETRO EXTERNO: 8MM COMPRIMENTO: 240MM CAPACIDADE DO BALÃO: 20ML LINHA RADIOPACA, MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO E EXTERNO DISTAL ABERTO.	Unidade	240
555	45509	Sonda para trato digestivo, modelo: Sengstaken Blakemore, confeccionada em borracha, componentes: c/ Orifícios e 2 Balões (Gástrico / Esofágico), comprimento: cerca 60 cm, 3 Vias, calibre: Nº 16, embalada em embalagem individual, estéril, descartável, com embalagem dentro das normas recomendadas e registro nos órgãos competentes	Unidade	10
556	21073	Sonda retal nº 06, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
557	21074	Sonda retal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
558	21075	Sonda retal nº 10, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
559	21076	Sonda retal nº 12, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
560	21077	Sonda retal nº 14, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
561	21078	Sonda retal nº 16, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
562	21079	Sonda retal nº 18, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
563	21080	Sonda retal nº 20, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
564	21081	Sonda retal nº 22, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
565	21084	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 04 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	4.500
566	21085	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 06 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	7.140
567	21086	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 08 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	21.150
568	21087	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 10 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme	Unidade	27.330

		de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.		
569	21088	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 12 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	48.000
570	21089	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 14 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	11.400
571	21090	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 16 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	450
572	21091	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 18 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	225
573	21092	Sonda tipo aspiração traqueal nº. 20 de PVC, estéril, descartável, confeccionada em polivil, atóxico, flexível, transparente, siliconizado, embalada individualmente em filme de polipropileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. de lote, calibre e Reg. no MS.	Unidade	750
574	21094	Sonda uretral descartável nº. 04, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	1.500
575	21095	Sonda uretral descartável nº. 06, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	8.535
576	21096	Sonda uretral descartável nº. 08, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	43.500
577	21097	Sonda uretral descartável nº. 10, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	92.340
578	21098	Sonda uretral descartável nº. 12, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	764.250
579	21099	Sonda uretral descartável nº. 14, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	26.850
580	21100	Sonda uretral descartável nº. 16, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	3.300
581	21101	Sonda uretral descartável nº. 18, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	3.000
582	21102	Sonda uretral descartável nº. 20, em P.V.C. - atóxico, siliconizada, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade e tamanho impressos na embalagem, estéril e descartável. Com Registro no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	1.500
583	46464	Tala metálica para imobilização - Tam 12mmx250 mm; Usado para imobilizar membro; Composição : espuma e alumínio; pct com 12 unds (duzia	Unidade	50
584	14690	Tecido hemostático absorvível, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em material fibroso esterilizado, preparado por oxidação controlada de celulose regenerada, bactericida. Tecido forte que possa ser suturado ou cortado sem desfiar. Medindo aproximadamente 5,1cm X 10,2 cm. Embalagem com abertura asséptica, dados de identificação, fabricação, esterilização, número do lote, validade, código de barras e registro na ANVISA. Armazenamento em temperatura ambiente.	Unidade	750
585	21378	Tela em tecido com 100% de polipropileno trançado para reforço de parede abdominal. Tamanho aprox. 12,5 x 7,5 cm. Esterilizada com óxido de etileno.	Unidade	90
586	21379	Tela em tecido com 100% de polipropileno trançado para reforço de parede abdominal. Tamanho aprox. 15,0 x 15,0 cm. Esterilizada com óxido de etileno	Unidade	90

587	21380	Tela em tecido com 100% de polipropileno trançado para reforço de parede abdominal. Tamanho aprox. 30 x 30 cm. Esterilizada com óxido de etileno.	Unidade	30
588	34116	Tela para Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, malha piso Orbital em Titânio.	Unidade	30
589	34117	Tela para Cirurgia Buco-Maxilo, 085mmx0,50mmx0,3mm.	Unidade	30
590	21381	Termômetro clínico digital - com graduação de no mínimo 35 a 42 graus Celsius, com alarme. Contendo visor de cristal líquido e com indicador de bateria fraca e desligamento automático que atenda a NR 32. De fácil manuseio, permitir desinfecção por agentes químicos. Embalagem individual, resistente, que contenha os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.	Unidade	2.625
591	21810	Teste de Bowie Dick, com as seguintes especificações mínimas: - pacote especialmente desenhado para a detecção de bolhas de ar e gases não condensáveis nos autoclaves com sistema pré-vácuo. - pacote dotado de etiqueta informativa com o número de lote e validade. - superfície reativa: 130x100 mm da folha de controle e 35 mm da folha de aviso de perigo. - pacote montado com duas folhas de controle químico classe B (pEN 687-3) para detectar bolhas de gases não condensáveis (ar, por exemplo). - pacote formado por: - Lâmina de papel crepado; - Peça de espuma que atua como amortecedor de esforço para tornar o comportamento do pacote de papel semelhante a um realizado com campo de pano. - Folha de controle de presença de gases não-condensáveis.	Unidade	5.550
592	46434	TESTE DE LIMPEZA ULTRASSÔNICA Teste de Limpeza de Ultrassônica (TSI-U100) Verifica tempo, temperatura, cavitações, concentração ideal do detergente e a eficiência do banho de enzimas. Use com o Suporte TSI-300 para fixa-lo ao cesto.	Unidade	20
593	46535	TESTE DE PROTEÍNA Teste de Proteína (TSI-P100) Possui a habilidade de detectar resíduos de proteína deixados em superfícies, endoscópios e instrumentos cirúrgicos. Verifica o processo de limpeza e na presença de proteína até mesmo abaixo de 1µ (um micrograma), o teste se tornará azul dentro de dez segundos. Quanto mais alto o nível de contaminação por proteína, mais escura e mais rápida será a mudança de cor para o azul. Produtos isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como – Produtos não considerados produtos para a saúde. Medida de Pedido: Caixa com 25 unidades	Unidade	30
594	48887	Teste desenvolvido para verificar a efetividade da limpeza em Lavadoras Termodesinfectadoras hospitalares, em conjunto com seu respectivo suporte simula as incrustações no interior de materiais canulados. A empresa ganhadora deverá ceder sem custo o suporte para a realização do teste. Cada pacote deverá vir identificada com o número de lote, fabricação e validade. Pacote com 100 unds	Unidade	10
595	48878	Teste desenvolvido para verificar a temperatura na superfície de instrumentais médicos em lavadoras termodesinfectoras, deve fornecer evidências de que a temperatura de desinfecção adequada foi atingida durante a lavagem. A empresa ganhadora deverá ceder sem custo o suporte para a realização do teste. Cada pacote deverá vir identificada com o número de lote, fabricação e validade. Pacote com 30 unds	Unidade	10
596	48879	Teste para seladora contínua para papel grau cirúrgico, medindo no mínimo 175x75mm, o teste deve mostrar através de uma mudança da tonalidade da cor no momento da selagem do filme plástico em contato com a tira indicadora, que possibilite a visualização de falhas na selagem, bem como a largura da solda em acordo com a EN ISO 11607-2 2006. Deve possuir 5 campos para registro das informações: Número da seladora, data da selagem, nome do operador, assinatura do operador e resultado. Cada pacotedeverá vir identificada com o número de lote, fabricação e validade. Pacote com 250 unds	Unidade	5
597	34193	Teste rápido de gravidez ultra sensível com grau de precisão superior a 99% após o primeiro dia de atraso menstrual, para detecção qualitativa de gonodotrofina coriônica humana (beta-HCG) em amostra de urina, com resultado em até 5 minutos, método imunocromático rápido, de fácil uso, procedimento realizado em uma etapa, leitura visual, sensibilidade de 10mUI/ml a 25mUI/ml. Apresentação em kit com tiras e bula, registro ou cadastro na ANVISA, embalagem com dados de identificação, procedência, lote e validade.	Unidade	9.795
598	25848	Tira para detecção de glicose no sangue, com intervalo de teste de 20 a 500mg/dl (método de aspiração capilar), com baixo volume de amostra (até 2 ul), precisão em situações climáticas de temperaturas elevadas de até 40° C (situação peculiar ao clima do município de Teresina), acondicionada em embalagem individual, original do fabricante, com nome do responsável técnico, lote, data de validade, com cessão, em regime de comodato, conforme solicitação, de aparelhos glicosímetros.*	Tira	1.455.000
599	38597	Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar e NEONATAL, para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 10/20 a 600 mg/dl, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, precisão em situações climáticas de temperaturas elevadas de até 40° C (situação peculiar ao clima do município de Teresina). Embalagem: caixa com até 50 unidades. Com cessão em regime de comodato de 6.5000(SEIS MIL E QUINHENTOS) GLICOSÍMETROS. Registro no MS.	Tira	1.875.000

600	12269	Torneirinha descartável 3 vias atóxico, apirogênico, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com lote, validade. Com Reg. no MS ou nº de isenção com validade.	Unidade	73.500
601	31348	Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20g/m2, com elástico em repouso com diâmetro aproximado de 13 cm e diâmetro externo da touca com aproximadamente 27cm. Não estéril, descartável. Embalagem em pacotes ou caixas com no máximo 100 unidades, contendo dados de identificação procedência, validade, número do lote.	Unidade	2.055.000
602	12271	Tubo de silicone 204 c/15m, translúcido, biocompatível, reesterilizável por diversas vezes em autoclave ou ETO, não provocar irritação nem 39eação alérgica, antiaderente e hidrofóbio, estável a temperatura de -60ºC à 250ºC, utilizável em drenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e líquidos, baixo custo beneficio. Diâmetro int./ext. 6x12mm. Embalado em pacote com 15 metros, constando os dados de identificação, procedência, nº. lote, data fabricação e validade e Registro no MS.	Metro	11.475
603	NOVO	Tubo Hospitalar de Silicone ref.204 - 06 x12mm-15mm-60, Shore “A” na cor verde.	Metro	3.000
604	21027	Tubo látex ref. 200, diâmetro externo de 5 mm e interno de 3mm, confeccionado em látex flexível, resistente, cor natural, isento de substâncias tóxicas a saúde, resistentes aos processos usuais de lavagem e esterilização por meio de autoclave, isenções de emendas em suas espessuras, odor característico. Embalado em pacote com 15 metros, constando os dados de identificação, procedência, nº. lote, data fabricação e validade e Reg. no MS.	Metro	4.125
605	30842	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 2.0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	150
606	30851	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 2.5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	180
607	21232	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 3,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	375
608	21233	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 3,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
609	21234	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 4,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
610	21235	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 4,5 (diâmetro interno)., confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	600
611	21236	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 5,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
612	21237	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 5,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
613	21238	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 6,0(diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
614	21239	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 6,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450

615	21240	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 7,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	4.725
616	21241	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 7,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	6.150
617	21242	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 8,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	5.850
618	21243	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 8,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	2.325
619	21244	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 9,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	600
620	21245	Tubo para entubação orotraqueal com CUFF n°. 9,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	375
621	21248	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 2,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	225
622	21249	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 2,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	225
623	21250	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 3,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	375
624	21251	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 3,5 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	525
625	21252	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 4,0 (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
626	21253	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 4,5, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
627	21254	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 5,0, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	375
628	21255	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 5,5, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
629	21256	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 6,0, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto	Unidade	375

		volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.		
630	21257	Tubo para entubação orotraqueal sem CUFF n°. 6,5, confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
631	28287	Tubo para intubação endotraqueal ARAMADO com BALÃO n°. 6,0mm (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
632	28288	Tubo para intubação endotraqueal ARAMADO com BALÃO n°. 6,5mm (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
633	28289	Tubo para intubação endotraqueal ARAMADO com BALÃO n°. 7,0mm (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
634	28290	Tubo para intubação endotraqueal ARAMADO com BALÃO n°. 7,5mm (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	450
635	28291	Tubo para intubação endotraqueal ARAMADO com BALÃO n°. 8,0mm (diâmetro interno), confeccionado em PVC, siliconizado, transparente, termo-sensível, com linhas radiopacas, balonete de alto volume e baixa pressão, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dado de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº. de lote e Reg. no MS.	Unidade	300
636	25926	VESSEL LOOP Cadarço vascular (vessel loop). Produto feito de silicone grau médico, descartável, usado para oclusão, retração e rápida identificação das artérias, veias, tendões e nervos, nos procedimentos cirúrgicos. Feito a partir de silicone de grau médico; Forma elíptica para uma oclusão mais eficiente; Radiopaco; Embalagem estéril; Destinado a uso único; Não produzido com látex de borracha natural.Medidas: mini (.83 x 406 mm).	Unidade	30

Item 5: LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme descrito no Item 1 (Necessidade), a aquisição de materiais médico-hospitalares essenciais é crucial para a FMS, mas o modelo tradicional de licitação (Pregão Eletrônico para Registro de Preços - SRP) tem apresentado falhas significativas. O mercado de materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes possui características próprias que desafiam esse modelo:

- Volatilidade de Preços: Custos de matéria-prima, variações cambiais e mudanças na oferta/demanda causam flutuações rápidas nos preços, tornando difícil para os fornecedores sustentarem propostas fixas por 12 meses.
- Disponibilidade Flutuante: Estoques de distribuidores e fabricantes mudam constantemente, levando à indisponibilidade de itens específicos em determinados momentos.
- Complexidade Logística: Requisitos de armazenamento (temperatura, umidade), transporte adequado e prazos de validade curtos exigem uma logística ágil e especializada.

Esses fatores contribuem para um alto índice de licitações desertas ou fracassadas, expondo a FMS ao risco de desabastecimento e forçando o recurso a contratações emergenciais, que são menos eficientes e transparentes.

Diante disso, para encontrar a solução de contratação mais adequada, foram analisadas as seguintes alternativas:

- Alternativa 1: Manter o modelo de Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP).
  - Descrição: Continuar a realizar licitações na modalidade Pregão para selecionar um fornecedor por item (ou grupo) e registrar seus preços por 12 meses. As compras ocorreriam via emissão de ordens de fornecimento contra a Ata de Registro de Preços (ARP).
  - Vantagens:
    - Procedimento Padronizado: É o modelo mais familiar para a equipe da FMS e para o mercado em geral, com regulamentação e sistemas bem estabelecidos.
    - Potencial de Economicidade (Inicial): A disputa por lances no pregão pode, teoricamente, levar ao menor preço no momento da licitação.
  - Desvantagens:

        - Ineficácia Comprovada: O histórico demonstra que este modelo falha frequentemente para materiais médico-hospitalares (57%), não garantindo o suprimento.
        - Vulnerabilidade: Deixa a FMS dependente de um único fornecedor por item, que pode falhar na entrega por indisponibilidade de estoque ou considerar o preço registrado defasado.
        - Risco de Desabastecimento: A falha na licitação ou na entrega pelo fornecedor registrado impacta diretamente a disponibilidade de materiais médico-hospitalarespara os pacientes.
        - Ciclo Vicioso: O insucesso frequente leva a novas licitações (demoradas) ou a contratações emergenciais igualmente morosas.

- Alternativa 2: Credenciamento (Art. 79, III, da Lei 14.133/2021) - "Mercados Fluídos".
    - Descrição: Publicar um edital de chamamento público permanentemente aberto para que todas as empresas que atendam aos requisitos sanitários e de habilitação se credenciem. Quando a FMS precisar de um materiais médico-hospitalares, ela dispara uma cotação eletrônica rápida entre todos os credenciados para aquele item, comprando daquele que apresentar o menor preço (limitado ao máximo pesquisado) e tiver o produto disponível para entrega no prazo.
    - Vantagens:
        - Adaptação ao Mercado: Ideal para "mercados fluídos" como o de materiais médico-hospitalares, pois a competição pelo menor preço e a verificação de disponibilidade ocorrem no momento da necessidade, refletindo as condições reais do mercado.
        - Multiplicidade de Fornecedores: Garante uma ampla rede de fornecedores habilitados, reduzindo drasticamente o risco de desabastecimento por falha de um único ator.
        - Agilidade e Eficiência: A cotação entre pré-habilitados é mais rápida que um pregão completo. Elimina o problema das licitações desertas/fracassadas.
        - Preços Atualizados: Assegura que os preços pagos estejam alinhados com os valores de mercado no momento da compra.
        - Ampla Competição: O edital aberto permite a entrada contínua de novos fornecedores, incluindo empresas menores ou locais.
    - Desvantagens:
        - Mudança Operacional: Requer que a FMS estruture um processo ágil de cotação eletrônica frequente e gerencie múltiplas relações contratuais (uma com cada credenciado que fornecer).
        - Gestão de Preços Máximos: Exige monitoramento constante dos preços de mercado para definir os valores máximos aceitáveis em cada cotação.
- Alternativa 3: Pré-Qualificação (Art. 80) seguida de Licitação para Sistema de Registro de Preços (SRP - Art. 82).
    - Descrição: Realizar um procedimento de Pré-Qualificação (Art. 80), permanentemente aberto ou periódico, para analisar e aprovar a capacidade técnica e/ou a qualidade dos produtos de potenciais fornecedores. Depois, realizar um Pregão SRP (Art. 82), restrito apenas aos pré-qualificados, para registrar os preços.
    - Vantagens:
        - Filtro de Qualidade: Garante que apenas empresas com capacidade comprovada ou produtos que atendem aos padrões participem da disputa final de preços.
        - Agilidade na Licitação Final: A licitação de preços entre pré-qualificados tende a ser mais rápida, pois a fase de análise técnica/qualidade já foi feita.
    - Desvantagens:
        - Não Resolve o Problema Central: Assim como o SRP comum (Alternativa 1), este modelo ainda resulta, via de regra, em um único fornecedor registrado por item. Mantém a dependência e o risco de falha na entrega devido à volatilidade de preço/estoque, não oferecendo a multiplicidade e flexibilidade do Credenciamento.
        - Duplo Esforço Administrativo: Exige a gestão de dois procedimentos: a Pré-Qualificação e, depois, a Licitação para SRP.
- Alternativa 4: Outsourcing Logístico (Terceirização Total ou Parcial da Logística).
    - Descrição: Contratar uma empresa especializada (operador logístico) para realizar todas ou parte das etapas: compra, recebimento, armazenamento, gestão de estoque e distribuição dos materiais médico-hospitalares.
    - Vantagens:
        - Expertise e Eficiência: Acesso a conhecimento especializado, tecnologia e infraestrutura logística que a FMS pode não possuir.
        - Potencial Redução de Custos: Ganhos de escala na compra e otimização da logística poderiam, teoricamente, reduzir custos.
        - Foco na Atividade Fim: Libera a FMS para focar na assistência farmacêutica clínica.
    - Desvantagens:
        - Alto Custo de Contratação: Contratos de outsourcing logístico costumam ter valores elevados.
        - Perda de Controle Direto: A FMS teria menor controle sobre as compras e a gestão diária dos estoques.
        - Risco Concentrado: A falha do único operador logístico contratado poderia causar um desabastecimento generalizado.
        - Complexidade Contratual e Fiscalização: Exige um contrato muito bem elaborado e uma fiscalização complexa e especializada por parte da FMS.
- Alternativa 5: Adesão a Consórcios Públicos Intermunicipais.
    - Descrição: Participar de um consórcio com outros municípios para realizar licitações conjuntas, buscando ganhar poder de negociação e escala.
    - Vantagens:
        - Economia de Escala: Compras em volumes maiores podem resultar em preços unitários menores.
        - Compartilhamento de Custos: Rateio dos custos administrativos do processo licitatório entre os municípios participantes.

- Desvantagens:
  - Indisponibilidade/Inviabilidade: Inexistência, no momento, de um consórcio ativo e acessível na região focado especificamente na aquisição da ampla gama de materiais médico-hospitalares necessários à FMS, ou dificuldade de adesão.
  - Complexidade de Gestão: Necessidade de harmonizar demandas, especificações, cronogramas e orçamentos de diferentes municípios, o que pode gerar atrasos e dificuldades operacionais.
  - Perda de Autonomia: A FMS teria menos controle sobre o processo licitatório e as especificidades da sua demanda.

Conclusão da Análise: Comparando as alternativas detalhadas, a Alternativa 2 (Credenciamento) demonstra ser a solução mais aderente e vantajosa para a realidade da FMS e do mercado de materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes. Ela ataca diretamente a causa principal dos insucessos do modelo atual (Pregão SRP - Alternativa 1), que é a inadequação de um sistema de preços fixos e fornecedor único para um mercado volátil. O Credenciamento oferece a flexibilidade, multiplicidade de fornecedores e agilidade necessárias para mitigar o risco de desabastecimento. A combinação de Pré-Qualificação com SRP (Alternativa 3) não resolve a questão da dependência de um único fornecedor por item. Já o Outsourcing (Alternativa 4) e os Consórcios (Alternativa 5) apresentam barreiras significativas de custo, complexidade ou viabilidade prática no momento. Portanto, a contratação via Credenciamento, fundamentada na hipótese de "mercados fluídos" (Art. 79, III da Lei 14.133/21), conforme regulamentado no âmbito municipal pelo Decreto nº 25.678/2024, é a escolha tecnicamente justificada.

ITEM 5.1: DA DEMONSTRAÇÃO DA FLUIDEZ DO MERCADO POR GRUPOS HOMOGÊNEOS E DA TRIAGEM DOS ITENS DO ANEXO A

5.1.1 Da distinção de regime em face do mercado de medicamentos. Consigna a área técnica, preliminarmente, que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar — materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes — submete-se a regime jurídico e sanitário distinto do dos medicamentos. Não lhe é aplicável a regulação de preços da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos — CMED, cuja tabela, quando eventualmente consultada, presta-se exclusivamente à função de teto regulatório, jamais de parâmetro de economicidade, na forma do art. 10, § 2º, da Resolução FMS nº 01/2026. Igualmente não se transpõem ao presente objeto as categorias de insumo farmacêutico ativo (IFA), forma farmacêutica e concentração, próprias do registro sanitário de medicamentos. A aferição da fluidez, aqui, é integralmente empírica — e não regulatória —, apoiando-se em evidências concretas de comportamento de preços e de oferta colhidas por esta área técnica.

5.1.2 Da metodologia da triagem. Em cumprimento ao art. 3º, § 2º, e ao art. 6º da Resolução FMS nº 01/2026, bem como ao entendimento do TCE/PI no Processo TC/004754/2025, a área técnica submeteu a integralidade dos 724 (setecentos e vinte e quatro) itens então constantes do Anexo A a triagem motivada, organizada em 10 (dez) grupos homogêneos de produtos, definidos por afinidade de cadeia produtiva, matéria-prima predominante, classe regulatória e perfil de fornecedores. Para cada grupo foram examinados, cumulativamente, os critérios de fluidez extraídos do art. 3º, § 1º, da Resolução FMS nº 01/2026: (i) variação de preços em curto espaço de tempo; (ii) incontrolabilidade dessa variação pelo fornecedor; (iii) oscilação da disponibilidade de estoque; e (iv) evidência prática de insucesso do modelo de preço fixo, aferida por itens desertos ou fracassados, recusa de assinatura de ata, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e entregas frustradas.

5.1.3 Dos fatores objetivos de flutuação comuns ao objeto. A flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação, no presente mercado, decorre dos seguintes fatores, todos incontroláveis pelo fornecedor:

a) Exposição cambial: parcela expressiva dos dispositivos médicos e de seus componentes é importada, o que atrela o custo diretamente à variação de moedas estrangeiras, em periodicidade diária;

b) Volatilidade das matérias-primas de base petroquímica: resinas termoplásticas (polipropileno, PVC, polietileno), silicone e adesivos acompanham a cotação internacional do petróleo e de seus derivados;

c) Volatilidade de commodities agrícolas e de borracha natural: algodão, celulose e látex possuem cotação em bolsa, com variações semanais;

d) Custo logístico internacional: o frete marítimo e a disponibilidade de contêineres oscilam de forma abrupta, repercutindo no preço posto no destino;

e) Sazonalidade e surtos epidemiológicos: a demanda por determinados grupos eleva-se de forma simultânea e nacional, alterando preço e disponibilidade em questão de dias;

f) Descontinuidade e substituição de linhas de produtos: a inovação tecnológica no setor promove a substituição frequente de referências, tornando defasada a proposta fixada por doze meses;

g) Intermitência da oferta: os estoques de distribuidores e fabricantes alteram-se continuamente, de modo que a disponibilidade efetiva só pode ser aferida no momento da demanda.

5.1.4 Do resultado da análise por grupos homogêneos. Aplicados os critérios acima, a área técnica conclui pela caracterização da fluidez em todos os grupos, conforme o quadro a seguir:

Grupo	Descrição do grupo homogêneo	Nº de itens	Principais fatores de flutuação (art. 3º, § 1º, Res. FMS nº 01/2026)	Conclusão
G1	Materiais de punção, infusão e acesso vascular (seringas, agulhas, cateteres, equipos, conectores, extensores)	92	Resinas termoplásticas (PP, PVC, PE) e aço inoxidável de base petroquímica e siderúrgica; forte exposição cambial; oferta pulverizada e volumes de altíssimo giro.	Mercado fluido — MANTIDO
G2	Luvas, aventais e equipamentos de proteção individual (EPI)	41	Látex natural e nitrílico com cotação internacional em bolsa; histórico documentado de variação superior a 300% em curto período (2020-2022); dependência de importação asiática e de frete marítimo.	Mercado fluido — MANTIDO

Grupo	Descrição do grupo homogêneo	Nº de itens	Principais fatores de flutuação (art. 3º, § 1º, Res. FMS nº 01/2026)	Conclusão
G3	Curativos, coberturas, gazes, ataduras e materiais para tratamento de feridas	59	Algodão e celulose com cotação em commodities agrícolas; adesivos de base petroquímica; coberturas especiais (prata, alginato, hidrofibra) com oferta concentrada e sujeita a descontinuidade de linha.	Mercado fluido — MANTIDO
G4	Materiais cirúrgicos, endoscópicos, fios de sutura, hemostáticos e implantes	99	Elevado percentual de produtos importados; hemostáticos e selantes de origem biológica com oferta intermitente; substituição frequente de linhas e de referências pelo fabricante.	Mercado fluido — MANTIDO
G5	Materiais de terapia respiratória, ventilação, anestesia e oxigenoterapia	92	Demanda fortemente sazonal e sensível a surtos epidemiológicos; picos de procura simultâneos em âmbito nacional; componentes importados e cadeia de suprimento concentrada.	Mercado fluido — MANTIDO
G6	Sondas, drenos, coletores, materiais de estomia, eliminação e higiene	129	Silicone, PVC e poliuretano de base petroquímica; produtos de estomia majoritariamente importados, com preço diretamente atrelado ao câmbio.	Mercado fluido — MANTIDO
G7	Materiais para diagnóstico laboratorial, testes rápidos e coleta de amostras	9	Insumos com prazo de validade curto, produção sob demanda e oferta sujeita a contingenciamento internacional; preços revisados pelos fabricantes em periodicidade inferior a um trimestre.	Mercado fluido — MANTIDO
G8	Materiais de hemodiálise, nutrição enteral/parenteral e terapias especiais	26	Mercado de poucos fabricantes, com alocação de produção e formação de preço por lote; alta sensibilidade a câmbio e a custo logístico.	Mercado fluido — MANTIDO
G9	Saneantes, desinfetantes e produtos para processamento de artigos (CME)	63	Insumos ativos (enzimas, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, digluconato de clorexidina) com cotação internacional; embalagens plásticas de base petroquímica; frete de produto químico sujeito a regulação de transporte.	Mercado fluido — MANTIDO
G10	Correlatos diagnósticos, acessórios e materiais gerais de uso assistencial	26	Papéis termossensíveis, géis condutores, eletrodos e acessórios de equipamentos, com oferta vinculada ao parque tecnológico instalado e a fabricantes específicos.	Mercado fluido — MANTIDO
	TOTAL	636		636 itens mantidos

5.1.5 Da evidência empírica local. A fluidez não é afirmada em abstrato. No exercício de 2025, cerca de 57% (cinquenta e sete por cento) dos itens licitados por Pregão Eletrônico para Registro de Preços resultaram desertos ou fracassados, e registrou-se elevado e constante número de processos administrativos de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos vigentes, além de recusas de entrega por parte de fornecedores com preço registrado. Tais ocorrências, documentadas nos autos, constituem a demonstração empírica de que o preço fixado por doze meses não se sustenta neste mercado — que é precisamente o pressuposto do art. 79, III, da Lei nº 14.133/2021.

5.1.6 Da justificativa individualizada dos itens de evidente estabilidade e ampla padronização. Em atenção à ressalva de que saneantes hospitalares especializados e insumos de ampla concorrência não podem ser presumidos fluidos, a área técnica destacou, para exame individualizado, os itens do Anexo A que, à primeira vista, poderiam sugerir padronização e estabilidade de preços. Registre-se que nenhum deles se confunde com material de expediente ou de limpeza comum — objeto do decote determinado pelo TCE/PI no Processo TC/004754/2025 —, por se tratarem, em todos os casos, de produtos de uso assistencial sujeitos a registro ou notificação sanitária. A motivação individualizada é a seguinte:

Item(ns) do Anexo A	Produto	Motivação individualizada da fluidez	Conclusão
1	Abaixador de língua (espátula de madeira)	Preço atrelado à cotação da madeira beneficiada e ao custo de secagem/esterilização; produto de notificação sanitária, com oferta concentrada em poucos beneficiadores regionais e variação sazonal ligada à safra e ao custo energético.	MANTIDO
2	Absorvente higiênico hospitalar	Composto de celulose e polímero superabsorvente (SAP), ambos com cotação internacional; a celulose registrou variação superior a 40% em janelas inferiores a doze meses.	MANTIDO
6	Água destilada para autoclave (galão 5 L)	O custo é logístico, e não do produto: o frete de líquido em galão responde pela maior parte do preço e oscila com o diesel, cujo reajuste é incontrolável pelo fornecedor.	MANTIDO
22 a 25	Álcool etílico 70% e álcool em gel	Derivado de cana-de-açúcar com cotação diária em mercado organizado, sujeito a safra e entressafra e à concorrência com o mercado de combustíveis; histórico de variação superior a 100% em curto período.	MANTIDO
26	Algodão hidrófilo em rolo	Matéria-prima é commodity agrícola com cotação em bolsa (ICE/B3), com oscilação semanal e exposição cambial.	MANTIDO
32 a 37	Ataduras de crepom e gessadas	Fio de algodão e gesso calcinado; o gesso é insumo de base mineral com custo energético e de frete elevados; oferta sensível a paradas de produção.	MANTIDO
173, 174 e 219	Soluções de clorexidina (alcoólica, com tensoativos e aquosa)	O digluconato de clorexidina é insumo ativo integralmente importado, com preço em dólar e oferta sujeita a alocação internacional de produção.	MANTIDO
186 a 188	Compressas de gaze hidrófila	Idem algodão (commodity agrícola); ademais, os volumes demandados (superiores a 1,2 milhão de unidades/ano) tornam o item sensível a qualquer variação marginal do insumo.	MANTIDO
217	Detergente multienzimático (mínimo 4 enzimas)	Vide análise específica do item 5.1.7.	MANTIDO
288 e 365 a 367	Esparadrapo e fita adesiva microporosa	Adesivos acrílicos e suporte de rayon/viscose de base petroquímica; preço acompanha a cadeia do petróleo e o câmbio.	MANTIDO
382 e 411	Hipoclorito de sódio 1% para uso hospitalar e respectivo kit-teste	Produto de estabilidade química limitada, com validade curta e produção regionalizada; o preço reflete o custo de cloro-soda (eletrointensivo) e o frete de produto químico regulado, ambos voláteis.	MANTIDO
426 a 442	Luvas cirúrgicas estéreis, de procedimento e de vinil	Látex natural e nitrílico com cotação internacional em bolsa; grupo com o histórico mais agudo de volatilidade do rol (variação superior a 300% entre 2020 e 2022) e dependência de importação asiática.	MANTIDO
466	Sabonete líquido antisséptico com PHMB	O polihexametileno biguanida (PHMB) é insumo ativo importado, de fornecimento concentrado; não se confunde com sabonete de higiene comum.	MANTIDO
468 a 479	Seringas descartáveis	Polipropileno de grau médico e borracha do êmbolo, ambos de base petroquímica; volumes anuais superiores a 9 milhões de unidades	MANTIDO

Item(ns) do Anexo A	Produto	Motivação individualizada da fluidez	Conclusão
		ampliam a sensibilidade do preço a variações marginais.	

5.1.7 Da análise específica do item 217 — detergente multienzimático. Em atenção à determinação de exame individualizado, a área técnica esclarece que o detergente multienzimático não constitui material de limpeza comum, mas saneante hospitalar de uso restrito ao processamento de produtos para saúde, sujeito a registro na ANVISA e submetido à RDC nº 55/2012. Sua formação de preço depende de enzimas industriais (protease, amilase, lipase e carboidrase) e de tensoativo não iônico, insumos de produção biotecnológica majoritariamente importados, cuja cotação é fixada em moeda estrangeira e revista pelos fabricantes em periodicidade inferior a um trimestre. Soma-se a isso a variação do número e da atividade enzimática exigidos, que altera substancialmente o custo entre apresentações aparentemente equivalentes. A área técnica registra, ademais, o histórico de oscilação do item nas contratações da FMS e a ocorrência de itens desertos e fracassados nas licitações anteriores que o contemplaram, elementos que instruem os autos e comprovam analiticamente a variação de seus preços. Conclui-se, por conseguinte, pela caracterização da fluidez, mantido o item no Anexo A.

5.1.7.1 Da compatibilização entre unidade de medida, quantitativo e forma de cotação do item 217. Em complemento à providência saneadora adotada pelo Despacho nº 1108 — que promoveu a conversão da grandeza do quantitativo para a unidade do produto CONCENTRADO —, a descrição do item 217 no Anexo A do Termo de Referência foi ajustada para explicitar que a cotação se dará POR LITRO DE PRODUTO CONCENTRADO (e não por litro de solução diluída pronta para uso), de modo que unidade de medida (LITRO), quantitativo (3.900 litros de produto concentrado) e forma de cotação guardem estrita correspondência, afastando-se a contradição apontada.

5.1.8 Do resultado da triagem e do tratamento das duplicidades. Concluída a triagem motivada por grupos homogêneos, com a individualização dos itens de evidente padronização, a área técnica DECLARA que a totalidade dos itens do Anexo A ostenta características comprovadas de mercado fluido, na forma do art. 3º da Resolução FMS nº 01/2026, NÃO tendo sido identificado item que incida na vedação do art. 6º do mesmo ato normativo. NÃO HOUVE, POR CONSEGUINTE, EXCLUSÃO DE ITEM POR AUSÊNCIA DE FLUIDEZ. Em conferência específica de duplicidade do Anexo A, contudo, apurou-se que 88 lançamentos correspondiam a itens JÁ CADASTRADOS — mesmo produto repetido na planilha —, os quais foram suprimidos por constituírem falha de cadastro e por implicarem dupla contagem do quantitativo estimado. O Anexo A passa, assim, de 724 (setecentos e vinte e quatro) a 636 (seiscentos e trinta e seis) itens, preservada a numeração original e suas lacunas, para manutenção da rastreabilidade das remissões. Registre-se que o rol não contempla material de expediente, material de limpeza predial comum, gêneros alimentícios ou quaisquer bens estranhos à assistência à saúde — hipóteses que motivaram o decote determinado pelo TCE/PI no Processo TC/004754/2025 —, sendo todos os itens produtos para saúde ou saneantes de uso hospitalar sujeitos a controle sanitário.

5.1.9 Da vantagem do credenciamento frente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Demonstrada a fluidez, reafirma-se a vantagem do credenciamento sobre o Pregão SRP: (i) elimina a dependência de fornecedor único por item, substituindo-a por rede permanentemente aberta de credenciados; (ii) transfere a competição para o momento da demanda, quando o preço reflete a realidade do mercado, em vez de congelá-lo por doze meses; (iii) afasta a causa estrutural dos 57% de itens desertos ou fracassados, que é a impossibilidade de o fornecedor sustentar preço fixo em mercado volátil; (iv) reduz o recurso a contratações emergenciais, mais onerosas e menos transparentes; e (v) preserva a economicidade mediante cotação eletrônica competitiva a cada aquisição, limitada ao Valor Máximo Unitário de Referência — VMUR formado na ordem de fontes do art. 10 da Resolução FMS nº 01/2026.

5.1.10 Da preservação dos ganhos de escala. Registra-se, por fim, que a modelagem não fragmenta indevidamente a demanda: as Ordens de Fornecimento serão agregadas por item e por janela de reposição das unidades assistenciais, de modo que o volume levado a cada cotação eletrônica preserve a atratividade e os ganhos de escala, sem prejuízo da divisão de quantitativo prevista como medida de garantia do abastecimento.

ITEM 6: ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Justificativa da Estimativa Preliminar: Nesta fase de Estudo Técnico Preliminar (ETP), a estimativa de valor não se confunde com a pesquisa de preços definitiva exigida pelo Art. 23 da Lei nº 14.133/2021 (que será realizada na fase de Termo de Referência).

Conforme as boas práticas de planejamento, o objetivo desta estimativa preliminar é, unicamente, atestar a viabilidade orçamentária da solução de Credenciamento escolhida e fornecer um valor aproximado para fins de reserva de dotação orçamentária.

Metodologia Simplificada e Fonte: A estimativa preliminar do valor global a ser gasto com aquisição de materiais médico-hospitalares no período de 12 meses é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Este valor, obtido nesta fase preliminar para fins de viabilidade e reserva orçamentária, foi baseado em cerca de 30% do total necessário para a aquisição de materiais médico-hospitalares da atenção básica e especializada da FMS, com base nas estimativas de licitações anteriores (conforme memória de cálculo a seguir), para suprir eventuais itens com problemas nas aquisições regulares:

- 00045.020825/2024-55 = R$ 28.552.233,98
- 00045.050571/2024-73 = R$ 20.792.750,10
- 00045.051072/2025-26 = R$ 1.670.858,40
- 00045.048665/2025-25 = R$ 2.169.651,50
- 00045.064561/2025-58 = R$ 1.612.997,25
- 00045.064219/2025-77 = R$ 637.242,00
- 00045.066208/2024-18 = R$ 1.155.600,00
- 00045.058990/2025-28 = R$ 1.015.822,95
- 00045.048002/2025-78 = R$ 588.150,00
- 00045.032096/2025-24 = R$ 1.774.725,00
- 00045.052022/2024-84 = R$ 2.254.342,20
- 00045.050607/2024-71 = R$ 6.717.458,40
- 00045.016871/2025-13 = R$ 8.289.080,04

- 00045.014813/2025-95 = R$ 5.093.589,60
- 00045.016952/2025-57 = R$ 18.081.409,20

- TOTAL = R$ 69.069.738,28
- 30% DO TOTAL = R$ 20.720.921,48

Mitigação de Risco pelo Modelo de Credenciamento: É crucial destacar que o modelo de Credenciamento por Mercados Fluídos possui um mecanismo intrínseco de apuração da economicidade.

O valor estimado global servirá como um teto orçamentário para o exercício, mas o preço vantajoso será efetivamente aferido a cada compra, por meio da cotação eletrônica competitiva entre os múltiplos fornecedores credenciados. Isso garante que a FMS pagará o valor real de mercado no momento da necessidade, mitigando qualquer risco de sobrepreço.

O custo estimado total preliminar da contratação é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais).

ITEM 7: DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme justificado no Item 5 (Levantamento de Mercado), a solução escolhida para atender à necessidade de aquisição regular e eficiente de materiais médico-hospitalares, superando as falhas do modelo de Pregão SRP, é o Credenciamento na hipótese de Mercados Fluídos, com fundamento no Art. 79, III, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 25.678/2024.

O funcionamento desta solução ocorrerá por meio do seguinte fluxo operacional:

Publicação do Edital de Chamamento Público: A FMS divulgará e manterá permanentemente disponível em sítio eletrônico oficial um Edital de Chamamento Público, convidando todas as empresas do ramo de materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes (distribuidores e/ou fabricantes) interessadas em fornecer materiais médico-hospitalares para a FMS a solicitarem seu credenciamento.

Solicitação e Análise: As empresas interessadas apresentarão a documentação de habilitação (jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, incluindo AFE/AE da ANVISA, conforme detalhado no Item 3.3) exigida no Edital.

Habilitação (Credenciamento): A Comissão de Credenciamento da FMS analisará a documentação. Estando em conformidade, a empresa será formalmente credenciada. O processo ficará permanentemente aberto, permitindo o credenciamento de novos interessados a qualquer tempo.

Formação do Cadastro de Credenciados: As empresas credenciadas passam a integrar um cadastro de fornecedores aptos a fornecer os itens para os quais foram habilitadas.

Demanda e Cotação: No momento em que a FMS identificar a necessidade de adquirir um materiais médico-hospitalares específico, realizará uma cotação eletrônica (por meio da plataforma LICITA MAIS BRASIL entre todos os fornecedores credenciados para aquele item.

Seleção e Contratação: Será selecionada a proposta do credenciado que ofertar o menor preço e que comprovar disponibilidade imediata do produto para entrega no prazo estipulado (Item 3.1). A contratação se formalizará por meio de Ordem de Fornecimento.

Execução e Pagamento: O credenciado selecionado realiza a entrega conforme as condições estabelecidas, e a FMS efetua o pagamento após o recebimento e ateste.

Este modelo soluciona a necessidade descrita no Item 1 ao permitir que a FMS tenha acesso a múltiplos fornecedores habilitados e realize a compra no momento oportuno, com preços atualizados de mercado e verificação de disponibilidade, superando a rigidez e os riscos de falha do modelo de Registro de Preços para este objeto. Por se tratar de fornecimento de bens (materiais médico-hospitalares), não se aplicam, em regra, exigências complexas de manutenção ou assistência técnica neste item, além das já previstas nas condições de garantia e troca do objeto, prevista no item 3.

ITEM 8: JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO

A decisão pelo parcelamento se revela a mais vantajosa economicamente e a que melhor promove a competitividade, pelos seguintes motivos:

Ampliação do Universo de Fornecedores: O mercado de produtos para a saúde é segmentado, com empresas de diferentes portes e especialidades. Ao parcelar o objeto, a Administração permite que um número muito maior de fornecedores possa se credenciar, incluindo distribuidores de pequeno e médio porte, ou aqueles especializados em nichos específicos. A aglutinação do objeto em um único lote restritivo afastaria a maioria desses agentes, concentrando o mercado em poucos grandes distribuidores, o que contraria o espírito da lei.

Potencialização da Economicidade: O parcelamento, combinado com a sistemática de mercados fluidos, garante a obtenção da proposta mais vantajosa a cada nova compra. Para cada item (parcela) demandado, a Administração promoverá uma cotação em tempo real entre todos os credenciados aptos a fornecê-lo. Essa competição pontual e constante tende a gerar maior economicidade do que a fixação de preços em um único contrato de grande vulto, cujos valores se tornariam rapidamente defasados.

Mitigação de Riscos: A dependência de um único fornecedor para um objeto tão vasto e crítico como materiais médico-hospitalares representa um risco administrativo e sanitário elevado. O parcelamento, ao criar uma rede diversificada de fornecedores, mitiga significativamente o risco de desabastecimento em caso de falha de um dos contratados.

Portanto, a adoção do parcelamento por item é a forma de execução que melhor atende aos requisitos legais (Art. 40, § 2º) e aos objetivos de eficiência, economicidade e ampliação da competição para a presente contratação. A adjudicação será realizada por item, permitindo a seleção da proposta mais vantajosa para cada materiais médico-hospitalares demandado, a partir das cotações realizadas entre os fornecedores previamente credenciados no âmbito do Edital de Chamamento Público único.

TEM 9: DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A implementação da solução de Credenciamento por Mercados Fluídos (conforme descrito no Item 7), em retaguarda ao modelo Pregão SRP, visa alcançar resultados significativos em termos de eficiência, economicidade e regularidade no suprimento de materiais

médico-hospitalares, alinhados aos objetivos do Art. 18, § 1º, IX, da Lei nº 14.133/2021. Os resultados pretendidos e a forma como serão acompanhados são os seguintes:

Primeiramente, busca-se garantir maior regularidade no abastecimento de materiais médico-hospitalares essenciais, mitigando o risco de desabastecimento identificado no Item 1. Este resultado será percebido através da maior agilidade e taxa de sucesso na reposição dos estoques das unidades requisitantes. Espera-se que o modelo de Credenciamento, com múltiplos fornecedores e cotações frequentes, atenda às demandas de forma mais rápida e eficiente que o modelo anterior, diminuindo os períodos em que os itens ficam indisponíveis para a população.

Em segundo lugar, pretende-se aumentar significativamente a eficiência do processo de aquisição, superando as falhas recorrentes do modelo Pregão SRP identificadas no Item 1. A própria adoção do Credenciamento, por permitir a habilitação de múltiplos fornecedores e realizar a competição no momento da demanda (adaptando-se à dinâmica do mercado de materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes), tem como objetivo intrínseco eliminar as causas estruturais que levavam à alta ocorrência de licitações desertas ou fracassadas no modelo anterior. Desta forma, espera-se uma drástica redução ou eliminação das situações em que a FMS não consegue obter os materiais médico-hospitalares necessários por meio do procedimento regular de contratação, diminuindo a necessidade de recorrer a processos excepcionais.

Em terceiro lugar, almeja-se promover a economicidade e a vantajosidade nas aquisições, principalmente pela redução da necessidade de contratações diretas por emergência. O acompanhamento deste resultado focará na diminuição da frequência e do volume financeiro dessas contratações emergenciais para os itens do objeto. Adicionalmente, a economicidade será buscada pela sistemática de cotação competitiva entre múltiplos credenciados a cada compra e pelo estrito cumprimento dos preços máximos referenciais definidos pela Administração.

Por fim, visa-se ampliar a competitividade e a base de fornecedores atuantes junto à FMS. Este resultado será observado por meio do aumento no número de fornecedores distintos credenciados e, principalmente, no número de fornecedores distintos que efetivamente realizaram fornecimentos à FMS ao longo do tempo, indicando um mercado mais dinâmico e menos concentrado em comparação com o modelo anterior.

ITEM 10: CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Considerando a natureza e o escopo da solução de Credenciamento para aquisição de materiais médico-hospitalares (Item 7), realizou-se a análise de possíveis contratações correlatas e/ou interdependentes, conforme exigido pelo Art. 18, § 1º, XI, da Lei nº 14.133/2021.

A execução da presente contratação depende fundamentalmente da estrutura administrativa e logística já existente na FMS, incluindo pessoal para gestão do credenciamento e das cotações, sistemas internos de gestão de estoque, infraestrutura para recebimento/armazenamento e a utilização da plataforma eletrônica "LICITA MAIS BRASIL" para operacionalização das cotações.

Não foi identificada nenhuma outra contratação específica cuja execução seja pré-requisito ou diretamente interligada, do ponto de vista técnico ou operacional, ao sucesso deste credenciamento, ou que precise ser gerenciada de forma conjunta ou sincronizada com este processo.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de contratações correlatas ou interdependentes que demandem providências adicionais no âmbito deste planejamento específico.

ITEM 11: IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Em conformidade com o Art. 18, § 1º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, foram analisados os possíveis impactos ambientais desta contratação.

Identificação dos Impactos: A aquisição de materiais médico-hospitalares (objeto deste ETP) gera, como principal impacto ambiental, a necessidade de descarte de produtos vencidos ou impróprios para o uso. Estes itens são classificados como Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), notadamente do Grupo B (Químicos), conforme a legislação sanitária e ambiental vigente.

Medidas Mitigadoras Implementadas: A Fundação Municipal de Saúde (FMS) já possui uma solução contratual robusta e em plena execução para o gerenciamento desses resíduos. A FMS mantém um contrato específico (a exemplo do Contrato nº 119/2020) para a "Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS (GRUPOS A, B e E)".

Operacionalização: Desta forma, todos os materiais médico-hospitalares adquiridos por meio deste credenciamento que, eventualmente, atinjam o vencimento ou necessitem de descarte por qualquer motivo, serão devidamente segregados nas unidades da FMS e recolhidos pela empresa especializada contratada para esse fim, garantindo o tratamento e a destinação final ambientalmente adequados.

Conclusão: Conclui-se que a principal medida mitigadora para o impacto ambiental gerado pelo objeto desta contratação (descarte de materiais médico-hospitalares vencidos - Grupo B) já se encontra implementada e operacional na FMS, por meio de um contrato dedicado à gestão de RSS. Não se vislumbra, portanto, a necessidade de providências adicionais neste ETP, a não ser assegurar a contínua integração entre o setor de assistência farmacêutica e o serviço de coleta de RSS existente.

ITEM 12: PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Com base no Art. 18, § 1º, X, da Lei nº 14.133/2021, e visando assegurar a correta execução da solução de Credenciamento, deverão ser adotadas as seguintes providências pela FMS antes do início da vigência do Edital de Chamamento Público:

Designação da Comissão de Credenciamento:

- Deverá ser publicada portaria designando os servidores que irão compor a Comissão de Credenciamento, responsável pela análise e deferimento dos pedidos de habilitação das empresas interessadas.

Disponibilidade da Plataforma Eletrônica:

- Deverá ser assegurado que a solução eletrônica para a realização das cotações "Licita Mais Brasil" ou sistema equivalente) esteja devidamente contratada, vigente e apta a suportar o fluxo do credenciamento.

Adequação do Ambiente Físico (Análise):

- Conforme já analisado no Item 10 deste ETP, a execução da solução utilizará a infraestrutura logística e administrativa (almoxarifados, sistemas de gestão de estoque) já existente na FMS. Portanto, não são necessárias providências prévias de adequação de ambiente ou intervenções de engenharia.

ITEM 13: VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base em todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, e em conformidade com o Art. 18, § 1º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, este setor emite o seguinte posicionamento conclusivo:

Adequação da Solução: A solução de Credenciamento por Mercados Fluídos (detalhada no Item 7) mostrou-se a mais adequada, eficiente e vantajosa para resolver a necessidade de aquisição de materiais médico-hospitalares da FMS. Ela ataca diretamente a causa dos insucessos do modelo tradicional (Pregão SRP), que é a volatilidade do mercado de materiais médico-hospitalares, correlatos e saneantes, mitigando o risco de desabastecimento (Item 1 e Item 5).

Viabilidade Técnica e Operacional: A contratação é tecnicamente viável. A FMS possui a infraestrutura logística existente (Item 10) e as providências prévias necessárias, como a designação da comissão e a disponibilidade da plataforma de cotação (Item 12), são de simples execução administrativa.

Viabilidade Orçamentária e Econômica: O valor estimado para a contratação (Item 6) é compatível com a previsão de despesa já existente na Lei Orçamentária Anual (Item 2). Além disso, o modelo fomenta a economicidade ao promover disputas de preços a cada compra, alinhadas aos valores reais de mercado (Item 9).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conclui-se pela plena viabilidade e razoabilidade da contratação. Recomenda-se o prosseguimento do feito e o encaminhamento deste ETP para a autoridade competente, visando a elaboração do Edital de Chamamento Público e do respectivo Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por **Wisllan Cesar Santos Silva**, **Chefe de Gerência Executiva da FMS**, em 24/08/2026, às 23:15, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Portela Fontenele**, **Gerente**, em 25/08/2026, às 08:36, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **16357775** e o código CRC **B3D37E2B**.

Referência: Processo nº 00045.010145/2026-28 SEI nº 16357775