

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.088.2024.0007

Em 08/05/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.088.2024.0007

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 088 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL REGIONAL DANTAS BIAO

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 14/05/2024

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Aquisicao de Sensor de oximetria virgula Tubo extensor virgula Cabo ECG de cinco vias e Bracadeira

Conforme especificação abaixo :

Descrição : BRACADEIRA, para pressao nao invasiva, tamanho adulto, dimensoes 25-35 cm, confeccionada em tecido anti-alergico resistente e flexivel, com fecho em velcro e manguito, compativel com Monitor Multiparametrico, , marca Lifemed Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, COD.10011329.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CABO, ECG de 05 vias, para paciente adulto, compativel com monitores multiparametricos da marca LIFEMED, em todos os seus modelos. Registro na ANVISA, COD.10014521.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : SENSOR, de oximetria, completo, adulto, compativel com modelo da marca Lifemed. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido da palavra lote, data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucoes de uso, n do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra ANVISA), nome do responsavel tecnico, numero do servico de atendimento ao consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso COD.10011324.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TUBO extensor mangueira de PNI compativel com Lifemed, tamanho 3,00metros COD.10011396.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 8 dias corridos

Local de entrega : 190880027 - MANUTENCAO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-3362 / 3115-1608