

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.104.2024.0045

Em 10/05/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 19.104.2024.0045**

**Órgão/Entidade :** 19 - SECRETARIA DA SAUDE

**Unidade Gestora :** 104 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL DE IPIAU

**Período Oficial da Disputa :** das :09:30 às 11:30h de 16/05/2024

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 09:30 horas.

**Término :** 11:30 horas.

**Objeto :** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ESCOVA, cirurgica, para lavagem pre-operatoria de maos, embebida em solucao degermante de Clorexidina a 2%, 22ml, conjunto composto de duas faces, sendo uma em forma de esponja e a outra em forma de escova com cerdas macias, nao esteril. Embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro no Ministerio da Saude.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 5500

**Descrição :** FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** FITA, metrica, plastificada, milimetrada, escala 0 a 150 cm, divisao 1 cm.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** INDICADOR, quimico Classe II, Teste Bowie & Dick, Pacote, projetados para testar a eficiencia do sistema de vacuo nas autoclaves de pre-vacu, deve possibilitar o diagnostico de falhas de: penetracao inadequada do vapor, verificacao da presenca de bolhas de ar e gases nao condensaveis em autoclaves de vapor saturado sob pressao, que dificultam a penetracao do vapor nas caixas e embalagens quando submetidas ao processo de esterilizacao. Constituido em uma folha sensor impressa com tinta sensivel a esterilizacao a vapor sob pressao que exposta a temperatura de 132 a 134° por 3,5 a 4 minutos e/ou a 121°C por 15 minutos e/ou de acordo com o fabricante devera mudar uniformemente de cor apos a exposicao do vapor saturado, disposta entre camadas de folhas porosas, acondicionada em embalagem formando um pacote fechado com um rotulo indicador que indica a exposicao ao vapor atraves de um indicador quimico de exposicao. Na folha deve conter local para indicacao da data, numero do esterilizador, nome do operador. O mesmo deve seguir padrao NBR ISO 11.140 -52007e/ ou padrao Europeu BS 7720.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 50

**Descrição :** SABONETE, liquido, glicerinado, de baixa irritacao dermica, incolor, inodoro, indicado para banho de adultos e RN. Sem acao antimicrobiana devendo conter em sua formulacao glicerina bidestilada, minimo 2%, ativo minimo do produto 15%. Fica proibida a utilizacao na formulacao de sais do acido linear aquil benzeno sulfonico (acido sulfonico) pH entre 7,0 a 7,5 (neutro), concentracao de 1,50 litros de agua. Embalagem: frasco com 100 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 10 dias corridos

**Local de entrega :** 191040001 - HOSPITAL GERAL DE IPIAU

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

### **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**

**Telefones:(071) 3115-3362 / 3115-1608**