



PREGÃO ELETRONICO 746/2025 - PROCESSO 019.15567.2025.0202404-65 - ESCLARECIMENTO

De Andrea Fraga - DBI Medical <licitacao@dbibrasil.com.br>

Data Seg, 08/12/2025 08:36

Para Vanessa Castro Reis Monaco <vanessa.monaco@saude.ba.gov.br>

Cc licitacao1@dbibrasil.com.br <licitacao1@dbibrasil.com.br>

Prezada Sra. Pregoeira Vanessa, bom dia

A Empresa DBI Comércio e Importação LTDA vem, por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao pregão eletrônico 746/2025 – lote 02 - Placa .

Descritivo do edital: PLACA, eletrocirurgica, universal, regular sem cabo, descartavel, dorso constituido por um nao tecido recoberto por camada fina de polietileno, com gel adesivo condutivo e dispersivo em toda extensao, para uso em procedimento cirurgico com utilizacao de energia de radio frequencia

A utilização da palavra 'UNIVERSAL' no descritivo nos leva a entender que o produto é compatível com qualquer tipo ou marca de aparelho.

Com isso no descritivo técnico não ficou claro para qual perfil de paciente o produto é indicado (adulto, pediátrico ou recém-nascido), nem se há divisão por faixa de peso.

Poderiam, por gentileza, confirmar essas informações?

Nossa pergunta se baseia porque não existe uma única placa que atenda 100% dos perfis de pacientes.

No aguardo.

Atenciosamente,

Andrea Fraga | Licitação



11 3845-0433 R 1016



licitacao@dbibrasil.com.br



dbimedical.com.br

MedPex

Bluepad