



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - DIRETORIA DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DITEC -
SESAB/SAFTEC/DITEC/COATS

PROCESSO:	019.15567.2025.0130961-68
OBJETO:	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -ESTADO DA BAHIA
ÓRGÃO INTERESSADO:	DL

DESPACHO

Em relação ao pedido de esclarecimento emitido pela empresa a **BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA (00130751982), sobre o PE 777/2025, foram apresentados os seguintes pedidos:**

“Ao avaliar o descritivo do produto demandado no lote 04 transcrito abaixo, nos deparamos com características que limitam a participação de mais licitantes, visto que determina agulhas hipodérmicas de 22G e 26G, e exige um papel toalha.”

“Após minucioso exame, verificamos que as especificações indicadas parecem direcionadas a um modelo específico, o que pode restringir a competitividade do certame. Nesse sentido, solicitamos confirmação se há possibilidade de aceitação de produtos que atendam à mesma finalidade, observando os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelo órgão.”

Ao que cabe a esta coordenação informamos:

O lote em questão conta com o seguinte descritivo:

Código SIMPAS 65.15.19.00105269-1, BANDEJA, de raquianestesia, contendo: agulha Whitacre G27 x 3 ½ 0,42 x 88 mm, com bisel ponta de lapis, canhao transparente; 3 esponjas para anti-sepsia; 4 gaze; 1 campo fenestrado circular com fenestra padrao 10 cm e fita adesiva para fixacao na pele; 1 papel toalha; 1 seringa de plastico 5 ml luer lock; 1 seringa de plastico 3 ml luer slip; 1 agulha hipodermica 18 G1 ¼ 1,20 x 30; 1 agulha hipodermica 22 G1 ¼ 0,70 x 30; 1 agulha hipodermica 26G ½ 0,45 x 13. Embalagem: Envolto em campo esteril nao tecido, em embalagem individual em papel grau cirurgico, materiais livre de latex e PVC, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro na ANVISA.

Após pesquisa realizada verificamos que por tratar-se de um código antigo e desatualizado, nenhuma marca atende, atualmente, integralmente ao descritivo, não havendo direcionamento a um modelo específico. Portanto, sugerimos a composição de um novo código de forma que não haja restrição à competitividade no certame.

Código SIMPAS **65.15.19.00129750-3**, BANDEJA, de raquianestesia, contendo no minimo: 01 agulha Whitacre G27 x 3 ½, com bisel ponta de lapis, canhao transparente; 03 esponjas para antissepsia; 05 compressa de gaze (podendo variar 1 unidade); 01 campo cirurgico fenestrado; 01 seringa de 5 ml luer lock; 01 seringa de 3 ml luer lock ou slip; 01 seringa de 1ml luer slip; 01 Agulha hipodermica 0,80 x 40; 01 agulha 0,45x13; 01 agulha 1,20 x 40. Todos os materiais

devem ser livres de latex. Embalagem conforme a legislação vigente. Apresentar registro na ANVISA.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Caetano Luz, Enfermeiro**, em 07/01/2026, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Divaneide De Souza Barreto, Coordenador II**, em 07/01/2026, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00130923088** e o código CRC **D52DD230**.