



Outlook

Solicitação de esclarecimentos – Pregão Eletrônico nº 046/2025 – BB 1085530

De Dental VCA <dentalvca.gov@gmail.com>

Data Sex, 16.Jan.2026 09:18

Para chvc - Coordenação de Processos Licitatórios <chvc.cpl@saude.ba.gov.br>

Prezados (as),

Em atenção ao **Pregão Eletrônico nº 046/2025 – BB 1085530**, cujo objeto é a aquisição de **Instrumental Cirúrgico – Fresa/Broca (Família 65.15)**, vimos, respeitosamente, solicitar **esclarecimentos técnicos complementares** referentes aos **itens 06, 07, 08, 15, 16 e 17** do referido certame.

Informamos que, em contato telefônico prévio com esse órgão, fomos atendidos pela **Sra. Luana**, ocasião em que nos foi orientado a formalizar a presente solicitação por e-mail.

Os itens mencionados tratam-se de **brocas cortantes, esféricas, diamantadas, com engate para drill**, nos diâmetros de **03 mm e 05 mm**. Contudo, para que possamos elaborar uma **proposta técnica e comercial plenamente compatível** com as necessidades desta Administração, faz-se necessária a complementação das seguintes informações, não especificadas no Termo de Referência:

- **Comprimento do item;**
- **Modelo da ponteira;**
- **Modelo do motor compatível.**

Ressaltamos que tais especificações são indispensáveis para garantir a correta compatibilidade do material ofertado, bem como a adequada precificação e atendimento integral às exigências do edital.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

--

Leonardo Fonsêca
Gestor de Negócios
(77) 99102-1602



Outlook

Re: Solicitação de esclarecimentos – Pregão Eletrônico nº 046/2025 – BB 1085530

De centrocirurgicochvc <centrocirurgicochvc@gmail.com>**Data** Ter, 03.Fev.2026 14:10**Para** chvc - Coordenação de Processos Licitatórios <chvc.cpl@saude.ba.gov.br>**BOA TARDE!****SEGUE ESPECIFICAÇÕES:****ITEM 06 : BROCA AUTOMÁTICA de perfuração ponta 4,5mm 12X15 ENGATE e haste de 150 mm, estéril por óxido de etileno.****ITEM 07: BROCA, cortante esférica, diamantada, com engate para drill, diâmetro 3,10 mm x 100,0****ITEM 15: BROCA, cortante, esférica, diamantada, com engate para drill, diâmetro 3mm X 100.****ITEM 16: BROCA, cortante, esférica, com engate para drill, diâmetro 3,00 X 100mm.****ITEM 17: BROCA, cortante, esférica, diamantada, com engates para drill, diâmetro 5mm X 100,0****COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS MACOM, STRYKER E RAZEK.**

ATT
TALITA
COORD.CENTRO CIRÚRGICO