

**AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.102.2025.0062**

Em 14/03/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 19.102.2025.0062**

**Órgão/Entidade :** 19 - SECRETARIA DA SAUDE

**Unidade Gestora :** 102 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL REGIONAL PRADO VALADARES

**Período Oficial da Disputa :** das :13:30 às 15:30h de 20/03/2025

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 13:30 horas.

**Término :** 15:30 horas.

**Objeto :** ELETRODO ADULTO E FILTRO HEPA

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** ELETRODO, adulto para monitoracao cardiaca continua e eletrocardiograma, compativel com qualquer monitor, nao esterill, de uso unico, descartavel, confeccionado em espuma/emborrachado. Face inferior adesiva, hipoalergenica com gel condutor solido.Face frontal com sistema de pino em aco inoxidavel, contra-pino de prata/cloreto de prata ( Ag/AgCl), Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente que seja inerente ao mesmo

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100000

**Descrição :** FILTRO, HEPA, para ventilacao mecanica, bacteriana, viral, adulto, para recolher residuos de nebulizacao dos gases expirados pelo paciente, eficiencia de filtracao bacteriana (BFE) de 99,999%, no minimo, e viral (VFE) de 99,999%, no minimo; volume corrente pelo menos entre o intervalo de 300 a 1500ml; espaco morto minimo de 30ml; conexao macho/fêmea (22M/15F) e fêmea (22F); conjunto esteril; atoxico; descartavel de uso unico; que possa ser utilizado no ramo expiratorio e no ramo inspiratorio do circuito, proximal ao equipamento. Resistência ao fluxo a 30L/min de no maximo 1 cmH2O. Embalagem que permita a abertura e transferencia com tecnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA/MS. ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 900

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 15 dias corridos

**Local de entrega :** 191020001 - ALMOXARIFADO

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

**Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**