

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.076.2025.0521

Em 30/05/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.076.2025.0521

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 076 - HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 05/06/2025

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : CANULA ENDOTRAQUEAL AGT NASAL

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CANULA, endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balao, n. 7.0, descartavel, esteril, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de magli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CANULA, endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balao, nº 6.0, descartavel, esteril, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de magli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CANULA, endo-traqueal, AGT nasal, em PVC, com balao, nº 6.5, descartavel, esteril, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de magli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 05 dias corridos

Local de entrega : 190760001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - HGRS

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608