

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.048.2025.0014

Em 11/02/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.048.2025.0014

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 048 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERVICO ESTADUAL DE ONCOLOGIA

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 17/02/2025

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : AQUISICAO DE PACOTE TESTE DESAFIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : PACOTE, teste desafio pronto, de uso unico, composto de um Indicador Biologico de leitura rapida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (tres) horas, por metodo de fluorescencia e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/Isso 11140-1, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartavel. Pacote projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biologico e composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana minima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). Tira contendo esporos acondicionada em uma ampola plastica termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente proprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plastica e fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel de filtro hidrofóbico. O pacote deve conter um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biologico e uma tira de indicador químico. O Integrador Químico Classe 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite/movimento frontal (sem interpretação de cor), composto de uma mecha de papel/filme e aluminio laminado e de uma pilula química livre de chumbo sensível a temperatura, tempo e vapor, onde durante a esterilização a vapor, a substancia química funde e migra como um liquido de coloração escura através da mecha de papel, devendo atingir a area aceitavel se todos os parametros críticos do processo de esterilização a vapor forem alcançados. A extensao da migração deve ser proporcional ao tempo de exposição do pacote ao vapor e a temperatura. Deve acompanhar ampola externa do mesmo lote para controle positivo. O rotulo externo devera conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que mudara de cor para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Embalagem: Unidades de pacotes desafio. UN

UF : UNIDADE

Qtd : 600

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 190480001 - CICAN - CENTRO ESTOCADOR I

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608