



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - DIRETORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO EM SAÚDE - DITEC - SESAB/SAFTEC/DITEC/COATS

PROCESSO:	019.15567.2025.0101575-22
OBJETO:	Material Médico Estado da Bahia
ÓRGÃO INTERESSADO:	[Insira aqui o órgão interessado]

DESPACHO

À DL,

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa PRIME MEDICAL, para o PE 487/2025, temos a informar que para o código 65.15.19.00110541- 8 - EQUIPO, específico para utilizacao em bomba de infusao volumetrica, para sistema peristaltico linear ou shuttle, o descritivo solicita "intermediario de segmento de silicone". Sendo assim, o item só será aceito conforme o mesmo.



Documento assinado eletronicamente por **Divaneide De Souza Barreto, Coordenador II**, em 22/08/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00121076393** e o código CRC **BF09957D**.