

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.076.2025.0942

Em 03/09/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 19.076.2025.0942**

**Órgão/Entidade :** 19 - SECRETARIA DA SAUDE

**Unidade Gestora :** 076 - HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS

**Período Oficial da Disputa :** das :08:30 às 10:30h de 09/09/2025

**Dia da semana :** Terça-Feira

**Início :** 08:30 horas.

**Término :** 10:30 horas.

**Objeto :** CURATIVO E RESERVATORIO

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** CURATIVO, para tratamento por pressao negativa, composta de espuma / esponja confeccionada em poliuretano, em formato oval, hidrofóbica, esteril, hipoalergenica, recortaveis ou pre-cortadas de uso unico, descartavel, indicada para fechamento de abdomen, com dimensoes minimas de 38cm x 25cm x 1,6cm, podendo variar para + ( para mais), com pelicula de protecao visceral micro perfuradas, medindo aproximadamente 65cm. Deve acompanhar no minimo duas esponjas ovais pre-cortadas com espessura minima de 16 a 18mm ; 04 peliculas / filmes adesivas com tamanhos minimos de 20cm x 30cm; conector / tubo transparente em PVC/silicone com clamp corta fluxo. Embalagem acondicionada de acordo com RDC185/ ANVISA sobre normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita abertura e transparencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto numero de lote tempo de validade da esterilizacao de no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao dados de identificacao do fabricante, numero de registro no Ministerio da Saude. Na entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

**Descrição :** RESERVATORIO, para coleta de exudato, utilizado em curativo de pressao negativa, capacidade de 800 a 1200 ml compativel ao equipamento, com gel granulador. Embalagem acondicionada de acordo com RDC185/ ANVISA sobre normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita abertura e transparencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto numero de lote tempo de validade da esterilizacao de no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao dados de identificacao do fabricante, numero de registro no Ministerio da Saude. Na entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 20

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 05 dias corridos

**Local de entrega :** 190760002 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

**Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**