



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde

Coordenação de Avaliação de Tecnologias em Saúde - Diretoria de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde - DITEC - SESAB/SAFTEC/DITEC/COATS

ANÁLISE TÉCNICA PE - Nº 516/2025

Processo	019.15567.2025.0123431-45
Origem:	DL
Objeto:	MANTA TÉRMICA

Em atenção ao Pedido de esclarecimento solicitado pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda referente ao PE 516/2025 Lotes 01, 02 e 03 **MANTA TÉRMICA** tamanhos adulto, Neonatal e Pediátrica. A empresa solicita esclarecimento alegando que *“No termo de referência não menciona se será sob ou sobre o paciente.”* Ao que cabe a esta coordenação:

Trata-se de manta térmica microfurada, portanto é para ser usada sobre o paciente. Para mais esclarecimentos, sugerimos consultar o Responsável Técnico da sua empresa.

A DL para continuidade do processo de licitação.



Documento assinado eletronicamente por **Divaneide De Souza Barreto, Coordenador II**, em 16/09/2025, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00122951443** e o código CRC **BC536013**.