



ANÁLISE TÉCNICA PE 551/2025 - LOTE 01
ESCLARECIMENTO DA EMPRESA FG VENDAS

Processo	019.5050.2025.0087538-15
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	PE 551/2025 - Lote 01 - Esclarecimento da empresa FG VENDAS

Prezados,

A respeito do pedido de esclarecimento da empresa FG VENDAS (SEI 00123974509) para o Lote 01 do PE 551/2025 - COMPRESSOR, de ar, uso odontológico, código SIMPAS 43.10.19.00124771-9, segue:

Alegações da empresa:

Sra. Pregoeira

Solicito informação sobre o PE.551.2025, objeto: Compressor Odontológico, na descrição do objeto informa que a tensão de alimentação do equipamento pode ser Bivolt ou de acordo com a tensão da unidade contemplada, gostaria de saber se nessas unidades contempladas pode ser colocado um transformador para atender as unidades que não tenham a tensão do compressor?

Att

Roberto

71 981227564

COMPRESSOR, de ar, uso odontológico, isento de óleo, capacidade reservatório mínima de 60 litros, potência do motor mínima de 2 hp, tanque revestido em pintura epoxi, frequência do Motor: 60 Hz. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do Fabricante ACESSÓRIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. **ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Tensão de alimentação do equipamento: BiVOLT automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada.** GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade.

Comentários desta Coordenação de Engenharia Biomédica (CEB): A empresa questiona se serão aceitos equipamentos com especificações divergentes da tensão elétrica da unidade contemplada.

Esta Coordenação não realiza análise previa ao processo licitatório.

Ressaltamos, contudo, que os modelos a serem entregues devem atender integralmente ao descritivo técnico o que o inclui o termo destacado pela empresa: "*ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada.*";

Em relação ao questionamento referentes aos transformadores, esta Coordenação não realiza a gestão dos equipamentos da rede própria, necessário encaminhar o questionamento para o setor responsável.

Sem mais no momento, retornamos os autos para prosseguimento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Ueslei Souza Silva, Assessor Técnico**, em 30/09/2025, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00123999910** e o código CRC **C7BD8EB8**.