
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 660/2025 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO - SHIMADZU DO BRASIL

De Elaine Cristina Rodrigues Brito <elaine@shimadzu.com.br>

Data Qua, 2025-11-05 15:33

Para Fabiola Pineiro Cordeiro <fabiola.cordeiro@saude.ba.gov.br>

Cc Juliana Gomes Ribeiro Boldorini <juliana.ribeiro@shimadzu.com.br>; Constantino Luiz DiPIPI <constant@shimadzu.com.br>; Mauro Kiyoji Gondo <mauro.gondo@shimadzu.com.br>; Cybelly Valeria de Oliveira Costa <cybelly.costa@shimadzu.com.br>; Ademir Roberto de Oliveira <ademir.roberto@shimadzu.com.br>

 1 anexo (175 KB)

SESAB (PE 660-205) RX FIXO DIGITAL.pdf;

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
E-mail: fabiola.cordeiro@saude.ba.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 660/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.5050.2025.0077190-01

DATA DA SESSÃO: 13/11/2025 ÀS 10H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR (RAIO X DIGITAL DE CHAO), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP - CEP 06.460-000, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito do Pregão Eletrônico nº 660/2025, conforme questionamentos no ofício em anexo.

Por favor, acusar o recebimento.

Atenciosamente,



Elaine Brito

Analista de Licitações

Divisão Médica | Departamento Comercial

Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.

Direto: +55 11 2424-1757

elaine@shimadzu.com.br | www.shimadzu.com.br

Barueri, 05 de novembro de 2025.

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
E-mail: fabiola.cordeiro@saude.ba.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 660/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.5050.2025.0077190-01
DATA DA SESSÃO: 13/11/2025 ÀS 10H
OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR (RAIO X DIGITAL DE CHAO), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP - CEP 06.460-000, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito do Pregão Eletrônico nº 660/2025, conforme questionamentos apresentados ao longo desse documento.

SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 01 – APARELHO DE RAO X DIGITAL DE CHÃO – 30 UNIDADES

Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar as especificações técnicas solicitadas em edital, de acordo com as sugestões abaixo:

Ressaltamos que, realizando a alteração técnica aqui sugerida, o edital permitirá a participação de várias empresas ofertando aparelhos médicos com alta qualidade e a mais moderna tecnologia existente para radiologia, entre elas a SHIMADZU, fazendo com que a Secretaria de Saúde, adquiram equipamentos robustos, com ótima qualidade de exames.

ITEM 01 – APARELHO DE RAO X DIGITAL DE CHÃO	
O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Rotação da coluna no seu eixo de no mínimo 120 graus	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> Rotação da coluna ou braço porta-tubo de no mínimo 120 graus
Colimador luminoso automático com tecnologia led de alta potência e colimação retangular motorizada, podendo ser predefinida através de programas de órgãos, temporizador;	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> Colimador luminoso automático ou manual com tecnologia led de alta potência e colimação retangular motorizada ou manual, podendo ser predefinida através de programas de órgãos, temporizador
Mesa com capacidade de suportar no mínimo 275 kg	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> Mesa com capacidade de suportar no mínimo 200 kg

protocolo dicom 3.0, com as seguintes modalidades: print, storage scu / scp, mwm (worklist), q/r (query/retrieve) scp/scu, mpps, storage commitment; conexao ris/his;	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> protocolo dicom 3.0, com as seguintes modalidades: print, storage scu / scp, mwm (worklist), q/r (query/retrieve) scp/scu, mpps, storage commitment; conexao ris/his; na estação de aquisição ou através de um software complementar que atende as funções solicitadas
deve ser entregue manuais de operação e de serviços de manutenção, em português	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> deve ser entregue manuais de operação em Português e de serviços de manutenção, em português ou inglês
(Mesa) com absorção máxima equivalente a 1,2 mm de alumínio a 100 kvp	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> (Mesa) com absorção máxima equivalente a 1,7 mmAl. ou menos (tampo de CFRP)
ajuste do tempo de exposição na faixa de 1ms ou menor a 6.300 ms, inclusive os extremos;	<u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> ajuste do tempo de exposição na faixa de 1ms ou menor a 5.000 ms, inclusive os extremos
ajuste coluna com deslocamento longitudinal no mínimo de 130 cm conjunto do tubo de raios x deve girar ao longo de um eixo horizontal +/-90 graus e um eixo vertical no mínimo	<u>QUESTIONAMENTO:</u> O que seria este giro no "eixo vertical", pois no parágrafo anterior é solicitado que a coluna rotacione 120 graus, o que seria equivalente a girar no eixo vertical. Seria somente uma repetição da mesma função escrita de forma diferente?
alimentação: 127/220/380 volts 60 hz, rede elétrica conforme disponível na unidade contemplada	<u>QUESTIONAMENTO:</u> seria possível listar os locais das instalações com suas respectivas voltagens?
atendimento de service para configuração de impressoras, pacs e demais aplicações necessárias para o fluxo do serviço durante a vida útil do sistema dr sem ônus para sesab.	Esta exigência está muito fora do padrão de mercado e acaba inviabilizando e onerando muito para a empresa licitante. <u>SUGERIMOS ALTERAR para:</u> Atendimento de service para configuração de impressoras, pacs e demais aplicações necessárias para o fluxo do serviço durante o período de garantia, sem ônus para SESAB.

Salientamos que a SHIMADZU prioriza o bom relacionamento com seus clientes, buscando sempre a excelência nos serviços prestados, sendo assim, esperando o atendimento de nossas solicitações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Termos em que
Pede deferimento.



SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA
YUJI KUNII
Diretor Sênior
RNM Nº B118178-3 DIREX/DPF/SP
CPF Nº 121.279.311-06