



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde

Coordenação de Avaliação de Tecnologias em Saúde - Diretoria de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde - DITEC - SESAB/SAFTEC/DITEC/COATS

ANÁLISE TÉCNICA PE - Nº 683/2025

Processo	019.15567.2025.0182526-64
Origem:	DL
Objeto:	DIALISADOR

Em atenção ao evento nº 00128032189, em que a empresa Fresenius Medical Care solicita esclarecimento em relação ao **PE 683/25**, Lote 02 Código SIMPAS 65.15.19.00111115-9 **DIALISADOR CAPILAR PARA USO EM HEMODIALISE**, membranas de polissulfona (superfície de área de 2,0 m², variação de mais ou menos 0,1) ou poliamida superfície de área de 2,0 m², (variação de mais ou menos 0,1), ou polietersulfona (superfície de área de 2,0 m², (variação de mais ou menos 0,1), sendo de baixo fluxo. A empresa pergunta-nos “**seriam aceitos dialisadores de 2,2 m² de área de superfície?**” Ao que cabe a esta coordenação:

Após análise da solicitação, em epígrafe, informamos que a variação a ser acatada está explícita no descritivo que é de (+/-) 0,1. Nestes termos sugerimos a DL que dê continuidade ao processo de licitação.



Documento assinado eletronicamente por **Mércia Alves Da Silva Velame, Enfermeiro**, em 24/11/2025, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Divaneide De Souza Barreto, Coordenador II**, em 24/11/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00128109124** e o código CRC **82BFEBF5**.