



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde
Coordenação de Engenharia Biomédica - SESAB/SAFTEC/DITEC/CEB

ANÁLISE TÉCNICA PE 715/2025 - ESCLARECIMENTO EMPRESA MASTER

Processo	019.5050.2025.0017995-42
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	PE 715/2025 - Esclarecimento empresa MASTER

Prezados,

A respeito do Pedido de Esclarecimento da empresa MASTER ([00131103958](#)) para PE 715/2025, , segue:

A empresa questiona:

"Boa tarde, Prezados Senhores, Solicitamos esclarecimentos acerca do descritivo técnico dos itens constantes no Pregão nº 715/2025, com realização prevista para 12/01/2026. Observamos que o descritivo atualmente disponibilizado apresenta dimensões inferiores às dimensões mínimas exigidas pelo modelo de referência, o que pode comprometer a correta formulação das propostas. A divergência nas especificações pode impactar diretamente a adequada composição de preços e a plena aderência das propostas ao objeto pretendido por essa Administração. Dessa forma, entendemos como necessária a alteração ou complementação do descritivo técnico, ajustando as dimensões para refletirem as dimensões mínimas do modelo, ou, alternativamente, o esclarecimento sobre o modelo correto a ser considerado, de modo a assegurar propostas mais precisas, isonômicas e alinhadas às necessidades do certame. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."

Comentários desta Coordenação de Engenharia Biomédica (CEB): A empresa apresentou questionamento acerca das dimensões de determinado item, sem, contudo, indicar o lote ou o código correspondente no PE 715/2025 ao qual se refere a dúvida.

Mesmo sem indicar qual o lote ou qual o código, informamos que todas as dimensões estão devidamente especificadas em cada lote, com indicação expressa de seus limites máximos e mínimos, além da tolerância permitida das medições, de forma individualizada e sem possibilidade de interpretações equivocadas.

Diante do exposto, não há inconsistências ou dúvidas quanto às especificações dimensionais. Assim, os autos são devolvidos para o regular prosseguimento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Ueslei Souza Silva, Assessor Técnico**, em 09/01/2026, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00131104439** e o código CRC **C8D25ABB**.

Referência: Processo nº 019.5050.2025.0017995-42

SEI nº 00131104439