



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde
Coordenação de Engenharia Biomédica - SESAB/SAFTEC/DITEC/CEB

ANÁLISE TÉCNICA PE 715/2025 - LOTE 03/04/05

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO BEATRIZ MAZONI DEP. LICITAÇÕES

Processo	019.5050.2025.0017995-42
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	PE 715/2025 - Lote 03/04/05 - Pedido de Esclarecimento Beatriz Mazoni Dep. Licitações

Prezados,

A respeito do pedido de esclarecimento da empresa Beatriz Mazoni Dep. Licitações (SEI [00130615767](#)) para o lote 03/04/05 do PE 715/2025 CABINE, de segurança biológica, código SIMPAS 66.40.19.00123681-4 , segue:

- **LOTE 03 - Cabine de segurança biológica**

1 - Questionamento Empresa: O objetivo pretendido para a cabine é o trabalho com PCR?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"CABINE, de segurança biológica, de fluxo laminar, vertical, linha PCR, para trabalhos Classe 100, grande porte"

2 - Questionamento Empresa: Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos construídos em material diferente de vidro temperado poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"janela frontal de vidro temperado tipo guilhotina (sobe e desce)"

3 - Questionamento Empresa: Equipamentos de bancada sem rodízios poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"base com rodízios giratórios"

4 - Questionamento Empresa: Equipamentos do tipo “cabine de trabalho para PCR” poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: Esta Coordenação de Engenharia Biomédica não realiza análise técnica prévia ao pregão eletrônico, a fim de evitar qualquer possibilidade de favorecimento a determinada participante.

5 - Questionamento Empresa: Equipamentos com dimensões inferiores às solicitadas poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"Com dimensoes externas minimas de 1270mm (largura) x 740mm (profundidade) x 1755mm (altura com base) e maximas de 1340mm (largura) x 765mm (profundidade) x 1870 mm (altura com base), e dimensoes internas minimas de 1250mm (largura) x 460mm (profundidade) x 610mm (altura) e maximas de 1275mm (largura) x 504mm (profundidade) x 665 mm (altura), com variacao de +/-5% das dimensoes."

- **LOTE 04 - Cabine de segurança biológica**

1 - Questionamento Empresa: O objetivo pretendido para a cabine é o trabalho com PCR?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"CABINE, de segurança biológica, de fluxo laminar, vertical, linha PCR, para trabalhos Classe 100, médio porte"

2 - Questionamento Empresa: Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos construídos em material diferente de vidro temperado poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"janela frontal de vidro temperado tipo guilhotina (sobe e desce)"

3 - Questionamento Empresa: Equipamentos de bancada sem rodízios poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"base com rodízios giratórios"

4 - Questionamento Empresa: Equipamentos do tipo “cabine de trabalho para PCR” poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: Esta Coordenação de Engenharia Biomédica não realiza análise técnica prévia ao pregão eletrônico, a fim de evitar qualquer possibilidade de favorecimento a determinada participante.

5 - Questionamento Empresa: Equipamentos com dimensões inferiores às solicitadas poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"Com dimensoes externas minimas de 965mm (largura) x 740mm (profundidade) x 1755mm (altura com base) e maximas de 1045mm (largura) x 765mm (profundidade) x 1870 mm (altura com base), e dimensoes internas minimas de 945mm (largura) x 460mm (profundidade) x 610mm (altura) e maximas de 970mm (largura) x 504mm (profundidade) x 665 mm (altura), com variacao de +/-5% das dimensoes."

- **LOTE 05 - Cabine de segurança biológica**

1 - Questionamento Empresa: O objetivo pretendido para a cabine é o trabalho com PCR?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"CABINE, de segurança biológica, de fluxo laminar, vertical, linha PCR, para trabalhos Classe 100, pequeno porte"

2 - Questionamento Empresa: Visto que não haverá perda na funcionalidade do produto, equipamentos construídos em material diferente de vidro temperado poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"janela frontal de vidro temperado tipo guilhotina (sobe e desce)"

3 - Questionamento Empresa: Equipamentos de bancada sem rodízios poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"base com rodizios giratorios"

4 - Questionamento Empresa: Equipamentos do tipo “cabine de trabalho para PCR” poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: Esta Coordenação de Engenharia Biomédica não realiza análise técnica prévia ao pregão eletrônico, a fim de evitar qualquer possibilidade de favorecimento a determinada participante.

5 - Questionamento Empresa: Equipamentos com dimensões inferiores às solicitadas poderão concorrer ao certame?

Comentários desta CEB: O item pretendido está claramente especificado na descrição constante do edital, que define os requisitos mínimos, especialmente em atenção ao presente questionamento da empresa:

"Com dimensoes externas minimas de 660mm (largura) x 740mm (profundidade) x 1710mm (altura com base) e maximas de 730mm (largura) x 765mm (profundidade) x 1760 mm (altura com base), e dimensoes internas minimas de 640mm (largura) x 460mm (profundidade) x 520mm (altura) e maximas de 660mm (largura) x 504mm (profundidade) x 610 mm (altura), com variacao de +/-5% das dimensoes."

Respondidos todos os questionamentos, retornamos os autos para prosseguimento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Ueslei Souza Silva, Assessor Técnico**, em 05/01/2026, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00130782513** e o código CRC **B8A51C3A**.