



ESCLARECIMENTO - PREGÃO 715 2025 - SECRETARIA DA SAÚDE BAHIA - LOTES 1 E 2

De Tatiane Rebeca | Lobov <tatiane.rebeca@lobov.com.br>

Data Qua, 07/01/2026 14:59

Para Cleane de Freitas Santos Miranda <cleane.miranda@saude.ba.gov.br>

Cc 'Marcos Vinicius Batemarchi' <marcos.vinicius@lobov.com.br>; 'Celio Romano ' <celio.romano@lobov.com.br>; 'Gustavo Marchini ' <gustavo.marchini@lobov.com.br>

 1 anexo (617 KB)

Microsoft Word - EDITAL.PE.715.2025.pdf;

Prezada Cleane, boa tarde.

Estamos entrando em contato para solicitar **esclarecimentos** referentes aos **lotes 1 e 2**.

Ao analisar o edital, constatamos que o órgão pretende adquirir uma cabine de segurança biológica Classe II, tipo B2. Diante disso, surgiram dúvidas quanto ao escopo do fornecimento, conforme descrito a seguir:

É de conhecimento técnico que as cabines de segurança biológica Classe II, B2 devem possuir 100% de exaustão para fora da edificação, ou seja, além da cabine, é necessário um sistema de exaustão externo, responsável por conduzir o ar de forma segura para fora do prédio, sem recirculação para o ambiente interno.

Ressaltamos que, via de regra, as cabines de segurança biológica Classe II, B2 são fornecidas sem o sistema de exaustão externo, salvo quando este item é expressamente solicitado no edital, pois normalmente integra a infraestrutura do próprio órgão.

Ao consultar o Termo de Referência, não localizamos informação clara sobre se o sistema de exaustão externo será fornecido pelo órgão ou se deverá ser incluído no fornecimento pelo licitante. Dessa forma, solicitamos, por gentileza, que seja esclarecido se o licitante deverá fornecer também o sistema de exaustão externo juntamente com a cabine.

Detalhe importante: os valores de referência indicados — cerca de R\$ 24.439,23 para o lote 1 (valor unitário) e R\$ 31.547,92 para o lote 2 (valor unitário) — sugerem que o objeto da contratação contempla apenas a cabine, uma vez que, tecnicamente, esses valores não parecem contemplar o fornecimento conjunto da cabine + sistema de exaustão externo.

Ficamos no aguardo dos esclarecimentos.

Atenciosamente,



Tatiane Marins

Depto. Comercial

Tel.: +55 11 3829-8040

tatiane.rebeca@lobov.com.br

[\[www.lobov.com.br\]](http://www.lobov.com.br)www.lobov.com.br

Av. Santa Marina, 1179 – Água Branca

05036-001 – São Paulo | SP | Brasil