
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE043/2026

De George Márcio <licitacao@representechba.com.br>

Data Seg, 2026-02-02 10:22

Para Adriana de Oliveira Costa Almeida <adriana.almeida@saude.ba.gov.br>

Cc representechba@gmail.com <representechba@gmail.com>

No âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2026, após análise do TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO), vimos, respeitosamente, solicitar esclarecimento quanto à quantidade de detectores (placas DR) a ser ofertada.

O edital estabelece, em um trecho, a exigência de: "detector DR e estação de trabalho: detector DR de 430 x 430 mm, com área ativa de no mínimo 426 x 426 mm".

Entretanto, mais adiante, consta a exigência de equipamento: "capaz de sincronizar as 02 (duas) placas, buck vertical e buck horizontal".

Diante do exposto, solicitamos esclarecer o correto entendimento da especificação, especialmente quanto aos seguintes pontos:

1. O objeto contempla o fornecimento de apenas 01 (um) detector DR, sendo a exigência de sincronização relacionada exclusivamente à capacidade do software/estação de trabalho em operar e sincronizar buck vertical e buck horizontal, caso haja utilização futura de outro detector;

ou

2. O edital exige, de fato, o fornecimento de 02 (dois) detectores DR, um destinado ao buck vertical e outro ao buck horizontal.

O esclarecimento é fundamental para a correta formulação da proposta, assegurando plena aderência ao edital.

Atenciosamente,

George Márcio
Representech