



|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| PROCESSO:          | 019.5050.2025.0146284-66           |
| OBJETO:            | APARELHO, de Raio X, Fixo, Digital |
| ÓRGÃO INTERESSADO: | SESAB                              |

## RESPOSTA

Em resposta ao evento SEI 00132474090, referente ao **Pregão Eletrônico nº 790/2025** cujo objeto é Aquisição de Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório (APARELHO, fixo digital de raios x), para compor o sistema de registro de preço, segue para análise e parecer acerca do pedido de esclarecimento da empresa **Representech** conforme evento SEI nº 00132473807.

Diante do exposto, solicitamos esclarecer o correto entendimento da especificação, especialmente quanto aos seguintes pontos:

1. O objeto contempla o fornecimento de apenas 01 (um) detector DR, sendo a exigência de sincronização relacionada exclusivamente à capacidade do software/estação de trabalho em operar e sincronizar buck vertical e buck horizontal, caso haja utilização futura de outro detector;  
ou
2. O edital exige, de fato, o fornecimento de 02 (dois) detectores DR, um destinado ao buck vertical e outro ao buck horizontal. O esclarecimento é fundamental para a correta formulação da proposta, assegurando plena aderência ao edital.

Resposta:

A exigência de sincronização relacionada exclusivamente à capacidade do software/estação de trabalho em operar e sincronizar buck vertical e buck horizontal, caso haja utilização de outro detector;



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Silva Dias, Técnico Radiologia**, em 03/02/2026, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00132506937** e o código CRC **86841F93**.