Outlook

PREGAO ELETRONICO Nº 138/2026- SESAB - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO - SHIMADZU DO BRASIL

De Elaine Cristina Rodrigues Brito <elaine@shimadzu.com.br>
Data Ter, 24/03/2026 15:08
Para Jéssica Clarissa dos Santos Gabriel Queiroz <jessica.queiroz@saude.ba.gov.br>
Cc Juliana Gomes Ribeiro Boldorini <juliana.ribeiro@shimadzu.com.br>; Constantino Luiz DiPIPI <constant@shimadzu.com.br>; Mauro Kiyoji Gondo <mauro.gondo@shimadzu.com.br>; Ademir Roberto de Oliveira <ademir.roberto@shimadzu.com.br>; Cybelly Valeria de Oliveira Costa <cybelly.costa@shimadzu.com.br>

1 anexo (175 KB)
SESAB (PE 138-2026) ANGIOGRAFIA.pdf;

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC
4o avenida, no. 400, Plataforma VI, Lado "A", Terreo - Centro Administrativo da Bahia – CAB – Salvador/Bahia – CEP – 41.745.002
E-mail: jessica.queiroz@saude.ba.gov.br

PREGAO ELETRONICO Nº 138/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019.5050.2026.0007428-31
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/04/2026 ÀS 10HS
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIP. DE USO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E DE LABORATORIO (SISTEMA, DE ANGIOGRAFIA DIGITAL), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP - CEP 06.460-000, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito das especificações técnicas, referente ao SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL, HEMODINAMICA, descrito no lote **01,** objeto do pregão eletrônico **n° 138/2026**. Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar a especificação técnica solicitadas em edital, de acordo com o oficio em anexo.

Por favor, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

SHIMADZU
Excellence in Science

Elaine Brito
Analista de Licitações

Divisão Médica | Departamento Comercial
Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.
Direto: +55 11 2424-1757
elaine@shimadzu.com.br | www.shimadzu.com.br



Barueri, 18 de setembro de 2025.

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC
4o avenida, no. 400, Plataforma VI, Lado "A", Terreo - Centro Administrativo da Bahia – CAB – Salvador/Bahia – CEP – 41.745.002
E-mail: jessica.queiroz@saude.ba.gov.br

PREGAO ELETRONICO Nº 138/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019.5050.2026.0007428-31
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/04/2026 ÀS 10HS
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIP. DE USO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E DE LABORATORIO (SISTEMA, DE ANGIOGRAFIA DIGITAL), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.752.460/0001-56, localizada na Av. Tamboré nº 576 – Barueri/SP - CEP 06.460-000, interessada em participar do processo licitatório em referência, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, **SOLICITAR ESCLARECIMENTOS** a respeito das especificações técnicas, referente ao SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL, HEMODINAMICA, descrito no lote **01,** objeto do pregão eletrônico **n° 138/2026**.

Solicitamos esclarecimentos a respeito da possibilidade de alterar a especificação técnica solicitadas em edital, de acordo com as sugestões abaixo:

ITEM 01 – SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL – 05 UNIDADES

O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Equipamento dotado de detector digital (Flat Panel) de estado solido de no mínimo 47 cm de diagonal, com variação de +/- 10% e resolução mínima de 3,0 lp/mm	**Sugerimos ALTERAR para:** Equipamento dotado de detector digital (Flat Panel) de estado solido de no mínimo 47 cm de diagonal, com variação de +/- 10% e resolução mínima de 2,7 lp/mm
Pontos focais do foco grosso maior que 0,6 mm e do foco fino menor que 0,6 mm	**Sugerimos ALTERAR para:** Pontos focais do foco grosso maior que 0,6 mm e do foco fino igual ou menor que 0,6 mm
Capacidade de armazenamento de calor do anodo de no minimo 3,7 MHU	**Sugerimos ALTERAR para:** Capacidade de armazenamento de calor do anodo de no minimo 2,1 MHU (ou 2,6 MHUeff).

1 monitor escravo LCD configurável para monocromático de alto brilho de no mínimo 18 polegadas para sala de controle (Imagens Tempo Real); 1 monitor escravo LCD configurável para monocromático de alto brilho de no mínimo 18 polegadas para a sala de controle para a apresentação de imagens de referência	**Sugerimos EXCLUIR:** Monitor configurável para monocromático
Todos Software para aquisição de imagens coronarianas em uma única angiorotacao em duplo eixo com uma injeção de contraste	**Sugerimos EXCLUIR**: Software em uma única angiorotação em duplo eito
Suporte para sensor de pressão invasiva para o trilho da mesa	**Sugerimos EXCLUIR**: Suporte para sensor de pressão invasiva para o trilho da mesa
Suporte para inclinação de cabeça	**Sugerimos EXCLUIR**: Suporte para inclinação de cabeça
Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado	**Sugerimos ALTERAR para:** Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento do aparelho de angiografia
Após o período de garantia a contratada deverá conceder desconto de 20% do valor médio praticado no mercado a nível de renovação do contrato de manutenção	**Sugerimos EXCLUIR:** Após o período de garantia a contratada deverá conceder desconto de 20% do valor médio praticado no mercado a nível de renovação do contrato de manutenção. **Justificativa:** É imponderável sabermos como estará a economia do país e os valores dos concorrentes ao final do período de garantia. E doloso para o licitante comprometer-se com esse desconto no momento de entrega dos equipamentos.

Ressaltamos que, mantendo as especificações técnicas dos equipamentos acima descritos da maneira como encontra-se atualmente, a participação no pregão ficará bastante restrita. Realizando as alterações técnicas sugeridas pela SHIMADZU permitirá a participação de várias empresas ofertando aparelhos médicos de alta qualidade e tecnologia, entre elas a SHIMADZU, gerando maior competitividade, com a obtenção de um custo final mais otimizado para a entidade pública, **além do fato de que a alteração ora proposta não diminuirá em nada a qualidade dos exames e o desempenho dos equipamentos**.

O processo deve sempre ser regrado pela possibilidade de participação do maior número possível de empresas que comercialização o equipamento em questão, facultando à administração a escolha da proposta mais vantajosa, dessa forma acreditamos que as alterações aqui solicitadas farão jus a legislação pertinente a processos administrativos.

Salientamos que a SHIMADZU prioriza o bom relacionamento com seus clientes, buscando sempre a excelência nos serviços prestados, sendo assim, esperando o atendimento de nossas solicitações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Termos em que
Pede deferimento.



SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA
YUJI KUNII
Diretor Sênior
RNM Nº B118178-3 DIREX/DPF/SP
CPF Nº 121.279.311-06