PROCESSO:	019.5050.2026.0007428-31
OBJETO:	<Insira aqui o objeto do processo>
ÓRGÃO INTERESSADO:	<Insira aqui o órgão interessado>

RESPOSTA

Em resposta a quanto solicitado no evento SEI 00136174151, referente ao Pregão Eletrônico nº 138/2026, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar, odontológico, veterinário e de laboratório (Sistema de Angiografia Digital), via Sistema de Registro de Preços, para análise e emissão de parecer acerca dos pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA e SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, acostados aos eventos SEI nºs 00136172569 e 00136172575.

EmpresaSHIMADZU DO BRASIL 00136172569

O EDITAL SOLICITA	SUGESTÕES E/OU QUESTIONAMENTO
Equipamento dotado de detector digital (Flat Panel) de estado solido de no mínimo 47 cm de diagonal, com variação de +/- 10% e resolução mínima de 3,0 lp/mm	**Sugerimos ALTERAR para:** Equipamento dotado de detector digital (Flat Panel) de estado solido de no mínimo 47 cm de diagonal, com variação de +/- 10% e resolução mínima de 2,7 lp/mm

Resposta:

Negado. A solicitação reduz a resolução do equipamento. A solicitação possibilita a participação diversos equipamentos.

Pontos focais do foco grosso maior que 0,6 mm e do foco fino menor que 0,6 mm	**Sugerimos ALTERAR para:** Pontos focais do foco grosso maior que 0,6 mm e do foco fino igual ou menor que 0,6 mm

Resposta:

Negado. A empresa deve cumprir integralmente o edital 00135561152, conforme as caratteristicas do equipemento com código SIMPAS 65.15.19.00128537-8.

Capacidade de armazenamento de calor do anodo de no minimo 3,7 MHU	**Sugerimos ALTERAR para:** Capacidade de armazenamento de calor do anodo de no minimo 2,1 MHU (ou 2,6 MHUeff).

Resposta:

Negado. A solicitação reduz a capacidade termica do anodo. A empresa deve cumprir integralmente o edital 00135561152, conforme as caratteristicas do equipemento com código SIMPAS 65.15.19.00128537-8.

1 monitor escravo LCD configurável para monocromático de alto brilho de no mínimo 18 polegadas para sala de controle (Imagens Tempo Real); 1 monitor escravo LCD configurável para monocromático de alto brilho de no mínimo 18 polegadas para a sala de controle para a apresentação de imagens de referência	**Sugerimos EXCLUIR:** Monitor configurável para monocromático

Resposta:

Negado.

Todos Software para aquisição de imagens coronarianas em uma única angiorotacao em duplo eixo com uma injeção de contraste	**Sugerimos EXCLUIR**: Software em uma única angiorotação em duplo eito
Suporte para sensor de pressão invasiva para o trilho da mesa	**Sugerimos EXCLUIR**: Suporte para sensor de pressão invasiva para o trilho da mesa
Suporte para inclinação de cabeça	**Sugerimos EXCLUIR**: Suporte para inclinação de cabeça

Resposta:

Negado.

Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado	**Sugerimos ALTERAR para:** Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento do aparelho de angiografia

Resposta:

Negado.

Após o período de garantia a contratada deverá conceder desconto de 20% do valor médio praticado no mercado a nível de renovação do contrato de manutenção	**Sugerimos EXCLUIR:** Após o período de garantia a contratada deverá conceder desconto de 20% do valor médio praticado no mercado a nível de renovação do contrato de manutenção. **Justificativa:** É imponderável sabermos como estará a economia do país e os valores dos concorrentes ao final do período de garantia. E doloso para o licitante comprometer-se com esse desconto no momento de entrega dos equipamentos.

Resposta:

Negado.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Silva Dias**, **Técnico Radiologia**, em 01/04/2026, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00136818009** e o código CRC **307E358A**.

Referência: Processo nº 019.5050.2026.0007428-31 SEI nº 00136818009