ANÁLISE TÉCNICA DO PE Nº 138/2026

Processo	019.5050.2026.0007428-31
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	SISTEMA, de angiografia digital

Pedido de esclarecimento apresentado pelo fornecedor CANON (00136353115)

Questionamento 01:

Polígrafo para processos hemodinâmicos, com no mínimo os seguintes canais de entrada: 12 ECG de superfície, 18 de eletrogramas, 2 de pressão invasiva instantânea, 2 de pressão invasiva média, 2 de temperatura (para medida de débito cardíaco por termodiluição) e 4 auxiliares para canais externos. Montado em rack com computador, monitores e impressora ou instalado em suporte para monitores;" Gostaríamos de confirmar se o equipamento será utilizado também em procedimentos de eletrofisiologia. Caso contrário, a exigência de 18 canais de eletrogramas não se aplica aos procedimentos hemodinâmicos, tornando essa característica tecnicamente desnecessária para o escopo solicitado. 1.2 Sobre o item: "Estabilizador de tensão para o conjunto (alimentação de todo o equipamento), incluindo nobreaks online senoidais para console e estação de trabalho, que garantam funcionamento por até 30 minutos." O equipamento ofertado possui barras estabilizadoras internas que garantem a proteção elétrica do sistema. Dessa forma, entendemos que, por já contar com essa proteção integrada, o equipamento atende ao solicitado. Está correto o nosso entendimento?

Resposta:

O assunto foge do escopo dessa Coordenação.

Questionamento 02:

Solicita-se a adequação do prazo de entrega para até 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente

Resposta:

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa, a Administração Pública informa que, considerando a solicitação de alteração do prazo de entrega, bem como a iminência das inaugurações das Unidades Hospitalares da Rede SESAB previstas para o período, não é exequível a ampliação do prazo para 210 (duzentos e dez) dias para o fornecimento dos equipamentos.

Tal alteração comprometeria o cronograma de obras e o início das atividades assistenciais nas unidades em fase de implantação, além de impactar negativamente o funcionamento das unidades já em operação.

Dessa forma, o prazo de entrega permanece estabelecido em 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme previsto inicialmente, a fim de não comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços de saúde prestados à população.

Atenciosamente,

Kelvin Melo
Analista Administrativo
SESAB/SAIS/DGGUP/DGESS/CESS
Matrícula 29113208

Documento assinado eletronicamente por **Maria Eduarda Marques Santos**, **Coordenador IV**, em 01/04/2026, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00136792463** e o código CRC **4AA02929**.

Referência: Processo nº 019.5050.2026.0007428-31 SEI nº 00136792463

PROCESSO:	019.5050.2026.0007428-31
OBJETO:	<Insira aqui o objeto do processo>
ÓRGÃO INTERESSADO:	<Insira aqui o órgão interessado>

RESPOSTA

Em resposta a quanto solicitado no evento SEI 00136353264, referente ao Pregão Eletrônico nº 138/2026, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar, odontológico, veterinário e de laboratório (Sistema de Angiografia Digital), via Sistema de Registro de Preços, para análise e emissão de parecer acerca do pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Canon Medical Systems do Brasil, acostado ao evento SEI nº 00136353115.

1. Do Esclarecimento Canon Medical Systems do Brasil, acostado ao evento SEI nº 00136353115.

1.1 Sobre o item: “Polígrafo para processos hemodinâmicos, com no mínimo os seguintes canais de entrada: 12 ECG de superfície, 18 de eletrogramas, 2 de pressão invasiva instantânea, 2 de pressão invasiva média, 2 de temperatura (para medida de débito cardíaco por termodiluição) e 4 auxiliares para canais externos. Montado em rack com computador, monitores e impressora ou instalado em suporte para monitores;” Gostaríamos de confirmar se o equipamento será utilizado também em procedimentos de eletrofisiologia. Caso contrário, a exigência de 18 canais de eletrogramas não se aplica aos procedimentos hemodinâmicos, tornando essa característica tecnicamente desnecessária para o escopo solicitado.

Resposta:

A empresa deve cumprir integralmente o edital 00135561152, conforme as caratteristicas do equipemento com código SIMPAS 65.15.19.00128537-8.

1.2 Sobre o item: “Estabilizador de tensão para o conjunto (alimentação de todo o equipamento), incluindo nobreaks online senoidais para console e estação de trabalho, que garantam funcionamento por até 30 minutos.” O equipamento ofertado possui barras estabilizadoras internas que garantem a proteção elétrica do sistema. Dessa forma, entendemos que, por já contar com essa proteção integrada, o equipamento atende ao solicitado. Está correto o nosso entendimento?

Resposta:

Não. A empresa deve cumprir integralmente o edital 00135561152, conforme as caratteristicas do equipemento com código SIMPAS 65.15.19.00128537-8.

Documento assinado eletronicamente por **Luciano Silva Dias**, **Técnico Radiologia**, em 01/04/2026, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00136818393** e o código CRC **CFB78F46**.

Referência: Processo nº 019.5050.2026.0007428-31 SEI nº 00136818393