



ANÁLISE TÉCNICA - PE 137/2026 - LOTE 01 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA PROMEDCARE

Processo	019.5050.2025.0239594-88
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	PE 137/2026 - Lote 01 - Pedido de esclarecimento da empresa PROMEDCARE

Prezados,

A respeito do pedido de esclarecimento da empresa PROMEDCARE (SEI 00136616828) para o Lote 01 do PE 137/2026, MONITOR, multiparamétrico, de transporte intra e inter hospitalar, código SIMPAS 65.15.19.00120831-4, segue:

A empresa questiona:

"Considerando que os sensores de temperatura são acessórios complementares e não comprometem a funcionalidade principal do monitor multiparamétrico, solicitamos a aceitação da entrega parcial dos acessórios, com previsão de fornecimento dos referidos acessórios em momento posterior."

Manifestação desta coordenação: A empresa questiona sobre a entrega parcial de itens, desta forma, sugerimos que o questionamento seja encaminhado para o setor responsável.

A empresa questiona:

"1. Equipamentos que possuam bateria interna com autonomia comprovada, dispensando o uso contínuo de alimentação externa, poderão ser aceitos, mesmo sem o adaptador 12V?"

"2. Tal exigência não poderia restringir a competitividade do certame, ao limitar a participação de equipamentos tecnologicamente mais avançados, que priorizam mobilidade, segurança e independência energética?"

Manifestação desta coordenação: O objeto da licitação é um monitor multiparamétrico para transporte inter e intra hospitalar, desta forma, há previsão de uso em ambulâncias.

Portanto, o adaptador 12V é essencial por permitir a alimentação direta do equipamento pela rede elétrica

veicular, garantindo funcionamento contínuo durante todo o deslocamento, independentemente da autonomia da bateria interna.

Informamos que a exigência não restringe a competitividade, uma vez que diversas marcas atendem o solicitado.



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Vilela Momenteé, Coordenador II**, em 31/03/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00136707972** e o código CRC **823709E7**.

Referência: Processo nº 019.5050.2025.0239594-88

SEI nº 00136707972