



ANÁLISE TÉCNICA DO PE Nº 181/2026

Processo	019.5050.2025.0247350-79
Origem:	CEAC/DL
Objeto:	[Insira aqui o objeto da análise]

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MARTE CIENTÍFICA (00137599676):

"Referente ao processo em questão, solicitamos esclarecimento quanto à necessidade de instalação dos equipamentos, uma vez que os mesmos são de fácil instalação, sem qualquer procedimento técnico adicional. Dessa forma, pedimos confirmar se, ainda assim, será exigida a instalação por parte do fornecedor."

Resposta: Quando a contratada for acionada para realizar a instalação do equipamento na Unidade de Saúde e, caso a contratada informe que não será necessário o encaminhamento de um técnico especializado, pois a instalação do referido equipamento é realizada de forma simples, a mesma deverá emitir um documento autorizando a contratante para realizar a instalação do referido equipamento, bem como dar suporte de forma remota com orientações acerca da instalação.

"Aproveitamos também para questionar se há necessidade de treinamento para uso dos equipamentos e, em caso afirmativo, se o mesmo poderá ser realizado de forma remota (online)."

Resposta: O treinamento a ser realizado deverá ocorrer de acordo com a solicitação da Unidade de Saúde, podendo ser realizada de forma presencial e/ou remoto.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Eduarda Marques Santos, Coordenador IV**, em 16/04/2026, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o código verificador **00137936502** e o código CRC **80E9E4C1**.

Referência: Processo nº 019.5050.2025.0247350-79

SEI nº 00137936502