



Outlook

Mudança descritivo técnico Edital

De Eberth Cassio <eberth.cassio@konimagem.com.br>**Data** Qui, 16/04/2026 15:49**Para** Vanessa Castro Reis Monaco <vanessa.monaco@saude.ba.gov.br>; Cleane de Freitas Santos Miranda <cleane.miranda@saude.ba.gov.br>

2 anexos (654 KB)

complemento1776266053.pdf; Descritivo Técnico - 5503.docx;

Vanessa boa tarde.

Nenhuma empresa do mercado atende a essa descrição que está no edital. Te mandei uma genérica no arquivo descritivo técnico 5503. Poderia validar e alterar?

Descrição:

IMPRESSORA dry para serviço de radiologia medica Especificacoes Tecnicas: - Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco para uso em radiologia geral, mamografia e demais modalidades medicas; - Capacidade minima de 100 filmes; - Trabalhar com, no minimo, 03 tamanhos de filmes simultaneamente carregados no equipamento; - Capacidade de impressao minima de 160 filmes por hora no tamanho 35 x 43 cm; - Conexao por meio do protocolo DICOM 3.0 com ou sem a necessidade de acessorios externos (print server) para conversao do sinal ao padrao DICOM 3.0; - Especificacoes de Resolucao e Qualidade de Imagem; - Resolucao minima de 500 dpi para mamografia e de 300 dpi para radiologia geral; - Resolucao output de contraste de no minimo 14 bits; - Densidade optica de impressao minima de 3,6; - Controle automatico da densidade do filme; - Fornecimento de filmes para teste nos formatos: 8x10 (20,3 x 25,4 cm) para mamografia, 10x12 (25 x 30

Eberth Cássio

Representante Comercial

E. Cassio | Empresa a serviço da Konimagem

Acesse: konimagem.com.br

eberth.cassio@konimagem.com.br



+55 71 99677-2626 | +55 11 2950-1971

Rua Maria Casali Bueno, 57
Mandaqui - São Paulo/SP
CEP 02408-050**KONIMAGEM**