

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.123.2026.0174

Em 06/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.123.2026.0174

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 123 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 12/05/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : Escovas para limpeza de instrumentais canais canulas e lumens com cerdas de nylon

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ESCOVA para limpeza de instrumental cirurgico cerdas flexiveis em nylon medindo 78 mm de comprimento da cerdas x 17 mm de largura da cerdas x 25 mm de altura das cerdas, e cabo de 22 cm, com variacao de 10 mm para mais e para menos nas dimensoes das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento do cabo. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza de instrumental cirurgico, com cerdas rigidas em nylon, medindo 78 mm de comprimento da cerdas x 17 mm de largura da cerdas x 25 mm de altura das cerdas, e cabo de 22 cm, com variacao de 05 mm para mais e para menos nas dimensoes das cerdas, e 5 cm para mais ou para menos no comprimento do cabo. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 10 mm de diametro x 50 mm de comprimento das cerdas, e 60 cm de comprimento total, com variacao de 5 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 15 mm de diametro x 50mm de comprimento das cerdas , e 60 cm comprimento total, com variacao de 5 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 3.0 mm de diametro x 25 mm de comprimento das cerdas, 30 cm de comprimento total, com variacao de 5 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 5.0 mm de diametro x 25 mm de comprimento das cerdas, e 60 cm de comprimento total, com variacao de 5 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas, e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 5.0 mm de diametro x 25 mm de comprimento das cerdas, 60 cm de comprimento total, com variacao de 5 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : ESCOVA para limpeza interna de canais, canulas e lumens, cerdas de nylon medindo 7,0 mm no diametro x 50 mm no comprimento das cerdas e 60 cm no comprimento total, com variacao de 10 mm para mais ou para menos no comprimento das cerdas e 5 cm para mais ou para menos no comprimento total. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao procedencia e data de fabricacao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 191230032 - DIRETORIA CLÍNICA / DIRET.ENFERMAGEM/ DIR. MÉDICA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608