

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.081.2026.0038

Em 27/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.081.2026.0038

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 081 - MATERNIDADE MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 03/06/2026

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratório e Reagentes Biológicos

Conforme especificação abaixo :

Descrição : PIPETA automatica de alta precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 10 a 100 microlitros, com as seguintes características: - Leitura dos volumes de trabalho, através de display claro, nítido e de fácil visibilidade - Duplo estagio - Sistema que permite a dispensacao ate a ultima gota de líquido através de mecanismo que force a saída desta, evitando deposito e alteracao no volume final - Ejeção de ponteiros de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes - Facil esterilizacao - Certificado de calibragem - Manual de operacao em portugues - Embalagem individual, com identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PIPETA automatica de alta precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 100 a 1000 microlitros , com as seguintes características: - Leitura dos volumes de trabalho, através de display, claro, nítido e de fácil visibilidade - Duplo estagio - Sistema que permite dispensacao ate a ultima gota de líquido através de mecanismo que force a saída desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. - Ejeção de ponteiros de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes. - Permite facil esterilizacao a vapor a 121 graus centigrados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem - Facilmente adaptaveis a ponteiros universais - Volume facilmente ajustavel - Facilmente calibraveis - Manual de operacao em portugues Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PIPETA automatica de alta precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 2 a 20 microlitros, com seguintes características: - Leitura dos volumes de trabalho, através de display claro, nítido e de fácil visibilidade. - Duplo estagio. - Sistema que permita a dispensacao ate a ultima gota de líquido, através de mecanismo que force a saída desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. - Ejeção de ponteiros de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes. - Permite facil esterilizacao a vapor a 121 graus centigrados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem. - Facilmente adaptaveis em ponteiros universais. - Volume facilmente ajustaveis. - Facilmente calibraveis. - Manual de operacoes em portugues. Embalagem individual com dados de indentificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PONTEIRA, uso laboratorial, para pipeta automatica, descartavel, com capacidade de 100 a 1000 ul. Embalagem: pacote com 1000 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : SORO, tipo bio peg, aditivo de polietileno glicol + liss, para teste de deteccao e identificacao de anticorpos. Embalagem: frasco em vidro, com 10 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : FRASCO

Qtde : 14

Descrição : TAMPA, em polipropileno, para tubo de ensaio dimensoes de 12 x 75 mm, capacidade para 5 ml.

UF : UNIDADE

Qtde : 5000

Descrição : TERMOMETRO, digital, de máxima e mínima, resolução, precisão e alimentação, com cabo e sensor de temperatura para medições internas e simultaneamente, de temperatura externa. Com as seguintes características: - Display: LCD. - Resolução: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - Precisão: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - Faixa de Temperatura: Interna: de -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$; externa: de -50°C a $+70^{\circ}\text{C}$ - Unidade de Temperatura Seleccionável de $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$. - Suporte de mesa - Memória: Leitura Máxima e Mínima. - Atualização das medições em no máximo 10 segundos. - Alimentação: 1 Bateria AAA de 1,5V ou equivalente. - Tamanho mínimo do cabo do sensor: 3,0 metros - Diâmetro do Sensor de temperatura: 9 mm - Alarme de temperatura programável. - Função reinicializar/limpar (Reset) Embalagem: Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 190810002 - ALMOXARIFADO CONSUMO GERAL-MMCJ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608