

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.138.2026.0138

Em 11/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.138.2026.0138

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 138 - COMPLEXO HOSPITALAR DE VITORIA DA CONQUISTA

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 16/06/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : KIT CANULAS SONDAS DRENO OXIMETRO E CAPA PARA MICROSCOPIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : CANULA, de guedel, n 04, descartavel, esteril, confeccionada em material atoxico, flexibilidade e curvatura adequada, orificio central que garanta ventilacao, com borda de seguranca, resistente a desifeccao, com numeracao na borda para identificacao do tamanho e que seja branco transparente para visualizacao de secrecao. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude

UF : UNIDADE

Qtde : 96

Descrição : CANULA, endotraqueal, nº 4.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : CAPA, para microscopio da marca Carl Zeiss Modelo Opmi Pentero 800, de uso em cirurgia neurologicas, em plastico, descartavel, esteril, com visor. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : DRENO, de Penrose, n. 03, confeccionado em latex natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao, com paredes finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 180

Descrição : KIT, cateter, central, de insercao periferica, 2.0 FR x 30 cm, PICC em 100% silicone, devera conter; 01 cateter central de insercao periferica Mono Lumen radiopaco marcado a cada centimetro em toda extensao 01 introdutor 24 G tipo pell-off bipartido com orificio not na agulha para visualizacao rapida do refluxo sanguineo apos a puncao com sistema de seguranca conforme NR 32 01 fita metrica 01 pinca para insercao 01 garrote de silicone anatomico 01 extensor de PVC com pinca clamp 01 conector luer lock com tampa Embalagem primaria acondicionada individualmente de caordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica esteril e apirogenica a embalagem devera conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto como nome do fabricante lote data de fabricacao validade do produto metodo de esterilizacao validade da esterilizacao a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo Rotulagem Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01 ANVISA

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : KIT, de nefrostomia percutanea 10fr, composto de: - 01 cateter pig de poliuretano termossensível com 36 cm, conector Y, ponta aberta - 06 side ports - mandril de suporte com fio guia 0.35, extensao universal para bolsa de coletora - jogo com 03 dilatadores - agulha de chiba - agulha introdutora e agulha recoberta com bainha de teflon Embalagem individual, esteril, em oxido de etileno. Na embalagem devera estar impresso dados de fabricacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : OXIMETRO, de dedo ADULTO, portatil, tela lcd, visor dual color, com capacidade para indicar no minimo os seguintes parametros: SPO2, frequencia de pulso, barra plestimografica; ACESSORIOS: pilhas necessarias para o pleno uso do equipamento; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : SONDA, de Pezzer, n. 30. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : SONDA, nasogastrica curta, n. 08, em PVC, branco transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. Embalagem que permita a abertura e transferencia com tecnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA/MS.

UF : UNIDADE

Qtde : 612

Descrição : SONDA, retal, n. 08, em PVC, transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. Embalagem que permita a abertura e transferencia com tecnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA/MS.

UF : UNIDADE

Qtde : 90

Descrição : SONDA, retal, n. 20, em PVC, transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. Embalagem que permita a abertura e transferencia com tecnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA/MS.

UF : UNIDADE

Qtde : 132

Descrição : SONDA, retal, n. 24, em PVC, transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal e 01 na lateral e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. Embalagem que permita a abertura e transferencia com tecnica adequada; embalagem primaria deve conter: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro na ANVISA/MS. Embalagens primaria e secundaria acondicionadas e rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA/MS.

UF : UNIDADE

Qtde : 156

Descrição : SONDA, uretral, n. 04, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa. Devera apresentar registro ANVISA. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente que seja inerente ao mesmo.

UF : UNIDADE

Qtde : 372

Descrição : SONDA, uretral, n. 06, descartável, esteril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconada, com conector universal com tampa. Embalagem primária e secundária acondicionadas de acordo com as normas vigentes. Apresentar registro ANVISA.

UF : UNIDADE

Qtde : 840

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 7 dias corridos

Local de entrega : 191380001 - ALMOXARIFADO

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608