Outlook

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 334/2026- SESAB-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA- Id: 1094913

De Aline Souza Parreira <suportelicita@rtsrio.com.br>
Data ter, 23/06/2026 10:40
Para Ana Paula Felicio Santos <ana.felicio@saude.ba.gov.br>; Luis Augusto Muniz Filho <luis.muniz@saude.ba.gov.br>
Cc Carolina O' Hasson <moliveira@rtsrio.com.br>; Elaine Nascimento <licitacao3@rtsrio.com.br>; Pêdra Angélica Pinheiro Oliveira de Queiroz <pqueiroz@rtsrio.com.br>; Valneide Paes Coelho Dantas de Goes <vdantas@rtsrio.com.br>; Claudia Pereira da Silva <cpereira@rtsrio.com.br>

À Equipe de Pregoeiros e Equipe Técnica da SESAB,

Referente ao processo licitatório **PE 334/2026**, a empresa **RTS Rio** vem, respeitosamente, solicitar esclarecimentos técnicos essenciais para a correta formulação de nossa proposta comercial e para garantir a adequação do instrumental à prática clínica pretendida.

Ao analisar o item "Pinça Bipolar para Neuroendoscopia 20 cm" constante no Termo de Referência, observamos uma divergência técnica entre dois códigos de Pinça Bipolar. que impacta diretamente a funcionalidade do produto:

1. O código **28164BDM** refere-se a um modelo de Pinça Bipolar *TAKE-APART* com **mandíbulas finas de 1.0 mm** (extrema precisão).
2. O código **28164BDD** possui uma característica distinta, com largura de **2.0 mm** na extremidade distal.

Por entender que esta diferença na largura da ponta (1mm vs. 2mm) possa alterar significativamente o comportamento do instrumento durante o ato cirúrgico, especialmente em procedimentos de neuroendoscopia/base do crânio, onde a precisão da preensão e da coagulação é crítica, pedimos esclarecimentos quanto a este detalhe.

Diante do exposto, solicitamos:

- Que a SESAB confirme qual é a configuração da extremidade distal (largura da mandíbula) exigida para este item: **1.0 mm (finas)** ou **2.0 mm**?
- Caso a especificação pretendida não seja compatível com um dos códigos mencionados, solicitamos a retificação do edital com a descrição técnica exata (geometria, largura da ponta e tipo de fechamento) para evitar erros de fornecimento.

A clareza deste ponto é fundamental para garantir a isonomia do certame, permitindo que todos os licitantes cotem o mesmo padrão de qualidade e especificidade técnica, evitando a aquisição de um material que não atenda à real necessidade da equipe médica.

Certos de sua atenção em prol da qualidade do atendimento ao paciente, aguardamos orientações.

Atenciosamente,

Aline Souza Parreira
Analista Licitação

+55 21 99629-6579
+55 21 3869-7801 (Ramal 3327)



www.rtsrio.com.br



Esta mensagem é reservada. Sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta empresa. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta empresa de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.