	***G**OVERNO DO **E**STADO DA **B**AHIA* SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - DIRETORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DITEC - SESAB/SAFTEC/DITEC/COATS

PROCESSO:	019.5050.2025.0216422-91
INTERESSADO:	[Insira aqui o interessado]
OBJETO:	LICITAÇÃO PINCA, bipolar para neuroendoscopia 20 cm (+-2 cm de variacao)

DESPACHO

À DL,

Em atenção ao pedido de esclarecimento da ROYAL, para o código 65.15.19.00129151-3 - PINCA, bipolar para neuroendoscopia 20 cm (+-2 cm de variacao), boca angulada em 45º, onde questiona se as 50 unidades referem-se exclusivamente às pinças bipolar para neuroendoscopia e se a Administração já dispõe de estoque das hastes descartáveis compatíveis ou há planejamento para aquisição futura desses consumíveis em processo específico. Temos a informar, no que nos cabe, que trata-se de uma pinça reutilizável, que é composta por por três partes alça, haste e inserto, portanto não é necessário, no momento, a aquisição e utilização de hastes descartáveis.

Documento assinado eletronicamente por **Divaneide De Souza Barreto**, **Coordenador II**, em 30/06/2026, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00143373337** e o código CRC **DD4D1D2B**.

Referência: Processo nº 019.5050.2025.0216422-91 SEI nº 00143373337