



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB
ENGENHARIA CLÍNICA - COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA -
SESAB/CHVC/DA/ENG.CLINICA

PROCESSO:	019.8917.2026.0090238-28
OBJETO:	Kit de Monitorização PAM
ÓRGÃO INTERESSADO:	

DESPACHO

Prezados,

Para utilização do KIT de monitorização PAM para pressão invasiva contínua, faz-se necessário o fornecimento em regime de comodato de cabos clamp e suportes compatíveis com os seguintes monitores:

- Globaltec modelos GT 1200 e GT 1500
- Alfamed modelo Vita 600
- Lifemed modelo M12

Totalizando 60 cabos

- Mindray modelos ePM 15M, BeneView T5, IPM-9800, uMEC-15, WATO EX-20, EPM 12M e uMEC120
- Alfamed modelo Vita 1600

Totalizando 62 cabos

Solicitamos que os cabos clamp e suportes ofertados sejam plenamente compatíveis com os equipamentos acima relacionados, garantindo perfeito funcionamento e segurança operacional.

Atenciosamente,

Jontas G. Araújo

Coord: Eng. Clínica



Documento assinado eletronicamente por **Jonatas Gonçalves Araujo, Coordenador IV**, em 20/05/2026, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00140550148** e o código CRC **504CEBC1**.