



Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 007/2026 - Item 4

De guilherme.mucciolo@konex.com.br <guilherme.mucciolo@konex.com.br>

Data Ter, 13/10/2026 16:21

Para Jéssica Clarissa dos Santos Gabriel Queiroz <jessica.queiroz@saude.ba.gov.br>

Cc lg@konex.com.br <lg@konex.com.br>; andreia.leao@konex.com.br <andreia.leao@konex.com.br>

Prezados(as), bom dia!

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 007/2026, solicitamos esclarecimentos quanto às especificações do Lote 03, Item 4, referente ao avental plumbífero com proteção frontal e posterior de equivalência mínima de 0,50 mmPb.

1. Exigência de Certificado de Aprovação (CA)

Considerando que não identificamos exigência expressa de Certificado de Aprovação (CA) para o referido item, solicitamos esclarecer se o equipamento será destinado à utilização por profissionais ocupacionalmente expostos à radiação ionizante ou por pacientes.

Caso seja destinado a profissionais, entendemos que deverá ser exigido CA válido, conforme a NR-6 e a Portaria MTP nº 672/2021.

2. Equivalência de proteção frontal e posterior

A descrição exige equivalência mínima de 0,50 mmPb tanto na região frontal quanto na posterior. Entretanto, até o presente momento, não identificamos CA vigente que contemple avental plumbífero com essa equivalência em toda a extensão de ambas as regiões.

Dessa forma, solicitamos confirmar se a exigência de 0,50 mmPb em ambas as regiões deverá ser mantida ou se serão aceitos equipamentos com diferentes equivalências de proteção, desde que devidamente certificados e compatíveis com a aplicação pretendida.

3. Extensão da proteção posterior

Conforme as configurações de aventais previstas na ABNT NBR IEC 61331-3, solicitamos esclarecer qual modelo de proteção é efetivamente pretendido:

- Avental fechado: proteção frontal e posterior, com cobertura das costas até aproximadamente a altura dos joelhos;
- Avental com proteção frontal e nos ombros: proteção frontal até a altura dos joelhos, com proteção posterior restrita à região dos ombros.

Essa definição é fundamental, pois as configurações apresentam características construtivas e áreas de proteção distintas.

Diante do exposto, solicitamos os esclarecimentos acima e, caso necessário, a retificação da descrição do item, de modo a estabelecer requisitos técnicos claros, compatíveis com a finalidade de utilização e com os equipamentos devidamente certificados disponíveis no mercado.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e aguardamos manifestação.

Atenciosamente,

Guilherme Mucciolo

Licitações | Konex Indústria e Comércio
LTDA

☎ (+55) 11 9 4946-4116

✉ gui@konex.com.br | www.konex.com.br

