
Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 101/2026

De Licitacao_GrupoKSS <licitacao@grupokss.com.br>
Data Qua, 11/03/2026 15:03
Para Mariana de Assis Bispo <mariana.bispo@saude.ba.gov.br>
Cc licitacao2@grupokss.com.br <licitacao2@grupokss.com.br>

Prezada Comissão, boa tarde!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 101/2026.

A fim de evitar equívocos durante a elaboração das propostas e garantir o pleno atendimento às especificações técnicas exigidas, solicitamos esclarecimento abaixo:

- **Grau de Proteção (IP):** Verificamos que o edital não estabelece qualquer exigência quanto ao **grau de proteção IP** do equipamento. Considerando que a cama hospitalar será utilizada em **ambiente hospitalar crítico**, sujeito a **rotinas rigorosas de limpeza e desinfecção**, entendemos ser essencial que o equipamento apresente **grau de proteção mínimo IP54**, de modo a garantir maior **segurança elétrica, durabilidade e resistência à penetração de líquidos e poeira**. Dessa forma, sugerimos a **revisão do edital** para incluir a exigência de **grau de proteção IP54 para toda a estrutura da cama hospitalar**, a fim de assegurar a conformidade técnica com as condições reais de uso hospitalar.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Grupo KSS
Foco em soluções médicas

Katti Santos
Licitação

☎ 41 9 9577-3930
☎ 41 3382-2066

