



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

OFÍCIO nº 2025/75 GEREN - HEMOPA

Belém, 2 de setembro de 2025

À GEMAN - HEMOPA

Assunto: **MATERIAL DE CONSUMO**

Informo que por orientações da auditoria interna da Fundação Hemopa em 2024 e conforme as ações do NSP/ANVISA foi observado que: "*as grades laterais para contenção de quedas de pacientes nas camas-leito estão em nível que se aproxima do nível do colchão com riscos de não contenção da queda. As auditoras recomendam avaliar a espessura do colchão em uso atualmente e que essa avaliação seja feita em conjunto com a GEMAN/COLOG*"

Como o plano de ação elaborado orienta a aquisição de novos colchões com as mesmas especificações do atual, porém com espessura diferente que hoje é de 20 cm, alterando para **espessura média em torno de 12 a 15 cm**, solicito análise desta ação e previsão de sua execução para reprogramação do prazo desta ação junto ao NQ.

Atenciosamente,

Gisele Cardoso  
Gerente de Enfermagem



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2025/3262027

**Anexo/Sequencial:** 1

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2015.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Gisele Maria Cardoso da Silva,

**CPF:** \*\*\*.345.882-\*\*

**Em:** 02/09/2025 09:54:18

**Aut. Assinatura:** f37c5b26d323b13a2679b67d4dc584072e6dff296393198eb38a9210ea533aa0



**Identificador de autenticação:** 588b3f21-1896-4095-ad96-196fff809e3

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>