



PARECER TÉCNICO

Nº 42 / 2024

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Avaliação técnica é uma alternativa de que dispõe o gestor público, para assegurar a qualidade, tendo como objetivo verificar a descrição do produto ofertado aos requisitos de desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

B&F Brasil LTDA

Item 18 - ATENDE

Ressonância - CANON VANTAGE ELAN MRT-2020

MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item 07 – RAI0 -X FIXO DIGITAL – CDK INDUSTRIA E COMERCIO - NÃO ATENDE

MODELO: DIAFIX HF DR

– Não enviou o catálogo do equipamento CORRETO, DIVERGENTE DO OFERTADO. somente manual do usuário, onde não apresenta as especificações dos mesmo, não sendo possível dessa forma realizar a análise do equipamento ofertado.

do fabricante.

3.8. Apresentar catálogo de todos os equipamentos ofertados, junto a documentação de habilitação, sob pena de desclassificação.

Nome	Tipo
80119610007	PDF X
81655630041	PDF X
Catálogo MAG DYNAMIC C	PDF X
Catálogo_ImexMedicalGroup_2024...	PDF X
ImexMedical-Manual-do-Usuário-...	PDF X
MU-05_REV.06 - DIAFIX HF_DIAFIX ...	PDF X
PROPOSTA 026.2024 - ITENS 7 E 13	PDF X



Secretaria Municipal de Saúde
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Item 13 - ARCO CIRÚRGICO 9" - MARCA: LOCALMED - COMERCIO

MODELO:UNIQUE CLASS - NÃO ATENDE

Não possui Tubo de raios-X com tubo de ânodo de foco duplo - 0.6/1.0

Central de Laudos e Serviços LTDA

Item 17- ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRÍCIA E VASCULAR - MODELO: Xario 100G / CANON - REGISTRO Anvisa 10295030057 - ATENDE

Item 19 - CARRINHO DE ANESTESIA – MODELO: AS200 – PROLIFE - REGISTRO Anvisa 10394530060 - ATENDE

VMI TECNOLOGIAS LTDA

*Item 01 – DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICAS FIXO – DR

VMI TECNOLOGIAS LTDA -MODELO: DIGIX WF.

REGISTRO ANVISA: 81583789001.

NÃO ATENDE as seguintes exigências

01 (um) detector sem fio dimensões da área de imagem aproximadamente 35 x 43 cmO peso do detector (incluindo as baterias instaladas) não deve ultrapassar 3,5 kg

Suportar no mínimo 300 kg de carga uniforme sobre toda a superfície do detector, e no mínimo 150 kg sobre uma área localizada.

Estação de aquisição e manipulação de imagens

Software de reconstrução panorâmica de coluna e membros inferiores com junção automatizada de até 3 imagens (exemplo: imagens de coluna total panorâmica, membros inferiores e corpo inteiro)

*Item 02 - DR SISTEMA DIGITALIZADOR PARA EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X FIXO

VMI TECNOLOGIAS LTDA - MODELO: DIGIX WF.

REGISTRO ANVISA: 81583789001

NÃO ATENDE as seguintes exigências

Peso máximo com bateria: 3,5 kg; Tempo de carregamento da bateria máximo de 3 horas



Secretaria Municipal de Saúde
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Carga suportada: até 300 kg distribuída

ESTAÇÃO DE TRABALHO Notebook de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e controle operacional do sistema DR – Ofertou Desktop.

*Item 14 - ARCO CIRÚRGICO 12" - ATENDE

VMI TECNOLOGIAS LTDA - MODELO: FÊNIX AG.

REGISTRO ANVISA: 81583780004


ULTRA-SOM

ITEM 11 TOMÓGRAFIA COMPUTADORIZADA COM 16 CANAIS

CANON - AQUILION START - ATENDE

Caxias Ma, 05 de Setembro de 2024

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Mat. 9598-2


Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde