Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
32822026	Prefeitura Municipal de Matinha - MA

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MATINHA/MA

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	04/11/2026 - 00:00	19/11/2026 - 14:59	Pamella Amaral Pinto
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Não	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
LOTE 001	Item 001	Aspirador Cirúrgico; Portátil, Com Alça de Transporte, para Aspirar Líquidos e Secreções; para uso em emergência, silencioso e de manuseio simples; Fluxo de Aspiração de no mínimo 18 Litros /minuto; Vácuo: 0-620 mmhg; Botão Regulador de Vácuo para Controle Da Potência de Sucção; Filtro para Proteção Contra Contaminação Cruzada; Frasco Coletor Acoplado Com Tampa, Capacidade entre 0,8 e 1,2Ml; Em Material Resistente a Limpeza e Desinfecção Química, Com Proteção através de válvula automática de nível Antitransbordamento; Alimentação: 100-240 V, Com Bateria Integrada Recarregável 12vcc, selada de chumbo ácido, Autonomia 40 Minutos; Peso máximo de 3,5kg Acompanha : fonte de alimentação CA Tubo de Sucção em silicone com no mínimo 1,8m , Extensão, ponta de sucção, Filtro Sobressalente e Demais Acessórios para o Pleno Funcionamento; Inclui: Garantia 1 Ano;	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 002	Item 002	Autoclave Vertical Especificação mínima: CAPACIDADE | MODO DE OPERAÇÃO: 101 A 150L | DIGITAL.	UND	3	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 003	Item 003	Avental RX Plumbífero Paciente Adulto com Protetor de Tireóide	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 004	Item 004	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA. COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. NA COR BRANCA. COM CONCHA ANATÔMICA. CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL. ISENTO DE ARESTAS. NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 28 CM DE LARGURA. 48 CM DE PROFUNDIDADE. 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 KG. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÍNIMO 05 GRAMAS. CONTENDO RÉGUA PARA MEDIÇÃO. BIVOLT. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	Item 005	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KG. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS. COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS. COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. NA COR BRANCA. COM PÉS REGULÁVEIS. COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE. COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. RETRÁTIL. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM. COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM. COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. COM FREQUÊNCIA 60 HZ GARANTIA DE 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO	UND	6	Sigiloso	Sigiloso

Compras BR
Portal de Licitações

		SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO.				
LOTE 006	Item 006	BANQUETA DE PARTO - material de confecção: aço ou estofado.	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 007	Item 007	Banho Maria Especificação mínima: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C.	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 008	Item 008	Biombo, Divisória Móvel Especificação mínima MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO.	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 009	Item 009	BRAÇADEIRA DE INJEÇAO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO MOXMÁVRL APOIO DO BRAÇO: AÇO MONONBRAVÉL COM 03 PES, COM PONTEIRAS DE BORRACHAS ANTIDERRAPANTES, HASTE E APOIO DE BRAÇO. APOIO DE BRAÇO COM ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM IMPERMEAVÉL E DE FACIL ASSEPSIA.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 010	Item 010	CADEIRAS DE RODAS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON ALMOFADADO DE NO MÍNIMO 5 CM E COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, BOLSO PARA PRONTUÁRIO, APOIO DE BRAÇO, APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS. ROLAMENTO BLINDADO NAS 4 RODAS, PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 24 POLEGADAS (ANTIFURO), PNEUS DIANTEIRO MÍNIMO 6 POLEGADAS (ANTIFURO) E ARO EM TERMOPLÁSTICO RÍGIDO, PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA PARTE TRASEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO E 42 CM, ALTURA DO ENCOSTO, 40 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM, COMPRIMENTO 95 CM, LARGURA TOTAL ABERTO 65 CM, LARGURA TOTAL DA FACHADA 32 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO 16 CM, ALTURA TOTAL ABERTA 94 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO, 67 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO 20 CM, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 140KG, SUPORTE PARA SORO. TODA CADEIRA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 011	Item 011	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.ESPECIFICAÇÃO: EM TUBO DE AÇO CARBONO REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. ARO DE IMPULSÃO DE AÇO CARBONO. PARA ADULTOS PESANDO ATÉ 160 KG. TIPO DOBRÁVEL EM DUPLO X. EIXO VERTICAL POSICIONADO EM CUBOS, COM ROLAMENTOS BLINDADOS. RODAS MACIÇAS, TRASEIRA DE 24", DIANTEIRAS DE 6", RELEASE, GARFO DE ALUMÍNIO. COM FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS. COM APOIOS DE ANTEBRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, ESCAMOTEÁVEL. COM APOIOS PARA OS PÉS REGULÁVEL, RETRÁTEIS. COM APOIO NA PANTURRILHA. ASSENTO EM NYLON TIPO "DACRON", COM REFORÇO INTERNO, NA COR PRETA. ENCOSTO EM NYLON TIPO "DACRON", COM REFORÇO INTERNO, NA COR PRETA. GARANTIA: 12 MESES. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS (UM POR CADEIRA). UNIDADE DE FORNECIMENTO.	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 012	Item 012	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO: ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON ALMOFADADO, RESISTENTE, RODAS DIANTEIRAS DIRIGÍVEIS E TRASEIRAS COM FREIO, PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS E DIANTEIROS MACIÇOS. APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEL OU FIXO. CAPACIDADE PARA 80 KG. SUPORTE PARA SORO. ESTRUTURA DA CADEIRA PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO INMETRO OU COMPROVANTE DE ISENÇÃO.	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 013	Item 013	CAMA HOSPITALAR. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMIFAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR; DIMENSÕES APROXIMADAS - DIMENSÕES DO LEITO: 80×190 CM; ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 60 CM; LARGURA DAS GRADES LATERAIS : 120 CM; ALTURA DAS GRADES LATERAIS: 39,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL 1,20 MM, PERFILADO EM 'U' 50X25X2,65 MM; ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20 MM, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1"X1/8"; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXIPÓ NA COR BRANCA; 4 RODÍZIOS DE 5" COM FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS; 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS; SUPORTE DE SORO; CABECEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1020 1 ¼"X1,20 MM, REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ENCAIXE FÁCIL; GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1020 5/8"X1,20 MM DE FÁCIL MANUSEIO; COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
		Lixeira hospitalar confeccionada em material PEAD ou PP,				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 014	Item 014	resistente e lavável, com capacidade mínima de 30 litros, diâmetro entre 30 a 40 cm e altura entre 45 a 65 cm, equipada com tampa com acionamento por pedal e sistema de vedação, contendo identificação por cores e símbolos conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional do Meio Ambiente, além de base estável e antiderrapante.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 015	Item 015	MONITOR FETAL GEMELAR CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL GEMELAR CARDIOTOCÓGRAFO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - MONITORIZAÇÃO FETAL EXTERNA POR ULTRASSOM DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS FETAIS, ATIVIDADE UTERINA E FREQUÊNCIA DE PULSO MATERNA ATRAVÉS DE UM TRANSDUTOR TOCO EXTERNO; - POSSIBILIDADE DE MONITORAÇÃO GEMELAR (DUAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS FETAIS); - TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, DE NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE; - VISUALIZAÇÃO NA TELA DAS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, VALORES NUMÉRICOS, DATA E HORA, ALARMES, STATUS DO REGISTRADOR E MENSAGENS AO USUÁRIO; - PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E ATIVIDADE UTERINA; - INDICADOR DE QUALIDADE DE SINAL; - TECLAS DE VOLUME E AJUSTE DE LINHA DE BASE; - PERMITIR O REGISTRO DE EVENTOS CONFIGURÁVEIS DURANTE O EXAME; - ALARMES SONOROS DE BRADICARDIA, TAQUICARDIA FETAL, FALTA DE PAPEL E TÉRMINO DO TESTE; - GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO DE CANAIS PERMITINDO A COLOCAÇÃO DOS TRANSDUTORES E MARCADOR DE EVENTOS EM QUALQUER UMA DAS ENTRADAS; - IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO TIPO DE TRANSDUTOR E MEDIDA A SER REALIZADA; - POSSUIR FERRAMENTA QUE PERMITA COMPARAR E ALERTAR CASO MAIS DE UM TRANSDUTOR ESTEJA ADQUIRINDO SINAL DA MESMA FONTE; - POSSUIR FERRAMENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR E REGISTRAR A MOVIMENTAÇÃO FETAL AUTOMATICAMENTE; - REGISTRADOR INTEGRADO COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 1, 2 OU 3 CM/MIN E MEMÓRIA INTERNA DE ATÉ 1 HORA DE DADOS, RECUPERÁVEIS ATRAVÉS DO REGISTRADOR OU ENVIO ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO LAN; - POSSUIR TRANSDUTORES COM IMPERMEABILIDADE À ÁGUA E RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP55 OU SUPERIOR; - ACOMPANHA: 01 TRANSDUTOR TOCO, 02 TRANSDUTOR US, 01 MARCADOR REMOTO DE EVENTOS, 05 UNIDADES DE CINTA ABDOMINAL REUTILIZÁVEL, 40 BLOCOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSÃO; - APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO,	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 016	Item 016	Carrinho Plataforma de movimentação em material deaço inoxidávelcom capacidade de movimentação mínima de 300kg	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 017	Item 017	CARRO DE ANESTESIA COMPLETO, Aparelho de anestesia microprocessado para atender, pelo menos, pacientes ADULTO e PEDIATRICO E PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA, sem a necessidade de troca de nenhum componente para ventilação mecânica; Tela sensível ao toque (touch screen) de, no mínimo, 15 polegadas; deve possuir, pelo menos, 2 (duas) gavetas e mesa de trabalho fixa. Deve ter uma mesa ampla podendo ser fixa ou mesa dobrável ou módulo adicional de encaixe, para aumento da área de trabalho para melhor ergonomia e conveniência do anestesiologista; Deve possuir suporte para monitor de paciente com trava para fixação, seja na bandeja superior ou através de braço de suporte; Deve possuir rodízios com freio em pelo menos dois deles; Deve permitir o usuário realizar rotina de testes para verificação de vazamentos e complacência; Sistema de bateria com capacidade mínima de 90 (noventa) minutos de funcionamento no caso de falta de energia da rede elétrica; Deverá possuir sistema passivo de exaustão; Deverá possuir compartimento para, pelo menos, 2 (dois) slots para utilização de módulos instalados diretamente no corpo do equipamento, que permita monitoração e visualização na própria tela do equipamento de, pelo menos, Capnografia (CO2) e Analisador de Gases / Agentes Anestésicos; Deve possuir acionamento por pistão, volume exchanger ou fole ascendente, através de circuito respiratório; Deve possuir sistema que permita troca de cal sodada durante o procedimento cirúrgico, sem causar vazamento; Deve possuir fluxômetros com indicação digital para O2, Ar Comprimido e N2O; Deve possuir sistema de proteção contra mistura hipóxica, mantendo a concentração mínima de 25% de O2 quando o N2O for acionado; Deve possuir sistema de iluminação da mesa de trabalho;Modos ventilatórios: VCV; PCV; SIMV; PSV /CPAP; PCV-VG, PRVC ou similar; Ventilação manual e automática, selecionáveis por chave no circuito respiratório; Parâmetros monitorados: Volume Corrente (TV); Volume Minuto (MV); FiO2; Relação I: E; Pressão nas Vias Aéreas; Frequência Respiratória; Apresentação de, pelo menos, da curva de Pressão x Tempo, Fluxo x Tempo, e/ou Fluxo x Volume * Fluxo x Pressão * Pressão x Volume além de, pelo menos, Alças / Loops de Pressão x Fluxo. Deve também possuir	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 018	Item 018	CARRO DE EMERGÊNCIA E PARADA, CARRINHO DE EMERGÊNCIA EQUIPADO COM GAVETAS, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE	Item	CENTRÍFUGA INDUSTRIAL DE ROUPA, EQUIPAMENTO PARA				

Compras BR
Portal de Licitações

019	019	EXTRAÇÃO DE ÁGUA DE ROUPAS HOSPITALARES, COM ALTA CAPACIDADE E ESTRUTURA INDUSTRIAL.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 020	Item 020	Comadre em aço inoxidável volume 3500ml - RECIPIENTES HOSPITALARES UTILIZADOS POR PACIENTES ACAMADOS PARA NECESSIDADES FISIOLÓGICAS.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 021	Item 021	DEA - DESFIBRILDOR EXTERNO AUTOMÁTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM TECNOLOGIAS DE CHOQUES BIFÁSICOS COM FORMA DE ONDA RETILÍNEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA, COM CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES MÁXIMOS DE 200 JOULES A 360 JOULES. ANALISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG QUE IDENTIFIQUE A NECESSIDADE DE CHOQUE E DETERMINAÇÃO DE CHOQUES QUANDO APLICÁVEL DE ACORDO COM PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE, OU CAPACIDADE DE REPROGRAMAÇÃO PARA O PROTOCOLO ATUAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO NOS MODOS SEMI-AUTOMÁTICO ONDE A ANÁLISE E CARGA SÃO REALIZADAS PELO EQUIPAMENTO OU MANUAL ONDE O MÉDICO PODE FAZER A ANÁLISE E SOLICITAR A CARGA DO EQUIPAMENTO, ORIENTADO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO EM TELA DE CRISTAL LIQUIDA (LCD) AMBOS EM PORTUGUÊS. DEVERÁ POSSUIR DESFIBRILAÇÃO POR MEIO DE ELETRODO ADESIVOS REUTILIZÁVEIS (ADULTO) /DE USO ÚNICO (PEDIÁTRICO), COM ILUSTRAÇÃO DE CADA PÁ QUE ORIENTE O SOCORRISTA DO LOCAL CORRETO DE APLICAÇÃO DO PACIENTE PRÉ-CONECTADO AO DEA. TER CAPACIDADE DE DESFIBRILAÇÃO TANTO EM ADULTOS, COMO EM PACIENTES DE 01 (UM) A 08 (OITO) ANOS OU MENOS DE 25 KG POR ELETRODOS PEDIÁTRICOS QUE REALIZEM A REDUÇÃO DA ENERGIA ENTREGUE OU QUE ATIVE NO DEA O PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA CONFIGURÁVEL COM DOSE DE CHOQUE INICIAL DE 200 JOULES PARA ADULTOS E PARA CRIANÇAS NO MÍNIMO 50 JOULES, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DESCARTÁVEL DE LÍTIO MANGANÊS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 CARGAS OU 12 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG. DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE SÓLIDOS E ÁGUA MÍNIMA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-4 E IP 55. O DEA DEVERÁ POSSUIR CONFIGURAÇÃO SEGUNDO NOVO PROTOCOLO INTERNACIONAL DE RESGATE, TER REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO, PARA RESISTÊNCIA À ENTRADA DE PARTÍCULAS E ÁGUA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA. DEVERÁ POSSUIR ARMAZENAMENTO EM MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 40 MINUTOS DE ECG SEM NECESSIDADE DE USO DE CARTÃO EXTERNO DE DADOS. DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO 3,5KG COM BATERIA INSTALADA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DE MANUAL DA ANVISA. DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO: DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UMA) BOLSA PARA TRANSPORTE, 02 (DOIS) JOGOS DE ELETRODOS ADULTOS, 01 (UM) JOGO DE ELETRODO PEDIÁTRICO, 01 (UMA) BATERIA SOBRESSALENTE, 01 (UM) SOFTWARE, COM LICENÇA LIVRE PARA INSTALAÇÃO, PARA COMPUTADOR QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA, ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EM PC E 01 (UM) MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO JUNTO Á ANVISA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO E ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL. PARAMETRO: IGUAL, SIMILAR OU SUPERIOR DEA CMOS DRAKE / LIFE 400 FUTUR.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 022	Item 022	Detector Radiação Dosímetro Portátil Usb Digital	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 023	Item 023	ELETROCARDIOGRAMA DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR O EXAME E TRANSMITIR AO COMPUTADOR PARA USO EM SISTEMA DE TELEMEDICINA APLICAÇÃO GERAL- APARELHO USADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO CORAÇÃO ATRAVÉS DO ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. 2- CARACTERÍSTICAS GERAIS - MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG COM UM CABO DE PACIENTE PARA REPOUSO COM 10 VIAS, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CARDIOCLIP E SEIS ELETRODOS PRECORDIAIS TIPO PERAS DE SUCÇÃO EM MATERIAL SILICONADO. - CONVERSÃO A/D COM TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 600 AMOSTRAS POR SEGUNDO POR CANAL E RESOLUÇÃO MELHOR OU IGUAL A 5 MICRO VOLTS POR BIT (5 ? V/LSB) -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VIA USB OU PADRÃO ABNT (2P+T). - COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB COM CAPACIDADE DE EXTENSÃO DO CABO DE CONEXÃO. - AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 CANAIS DE ECG - PROGRAMA DE COMPUTADOR - VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES DO ECG - VELOCIDADE DE REGISTRO DE ECG AJUSTÁVEL EM 25 E 50 MM/S - GANHO AJUSTÁVEL INDIVIDUALMENTE POR DERIVAÇÃO EM N, N/2 E	UND	2	Sigiloso	Sigiloso

Compras BR
Portal de Licitações

		2N (10, 5 E 20 MM/MV) - REGISTRO CONTÍNUO DO ECG DURANTE O EXAME EM TODAS AS DERIVAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE, REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS E EXPORTAÇÃO EM FORMATO PÚBLICO. - EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS PARA O HARDWARE EM FORMATO IMAGEM PARA WEB (JPG OU BMP OU PNG). - FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS MUSCULARES, REDE ELÉTRICA (60 HZ) E OSCILAÇÃO DE LINHA DE BASE. OS FILTROS PODERÃO SER ALTERADOS PARA VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO MESMO APÓS OS TRAÇADOS REGISTRADOS. 3 ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS E SOFTWARE INDISPENSÁVEIS A REALIZAÇÃO DO EXAME E TRANSMISSÃO DO MESMO AO COMPUTADOR.				
LOTE 024	Item 024	ESCADA 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX, 2 DEGRAUS, REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE (PRETO).	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 025	Item 025	Estufa de secagem e esterilização Especificação mínima: MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE | TEMPERATURA MÍNIMA DE 200ºC | PORTA: AÇO INOXIDÁVEL | DE 81 ATÉ 100L	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 026	Item 026	Foco Cirúrgico de Teto Especificação mínima:: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 027	Item 027	Freezer Laboratorial Especificação mínima: Capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi. Porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável), montadas sobre trilhos para movimentação suave. Circulação por ar forçado; Sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220v), livre de CFC e isolação térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta. Deve possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; précalibrado em -30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/- 0,5 Graus C. Teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré-programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso. Indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral. Sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Deve possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na faixa de -32 Graus C a -28, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, utilizando-se software específico.	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
		Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 Kg).				

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 028	Item 028	Especificação mínima: ESTRUTURA EXTERNA | BARREIRA SANITÁRIA | DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | CESTO INTERNO | CAPACIDADE: Opção 1:AÇO INÓX OU AÇO | POSSUI | POSSUI | AÇO INOXIDÁVEL | DE 31 A 50 KG	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 029	Item 029	Kit Laringoscópio | Fibra Optica | Reta Ou Curvo | 00 A 4	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 030	Item 030	MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO MESA CALHA COM 4 REGULAGENS, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO REGULAGEM ALTURA DOS PÉS POR COMANDO MANUAL, APLICAÇÃO PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 75 CM, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 87CM A MÁXIMA DE 130 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE FLUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEL	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 031	Item 031	MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M,RODÍZIOS 2.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 032	Item 032	MESA DE PARTO HIDRAULICA. Com as seguintes características mínimas: Tampo em aço inox com 03 divisões: cabeceira, fixa e perneira; Colchonete revestido em courvim; Réguas laterais em aço inox para fixação de acessórios; Base em "T" revestida em aço inox; Sistema de rodízios com possibilidade de fixação com trava de segurança; Chassi em aço inox; Sistema de elevação hidráulico acionado por pedal; Movimentos comandados por manivelas nos dois lados da mesa; Possibilidade de, no mínimo, realização dos seguintes movimentos: decúbito dorsal, Trendelenburg, reverso de Trendelemburg, litotômica, lateral esquerda e direita; 01 par de pega-mão; 01 arco de narcose; 01 par de suporte de braço; 01 par de ombreiras; 01 par de porta coxa; 01 bandeja coletora de líquidos retrátil em aço inox; Capacidade máxima de, no mínimo 200K g; Prescrições particulares para segurança de mesas cirúrgicas. Garantia de 01 ano	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 033	Item 033	Mesa Radiográfica destinada à realização de exames de raios X, com estrutura resistente em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva ou aço inox. Possui tampo radiotransparente em fibra de carbono, fenolite ou material equivalente, permitindo alta qualidade nas imagens radiográficas. Capacidade mínima de carga de 180 kg. Equipada com sistema de movimentação longitudinal e transversal do tampo para melhor posicionamento do paciente. Compatível com sistemas de radiografia digital DR e CR. Deve possuir porta chassis ou bucky integrado. Sistema de freios para maior segurança durante os procedimentos. Dimensões compatíveis com uso hospitalar e ambulatorial. Equipamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no Brasil.	UND	2	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 034	Item 034	Monitor multiparâmetro portátil, tela12 polegadas, pré-configurado, aplicação de monitorização de sinais vitais. Contendo, cabo de paciente de 5 vias - ECG Adulto sensor de Oximetria de Pulso - SpO2 Adulto, sensor de Temperatura sofágico/retal manguito de tamanho adulto extensora de PNI e cabo de força.	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 035	Item 035	NEBULIZADOR, TIPO MOTOR MÍNIMO 1/10 HP, COMPRESSOR PISTÃO OSCILANTE, ACESSÓRIOS 4 CIRCUITOS COMPLETOS ADULTO E 4 INFANTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS VAZÃO LIVRE MÍNIMA DE 10L/MIN	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 036	Item 036	1 - OTOSCOPIO C/ CABO INOX P/ 02 PILHAS MEDIAS.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 037	Item 037	Papagaio coletor de urina masculino plástico 1 litro.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 038	Item 038	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA DEVE SER EM TUBOS DE 31,75 X 1,5 E 25,7 X 1,5 MM (NO MÍNIMO). ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E O DESCANSO PARA OS PÉS DEVEM SER ESTOFADOS EM ESPUMA D-28, REVESTIDOS EM COURVIM IMPERMEÁVEL, SENDO A ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO, DORSO E APOIO DOS PÉS DE NO MÍNIMO 0,10 CM O DESCANSO PARA OS PÉS DEVE SER ARTICULADO, COM EXTENSÃO CONCOMITANTE À INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (MOVIMENTO SIMULTÂNEO ENCOSTO E PÉS) MOVIMENTOS: PÉS RECLINAVÉIS SIMUTANIAMENTE EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) POSIÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA MECÊNICO COM RETORNO ATRAVÉS DE AMORTECEDOR A GÁS DEVERÁ TER OS MOVIMENTOS: SENTADO, SEMI-SENTADO, DEITADO E TRENDELEMBURG. TODAS AS PARTES EM AÇO DEVEM PASSAR PELO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E RECEBER APLICAÇÃO DE PINTURA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA PÉS DA POLTRONA DEVE CONTER 04 RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE NO MÍNIMO 50 MM, SENDO DOIS DELES COM FREIOS E QUE DEVEM SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG DE CARGA DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS:1,60 X 0,78 X 0,47 M. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 1,60 X 0,56 M.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE	Item	REANIMADOR MANUAL ADULTO, com máscara, válvula e				

Compras BR
Portal de Licitações

039	039	reservatório, completo, balão em silicone autoclavável.	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 040	Item 040	REANIMADOR MANUAL INFANTIL, com máscara, válvula e reservatório, completo, balão em silicone autoclavável.	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 041	Item 041	SELADORA MANUAL. Seladora manual para embalagens. Fabricada em aço carbono com pintura epóxi branca. Bivolt automática. Sistema de aquecimento automático com resistência blindada. Potência máxima: 100W. Temperatura máxima: 200ºC. Área útil de selagem mínima de 30 cm. Largura da selagem mínima de 10 mm. Garantia mínima de 12 meses.	UND	10	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 042	Item 042	SUPORTE DE SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI. TIPO: PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL. COM RODÍZIOS, PÉS: 5 PÉS COM CAPA PROTETORA EM POLÍMERO. GANCHOS: 4 GANCHOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO PARA LOCOMOÇÃO.	UND	20	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 043	Item 043	Oxímetro de Pulso G1B Portátil com curva Pletismográfica	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 044	Item 044	Oxímetro de Dedo: Equipamento portátil destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO) e da frequência cardíaca. Possui visor digital de alta visibilidade para exibição simultânea dos resultados. Opera por meio de sensor fotoelétrico acoplado ao dedo do paciente, proporcionando leituras rápidas e precisas. Apresenta faixa de medição de SpO de 70% a 100% e frequência cardíaca de 30 a 250 bpm. Conta com desligamento automático para economia de energia e baixo consumo de bateria. Fabricado em material resistente e de fácil higienização. Indicado para uso em hospitais, unidades de saúde, ambulatórios e atendimentos domiciliares. Equipamento compacto, leve e de fácil transporte. Deve acompanhar estojo de proteção, cordão de transporte e manual de instruções. Produto com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 045	Item 045	Glicosímetro: Equipamento portátil destinado à medição quantitativa da glicose no sangue capilar, venoso ou arterial, conforme especificação do fabricante. Possui visor digital de fácil leitura, permitindo rápida visualização dos resultados. Realiza medições em poucos segundos, com alta precisão e confiabilidade. Opera por meio de tiras reagentes específicas e sistema eletrônico de análise. Conta com memória interna para armazenamento de resultados e acompanhamento do histórico de medições. Equipamento leve, compacto e de fácil manuseio, adequado para uso profissional e domiciliar. Alimentado por bateria de longa duração, com desligamento automático para economia de energia. Fabricado em material resistente e de fácil higienização. Deve acompanhar estojo para transporte, manual de instruções e acessórios necessários ao funcionamento. Produto com registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 046	Item 046	Aparelho Medidor de Pressão Arterial Digital de Braço: Equipamento eletrônico destinado à medição automática da pressão arterial sistólica, diastólica e da frequência cardíaca. Possui visor digital de fácil leitura, com exibição clara dos resultados. Utiliza método oscilométrico para medições precisas e confiáveis. Conta com braçadeira ajustável, adequada para diferentes circunferências de braço. Dispõe de memória para armazenamento de medições, permitindo o acompanhamento do histórico do usuário. Apresenta operação simples por meio de acionamento com um único botão. Equipamento portátil, leve e de fácil transporte. Alimentado por pilhas ou adaptador de energia, conforme modelo. Fabricado em material resistente e de fácil higienização. Produto com registro na ANVISA, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 047	Item 047	Termômetro Infravermelho Digital: Equipamento destinado à medição rápida e sem contato da temperatura corporal, superfícies e objetos, utilizando tecnologia de infravermelho. Possui visor digital de fácil leitura com exibição instantânea dos resultados. Realiza medições em poucos segundos, garantindo praticidade e segurança ao usuário. Conta com alta precisão e sistema de alerta para temperaturas elevadas. Permite a visualização dos resultados em graus Celsius (°C) e Fahrenheit (° F). Possui memória para armazenamento das últimas medições realizadas. Equipamento leve, portátil e de fácil manuseio, indicado para uso em hospitais, clínicas, unidades de saúde e ambientes domiciliares. Alimentado por pilhas ou baterias de longa duração. Fabricado em material resistente e de fácil higienização. Produto com registro na ANVISA, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	UND	100	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 048	Item 048	APARELHO DE RAIO X 70KV ODONTOLÓGICO	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 049	Item 049	APARELHO JETSONIC (PROFI COMPLETO)	UND	12	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 050	Item 050	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 12L	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 051	Item 051	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21L	UND	8	Sigiloso	Sigiloso

Compras BR
Portal de Licitações

LOTE 052	Item 052	BOMBA A VACUO 1/2HP P/ ATÉ 2 CONSULTÓRIOS	UND	14	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 053	Item 053	CAMARA ESCURA S/ILUMINAÇÃO	UND	14	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 054	Item 054	CANETA ALTA ROTAÇÃO INTRA	UND	30	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 055	Item 055	COMPRESSADOR ODONTOLOGICO 45LT ISENTO DE ÓLEO	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 056	Item 056	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 057	Item 057	CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL	UND	5	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 058	Item 058	CONTRA ÂNGULO INTRA	UND	19	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 059	Item 059	CORTADOR (RECORTADOR) DE GESSO	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 060	Item 060	DESTILADOR DE ÁGUA	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 061	Item 061	ESCOVÓDROMO C/3 PIAS PERSONALIZADO C/TIMBRE DO MUNICIPIO	UND	4	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 062	Item 062	FOTOPOLIMERIZADOR	UND	23	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 063	Item 063	KIT. BAIXA E ALTA ROTAÇÃO INTRA	UND	19	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 064	Item 064	MICRO-MOTOR INTRA	UND	8	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 065	Item 065	MOCHO PORTÁTIL	UND	12	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 066	Item 066	MOTOR ENDODONTICO (P/LIMA ROTATÓRIO)	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 067	Item 067	PLASTIFICADORA A VACUO	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 068	Item 068	PRESA HIDRÁULICA	UND	12	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 069	Item 069	SELADORA 18CM C/SUPORTE	UND	23	Sigiloso	Sigiloso