

ERRATA AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2026

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a presente **ERRATA** ao Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2026, para promover a seguinte retificação no Edital e em todos os seus anexos, especialmente no Termo de Referência.

FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a locação de usina concentradora de oxigênio medicinal destinada à produção de oxigênio medicinal gasoso e de ar comprimido medicinal, incluindo a disponibilização dos equipamentos permanentes de infraestrutura hospitalar, instalação, comissionamento, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, fornecimento de mão de obra especializada, treinamento operacional, frete e demais serviços necessários ao pleno funcionamento do sistema, para atender às necessidades da secretaria de saúde do Município de Bom Jardim/MA.

REPARTIÇÃO INTERESSADA:

Secretaria Municipal de Saúde;

Por meio da presente, retificam-se as informações constantes do instrumento convocatório, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

Item 1.3, inciso I

I – locação de usina geradora de oxigênio medicinal por adsorção (PSA), compatível com a demanda da unidade hospitalar;

Item 4.2.1

4.2.1. A usina deverá utilizar tecnologia de adsorção por oscilação de pressão – PSA (Pressure Swing Adsorption), destinada à produção contínua de oxigênio medicinal gasoso para utilização hospitalar, devendo apresentar desempenho compatível com as necessidades operacionais da unidade de saúde.

Item 4.3.1

4.3.1. A solução deverá contemplar sistema completo para enchimento de cilindros de oxigênio medicinal, totalmente integrado à usina geradora de oxigênio PSA, permitindo o envase contínuo do gás medicinal produzido, destinado à formação de estoque estratégico e ao atendimento das demandas internas da unidade

hospitalar, bem como às necessidades de transporte de pacientes, ambulâncias e demais situações que exijam cilindros portáteis.

Item 9.43

9.43. As exigências de qualificação técnica estabelecidas neste Termo de Referência mostram-se necessárias, adequadas e proporcionais à natureza e à complexidade da contratação, tendo por finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica, operacional e profissional para executar, de forma contínua e segura, os serviços de locação, instalação, operação assistida, manutenção preventiva e corretiva de usina geradora de oxigênio medicinal por PSA, sistema de enchimento de cilindros, central de ar comprimido medicinal e central de vácuo clínico, destinados ao atendimento da unidade hospitalar do Município. Considerando tratar-se de solução diretamente relacionada ao suporte à vida e ao funcionamento dos serviços assistenciais de saúde, torna-se imprescindível a comprovação de experiência anterior em serviços compatíveis, mediante atestados de capacidade técnica acompanhados de Certidão de Acervo Técnico – CAT, bem como a demonstração de que a licitante dispõe de profissionais legalmente habilitados, registrados nos respectivos conselhos profissionais, responsáveis pela execução e acompanhamento técnico do objeto.

LEIA-SE:

Item 1.3, inciso I

I – locação de usina geradora de oxigênio medicinal por adsorção (PSA/VSA), compatível com a demanda da unidade hospitalar;

Item 4.2.1

4.2.1. A usina deverá utilizar tecnologia de adsorção por oscilação de pressão ou por adsorção a vácuo – PSA/VSA (Pressure Swing Adsorption/Vacuum Swing Adsorption), destinada à produção contínua de oxigênio medicinal gasoso para utilização hospitalar, devendo apresentar desempenho compatível com as necessidades operacionais da unidade de saúde.

Item 4.3.1

4.3.1. A solução deverá contemplar sistema completo para enchimento de cilindros de oxigênio medicinal, totalmente integrado à usina geradora de oxigênio PSA/VSA, permitindo o envase contínuo do gás medicinal produzido, destinado à formação de estoque estratégico e ao atendimento das demandas internas da unidade hospitalar, bem como às necessidades de transporte de pacientes, ambulâncias e demais situações que exijam cilindros portáteis.

Item 9.43

9.43. As exigências de qualificação técnica estabelecidas neste Termo de Referência mostram-se necessárias, adequadas e proporcionais à natureza e à complexidade da contratação, tendo por finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica, operacional e profissional para executar, de forma contínua e segura, os serviços de locação, instalação, operação assistida, manutenção preventiva e corretiva de usina

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

geradora de oxigênio medicinal por PSA/VSA, sistema de enchimento de cilindros, central de ar comprimido medicinal e central de vácuo clínico, destinados ao atendimento da unidade hospitalar do Município. Considerando tratar-se de solução diretamente relacionada ao suporte à vida e ao funcionamento dos serviços assistenciais de saúde, torna-se imprescindível a comprovação de experiência anterior em serviços compatíveis, mediante atestados de capacidade técnica acompanhados de Certidão de Acervo Técnico – CAT, bem como a demonstração de que a licitante dispõe de profissionais legalmente habilitados, registrados nos respectivos conselhos profissionais, responsáveis pela execução e acompanhamento técnico do objeto.

Ficam igualmente retificadas todas as demais ocorrências constantes do Edital, Termo de Referência, Minuta do Contrato e demais anexos, onde constar a expressão "PSA", passando a constar "PSA/VSA", permanecendo inalteradas as demais disposições do instrumento convocatório.

Haja vista que as alterações promovidas não influenciam na formulação das propostas nem implicam modificação do objeto, do critério de julgamento ou dos valores estimados da contratação, fica mantida a sessão pública designada para o dia 12 de agosto de 2026, às 10h30min (dez horas e trinta minutos).

O recebimento das propostas, a abertura e a disputa de preços ocorrerão exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitabomjardinense.com.br. O edital completo encontra-se disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e nos seguintes endereços eletrônicos: www.bomjardim.ma.gov.br, www.licitabomjardinense.com.br e <https://apps.tce.ma.gov.br/sincsite/contrata>. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por meio do e-mail prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.

Bom Jardim/MA, 30 de julho de 2026.

Wagner de Araújo Varão
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 004/2025-SEMGAB

WAGNER DE ARAÚJO VARÃO
Secretaria Municipal de Saúde