

5 - Sonificador

Descrição Detalhada: Sonificador Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável, Frequência: Até 20 KHZ, Temporização: Temporizador Até 10 H, Característica Adicional*: 20-100% Amplitude, Pulso Até 1 Min, Adicional: C/ Sistema Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81.916,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

6 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Banda De Passagem: 2 NM, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.666,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

7 - Estação de trabalho

Descrição Detalhada: Estação de trabalho Aplicação: Otorrinolaringologia, Componentes: Sistema De Irrigação, De Ar Comprimido E De Sucção, Componente 2: Foco Frontal, Suporte, Fonte De Luz Led, Componentes Adicionais: 4 Bandejas, 2 Aquecedores, Coletores De Secreção, Característica Adicional: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140.501,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (8)

8 - Estação de trabalho

Descrição Detalhada: Estação de trabalho Aplicação: Otorrinolaringologia, Componentes: Sistema De Irrigação, De Ar Comprimido E De Sucção, Componente 2: Foco Frontal, Suporte, Fonte De Luz Led, Componentes Adicionais: 4 Bandejas, 2 Aquecedores, Coletores De Secreção, Característica Adicional: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.125,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

9 - Extrator laboratório

Descrição Detalhada: Extrator laboratório Tipo*: Soxhlet, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 45 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 307.595,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

10 - Impressora térmica

Descrição Detalhada: Impressora térmica Velocidade Impressão: 200 MM/S, Tipo Conexão: Paralela, Usb, Ethernet, Serial, Características Adicionais: Largura Mínima Bobina:57mm;Guilhotina Corte Automá, Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.064,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

11 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20 MCL, Tipo*: Multicanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.910,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

12 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Tipo*: Multicanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Característica Adicional: 8 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.868,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

18 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Volumétrica, Capacidade: 100 ML, Material: Vidro, Esgotamento: Esgotamento Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.676,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

19 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento diagnóstico clínico Método: Fluorimetria, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Até 1000 Tubos, Acessórios: C/ Leitor Código Barras, Adicional: Com Alarme Sonoro E Visual, Características Adicionais: P/ Detecção E Teste Sensibilidade De Micobactérias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 408.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

20 - Sistema ultrapurificação água

Descrição Detalhada: Sistema ultrapurificação água Aplicação: Produção De Água Reagente Tipo I, Método De Produção: Troca Iônica, Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiônica, Capacidade De Produção: Acima De 45 L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 114.109,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

21 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça equipamento laboratório Tipo: Bloco Amostra, Aplicação*: P/ Agitador Mecânico, Dimensões*: Para Tubos Até 0,2 ML, Adicional*: 96 Poços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.709,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)