

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Trata-se o presente processo de contratação da empresa especializada para realização da manutenções corretivas nos autoclaves do Laboratório de Microbiologia do ITPS.

2. JUSTIFICATIVA

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do estado de Sergipe -ITPS, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), é composto por seis laboratórios que oferecem serviços tecnológicos à comunidade. Dentre esses, destaca-se o Laboratório de Microbiologia, especializado em realizar análises em água, alimentos e bebidas em geral. O laboratório segue metodologias oficiais em conformidade com as leis nacionais, assegurando a aderência aos requisitos técnicos de identidade e qualidade.

Considerando que as autoclaves equipamentos são essenciais para o processo de descontaminação e esterilização de vidrarias e resíduos de amostras, necessários para garantir a segurança e a qualidade das análises microbiológicas realizadas.

Considerando que o Laboratório de Microbiologia dispõe de cinco autoclaves, sendo que 2 autoclaves estão fora de operação e as demais estão com reguladores de pressão desgastados e resistências com baixa eficiência.

Diante das considerações expostas justifico o atendimento do DFD nº 91/2024, oriunda Laboratório de Microbiologia para que o ITPS continue prestando os relevantes serviços à sociedade.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Realizar manutenção corretiva e preventiva nos autoclaves do Laboratório de Microbiologia do ITPS.

Autoclave 01 - Marca: Phoenix, Modelo: AV75

- Verificação do “Bico E” – saída do vapor
- Troca de resistências
- Troca do anel de retenção
- Limpeza da válvula de segurança
- Verificar e/ou substituir contrapeso
- Lubrificação do pedal

Autoclave 02 - Marca Primatec, modelo: CS75

- Troca de resistências
- Troca do anel de retenção
- Limpeza de válvula de segurança
- Troca da chave Comutadora
- Lubrificação de pedal
- Verificação do “Bico E” – saída do vapor

Autoclave 03 - Marca Primatec, modelo: CS75

- Troca de resistências
- Troca do anel de retenção
- Limpeza da válvula de segurança
- Lubrificação do pedal

Autoclaves 04 — Marca Fabbe, modelo 103

- Troca de resistências
- Verificação do “Bico E” – saída do vapor
- Troca do anel de retenção
- Trocar a válvula de segurança ou limpa a válvula
- Verificar e/ou substituir contrapeso
- Lubrificação do pedal

Informo que o equipamento encontra-se fora de operação.

Autoclaves 05 - Marca Primatec, modelo: CS75

- Troca de resistências
- Verificação do “Bico E” – saída do vapor
- Troca do anel de retenção
- Trocar a válvula de segurança ou efetuar a limpeza a válvula
- Verificar e/ou substituir contrapeso

- Lubrificação do pedal
- Verificar painel, fazer ajustes ou substituição.

Informo que o equipamento encontra-se fora de operação

Quantidade de equipamentos: 5

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os serviços deverão ser realizados no Laboratório de Química de Orgânica do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe - ITPS, localizado à Rua: Campo do Brito, nº 371, Bairro: São José, nesta capital, no prazo de 30 dias do recebimento da Nota de Empenho.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Realizar os serviços conforme com as especificações do objeto desta contratação.
- Apresentar Nota Fiscal em conformidade com o objeto desta aquisição.
- Atender a contratante no caso de imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no equipamento para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

6. OBRIGAÇÕES DO ITPS

- Efetuar os pagamentos a contratada a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor solicitante.
- Notificar a contratada por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no equipamento para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

- O pagamento será realizado no prazo de até 30 dias, após o atesto pelo setor solicitante do serviço realizado conforme as especificações que constam no termo de referência.

Aracaju, 2 de agosto de 2024



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO
Gerente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: R5EF-BTI9-AN4R-HCLV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ANA VIRGÍNIA DANTAS FIGUEIREDO - 02/08/2024 13:32:36 (Docflow)