



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº: 202606170002

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO REQUISITANTE

Unidade requisitante: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (2026)		
Responsável pela demanda: DENISE MOREIRA BEZERRA		
Cargo: RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Matrícula: --	
E-mail: --	Telefone: --	Celular: --

INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1. Definição do objeto


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINA-SE AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA SANITÁRIA E A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS/CE.

2. Justificativa da contratação

A aquisição do equipamento para análise de cloro justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária no monitoramento e controle da qualidade da água destinada ao consumo humano, possibilitando a realização de análises mais precisas e seguras durante as atividades de fiscalização.

Além disso, o equipamento contribuirá para a identificação de possíveis irregularidades nos níveis de cloro residual, auxiliando na prevenção de riscos à saúde pública e no cumprimento das normas sanitárias vigentes.

Dessa forma, a aquisição atende ao interesse público e contribui para a eficiência, segurança e qualidade das ações de vigilância sanitária desenvolvidas no município.





3. Quantidade materiais/serviços a demandados

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
1	COLORÍMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO, UTILIZANDO MÉTODO COLORIMÉTRICO DPD CONFORME STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, COM FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 5,00 MG/L OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01 MG/L, DISPLAY DIGITAL COM	1,0	Unidade
Catálogo: 18568050 - Entidade			Natureza da despesa: 44905204
Especificação: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO, UTILIZANDO MÉTODO COLORIMÉTRICO DPD CONFORME STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, COM FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 5,00 MG/L OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01 MG/L, DISPLAY DIGITAL COM INDICAÇÃO OPERACIONAL E STATUS DA BATERIA, FUNCIONAMENTO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO EM CAMPO COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA, SISTEMA ÓPTICO COM FONTE DE LUZ LED Und 01 UNIDADE E DETECTOR FOTOMÉTRICO, MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE LEITURAS, COMPATÍVEL COM REAGENTES LÍQUIDOS, EM PÓ OU PASTILHAS, ACOMPANHADO DE CUBETAS, MALETA PARA TRANSPORTE, REAGENTES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AOS MODELOS DLD-CL OU AK400.			

4. Dotação orçamentária

Projeto / Atividade
1301.10.304.0003.2.053 - Gestao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria em Saude
44905204 - Aparelho de Medição e Orientação

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento


CPF	Nome	Função	Matrícula
851.155.503-00	VANESSA ALVES SILVA SOARES	Presidente	--

6. fonte de recurso

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	CLASSIFICAÇÃO ECON.	SUBELEMENTO
10	304	0003	2.053	GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	1301	1500100200	44.90.52.00	44.90.52.04

7. assinatura dos secretarios

Mariana Elba Costa
Secretaria Municipal de Saúde





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

Pacajus / CE, 17 de junho de 2026



DENISE MOREIRA BEZERRA
Responsável Pelo Documento De Formalização De Demanda



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Denise Moreira Bezerra
DATA: 17/06/2026

Rua Guarany, Nº600 - Pacajus-CE, 62870-000.