

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90087/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		90000	Quantidade Mínima Cotada: 90000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		20,99	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 180000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (90000)	
Grupo: G1			

2 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Sem Pvc E Dehp, Âmbar, P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		62860	Quantidade Mínima Cotada: 62860
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		23,40	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 125720
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (62860)	
Grupo: G1			

3 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		19200	Quantidade Mínima Cotada: 19200
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		22,78	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 38400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		5,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Maceió/AL (19200)	
Grupo: G1			

4 - Equipo de nutrição enteral

Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Com Segmento De Silicone, 1 Via, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Escalonado, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32000

Quantidade Mínima Cotada: 32000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (32000)

Grupo: G1

5 - Equipo de nutrição enteral

Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Com Segmento De Silicone, 1 Via, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Em Cruz, Conector Paciente: Escalonado, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60960

Quantidade Mínima Cotada: 60960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 121920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (60960)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipo P/ Bomba De Infusão	90000	Unidade
2	Equipo P/ Bomba De Infusão	62860	Unidade
3	Equipo P/ Bomba De Infusão	19200	Unidade
4	Equipo de nutrição enteral	32000	Unidade
5	Equipo de nutrição enteral	60960	Unidade