

Of. nº. 132/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 16 Janeiro 2024

Ilm^o. Sr. (a)
Alexandre Fontenele Bizerril.
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230758

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20230758.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

160011
37102
15439

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 6066/2023

Item	Código	QTD	Especificação
02	834460	2.945.9 42	SERINGA 3ML, COM AGULHA 13X4,5; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0.1 EM 0.1 ML, NUMERADA DE 0.5 EM 0.5 ML, BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CANULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/ PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS , EMBOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMBOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMBOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO . ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.

Empresa: INJEX

Marca: INJEX

Referência: 13X4,5

Fabricante: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - BRASIL

Registro da Anvisa: 10160610026

LOTE : 5369/2023

VALIDADE: 12/2028

CONCLUSÃO





() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

Justificativa: O item não atende. Após o manuseio do produto verificou-se que a seringa com agulha possui retorno ao ser realizado o deslizamento, não apresentando precisão durante o procedimento, o dispositivo de segurança possui certa fragilidade ao ser acionado, podendo ocasionar riscos mecânico e biológico ao profissional, não atendendo a NR32, bem como o cilindro não possui linhas de graduação indelévelis.

Portanto, indeferimos a aquisição do produto, pois o material ofertado não corresponde ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

<p>Elaborado por:</p>  <p>Emannela Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras</p>	<p>Elaborado por:</p>  <p>Raquel Fernandes Alves de Almeida ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 550963 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras</p>
<p>Elaborado por:</p>  <p>Aleyone Maria Nascimento da Silva ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras</p>	<p>Elaborado por:</p>  <p>Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras</p>

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Nome comercial e técnico do produto;	
x			Documento ANVISA pertinente;	
x			Referência e marca do produto;	
x			Registro do produto;	
x			Declaração de Isenção do Registro;	
x			Cadastro do produto;	
		x	Notificação simplificada;	
			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		x	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		x	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
x			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
x			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		x	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
x			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	

LEGENDA:


C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Marciana Arruda Rangel
Enfermeira
COREN-CE 479.070

Alyone Maria da Silva
COREN-CE 27123-ENF

Regina Maria A. Almeida
Enfermeira
COREN-CE 438.801

Licia Silva Teixeira
Enfermeira
COREN - CE 438.801



SAFETY BICO LOCK
 SERINGA COM AGULHA (PROTETOR ARTICULADO E EMBOLÃO QUEBRÁVEL)
 ESTERILIZADA A OXÍDIO DE ETILENO
 PARA USO MANUAL COM AGULHA
 3ml
 INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
 RESP. TÉCNICO: LUIZ SALDANHA R. NETO
 CREA-SP: 5061280687
 CADASTRO ANVISA - MS N°: 10160610026
 S.F. N°: 60610026
 Embalagem Intacta
 Comendador José Zilio nº 189 -
 Av. Paulista nº 1500 -
 São Paulo - SP - CEP: 01318-900
 Fone/Fax: (011) 3302-2800

VALIDADE 5 ANOS COM EMBALAGEM INTACTA

Com Agulha
 26 G 1/2" 13 x 0,45
 ESTERILIZADA A OXÍDIO DE ETILENO
 Saúde
 ANVISA
 CONTÉM 1 UNIDADE
 789788991107761

INJEX
 INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
SERINGA INJEX SAFETY BICO LOCK
 SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AGULHA (PROTETOR ARTICULADO E EMBOLÃO QUEBRÁVEL)
 ESTERIL - ATÓXICA - APIROGÊNICA
 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO
 PARA USO MANUAL COM AGULHA
 PARA USO MANUAL
 PRODUTO DE USO ÚNICO
 DESCARTAR APÓS O USO
 PROIBIDO REPROCESSAR
 PRODUTO ISENTO DE LÁTEX
 3ml
 INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
 RESP. TÉCNICO: LUIZ SALDANHA R. NETO
 CREA-SP: 5061280687
 CADASTRO ANVISA - MS N°: 10160610026
 S.F. N°: 60610026
 Embalagem Intacta
 Comendador José Zilio nº 189 -
 Av. Paulista nº 1500 -
 São Paulo - SP - CEP: 01318-900
 Fone/Fax: (011) 3302-2800
 E-mail: injex@injec.com.br SAC: 0800-770-0000 Fone/Fax: (011) 3302-2800

VALIDADE 5 ANOS COM EMBALAGEM INTACTA

26 G 1/2" 13 x 0,45
 ESTERILIZADA A OXÍDIO DE ETILENO
 Saúde
 ANVISA
 CONTÉM 1 UNIDADE
 789788991107761



PROPOSTAS PARECER <propostasmh@gmail.com>

PE 20230758 ITEM 02 INJEX -DESCCLASSIFICADO

1 mensagem

EMANUELA RANGEL <emanuelarangell@gmail.com>
Para: propostasmh@gmail.com

15 de janeiro de 2024 às 09:29

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
162	12 de janeiro de 2024	08:30h	09:00h	COPLA/SESA - Sala de Reunião

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Análise da amostra referente ao PE 20230758, ITEM 02, Empresa INJEX

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Às 08:30h do dia 12 de Janeiro de 2024, na sala de reuniões da COPLA/SESA, conforme divulgado no sistema Comprasgov de acordo com espelho em anexo, não compareceu nenhum interessado, prosseguindo a análise com as Sras. Enfermeiras Lícia Silva, Alcyone Maria e Emanuella Rangel, a fim de emitir parecer técnico referente ao PE 20230758, ITEM 02, do licitante provisoriamente vencedor Injex. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula **14.133/2021** do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 09:00H e, para constar, eu, Emanuella Rangel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
<i>Emanuella Rangel</i> <i>Lícia Silva Teixeira</i>	<i>COPLA/SESA</i> <i>COPLA/SESA</i>	<i>Emanuella Arruda Rangel</i> Enfermeira COREN - CE 488.081 <i>Lícia Silva Teixeira</i> Enfermeira COREN - CE 488.081



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



INJEX **INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.**

Certificado
NBR ISO 9001

ANVISA AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 13908-170
BOAS PRÁTICAS C.A. Postal - 075 FONE - PABX : 0055 14 - 3302.2900 e-mail: injex@injex.com.br
DE FABRICAÇÃO Visite nosso site: http://www.injex.com.br Ouvidoria - 0800 770 60 80



SECRETARIA DA SAUDE DO CEARÁ - SESACOSUP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230758
PROCESSO Nº 11855363/2022

Data: 29 de NOVEMBRO de 2023

PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 0758/2023

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	SERINGA 3ML, COM AGULHA 13X4,5; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML, BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CANULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO, SERINGA CONFECIONADA EM POLIPROPILENO/ PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELEVEIS, EMOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO. ÊMOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRÁVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011. Nome Comercial: SERINGA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM AGULHA. Marca: Injex. Procedência: Brasil - fabricante: Injex Industrias Cirurgicas. Forma de Embalagem: individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico em blister. Tipo de Esterilização: oxido de etileno. Número registro na ANVISA: 10160610026.	INJEX	UNID.	2.945.942	0,2200	648.107,24
TOTAL DOS LOTES						648.107,24

1. Prazo de validade da proposta é de **90 (NOVENTA)** dias a contar da emissão da mesma;
2. Informamos que nos preços propostos estão inseridos todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), bem como fretes, custos de montagem, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem;
3. Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho;
4. Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5. Declaramos que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório supracitado.
6. Informamos que o prazo da entrega não será superior à 10 (DEZ) dias corridos, a contar a partir da solicitação emitida pelo contratante e do recebimento da nota de empenho ou documento similar;
7. Informamos que estamos obrigados a garantir os produtos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contra vícios ou defeitos, devendo constar na embalagem o prazo de validade dos produtos relativamente ao lote ganho.
8. Declaramos que realizaremos a entrega dos produtos sem ônus adicional, obedecendo aos prazos, e que em caso de não aceitação do material faremos as substituições sem qualquer ônus para a Contratante, dentro do prazo estipulado no edital.



INJEX **INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.**

AV. COMENDADOR JOSÉ ZILLO, 160 - DISTRITO INDUSTRIAL - OURINHOS-SP
CNPJ-59.309.302/0001-99 - INSC. EST. 495.044.013.118 - CEP 13908-170
C.X. Postal - 075 FONE - FAX: 0055 14 - 3302.2900 e-mail: injex@injex.com.br
Visite nosso site: <http://www.injex.com.br> Ouvidoria - 0800 770 60 80

Certificado
NBR ISO 9001



SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ - SESA/COSUP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230758
PROCESSO Nº 11855363/2022

Data: 29 de NOVEMBRO de 2023

PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 0758/2023

9. Declaramos que forneceremos informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, amostras e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
10. **DECLARAMOS QUE OS PREÇOS PROPOSTOS NÃO SOFRERÃO REAJUSTAMENTOS NO PRAZO A SER CONTRATADO**
11. **DECLARAMOS** que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
12. **DECLARAMOS** que os materiais constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA obedece às resoluções da ANVISA: Portaria 501 e 503/2011 (agulhas e seringas hipodérmicas estéreis de uso único) e RDC 5/2011.
13. Caso nos seja adjudicado/homologado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo determinado, indicado para esse fim o responsável legal pela empresa.
Informamos dados bancários da INJEX: BANCO: BRASIL - AG: 0379-4 C/C: 4100-9. BANCO BRADESCO: Ag.: 0044-2 CC.: 65138-9

**JANDERLEY
CAMPELO VIEIRA**
31097510387

Assinado digitalmente por JANDERLEY CAMPELO VIEIRA
31097510387
DN: C=BR, O=(CP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB V5, OU=AR RIO MADEIRA, OU=Videoconferencia, OU=23035197000108, CN=JANDERLEY CAMPELO VIEIRA 31097510387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.29 14:27:59-03'00
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Janderley Campelo Vieira - Brasileiro, Casado, Administrador de Empresas
Identidade nº 9300227/093-SSP/CE - CPF 310 975 103-87
Representante Legal
FONE/FAX: 85-3035-1432 CELULAR: 85-9-8888-1248
janderleycampelo@hotmail.com

Produto: SERINGA INJEX SAFETY 03 ML BICO LOCK 13x0,45 26G 1/2 CAIXA COM 600 (CAIXA PADRÃO)

Fabricante: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA Distribuído por: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Marca: INJEX CNPJ do Fabricante: 59.309.302/0001-99

Cliente: NÃO APLICÁVEL

Código Cliente: NAO APLICAVEL

Código do Produto (ERP): 51.019.00099

Cadastro da Anvisa: 10160610026

Data de validade do Cadastro Anvisa: VIGENTE

Classe: II

Código de Barra: 7897889120744

Classificação Fiscal: 51.10

Tipo de Embalagem: UNITARIA (BLISTER)

Embalagem Comercial: CAIXA COM 600 UNIDADES

Dimensões da caixa de Embarque (mm): 490 MM X 265 MM X 285 MM (CxLxA)

Componentes**Produto composto por:**

1	CILINDRO	4	PROTETOR AUTOMÁTICO
2	HASTE	5	AGULHA
3	PISTÃO	-	

Dimensional (mm)

Itens Analisados	Mínimo	Máximo	Método
Comprimento (Cilindro)	72,04	74,04	Desenho Técnico
Comprimento (Haste)	70,50	72,50	
Comprimento (Bico)	7,50	-	
Altura (Pistão)	5,45	5,55	
Diâmetro (Pistão)	10,75	11,05	
Comprimento Protetor Automático	57,75	59,75	
Comprimento da Agulha	11	14	NBR ISO 7864
Diâmetro externo da Agulha	0,440	0,470	
Referências:	Desenho Técnico Injex e Norma		

Validade do Produto

POR 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO COM EMBALAGEM INTACTA.

Modelo de Graduação



Volume: 3 ML, GRADUADA DE 0,5 EM 0,5 ML COM SUBDIVISÃO 0,1 ML EM 0,1 ML

Descrição do Produto

* SERINGAS DE PLÁSTICO GRADUADAS, ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICAS, APIROGÊNICAS E SEM AGULHA. CILINDRO COM BICO TRAVA (ROSCA) CENTRAL (BICO LOCK), ÊMBOLO COM PISTÃO DE BORRACHA COM BORDAS DEFINIDAS LIVRE DE LÁTEX FIRMEMENTE FIXADA A HASTE EVITANDO DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE ASPIRAÇÃO. COM VOLUME RESIDUAL DE NO MÁXIMO 0,07 ML.

* AS SERINGAS APRESENTAM TRAVA (STOP) QUE NÃO PERMITE A LIVRE SAÍDA DO ÊMBOLO. O ÊMBOLO APRESENTA O SISTEMA DE QUEBRA DA HASTE PARA INUTILIZAÇÃO DA SERINGA APÓS O USO.

* POSSUI AGULHAS HIPODÉRMICAS COM CANHÃO DE COLORAÇÃO MARROM RESPEITANDO O CÓDIGO DE CORES PADRONIZADO UNIVERSALMENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES. CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO ATÓXICO APROPRIADO, PROPORCIONANDO ENCAIXE 6% DE CONICIDADE PERFEITO ÀS SERINGAS COM BICO SLIP OU LOCK, PROTETOR PLÁSTICO RÍGIDO COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO E TOTAL PROTEÇÃO À AGULHA.

* POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ATENDIMENTO A NR 32, PROTETOR DO TIPO ARTICULADO QUE DEVE SER ACIONADO APÓS A UTILIZAÇÃO DA SERINGA, DESLOCANDO-O NA DIREÇÃO DA AGULHA PARA ALOJÁ-LA APÓS O USO, EVITANDO ASSIM ACIDENTES POR PUNÇÃO, JÁ QUE NÃO É NECESSÁRIO REENCAPAR A AGULHA COM O PROTETOR CONVENCIONAL. POSSIBILITANDO SEGURANÇA AO USUÁRIO E PERMITINDO O DESCARTE SEGURO.

* AS SERINGAS HIPODÉRMICAS COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INJEX SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM SELADA QUE GARANTE A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO E É CONSTITUÍDA DE FILME TERMOPLÁSTICO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PERMITINDO A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. A SERINGA INJEX É IDEAL PARA APLICAR, INJETAR, IRRIGAR, ASPIRAR E EXTRAIR FLUIDOS E SOLUÇÕES. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS VIA PARENTERAL.

OBS: O PRODUTO TEM SUA COMERCIALIZAÇÃO APRESENTADO EM DUAS FORMAS UMA COM O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO A SERINGA OU OUTRO COM DISPOSITIVO ACOPLADO NA AGULHA. OBSERVAR IMAGEM ABAIXO.