

Of. nº. 514/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 21 Fevereiro 2024

Ilm<sup>o</sup>. Sr. (a)  
Alexandre Fontenele Bizerril  
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado  
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz  
Centro Administrativo Bárbara de Alencar  
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230758

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S<sup>a</sup>, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20230758.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho  
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro



**ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 6066/2023**

Item	Código	QTD	Especificação
01	1085136	2.995.363	SERINGA 3ML COM AGULHA 20X5,5; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML, BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CÂNULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/ PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, EMOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011
03	1085126	18.536.123	SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML; BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CÂNULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, EMOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011

**Empresa: SALDANHA RODRIGUES**

**Marca: SR**

**Referência:**

**Fabricante: SR**

**Registro da Anvisa: 80026180053**

**CONCLUSÃO**

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

**Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que**



PARECER TÉCNICO 3596/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230758  
PROCESSO Nº 11855363/2022  
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 6066/2023  
DATA: 16/02/2024

solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel  
COREN-CE 47929 - ENF

ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 47929  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:

Danielly dos Santos Rodrigues  
COREN-CE 634.672-ENF  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:

Licia Silva Teixeira  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

**Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021**

**A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:**

<b>C</b>	<b>N.C</b>	<b>N.A</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	<b>Documento pertinente à ANVISA vencido ?</b> Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	<b>Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária?</b> Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	<b>Diligência realizada a empresa ?</b>	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

**LEGENDA:**

**C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA**

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	<b>Produto importado?</b> Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	

**LEGENDA:**  
C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

*Danielly dos Santos Rodrigues*  
COREN-CE 034.672-ENF

*Licia Silva*  
Enfermeira  
COREN-CE 40427

*Carla*  
Enfermeira  
COREN-CE 479.070

*Antônia Campos*  
Raimundo Antônio Campos Mota Pimental  
COREN-CE 47929 - ENF



Emanuella Arruda Rangel &lt;emanuella.rangel@saude.ce.gov.br&gt;

**SOLICITADO ENVIO DE AMOSTRA PE 20230758 ITENS 01 E 03**

1 mensagem

**PROPOSTAS** <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>  
Para: seringasr@seringasr.com.br  
Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

29 de janeiro de 2024 às 11:16

Boa tarde,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20230758 ITENS 01 E 03 para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.





SALDANHA RODRIGUES LTDA.  
Qualidade e tecnologia em suas mãos.

# Saldanha Rodrigues Ltda.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores – CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil  
CNPJ: 03.426.484.0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2  
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416  
E-mail: [seringasr@seringasr.com.br](mailto:seringasr@seringasr.com.br)

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

Coordenadoria de Compras – COSUP/SESA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS Nº 0758/2023.

Processo nº 11855363/2022

Item	Especificação do Produto	Und.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	<p><b>SERINGA USO ÚNICO:</b></p> <p>SERINGA 3ML COM AGULHA 20X5,5; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML, BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CANULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/ PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, EMBOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMBOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMBOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.</p> <p>Procedência: Brasil Marca: SR Registro ANVISA: nº 80026180053 Classificação ANVISA: Classe II V.U.: (Vinte e quatro centavos) V.T.: (Setecentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos)</p>	UN	2.995.363	R\$ 0,24	R\$ 718.887,12

Cartão de  
Identificação  
BRTUV

BRTUV

IC: 0884  
ISO 13485



3	<b>SERINGA USO ÚNICO:</b>  SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML; BICO LUER COM TRAVAMENTO, AGULHA COM CÂNULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, ÊMBOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMBOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMBOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.  Procedência: Brasil Marca: SR Registro ANVISA: nº 80026180053 Classificação ANVISA: Classe II V.U.: (Vinte e seis centavos) V.T.: (Quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos)	UN	18.536.123	R\$ 0,26	R\$ 481.939,90
---	---	----	------------	----------	----------------


**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.200.827,00 (Um milhão, duzentos mil e oitocentos e vinte e sete reais).**

### Condições Gerais da Proposta:

- Validade da Proposta: 90 dias da data de entrega da proposta.
- Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento de cada ordem de fornecimento ou instrumento equivalente
- Prazo de Pagamento: até 30 dias contados da data da apresentação da nota fiscal.
- Validade do Produto: 5 anos da data de esterilização.

- Declaramos que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Declaramos que no ato da entrega os produtos possuirão no mínimo 70% (Setenta por cento) da sua validade.
- Declaramos que todos os documentos e declarações são fiéis e verdadeiros.
- Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.
- Banco Bradesco, Agência: 1999-2, C.C.: 23873-2

Fortaleza, 30 de novembro de 2023



Iury Atila Queiroga de Sousa

Representante Legal

RG: 99010335543

CPF: 668.219.673-34

E-mails para contato: [iuryatila@gmail.com](mailto:iuryatila@gmail.com)

[licitacao@seringasr.com.br](mailto:licitacao@seringasr.com.br)



**ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 6066/2023**

Item	Código	QTD	Especificação
4	432508	1.132.427,00	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, PARA VACINA COVID-19, COM AGULHA ACOPLADA DE 20X5,5, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO ATIVO (NR 32), GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, AGULHA COM CANULA SILICONIZADA E BISEL TRIFACETADO. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS E MANCHAS, COM ANEL DE RETENÇÃO E LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E INDELÉVEIS, EMOLO COM BORRACHA ACOPLADA NA EXTREMIDADE CONFECCIONADA EM MATERIAL INERTE E LUBRIFICADO, BASE DO ÊMOLO COM APOIO ANATÔMICO PARA O MANUSEIO SEGURO, ÊMOLO COM ENCAIXE E DESLIZAMENTO PERFEITO NO CILINDRO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Atender a RDC ANVISA 341 DE 06/03/2020; Portarias INMETRO n.º 501, de 29 de dezembro de 2011 e Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011

Empresa: Saldanha Rodrigues Ltda.

Marca: SR

Referência:

Fabricante: SR

Registro da Anvisa: 80026180053

**CONCLUSÃO**

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmhm@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:



Emannuella Arruda Rangei  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:



Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel  
COREN-CE 47929 - ENF  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 47929  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:



Danielly dos Santos Rodrigues  
COREN-CE 634.672  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:



Lícia Silva Teixeira  
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884  
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras



**Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021**

**A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:**

<b>C</b>	<b>N.C</b>	<b>N.A</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
		X	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	<b>Documento pertinente à ANVISA vencido ?</b> Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	<b>Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária?</b> Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	<b>Diligência realizada a empresa ?</b>	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

**LEGENDA:**

**C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA**

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	<b>Produto importado?</b> Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
<b>LEGENDA:</b> C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

*Danielly da Costa Rodrigues*  
COREN-CE 634.672-ENF

*Licia Silva*  
Enfermeira  
COREN - CE 443.334

*Francineide Arruda Bezerra*  
Enfermeira  
COREN-CE 470.970

*Antônia Campos*  
Reimunda Antônia Campos Mota Pimentel  
COREN-CE 47929 - ENF



Emanuella Arruda Rangel &lt;emanuella.rangel@saude.ce.gov.br&gt;

## SOLICITAÇÃO DO ENVIO DE AMOSTRA PE 20230758 ITEM 04

1 mensagem

**PROPOSTAS** <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>  
Para: seringasr@seringasr.com.br  
Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

29 de janeiro de 2024 às 15:30

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20230758 ITEM 04, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

