

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01068/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Cateter p, hemodinâmica**

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Cobra - 1 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (90)

2 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Cobra - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (410)

3 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (210)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: Ikari - R, Tamanho Da Curva: C/ 1,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.626,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (230)

5 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico, Aplicação: Angioplastia Coronariana, Dimensões: 2 X 30mm, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: Troca Rápida, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.748,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (105)

6 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014", Aplicação: Angioplastia Coronariana, Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Comprimento: Cerca 130 CM, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

7 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Nylon Com Revestimento Hidrofílico, Aplicação: Angioplastia Coronariana, Dimensões: 2 X 30mm, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: Troca Rápida, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Acessórios: Compatível C/ Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (133)

8 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014", Aplicação: Angioplastia Coronariana, Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Comprimento: Cerca 130 CM, Tipo: Semicomplacente, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4310

Quantidade Mínima Cotada: 4310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4310)

10 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal, Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente I: Radiopaco, Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos, Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Tipo Uso: Proteção Proximal, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (130)

11 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal, Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente I: Radiopaco, Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos, Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Tipo Uso: Proteção Proximal, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1390

Quantidade Mínima Cotada: 1390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1390)

12 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso C/ Fio Guia 0,014" E Cateter 6fr, Componente: Duplo Lúmen Distal E 4 Marcadores Radiopacos, Característica Adicional: Filtro 40 Micra, Comprimento: 140 CM, Componente I: Kit C/ Extensão, Torneira, Seringas 30ml, Tipo De Cateter: Extração De Trombos, Tipo Ponta: Ponta Cônica, Tipo Material: Poliacetal E Aço Inoxidável, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.219,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (38)

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: Ikari - R, Tamanho Da Curva: C/ 1,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: Ikari - R, Tamanho Da Curva: C/ 1,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 820

Quantidade Mínima Cotada: 820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (820)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: Ikari - R, Tamanho Da Curva: C/ 1,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (213)

16 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

17 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1720

Quantidade Mínima Cotada: 1720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1720)

18 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (320)

19 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 12 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 781,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (780)

20 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.168,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (220)

21 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 12 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9350

Quantidade Mínima Cotada: 9350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9350)

22 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.678,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

23 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 367,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (550)