

Of. nº. 1043/2024 - SEAFI

Fortaleza-CE, 26 de Abril de 2024

Ilmo. Sr. (a)
Marcos Antônio Frota Ribeiro
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Parecer Técnico das propostas - PE - 20231342, item 02.

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20231342.

Atenciosamente,




Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

2 FAU.
3 DMS.

OF. 1043

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 3438/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231342 PROCESSO Nº 01483775/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5754/2023 DATA: 24/04/2024
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5754/2023			
Item	Código	Quant.	Especificação
2	412044	86	AVENTAL DE CHUMBO, SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS COM TIRAS E FECHAMENTO A NÍVEL DA CINTURA, MATERIAL BORRACHA, COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE 0,5 MMPB, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110 CM. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - EMITIDO PELO MTE.
Empresa: LAFMED			
Marca: NMARTINS		Referência: 412044	
Fabricante: NMARTINS		Registro da Anvisa: 10376790004 - CA 45669	
CONCLUSÃO			
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL	
Justificativa: O item atende. Após análise da amostra, constatamos que o produto é confeccionado em borracha com proteção plumbífera, sem proteção nas costas. Concluímos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital, bem como as documentações referente à qualificação técnica, conforme Check list. Seguem documentos em anexo. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emanuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues COREN 634.672-ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021


A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Nome comercial e técnico do produto;	
x			Documento ANVISA pertinente;	
x			Referência e marca do produto;	
x			Registro do produto;	
		x	Declaração de Isenção do Registro;	
		x	Cadastro do produto;	
		x	Notificação simplificada;	
		x	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		x	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		x	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
x			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
x			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		x	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
x			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


Licia Silva Teixeira
Enfermeira
COREN - CE 488.821


Danielly dos Santos Rodrigues
COREN - CE 694.672 - ENF


Paula Morgana
Enfermeira
COREN - CE 520.189



CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231342 – SESA/COSUP

PROCESSO Nº 01483775/2023

UASG: 943001

NÚMERO COMPRASNET: 1342 2023

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

• Razão Social: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP

• CNPJ: 27.631.296/0001-03 Inscrição Estadual: 06.662503-3

• Av. Dom Luis n: 176 sala 1303

• Representante Legal: Lucas Aguiar Frota, casado.

• Portador do RG: 2000002066557 SSP-CE, CPF: 005.973.693-30

• Email: laf.med01@gmail.com Tel: 85- 3110 9595 Cel: 85- 9.9857.0917 WhatsApp

• Agência: 600-9 Conta: 27509-3 (Bradesco)

A presente proposta é válida por (90) dias, contados da data de sua emissão.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	AVENTAL DE CHUMBO, SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS COM TIRAS E FECHAMENTO A NÍVEL DA CINTURA, MATERIAL BORRACHA, COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE 0,5 MMPB, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110 CM. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - EMITIDO PELO MTE. Cod. Cat.: 412044 MARCA NMARTINS RMS 10376790004 CA 45669 PRODUTO NM198.01 - AV BO PL 110X60CM 0,50MM PB	UNIDADE	86	1.642,16	141.225,16
VALOR GLOBAL R\$ 141.225,76					
CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS					

Declaramos que os preços propostos já estão incluídos as despesas referentes a frete, tributos encargos


sociais e demais ônus atinentes à entrega do objeto.

Declaro a fins de que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos.

Declaramos para todos os fins, que toda documentação anexada ao sistema são autenticas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza 13 de Novembro de 2023


LUCAS AGUIAR FROTA
RESPONSÁVEL LEGAL

27.631.263/0001-03
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ALDEOTA - CEP: 61.160-193
FORTALEZA - CEARÁ



Fortaleza
PREFEITURA

LICENÇA SANITÁRIA (RENOVAÇÃO)

Nº do documento LS00037716/2023	Data da emissão 15/03/2023	Data de Validade 14/03/2024
Dados do proprietário do empreendimento		
Concedido a LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		CNPJ/CPF 27.631.296/0001-03
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		Porte da Empresa Empresa de Pequeno Porte - EPP
Dados do Empreendimento		
Inscrição IPTU 244414	Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA JOÃO CORDEIRO, 2400, Compl.: , JOAQUIM TÁVORA, 80110535, Fortaleza - CE	
Área do Terreno (m²) 243,00	Área Construída (m²) 73,00	Área do Estabelecimento (m²) 73,00
CNAE	ATIVIDADE	RISCO SANITÁRIO
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	ALTO
464430101	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	ALTO
PRINCIPAL?		
Sim		
A ATIVIDADE É EXERCIDA?		
Sim, neste endereço.		
ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NESTE ENDEREÇO?		
Sim		
Responsável Legal		
CPF 005.973.693-30		Nome LUCAS AGUIAR FROTA
Observações		
1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): MOISES DUARTE DA SILVA / CPF: 24363464372 2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2020336019, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento. 3. Esta Licença habilita a operação de atividade(s) específica(s) sujeita(s) à Vigilância Sanitária, tendo sido emitida com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade). 4. A(s) atividade(s) declarada(s) pelo requerente está(ão) contemplada(s) na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE classificadas por grau de risco para fins de Licença Sanitária conforme Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA nº 153 de 26/04/2017 (alterada pela RDC/ANVISA nº 418, DE 1/09/2020), Instrução Normativa ANVISA/MS nº 66 de 01/09/2020 c/c Lei Complementar nº 159 de 23/12/2013 Código Tributário Municipal ou outra legislação que venha alterá-la ou substituí-la. 5. Esta Licença possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período. 6. Para fins tributários esta Licença foi emitida conforme Lei Complementar Lei nº 159, de 26/12/2013 que institui o Código Tributário do Município de Fortaleza alterada pela Lei Complementar nº 289 DE 23/07/2019 para adequação à instituição do Alvará Social e outras providências. 7. Realizar nova solicitação de Licença Sanitária se houver qualquer alteração de endereço do estabelecimento, da atividade econômica, razão social bem como alteração da área que modifique a atividade. 8. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelos órgãos competentes.		
CONDICIONANTES		
ESTA LICENÇA SANITÁRIA NÃO EXIGE O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA AMBIENTAL, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, SEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES. 1. Deverão ser mantidas no estabelecimento, em local visível ao público as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará		



LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 626. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: **PENA –** Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.


Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: **PENA –** Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.



AVENTAL PROFISSIONAL CIRÚRGICO, SEM PROTETOR DE TIREOIDE

Linha profissional

- AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA
- SEM PROTETOR DE TIREOIDE
- COM TIRAS EM X E VELCRO
- PROFISSIONAL - TÉCNICO
- TAMANHOS: 100x60cm e 110x60cm
- EQUIVALÊNCIAS PB: 0,50mm




ANVISA: 10376790004

C.A PARA O TAMANHO 100x60cm 0,50mm pb: 43.438

C.A PARA O TAMANHO 110x60cm 0,50mm pb: 45.669

Cores PRIME





N MARTINS INDÚSTRIA E COM. EIRELI-ME.
Rua Rio Negro nº 10
Colombo – PR

www.nmartins.com.br

Esta embalagem contém

☐ Avental de Borracha Plumbífera Profissional



☐ Avental de Borracha Plumbífera



☐ Protetor de Tireóide Profissional
☐ Adulto
☐ Infantil



☐ Saiote Plumbífero



☐ Blusa Plumbífera



☐ Protetor de Gônadas



☐ Luva Plumbífera



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns

Você acaba de adquirir uma vestimenta proteção contra raios X **N MARTINS**, confiança com mais de 30 anos no mercado.

IMPORTANTE

- ✓ Leia atentamente e siga rigorosamente estas instruções de uso.
- ✓ Não exponha ou guarde este produto nas proximidades do fogo ou fontes intensas de calor, ao gelo ou frio intenso. Assim como, não coloque em contato com objetos muito quentes ou muito frios.
- ✓ Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte para aventais **N MARTINS** e em local seco.
- ✓ Não dobre.
- ✓ Este produto não deve ser utilizado se estiver danificado.
- ✓ Apresente estas instruções aos usuários deste produto.
- ✓ Este produto não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade além das indicadas pela **N MARTINS**.
- ✓ **Preserve estas instruções.**
- ✓ **A N MARTINS não se responsabiliza pelo uso inadequado deste produto.**

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos aventais de proteção está baseado no princípio da interposição de material atenuador entre a fonte de radiação e a pessoa a ser protegida.

Qualquer vestimenta de proteção contra raios X serve para:

- reduzir o nível de radiação, a que o usuário está submetido, ainda que não sejam ultrapassados os valores máximos permitidos mesmo quando a vestimenta não estiver sendo usada,
- proteção adicional de órgãos ou tecidos especialmente sensíveis das pessoas expostas.

Nenhuma vestimenta garante a proteção total, seja contra o feixe primário seja contra o secundário. Por exemplo, para um feixe gerado à tensão de 90 kVp, com 3 mmAl de filtração, 8% da radiação do feixe primário ou 7% da radiação secundária passarão através de uma vestimenta com equivalência de 0,25 mmPb.

A quantidade de radiação recebida pelo usuário dependerá da rigorosa observação de procedimentos de segurança contra as radiações ionizantes, além da correta utilização dos acessórios de proteção **N MARTINS**.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ✓ EM BORRACHA PLUMBÍFERA: É cuidadosamente confeccionado com material submetido a rigoroso controle de qualidade. Utilizando-se de uma ou duas lâminas absolutamente contínuas (sem emendas) de borracha plumbífera, com as seguintes equivalências: 0,25 mm, 0,35 mm e 0,50 mm de chumbo, para a faixa de energias do radiodiagnóstico médico e odontológico.
- ✓ Este produto é uma vestimenta de proteção contra a radiação X.
- ✓ Já vem pronto para uso.
- ✓ Destina-se à proteção da região frontal do usuário.
- ✓ Deve ser utilizado:
 1. por profissionais (cirurgiões dentistas, médicos, médicos veterinários e técnicos ou operadores de equipamentos de raios X) durante a realização de procedimentos radiográficos;
 2. para a proteção dos pacientes próximos quando da realização de exames em leitos de enfermarias, UTIs, etc.;
 3. para a proteção das partes do paciente examinado que estejam fora da área de interesse (quando não interferir com os propósitos do exame);
 4. para proteção de acompanhantes que devam amparar o paciente durante a realização do exame.

MODO DE USAR

- ✓ Coloque o avental modo a cobrir a parte a ser protegida.
- ✓ Ajuste-o corretamente.
- ✓ Feche o velcro ou o cinto.
- ✓ Assegure-se de que o produto não esteja dobrado.
- ✓ Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte para aventais **N MARTINS** e em local seco.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- ✓ Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação.
- ✓ Limpe este produto com um pano macio umedecido e sabão neutro
- ✓ Para desinfecção deve ser utilizado um pano macio umedecido com álcool 70.

✓ TERMO DE GARANTIA

A **N MARTINS** garante este produto contra defeitos de fabricação por noventa dias, a partir da data de compra, nos termos da lei nº 8078, de 11/09/90.

Registro da ANVISA: 10376790004

SAC – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **N MARTINS** mantém assistência técnica permanente. Em caso de dificuldades entre em contato com o revendedor ou com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor **N MARTINS**.

nmartins@nmartins.com.br

41 3666.1919, ou

Rua Rio Negro, 10 – JD Guaraituba

CEP 82501-970 - Colombo – PR

Preencha os itens abaixo, para tê-los disponíveis se você precisar de serviços de manutenção da **N MARTINS**.

MODELO DO PRODUTO:

Nº DA NOTA FISCAL:

REVENDEDOR:

DATA DA COMPRA:

Nº DO CA / LINHA PROFISSIONAL:

FALE COM A GENTE

Obrigado por adquirir um produto **N MARTINS**.

De onde estiver, você poderá falar com a gente, para esclarecer dúvidas e transmitir opiniões através do SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor **N MARTINS**.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



N.MARTINS

DESDE 1989

AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA

Profissional



Sumário

TIPOS DE AVENTAIS PLUMBIFEROS	3
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....	6
DESENHOS EXPLICATIVOS.....	7
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS	10
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	11
MODO DE USAR	11
RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO	11
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	11
FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO.....	12
MÉTODO DE INSPEÇÃO	12
INFORMAÇÕES DESTINADAS AO PACIENTE	12
LEGENDAS DAS ETIQUETAS	13
TERMO DE GARANTIA	14
FALE CONOSCO.....	14



N.MARTINS
DESDE 1980

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

TIPOS DE AVENTAIS PLUMBIFEROS

Produto: NM010 – Avental de Borracha Plumbífera Profissional, com Protetor para Tireoide como acessório, tamanho 110x60 cm.

Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio ()

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM012 – Avental de Borracha Profissional, tamanho 100x60 cm.


Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM013 – Avental de Borracha Plumbífera 100x60, Sem Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Médio curto (MC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM048 – Avental de Borracha Plumbífera 100x60, Com Costas.

Equivalência: Pb 0,25 Anterior Pb 0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechada Leve (FL)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM053 – Avental de Borracha Profissional, tamanho 110x60 cm.


Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM054 – Avental De Borracha Plumbífera 110x60, Sem Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Médio (MM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004





N.MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

Produto: NM101 – Avental de Borracha Plumbífera 100x60, Com Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior Pb0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechada Pesada (FP)

Tamanho: Padrão Médio Curto (MC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM116 – Avental de Borracha Plumbífera 100x60 Cirúrgico, Sem Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior , Pb 0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM121 – Conj. Hemodinâmico de Borracha Plumbífera 110x60, Com Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior Pb0,50 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechada Pesada (FP)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM124 – Avental de Borracha Meia Costa, tamanho 100x60 cm.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior e 0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechado Pesada (FP)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM126 – Avental de Borracha Meia Costa, tamanho 110x60 cm.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior e 0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechado Pesada (FP)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM156 – Avental de Borracha Cirúrgico, tamanho 110x60 cm.

Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004





N. MARTINS
OF SNE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

Produto: NM189 – Avental de Borracha Plumbífera 110x60, Com Costas.

Equivalência: Pb 0,50 Anterior Pb0,25 Posterior

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Fechada Pesada (FP)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM191 – Avental de Borracha Cirúrgico, tamanho 100x60 cm.

Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM198 – Avental de Borracha Cirúrgico, tamanho 110x60 cm.

Equivalência: Pb 0,50

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM490 – Avental de Borracha Plumbífera Profissional, com Protetor para Tireoide como acessório, tamanho 100x60.

Equivalência: Pb 0,25

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Leve (L)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM543 – Avental de Borracha Plumbífera Profissional, com Protetor para Tireoide como acessório, tamanho 100x60 cm.

Equivalência: Pb 0,50

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Pequeno Curto (PC)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004



Produto: NM563 – Avental de Borracha Plumbífera Profissional, com Protetor para Tireoide como acessório, tamanho 110x60 cm.

Equivalência: Pb 0,50

Filtração: 100kv/0,25mm Cu

Tipo: Vestimenta Pesada (P)

Tamanho: Padrão Pequeno Médio (PM)

Norma: ABNT NBR IEC 61331-3: 2004





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NM010: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 Mmcu, PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM012: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 mmCu, PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM013: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50(Anterior), Pb 0,25(Posterior), /100, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM048: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO LEVE N. MARTINS, FL, Pb 0,25 ANTERIOR E 0,25 POSTERIOR, /100 0,25 mmCu, PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM053: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 mmCu, PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM054: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50 (Anterior), Pb 0,25(Posterior) /100, MM, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM101: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO PESADO N. MARTINS, FP, Pb 0,50 (Anterior), Pb 0,25(Posterior) /100 , MC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM116: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50(Anterior), Pb 0,25(Posterior) /100 , PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM121: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO PESADO N. MARTINS, FP, Pb 0,50 /100, PM, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM124: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO PESADO N. MARTINS, FP, Pb 0,50(Anterior), Pb 0,25(Posterior) /100 , PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM126: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO PESADO N. MARTINS, FP, Pb 0,50(Anterior), 0,25(Posterior) /100, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM156: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 mmCu, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM189: AVENTAL DE PROTEÇÃO FECHADO PESADO N. MARTINS, FP, Pb 0,50(Anterior), 0,25(Posterior) /100, PM, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM191: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 mmCu, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM198: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50(Anterior), Pb 0,25 (Posterior)/100, PM, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM490: AVENTAL DE PROTEÇÃO LEVE N. MARTINS, L, Pb 0,25, /100 0,25 mmCu, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM543: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50 /100, PC, ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.

NM563: AVENTAL DE PROTEÇÃO PESADO N. MARTINS, P, Pb 0,50, /100 0,25 mmCu, PC ABNT NBR IEC 61331-3: 2004.



N. MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

PARABÉNS!


Você acaba de adquirir o que há de mais moderno e avançado em Proteção Radiológica individual contra Raios-X.

A **N. Martins** está presente no mercado há mais de 28 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua. Além de contar com ótimos produtos, proporciona serviço de assistência técnica permanente.

DENTRO DA EMBALAGEM DO AVENTAL VOCÊ ENCONTRA:




- 1- AVENTAL PLUMBÍFERO;**
- 2- MANUAL DE INSTRUÇÕES.**



DESENHOS EXPLICATIVOS

AVENTAL PLUMBÍFERO SEM COSTAS: NM012, NM013, NM053, e NM054:



- A) Comprimento da vestimenta.
- B) Largura da vestimenta.
- C) Largura das extremidades do ombro.
- D) 1cm de acabamento de poliéster (cadarço) costurado nas bordas da vestimenta,
- E) Cavidade para a permanência do pescoço.
- F) Tecido de acabamento e proteção para não haver contato com a lâmina de chumbo.
- G) Bordado com logo da fabricante e equivalência.

H) Alça de sustentação direita do avental com 15cm ou mais de proteção nas costas e cintos de nylon para ajuste e fixação da vestimenta no corpo.

I) Alça de sustentação esquerda do avental com 15 cm ou mais de proteção nas costas e cintos para ajuste e fixação do avental no corpo.

J) Fivela para fechamento.

L) Cavidade para permanência do braço direito.

M) Cavidade para permanência do braço esquerdo.




N.MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

AVENTAL PLUMBÍFERO COM COSTAS: NM101, NM189, NM124, NM126 e NM048:



A) Comprimento da vestimenta.

B) Largura da vestimenta.

C) Largura das extremidades do ombro.

D) 1cm Acabamento de Poliéster costurado nas bordas da vestimenta.

E) Cavidade para proteção do esterno com acabamento em poliéster.

F) Cavidade para a permanência do pescoço.

G) Peça de sobreposição com velcro na parte inferior para

fechamento e ajuste da vestimenta.

H) Cavidade para a permanência do braço lado esquerdo.

I) Velcro para fechamento e ajuste da vestimenta.


J) Cavidade para a permanência do braço na vestimenta.

K) Tecido de acabamento e proteção para não haver contato com a lâmina de chumbo.

L) Cavidade para a permanência do braço lado direito.

M) Bordado com logo da fabricante e equivalência.

CONJUNTO HEMODINÂMICO: NM121



BLUSA

A) Comprimento da vestimenta 60 cm

B) Largura da vestimenta 46 a 60 cm

C) 1cm Acabamento de Poliéster costurado nas bordas da vestimenta.

D) Peça de sobreposição com velcro na parte inferior para fechamento e ajuste da vestimenta

E) Velcro para fechamento e ajuste da vestimenta

F) Tecido de acabamento e proteção para não haver contato com a lâmina de chumbo.



N.MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3


G) Bordado com logo da fabricante e equivalência. 6x8 cm

SAIA

H) Comprimento da vestimenta 60 cm

I) Largura da vestimenta 46 a 60 cm

AVENTAL PLUMBÍFERO CIRÚRGICO NM116, NM191, NM156 e NM198:



A) Comprimento da vestimenta.

B) Largura da vestimenta.

C) Largura das extremidades do ombro.

D) Alça de sustentação do avental com 15 cm ou mais de proteção para ajuste e fixação do avental no corpo.

E) Cavidade para o pescoço.

F) Tecido de acabamento e proteção para não haver contato com a lâmina de chumbo.

G) Bordado com logo da fabricante e equivalência.


H) Velcro na parte interna da alça

para ajuste e fixação da vestimenta no corpo.

I) Alça de sustentação do avental com 15 cm ou mais de proteção para ajuste e fixação do avental no corpo.

J) Cavidade para a permanência do braço na vestimenta.

AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR PARA TIREÓIDE NM490, NM543, NM010, e NM563



A) Comprimento da vestimenta.

B) Largura da vestimenta.

C) Largura das extremidades do ombro.

D) 1cm de acabamento de poliéster (cadarço) costurado nas bordas da vestimenta,

E) Cavidade para a permanência do pescoço.

F) Tecido de acabamento e proteção para não haver contato com a lâmina de chumbo.

G) Bordado com logo da fabricante e equivalência.



- H) Protetor para tireoide.
- I) Velcro.
- J) Alças de sustentação do avental com 15cm ou mais de proteção nas costas e cintos de nylon para ajuste e fixação da vestimenta no corpo.
- K) Cintos de nylon para ajuste e fixação do avental no corpo.
- L) Fivela de nylon para fechamento e ajuste da vestimenta.

IMPORTANTE

Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções de uso.

Não exponha ou guarde este produto nas proximidades do fogo ou fontes intensas de calor, gelo ou fonte de frio intenso. Assim como, não coloque em contato com objetos muito quentes ou muito frios.

Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte **N. Martins** para aventais e em local seco.

Não dobre.

Este produto não deve ser utilizado se estiver danificado.

Profissional: apresente estas instruções aos usuários deste produto.

Este produto não deve ser utilizado para outras finalidades além das indicadas pela **N. Martins**. Não use nenhum produto além dos indicados pela **N. Martins**.

Preserve estas instruções. A N. Martins não se responsabiliza pelo uso inadequado deste produto, por isso repasse essas informações para o usuário.nb

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS

O funcionamento dos aventais de proteção está baseado no princípio da interposição de material atenuador entre a fonte de radiação e a pessoa a ser protegida.

Qualquer vestimenta de proteção contra raios X serve para:

- Reduzir o nível de radiação a que o usuário está submetido, ainda que não sejam ultrapassados os valores máximos permitidos, mesmo quando a vestimenta não estiver sendo usada.
- Proteção adicional dos órgãos ou tecidos especialmente sensíveis das pessoas expostas.
- Nenhuma vestimenta garante proteção total, seja contra um feixe primário, seja contra o secundário. Por exemplo: para um feixe gerado a tensão de 90 kVp, com 3 mmAL de filtração, 8% da radiação do feixe primário ou 7% da radiação secundária passarão através de uma vestimenta com equivalência de 0,25 mmPb.
- A quantidade de radiação recebida pelo usuário dependerá da rigorosa observação de procedimentos de segurança contra radiação ionizante, além da correta utilização dos Equipamentos de proteção **N. Martins**.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Este produto é uma vestimenta de proteção contra radiação X.

Em Borracha Plumbífera: Confeccionado com material submetido a rigoroso controle de qualidade. Utilizando-se de uma ou duas lâminas (ver etiqueta) absolutamente contínuas (sem emendas) de Borracha Plumbífera, com equivalência em mm de chumbo conforme a necessidade do uso da vestimenta, para faixa de energias do radiodiagnóstico médico e odontológico.

Já vem pronto para o uso.

Destina-se à proteção da região anterior (frontal) e/ou posterior (costas) do usuário.

Deve ser utilizado:

- Por profissionais (cirurgiões dentistas, médicos, médicos veterinários e técnicos ou operadores de aparelhos de raios X) durante a realização de procedimentos radiológicos;
- Para proteção de pacientes próximos quando da realização de exames em leitos e enfermarias;
- Para proteção das partes do paciente examinado que estejam fora da área de interesse (quando não interferir com os propósitos do exame); para proteção de acompanhantes que devam amparar o paciente durante a realização do exame.

MODO DE USAR

Ajuste o protetor confortavelmente em torno do pescoço, e feche com o velcro certificando-se que está ajustado corretamente.

Ajuste o avental ao corpo de forma em que cubra a garganta, o esterno e os ombros.

RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO

Quando não estiver em uso mantenha este produto no suporte **N. Martins** para aventais e em local seco.

Não coloque este produto em braços ou em peças de equipamento, pois dificilmente a circunferência desses equipamentos chega a 650mm, que é a circunferência ideal para não quebrar a borracha.

Não dobre este produto. Deve-se guardá-lo sempre aberto longe do alcance do calor ou frio intenso.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação.

Limpe este produto com um pano macio umedecido e sabão neutro. Passe o pano no sabão e esfregue levemente sobre a vestimenta, não umedeça os acabamentos.



N. MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

Em caso de limpeza do velcro e acabamentos use uma escova. Passe-a suavemente sobre o mesmo (apenas umedecida, sem exageros).

Para desinfecção deve ser utilizado um pano macio umedecido com álcool 70%.

Sugestão: Em caso mais severo pode ser usado flutador da mesma forma a cima.

Não use nenhum produto além do indicado pela **N. Martins**, pois a **N. Martins** não cobre garantia contra danos no material por mau uso.

A VALIDADE DO PRODUTO É INDETERMINADA. E SEU USO SE DARÁ ENQUANTO ESTIVER EM BOAS CONDIÇÕES.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

Os produtos da **N. Martins** devem ser inspecionados com uma frequência TRIMESTRAL e outra ANUAL para que o usuário tenha certeza que o produto não sofreu nenhum dano que possa causar qualquer incidente.

Caso haja qualquer dano ou furo na vestimenta **não a use**.

OBS: Não use este produto para nenhuma finalidade além da indicada pela **N. Martins**.

MÉTODO DE INSPEÇÃO

Devido às características do material absorvedor dos produtos **N. MARTINS**, suas propriedades de atenuação não se modificam com o uso e estarão mantidas enquanto a(s) lâmina(s) de borracha plumbífera permanecer(em) inteira(s). Assim, para certificar-se de sua integridade, o usuário deve:

1) Inicialmente, ao ser colocado em uso, e, posteriormente, a cada período de, não mais que, 3 (Três) meses de uso, proceder a inspeção tátil. Coloque a vestimenta em uma superfície lisa e ampla estendendo-a por inteiro. Com a ponta dos dedos faça uma varredura procurando identificar abaixo do revestimento externo alguma desigualdade. Sendo constatada alguma desigualdade, proceder ao exame seguinte.

2) Anualmente, ou depois de constatada alguma desigualdade no exame anterior, proceder à inspeção radiográfica. Coloque a vestimenta na superfície de uma mesa radiográfica estendendo-a por inteiro. Proceda uma varredura radiográfica. Observe nos filmes a existência de fissuras ou quebras na superfície protetora. Sendo constatada alguma fissura ou quebra a vestimenta deve ser imediatamente substituída. Alternativamente, pode ser usada a fluoroscopia para esta inspeção.

Nota: A avaliação de atenuação das vestimentas deve ser por um físico qualificado e/ou físico responsável pelo setor.

INFORMAÇÕES DESTINADAS AO PACIENTE

Preste atenção na hora de usar a vestimenta, caso haja danos ou dobras **não a use**. Solicite ao seu profissional outra vestimenta, mantenha-a ajustada de forma que não lhe atrapalhe e após o uso da vestimenta coloque-a no suporte **N. Martins**.



N.MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

Se você estiver grávida ou com suspeita informe seu dentista, médico ou técnico antes de entrar na sala do exame radiológico.

Acompanhante:

Quando houver necessidade de contenção do paciente, exija e use corretamente a vestimenta Plumbifera durante a realização do exame radiológico.

LEGENDAS DAS ETIQUETAS

Imagem e informações meramente explicativas. Dados não necessariamente referem-se ao produto adquirido.



a) Nome (logomarca) do FABRICANTE/ fornecedor e dados referentes à proteção do avental;

b) Equivalência em chumbo bordada na parte anterior da vestimenta para não haver fraude ou desgaste com o tempo ou uso, **0,50 mm/Pb**;

c) Número de registro junto a ANVISA;

d) CGC da empresa e origem do fabricante;

e) Instrução de limpeza e desinfecção da vestimenta redigida em língua portuguesa;

f) Discriminação do produto; **AVENTAL DE PROTEÇÃO**, a letra designa o tipo de AVENTAL DE PROTEÇÃO, chamados L (leves), P (pesados), FL (fechado leve) e FP (fechado pesado): **P (pesado)**;

g) Categoria do avental de proteção;

h) Símbolo literal correspondente ao tamanho do avental de acordo com a tabela 1 da norma ABNT IEC 61331-3:2004;

i) Valor de ESPESSURA EQUIVALENTE DE ATENUAÇÃO em chumbo, expresso com o Pb seguido pela espessura em milímetros : **Pb Anterior (0,50)**;

j) Valor de ESPESSURA EQUIVALENTE DE ATENUAÇÃO em espessura de chumbo, expresso com símbolo Pb seguido pela espessura em milímetros : **Pb Posterior (0,25)**;

Para todos os AVENTAIS DE PROTEÇÃO, o valor aplicado na parte anterior e, se diferente, o valor aplicado na; parte posterior. **Pb 0,50 (anterior)**;

k) (TENSÃO DO TUBO DE RAIOS-X utilizada para a determinação do valor de ESPESSURA EQUIVALENTE DE ATENUAÇÃO, anexada à marcação dada de acordo com o item d), pela adição de um traço oblíquo seguido pelo valor da TENSÃO DO TUBO DE RAIOS-X, em quilovolts: **/100**

A FILTRAÇÃO utilizada para determinação da ESPESSURA EQUIVALENTE DE ATENUAÇÃO deve depender da TENSÃO DO TUBO DE RAIOS-X de acordo com a tabela 3 da norma da ABNT NBR IEC 61331-1: **0,25mmCu**;

l) Referência ao código de controle **N. Martins: NM198**;



N. MARTINS
DESDE 1989

N Martins Indústria e Comércio Eirele-ME.

Peça a DEUS que abençoe seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3

- m) Código emitido pelo ministério do trabalho para controle e consulta do produto, em conformidade Norma da ABNT 61331-3:2004, **CA: 556079**;
- n) Número de controle interno para rastreamento de não conformidades, de acordo com norma regulamentadora 06 (NR6) e (portaria 4.5.2 do ministério do trabalho), permitindo a rastreabilidade do código do produto ano e mês de fabricação: **LOTE N°: NM198201909**;
- o) Corresponde à norma específica utilizada como referencia nos padrões de fabricação do avental: **ABNT NBR IEC: 61331-3 2004**;

TERMO DE GARANTIA

A **N. Martins** garante este produto contra defeitos de fabricação por noventa dias, a partir da data da compra, nos termos da lei n° 8078, de 11/09/90.

A **N. Martins** mantém assistência técnica permanente. Em caso de dificuldades entre em contato com o revendedor ou com SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor (41) 3666-1919. Rua Rio Negro, 10 – JdAnai, Cep: 83410-540 – Colombo – PR ou nmartins@nmartins.com.br

Preencha os itens abaixo para tê-los disponíveis se você precisar de serviços de manutenção da **N. Martins**.

NOTA FISCAL N°:

REVENDEDOR:

DATA DA COMPRA:

LOTE:

NM101 CA N°:

NM189 CA N°:

NM013 CA N°:

NM054 CA N°:

NM198 CA N°:

NM121 CA N°:

REGISTRO ANVISA: 10376790004

FALE CONOSCO

Obrigado por adquirir um produto: **N. Martins**.

De onde estiver você poderá falar conosco para esclarecer dúvidas e sugestões através do SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor **N. Martins** (41)3666-1919 ou nmartins@nmartins.com.br

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CNPJ	81.196.586/0001-03
Autorização	1.03.767-9
Produto	VESTIMENTAS DE RADIOPROTEÇÃO

Modelo Produto Médico
AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA
PROTETOR DE TIREOIDE
SAIOTE PLUMBÍFERO
BLUSA PLUMBÍFERA
PROTETOR DE GÔNADAS
LUVA PLUMBÍFERA.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLES (1).pdf	0420434224 - 02/02/2022 10:50:54
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Instruções.pdf	0420434224 - 02/02/2022 10:50:54

Nome Técnico	Artigo Para Radioprotecao
Registro	10376790004
Processo	25351813817201616
Fabricante Legal	N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ

27.631.296/0001-03

Endereço Completo

AVENIDA DOM LUIS Nº 176, SALA 1.303 - ALDEOTA CEP: 60.160-196 - FORTALEZA/CE

Telefone

(85) 3110-2699

Responsável Técnico

ERIKA DE ARAUJO DANTAS TELLES

Responsável Legal

LUCAS AGUIAR FROTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.15.916-1 (129159967603)

Data do Cadastro

08/01/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.645937/2017-14

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

**Empresa
Solicitante**

**Linhas de Certificação
Vigentes**

**Data de
Publicação**

**Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
--------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00086560/2023		Data Emissão 03/05/2023	Data de Validade 28/04/2024	
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS			CNPJ/CPF 27631296000103	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Porte da Empresa Empresa de Pequeno Porte - EPP	
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 244414		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA JOÃO CORDEIRO, N° 2400, Compl., Bairro JOAQUIM TÁVORA, CEP 60110535		
Área do Terreno (m²) 243.00		Área Construída (m²) 73.00		Área do Estabelecimento (m²) 73.00
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
464510101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
464430101	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
Responsável Legal				
CPF 005.973.693-30		Nome LUCAS AGUIAR FROTA		
Observações				
1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): LUCAS AGUIAR FROTA / CPF:005.973.693-30 2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2020336019, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento. 3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitida com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta. 4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período. 5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente. 6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;				
Documentos vinculados: 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0; 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 282680;				
CONDICIONANTES				



1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).


LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.






ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP sob nºCNPJ: 27.631.296/0001-03, localizada no endereço: Rua João Cordeiro, Nº 2400, Joaquim Távora, CEP: 60.110-535 - Fortaleza Ceara, representada legalmente por Lucas Aguiar Frota CPF: 005.973.693-30, atesta que tem capacidade e pontualidade nos empenhos emitidos.

	PE	NE	QTDE	HOSPITAL
COLCHÃO ARTICULADO (AR / ÁGUA)	2616-2021	2023NE10114	19	SESA
Colchão Hospitalar tecido com composição ;100% NAPA	816-2022	2023NE001588	56	PEFOCE
		2022NE01940	56	
COLCHÃO ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGÊNICO, DENSIDADE 28 COMPRIMENTO: 1,80 M LARGURA: 74 CM, ESPESSURA: MEDIDA COM VARIAÇÕES (ALTURA): 07 CM(+/-1).	578-2022	900	10	p militar
COLCHÃO ARTICULADO DE AR E ÁGUA ADULTO 190CM X 80CM (+/- 5CM) CONFECCIONADO EM PVC	20201195	35771	100	SESA
"COLCHÃO ARTICULADO DE AR E ÁGUA ADULTO 190CM X 80CM (+/- 5CM) CONFECCIONADO EM PVC"	0673-2021	2022NE00433	100	SÃO JOSÉ
		2022NE01093	50	SÃO JOSÉ
		48651	100	SESA

Fortaleza 24 de Outubro de 2023


LUCAS AGUIAR FROTA
RESPONSÁVEL LEGAL

27.631.296/0001-03
LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
Av Dom Luis, 2400 - J. Távora 1303
Aldeota - CEP: 60.110-535
FORTALEZA - CEARÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP**, CNPJ: **27.631.296/0001-03**, estabelecida à Rua João Cordeiro, nº 2400, bairro Joaquim Távora Cep 60.110-535 – Fortaleza/CE, é nosso fornecedor habitual de material hospitalar, tendo demonstrado capacidade e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, nada havendo até a presente data que possa desaboná-la. Conforme Atas RP e Contratos descritos abaixo:

Hospital	PRODUTO	Quantidade	NOTA FISCAL	ATA
<u>HMJMA-</u> <u>SESA</u>	COLCHAO HOSPITALAR, ESPUMA FLEX DE POLIURETANO, HIPOALERGENICO, PROTETOR DE COUVIN COR AZUL, 1,80M X 74CM X 7CM +/- 1CM, D28, EM-BALAGEM 1.0 UNIDADE	10	3938	2022/01541


Fortaleza, 24 de outubro de 2023

Anderson da Silva Oliveira
Enfermeiro
CCFEN-CE - 556.362
Anderson da Silva Oliveira
Resp. pelo MMH-HMJMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP**, CNPJ: **27.631.296/0001-03**, estabelecida à Rua João Cordeiro, nº 2400, bairro Joaquim Távora Cep 60.110-535 - Fortaleza/CE, é nosso fornecedor habitual de material hospitalar, tendo demonstrado capacidade e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, nada havendo até a presente data que possa desaboná-la.

Fortaleza, 11 de março de 2022


Dr. Carlos Renato Carvalho Holanda

FARMACÊUTICO/BIOQ.-CRF1239

CHEFE DA DIVFAR/HMJMA

*Dr. Carlos Renato Carvalho Holanda
Farmacêutico/Bioquímico - CRF 1239
Chefe da DivFAR/HMJMA*

CEVI DERMATOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ:19.967.225/0001-40

Rua Vicente Leite, nº 2349

Bairro: Dionisio Torres/ Fortaleza-CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins devidos que a empresa LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – EPP, inscrita sob o CNPJ 27.631.296/0001-03, I.E 06.662503-3, com sede à Avenida Dom Luis, nº176/Sala 1303, Bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza - ce, é nosso fornecedor de material hospitalar e medicamentos, desde 20/10/2017, mantendo pontualidade e precisão em relação aos pedidos enviados.

Atestamos ainda que a qualidade de seus produtos tem atendido às exigências das áreas técnicas de modo uniforme e constante não havendo ate o momento qualquer fato que a desabone.

Fortaleza, 20/10/2017

Assinatura: *Celina Aguiar Frota Tigre*

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RDPJ
TABELIAO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, N° 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[18UEzsp0]-**CELINA AGUIAR FROTA TIGRE**.....
Us: 098
Dou fé.
Fortaleza-CE, 30 de Outubro de 2018.
Em testemunho da verdade.
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marly Mota Ribeiro
Nael Marques da Silva | Claudia Carneiro da Silva
Seio: - Valor R\$ 4,15
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:
seu cartório ou no site do cartório





APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231342 – SESA/COSUP
PROCESSO Nº 01483775/2023**

UASG: 943001

NÚMERO COMPRASNET: 1342 2023

LAF MED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA
CNPJ: 27.631.296/0001-03

Conforme solicitado, apresentamos amostra referente ao pregão supracitado, item 2

AVENTAL DE CHUMBO, SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS COM TIRAS E FECHAMENTO A NÍVEL DA CINTURA, MATERIAL BORRACHA, COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE 0,5 MMPB, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110 CM. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) - EMITIDO PELO MTE.

Cod. Cat.: 412044

MARCA NMARTINS


RMS 10376790004

CA 45669

PRODUTO NM198.01 - AV BO PL 110X60CM 0,50MM PB

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO _____

Fortaleza _____ de _____ de 2024


LUCAS AGUIAR FROTA

RESPONSÁVEL LEGAL

27.631.296/0001-03

Aideola - CTA 193
[FORTALEZA - CEARA]

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 4935/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
3	138138 7	385	ALMOFADA ESPECIAL INFLÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS - TAMANHOS DIVERSOS; FABRICADA EM BORRACHA MEDICINAL (NEOPRENE / PVC OU SIMILAR); POSSUIR CÉLULAS DE ENCHIMENTO INDEPENDENTES; ALTURA: 10CM , LARGURA E PROFUNDIDADE ADEQUADAS A TODAS AS MEDIDAS DA CADEIRA A SER UTILIZADA; CAPA DE TECIDO ANTIDERRAPANTE; REMOVÍVEL E LAVÁVEL; BOMBA PARA ENCHIMENTO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO) COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: ORTOBRAS

Referência:

**Fabricante: VISION MEDICAL TECHNOLOGY
CO. LTD**

Registro da Anvisa: 80118040008

CONCLUSÃO

☐ FAVORÁVEL

☒ DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmhm@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por: 
Paula Morgana Peixoto Lourenço
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
Emannuella Arruda Rangel
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
COREN-GO 634.672-ENF
Danielly dos Santos Rodrigues
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
Lícia Silva Teixeira
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras



Paula Morgana Peixoto Lourenco <morgana.lourenco@saude.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA AMOSTRA PE 20231342 ITEM 03 Empresa SUPERFIO

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Para: SUPERFIO2003@gmail.com

18 de abril de 2024 às 11:33

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231342 ITEM 03 Empresa SUPERFIO, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

--

Atenciosamente,

Parecer Técnico - MMH
COPLA/SESA

fone (85) 3101-5197
email: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

SUPERFIO

FIOS CIRÚRGICOS

SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ 05.675.713/0001-79 - CGF 06.179.161-0

Ao (A) Pregoeiro(a) do
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
A SECRETARIA DE SAÚDE – SESA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1342/2023 - SESA/COSUP
ABERTURA: 25 de Setembro de 2023 ÀS 09:30 h
PROCESSO Nº 01483775/2023
Banco do Brasil S/A Agência: 3515-7 Conta Corrente: 28029-1

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Nº REG. ANVISA	MARCA	UND	QUANT.	V.UNIT R\$	V. TOTAL R\$	EXTENSO UNITARIO	EXTENSO TOTAL
3	ALMOFADA ESPECIAL INFLÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS - TAMANHOS DIVERSOS; FABRICADA EM BORRACHA MEDICINAL (NEOPRENE / PVC OU SIMILAR); POSSUIR CÉLULAS DE ENCHIMENTO INDEPENDENTES; ALTURA: 10CM, LARGURA E PROFUNDIDADE ADEQUADAS A TODAS AS MEDIDAS DA CADEIRA A SER UTILIZADA; CAPA DE TECIDO ANTIDERRAPANTE; REMOVÍVEL E LAVÁVEL; BOMBA PARA ENCHIMENTO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS - GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO) COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	ISENTO	ORTOBRAS	UND	385	R\$ 774,00	297.990,00	setecentos e setenta e quatro reais	duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa reais
duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa reais							R\$ 297.990,00		

- CONDIÇÕES:**
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
 - Faturamento mínimo: R\$ 1.000,00 (um mil reais)
 - O objeto contratual terá a garantia, conforme edital;
 - Pagamento: Conforme edital;
 - DECLARAMOS que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimento todas as obrigações contidas no Termo de Referência deste Edital.
 - DECLARAMOS que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
 - DECLARAMOS que forneceremos informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) laudos técnicos de análises do produto e outras, a qualquer tempo após a fase do processo licitatório, com finalidade de diminuir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
 - DECLARAMOS que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
 - Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta concorrência.
 - DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.
 - Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.
 - Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Fortaleza, CE, 16 de NOVEMBRO de 2023

Assinado de forma digital por
JOSE SALES SILVEIRA D. JOSE SALES SILVEIRA D
ALMEIDA:61923583387 ALMEIDA:61923583387
Dados: 2023.11.16 10:17:30 -03'00'

RUA - JÚLIO CÉSAR, 1013 - JARDIM AMÉRICA
FORTALEZA - CEARÁ - FONE: 3253-4113 / FAX: 3253-4113
e-mail: SUPERFIO2023@GMAIL.COM

