

Of. nº. 4999/2023 - SEAFI

Fortaleza-CE, 13 de novembro de 2023

Ilmº. Sr. (a)

Marcos Antônio Frota Ribeiro

Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado

Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz

Centro Administrativo Bárbara de Alencar

60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Parecer Técnico - PE 20231342

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações/PROLIC, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços, nº 20231342.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

3 DES F

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 4935/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
3	138138 7	385	ALMOFADA ESPECIAL INFLÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS - TAMANHOS DIVERSOS; FABRICADA EM BORRACHA MEDICINAL (NEOPRENE / PVC OU SIMILAR); POSSUIR CÉLULAS DE ENCHIMENTO INDEPENDENTES; ALTURA: 10CM, LARGURA E PROFUNDIDADE ADEQUADAS A TODAS AS MEDIDAS DA CADEIRA A SER UTILIZADA; CAPA DE TECIDO ANTIDERRAPANTE; REMOVÍVEL E LAVÁVEL; BOMBA PARA ENCHIMENTO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO) COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA

Marca: ORTHO PAUHER

Referência: 5067

Fabricante: ORTHO PAUHER

Registro da Anvisa: 80223340072

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL


Justificativa: O item não atende. Após análise da amostra, constatamos que o produto não possui 10cm de altura, somente 6 cm, divergindo do solicitado. Portanto, indeferimos a aquisição do produto, pois o material ofertado não corresponde ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013

Elaborado por:


Raquel Fernandes Alves de Almeida
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 550963
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


Emannuella Arruda Rangel
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
		X	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
X			Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:
C - CONFORME N.C.-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	X		Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

RA
Enfermeira
COREN-CE 670.077

[Assinatura]
Enfermeira
COREN-CE 670.077

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
60	08 de Novembro de 2023	09:30	10:00	COPLA/SESA - Sala de Reunião

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 20231342, ITEM 03, EMPRESA ORTHO PAUHER.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 09:30h do dia 08 de Novembro de 2023, na sala de reuniões da COPLA/SESA, conforme divulgado no sistema Comprasgov de acordo com espelho em anexo, não compareceu nenhum interessado, prosseguindo a análise com as Sras. Enfermeiras Emanuela Rangel, Raquel Fernandes, Lícia Silva e Danielly Rodrigues, a fim de emitir parecer técnico referente ao PE N° 20231342, ITEM 03, do licitante provisoriamente vencedor ORTHO PAUHER. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 10:00h e, para constar, eu, Raquel Fernandes, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Raquel Fernandes Abo de Almeida	COPLA/SESA	Raquel Fernandes A. Almeida CONTRATO
Danielly dos Santos Rodrigues	COPLA/SESA	Danielly dos Santos Rodrigues GOREN-GE 634.672-ENF
Lícia Silva Teixeira	COPLA/SESA	Lícia Silva Teixeira Enfermeira COREN - CE 485.864

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

Emmanuel R. R.

COPLA/SECA

Emmanuel R. R.
Enfermeira
CCREN-CE 470 070

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-
-	-	-



ORTHO PAUHER

ALMOFADA ANTI ESCARA COM CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS AIRPAUPER

Prevenção e tratamento de lesões/úlceras por pressão (escaras).

CÉLULAS INTERCONECTADAS



Ref.: 5067X

Nº Cadastro ANVISA: 80223340072

BOMBA MANUAL



CAPA COM ZIPPER




SISTEMA DE FLUTUAÇÃO
Permite uma total distribuição de pressão entre as células de ar e o corpo do usuário.

MÁXIMO CONFORTO
Reduz o efeito de tensão por cisalhamento em longos períodos sentados e amortece impacto.

Ortho Pauher Ind. Com. e Dist. LTDA
Rua Bandeira, 94 - Alagados
Recife - PE - CEP: 50770-450
CNPJ: 01.123.973/0001-80
Fax: Tel. Della Leite - CEE PE: Nº 07.115

55 81 3040.9090
SAC 0800 81 2235
orthopauher@orthopauher.com.br
Indústria Engenharia
Fluência em ADORE









Raquel Fernandes Alves de Almeida <raquel.almeida@saude.ce.gov.br>

DIVERGENCIA NO REGISTRO DA ANVISA REFERENTE AO PE 20231342, ITEM 03

2 mensagens

Propostas MMH <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Para: licitacao2@orthopauher.com
Cco: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

6 de novembro de 2023 às 15:15

Boa tarde,

Considerando que na proposta de preço anexada, referente ao **PE 20231342, ITEM 03**, a empresa ofertou o produto com o **RMS Nº 80223340071**, porém na amostra apresentada o produto possui RMS com nº divergente (**80223340072**). Considerando que o RMS da amostra deve ser igual ao ofertado na proposta de preço.

Aguardamos manifestação referente a divergência citada acima, **ATÉ O FINAL DO DIA DE HOJE** para darmos continuidade a análise de parecer técnico.

--

**Parecer Técnico-MMH
COPLA/SESA**

Fone (85) 31015197
E-mail: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

**Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará**

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

Giselle Helena Menezes Duarte Ferreira <licitacao2@orthopauher.com>
Para: Propostas MMH <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

6 de novembro de 2023 às 16:12

Boa tarde.

Houve um erro ao digitar o Anvisa do produto é 80223340072 o que atenda a especificação do edital e proposta de preço.

O produto enviado é o que corresponde as especificações só houve essa troca de numeração.

Att,

**Giselle Helena**

Assistente de Licitação
licitacao2@orthopauher.com
+55 (81) 3040.9090
Ramal: 298

Matriz - PE

R. Bandeirante, 94, Afogados
Recife - PE - CEP: 50770460

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**ORTHO
PAUHER**

**#Lider
mundial**
em produtos ortopédicos
e podológicos de silicone

Exportando
para mais
de 70 países



agudado

dia 08/11
às 9:30h

AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Suprimentos – COSUP/SESA
PREGÃO Nº 1342/2023
PROCESSO Nº 01483775/2023

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
3	ALMOFADA ESPECIAL INFLÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS - TAMANHOS DIVERSOS; FABRICADA EM BORRACHA MEDICINAL (NEOPRENE / PVC OU SIMILAR); POSSUIR CÉLULAS DE ENCHIMENTO INDEPENDENTES; ALTURA: 10CM, LARGURA E PROFUNDIDADE ADEQUADAS A TODAS AS MEDIDAS DA CADEIRA A SER UTILIZADA; CAPA DE TECIDO ANTIDERRAPANTE; REMOVÍVEL E LAVÁVEL; BOMBA PARA ENCHIMENTO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES; EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	385	ORTHO PAUHER ANVISA 80223340071 5067X	390,00	150.150,00

VALOR TOTAL: R\$ 150.150,00 (Cento e cinquenta mil e cento e cinquenta reais)

RECIFE, 25 DE SETEMBRO DE 2023.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

REMETENTE: ORTHO PAUHER IND. COM. E DIST LTDA
CNPJ: 01.123.973/0001-80
TELEFONE: 81-3040-9090
E-MAIL: licitacao@orthopauher.com / licitacao2@orthopauher.com

01.123.973/0001-80
CNPJ: 01.123.973/0001-80
ORTHO PAUHER IND. COM. E DIST. LTDA
Rua Helder de Almeida, 198
Atorados - CEP 50775-150
Fone: (81) 3040-9090
Recife - PE

**PATRICIA ELIAS DOS SANTOS
(SUPERVISORA)
BANCO DO BRASIL
Agência: 1838-4
Conta: 12.403-6**

	DOCUMENTO DA QUALIDADE		DQ GQ 027.1	
	FICHA TÉCNICA		REV 00	05/2020
Não é permitida a reprodução total ou parcial sem autorização expressa da Garantia da Qualidade				

NOME: ALMOFADA ANTI ESCARA COM CÉLULAS DE AR INTERCONECTADAS AIRPAUHER - REF.: 5067X

Indicação: Especialmente indicada para cadeirantes, idosos ou aqueles que buscam conforto nas mais diversas atividades. Prevenção e tratamento dos que já desenvolveram ou apresentam risco de desenvolver lesões/úlceras por pressão (escaras), alivia a pressão na região dos glúteos, males relacionado a pressão no cóccix, seu sistema de flutuação permite uma total distribuição de pressão entre as células de ar e o corpo do usuário. Proporciona incrível sensação de conforto e bem-estar. Reduz o efeito de tensão por cisalhamento em longos períodos sentados e amortece impacto.

Mecanismo de Ação: O design celular e o material maleável permite que o indivíduo seja imerso na almofada para redistribuição máxima da pressão, enquanto diminui o atrito e o cisalhamento. Ao sentar-se a almofada se ajusta à forma do indivíduo, minimizando a deformação e tensão do peso do corpo e por consequência possibilitando melhor ativação no fluxo sanguíneo. Fornece o nível ideal de estabilidade sentado, oferecendo proteção máxima da pele e dos tecidos moles. As almofadas com células de ar interconectadas, são confeccionadas em PVC com válvula de inflação, capa impermeável com base antiderrapante reforçada pode ser removível para lavagem e higienização. Possui retardante contrafogo. O ar circula através das células independentes, melhorando a ventilação e mantendo a pele do usuário seca. Ajuda o usuário a manter uma postura confortável e estável. É leve, portátil e fácil de lavar.

Modo de Uso:

1. Válvula de enchimento.
2. Conecte bomba de enchimento na válvula e infle levemente.
3. Tampe a válvula para fechar.
4. Coloque a almofada na cadeira de rodas com as células de ar voltadas para cima.
5. Abra a válvula lentamente e comece a liberar ar até que sinta estabilizado e confortável.
6. Feche a válvula quando houver pelo menos a altura da distância dos dedos, entre as nádegas e a almofada.

Cuidado:

1. Lavar com água com qualquer tipo de sabão. Evite contato com objetos cortantes.
2. A almofada é feita com materiais não tóxicos. Em caso de reação alérgica, suspenda o uso.

Composição: PVC

Condições de armazenamento, transporte e manipulação: Conservar em local fresco e seco. Sempre em suas embalagens. Os produtos somente deverão ser manipulados quando da sua aplicação. Temperatura: 15°C e 30°C / Umidade: 40 a 75% / Luminosidade: Não aplicável.

Advertências e Precauções: Ruptura da Pele/tecido mole pode ocorrer devido há diversos fatores, que variam conforme a pessoa. Verifique a pele com frequência, pelo menos uma vez por dia. Vermelhidão, arranhões ou manchas escuras (quando comparados à pele normal) podem indicar o início

	Página 1 de 2	ORIGINAL	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR	
TÉC GQ. Evandro Vieira Basilio	Drª. Délia Andrade Leite	Srº. Henrique Queiroz	
DATA: 18 / 05 / 2021	DATA: 18 / 05 / 2021	DATA: 18 / 05 / 2021	

	DOCUMENTO DA QUALIDADE		DQ GQ 027.1	
	FICHA TÉCNICA		REV 00	05/2020
Não é permitida a reprodução total ou parcial sem autorização expressa da Garantia da Qualidade				

de ruptura do tecido mole e poderá precisar ser tratado. Se houver alguma descoloração de tecido mole/pele, PARE O USO imediatamente. Se a descoloração não desaparecer dentro de 30 minutos parar o uso, consulte imediatamente um profissional de saúde.

Contraindicação e Efeitos adversos: Inexistente.

Validade: Indeterminada.

Nº Cadastro ANVISA: 80223340072

	Página 1 de 2	ORIGINAL
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR
TÉC GQ. Evandro Vieira Basilio DATA: 18 / 05 / 2021	Drª. Délia Andrade Leite DATA: 18 / 05 / 2021	Srº. Henrique Queiroz DATA: 18 / 05 / 2021



**ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA
PARA A SAÚDE DE SEU CORPO**
ORTOPEDIA, PODOLOGIA E CUIDADOS COM A PELE

EMPRESA RECONHECIDA
COM OS PRÊMIOS



INSTRUÇÕES DE USO

ALMOFADAS ORTOPÉDICAS ANTI ESCARAS COM CÉLULAS DE AR

NOME TÉCNICO: ALMOFADA
CÓDIGO DO PRODUTO: 1530001



ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA PARA A SAÚDE DE SEU CORPO


ORTOPEDIA, PODOLOGIA E CUIDADOS COM A PELE



Fabricado Por	Ortho Pauher Indústria e Comércio e Distribuição Ltda
Nome Fantasia	Ortho Pauher
Endereço	Rua Bandeirante n.º 94 – Afogados – Recife/PE
CEP	50.770-460
CNPJ	01.123.973/0001-80
TEL	+55 (81) 3040-9090
E-mail	reguladoria@orthopauher.com
Autorização	8022334
Notificação Anvisa nº	80223340071
Responsável Técnico: Délia Andrade Leite – CRF 1210 / UF PE	

01. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5050

Indicação: Especialmente indicada para cadeirantes, idosos ou aqueles que buscam conforto nas mais diversas atividades. Prevenção e tratamento dos que já desenvolveram ou apresentam risco de desenvolver lesões/úlceras por pressão (escaras), alivia a pressão na região dos glúteos, males relacionado a pressão no cóccix, seu sistema de flutuação permite uma total distribuição de pressão entre as células de ar e o corpo do usuário. Proporciona incrível sensação de conforto e bem-estar. Reduz o efeito de tensão por cisalhamento em longos períodos sentados e amortece impacto.



Mecanismo de Ação: O design celular e o material maleável permite que o indivíduo seja imerso na almofada para redistribuição máxima da pressão, enquanto diminui o atrito e o cisalhamento. Ao sentar-se a almofada se ajusta à forma do indivíduo, minimizando a deformação e tensão do peso do corpo e por consequência possibilitando melhor ativação no fluxo sanguíneo. Fornece o nível ideal de estabilidade sentado, oferecendo proteção máxima da pele e dos tecidos moles.

As almofadas com células de ar interconectadas, são confeccionadas em borracha natural com válvula de inflação, capa impermeável com base antiderrapante reforçada pode ser removível para lavagem e higienização. Possui retardante contra fogo.

O ar circula através das células independentes, melhorando a ventilação e mantendo a pele do usuário seca. Ajuda o usuário a manter uma postura confortável e estável. É leve, portátil e fácil de lavar.

Modo de Uso:



1. Válvula de enchimento.
2. Conecte bomba de enchimento na válvula e infle levemente.

ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA BANDEIRANTE, 94 - AFOGADOS - RECIFE - PE - BRASIL - CEP - 50770-460 - FONE/FAX: 55 (81) 3040.9090 / 3040.9090
E-mail: orthopauher@orthopauher.com - www.orthopauher.com - 0800 812205



**ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA
PARA A SAÚDE DE SEU CORPO**
ORTOPEDIA, PODOLOGIA E CUIDADOS COM A PELE



Mecanismo de Ação: O design celular e o material maleável permite que o indivíduo seja imerso na almofada para redistribuição máxima da pressão, enquanto diminui o atrito e o cisalhamento. Ao sentar-se a almofada se ajusta à forma do indivíduo, minimizando a deformação e tensão do peso do corpo e por consequência possibilitando melhor ativação no fluxo sanguíneo. Fornece o nível ideal de estabilidade sentado, oferecendo proteção máxima da pele e dos tecidos moles.

As almofadas com células de ar interconectadas, são confeccionadas em borracha natural com válvula de inflação, capa impermeável com base antiderrapante reforçada pode ser removível para lavagem e higienização. Possui retardante contra fogo.

O ar circula através das células independentes, melhorando a ventilação e mantendo a pele do usuário seca. Ajuda o usuário a manter uma postura confortável e estável. É leve, portátil e fácil de lavar.

Modo de Uso:


1. Válvula de enchimento.
2. Conecte bomba de enchimento na válvula e infle levemente.
3. Gire a válvula para fechar.
4. Coloque a almofada na cadeira de rodas com as células de ar voltadas para cima.
5. Abra a válvula lentamente e comece a liberar ar até que sinta estabilizado e confortável.
6. Feche a válvula quando houver pelo menos a altura da distância dos dedos, entre as nádegas e a almofada.

Cuidado:

1. Lavar com água com qualquer tipo de sabão. Evite contato com objetos cortantes.
2. A almofada é feita com materiais não tóxicos. Em caso de reação alérgica, suspenda o uso.

18. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5067

Indicação: Especialmente indicada para cadeirantes, idosos ou aqueles que buscam conforto nas mais diversas atividades. Prevenção e tratamento dos que já desenvolveram ou apresentam risco de desenvolver lesões/úlceras por pressão (escaras), alivia a pressão na região dos glúteos, males relacionado a pressão no cóccix, seu sistema de flutuação permite uma total distribuição de pressão entre as células de ar e o corpo do usuário. Proporciona incrível sensação de conforto e bem-estar. Reduz o efeito de tensão por cisalhamento em longos períodos sentados e amortece impacto.




ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA BANDEIRANTE, 94 - AFOGADOS - RECIFE - PE - BRASIL - CEP - 50770-460 - FONE/FAX: 55 (81) 3040.9090 / 3040.9090
E-mail: orthopauher@orthopauher.com - www.orthopauher.com - 0800 812205



ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA PARA A SAÚDE DE SEU CORPO

ORTOPEDIA, PODOLOGIA E CUIDADOS COM A PELE



Mecanismo de Ação: O design celular e o material maleável permite que o indivíduo seja imerso na almofada para redistribuição máxima da pressão, enquanto diminui o atrito e o cisalhamento. Ao sentar-se a almofada se ajusta à forma do indivíduo, minimizando a deformação e tensão do peso do corpo e por consequência possibilitando melhor ativação no fluxo sanguíneo. Fornece o nível ideal de estabilidade sentado, oferecendo proteção máxima da pele e dos tecidos moles.

As almofadas com células de ar interconectadas, são confeccionadas em borracha natural com válvula de inflação, capa impermeável com base antiderrapante reforçada pode ser removível para lavagem e higienização. Possui retardante contra fogo.

O ar circula através das células independentes, melhorando a ventilação e mantendo a pele do usuário seca. Ajuda o usuário a manter uma postura confortável e estável. É leve, portátil e fácil de lavar.

Modo de Uso:

1. Válvula de enchimento.
2. Conecte bomba de enchimento na válvula e infle levemente.
3. Gire a válvula para fechar.
4. Coloque a almofada na cadeira de rodas com as células de ar voltadas para cima.
5. Abra a válvula lentamente e comece a liberar ar até que sinta estabilizado e confortável.
6. Feche a válvula quando houver pelo menos a altura da distância dos dedos, entre as nádegas e a almofada.

Cuidado:

1. Lavar com água com qualquer tipo de sabão. Evite contato com objetos cortantes.
2. A almofada é feita com materiais não tóxicos. Em caso de reação alérgica, suspenda o uso.

19. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5068

Indicação: Especialmente indicada para cadeirantes, idosos ou aqueles que buscam conforto nas mais diversas atividades. Prevenção e tratamento dos que já desenvolveram ou apresentam risco de desenvolver lesões/úlceras por pressão (escaras), alivia a pressão na região dos glúteos, males relacionado a pressão no cóccix, seu sistema de flutuação permite uma total distribuição de pressão entre as células de ar e o corpo do usuário. Proporciona incrível sensação de conforto e bem-estar. Reduz o efeito de tensão por cisalhamento em longos períodos sentados e amortece impacto.



Mecanismo de Ação: O design celular e o material maleável permite que o indivíduo seja imerso na almofada para redistribuição máxima da pressão, enquanto diminui o atrito e o cisalhamento. Ao sentar-se a almofada se ajusta à forma do indivíduo, minimizando a deformação e tensão do peso do corpo e por consequência possibilitando melhor ativação no fluxo sanguíneo. Fornece o nível ideal de estabilidade sentado, oferecendo proteção máxima da pele e dos tecidos moles.

ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA BANDEIRANTE, 94 - AFOGADOS - RECIFE - PE - BRASIL - CEP - 50770-460 - FONE/FAX: 55 (81) 3040.9090 / 3040.9090
E-mail: orthopauher@orthopauher.com - www.orthopauher.com - 0800 812205

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto		
Nome da Empresa	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	
CNPJ	01.123.973/0001-80	
Autorização	8.02.233-4	
Produto	ALMOFADAS ORTOPÉDICAS ANTI ESCARAS COM CÉLULAS DE AR	

Modelo Produto Médico	
01. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5050X	
02. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5051X	
03. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5052X	
04. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5053X	
05. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5054X	
06. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5055X	
07. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5056X	
08. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5057X	
09. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5058X	
10. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5059X	
11. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5060X	
12. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5061X	
13. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5062X	
14. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5063X	
15. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5064X	
16. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5065X	
17. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5066X	
18. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5067X	
19. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5068X	
20. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5069X	
21. Almofada Dupla Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5070X	
22. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5071X	
23. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5072X	
24. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5073X	
25. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5074X	
26. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5075X	
27. Nome: Almofada Anti Escara com Células de Ar Interconectadas AirPauher - Ref.: 5076X.	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÕES DE USO - ALMOFADAS ORTOPÉDICAS ANTI ESCARAS COM CÉLULAS DE AR.pdf	2534837214 - 30/06/2021 10:07:16

Nome Técnico	Almofada
Registro	80223340072
Processo	25351073259202072
Fabricante Legal	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa MIDASAUDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE SILICONE LTDA. Inscrita no CNPJ sob o nº 31.850.320/0001-64, com telefone 81. 9 9829.4387 atesta para os devidos fins que a empresa ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, sob o nº 01.123.973/0001-80 situada na Rua Bandeirante, 94 afogados, Recife fornece toda linha de MATERIAL PARA SUPORTE E MOBILIDADE no tempo estimado de 5 dias úteis e o quantitativo mensal estipulado, discriminada abaixo sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

MATERIAL: SUPORTE E MOBILIDADE

- ALMOFADA ANTI ESCARA COM CÉCULAS DE AR - REF. 5067X , 5053
- EDD SIT ALMOFADA COLMEIA CONFORT GEL – REF. AC126
- ALMOFADA ORTOPÉDICA GIRATÓRIA 360- REF. AC011
- PRÓ COLUNA ALMOFADA ORTOPÉDICA ANATÔMICA - REF. AC0001

Informamos ainda que a entrega do material acima referido, apresentam excelente qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone comercialmente até a presente data.

Goiana- PE, 26 de Março de 2022

Maria Edna Lopes da Silva

MARIA EDNA LOPES DA SILVA
COORDENADORA
CPF 304.046.304-72.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA

CNPJ

01.123.973/0001-80

Nome Fantasia

ORTHO PAUHER

Endereço na Internet

www.orthopauher.com

SAC

0800812205

Endereço Completo

RUA BANDEIRANTE 94 - AFOGADOS CEP: 50.770-460

Cidade/UF

RECIFE/PE

Responsável Técnico*[Não cadastrado]***Responsável Legal**HENRIQUE ANDERSON
PRESBYTERO QUEIROZ DE
OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.02233-4 (P501202W4MWH)

Data do Cadastro

25/11/2004

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.237169/2004-04**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos) Medidas de fiscalização vigentes

?

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Embalar

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlatos

Fabricar

- Correlato

Importar

- Correlatos

Reembalar

- Correlato

Voltar

Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

Resultado da Pesquisa

Produto (Lote)

MÁSCARA CIRÚRGICA - Registro: 80223340078 (21807A1)

Empresa

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA

CNPJ

01.123.973/0001-80

Endereço

RUA BANDEIRANTE 94 RECIFE PE

Assunto

70445 - PRODUTOS PARA SAÚDE: Desvio de Qualidade

Número do Processo

25351.179588/2021-15

Medidas Cautelares

Expediente

0215918/22-0

Situação da Medida Cautelar**Ativa****Assunto**

70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Número do DOU

13

Número da Resolução

139

Data da Publicação

19/01/2022

Data da Resolução

18/01/2022

Ações e Atividades

Recolhimento


Suspensão: Comercialização, Distribuição, Propaganda, Uso

Motivação*Em desacordo com o Art. 6º da Lei nº 6360/76 e com o inciso X do Art. 10 da Lei nº 6437/77.*[Voltar](#)



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Secretaria de Saúde
Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária



Setor Emitente: UNICOM

Nº Processo: 00086061-74

Razão Social: ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA

Nome de Fantasia:

CNPJ/CPF: 01.123.973/0001-80

Nº Cadastro: 2.11.98.308710

Endereço: RUA BANDEIRANTE

Nº: 94

Complemento: ANEXO 82 104 112 ANEXO 515A 515B 515C

Bairro: AFOGADOS

Cidade: RECIFE

Área: PRODUTOS PARA SAÚDE

Atividade: INDUSTRIA

Sub-atividade: INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Responsável Técnico: DÉLIA ANDRADE LEITE

Conselho: CRF

Número: 1210

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

Data Emissão: 29/11/2022

Data Validade: 29/11/2023

Ramon Vieira
Coordenador UNICOM - APEVISA
Mat. 397.347-6

Josemaryson Damascena Bezerra
Gerente Geral
APEVISA

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

